

Намятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за
лифом-бюстгалтером для крепления экзопротеза молочной
железы ЛФ-01, ЛФ-02

Лиф назначается женщинам после мастэктомии для крепления экзопротеза молочной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности

Экзопротез молочной железы, предварительно вложив в чехол, помещается в чашку лифа с клапаном, после чего лиф одевается на тело. Застегнуть лиф, отрегулировать длину бретелей.

Бретель для крепления экзопротеза молочной железы может быть длиннее на 15-20 мм. Следить, чтобы бретель не пережимала плечо.

Лиф должен плотно охватывать тело, но не мешать дыханию.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;
- выжимать вручную;
- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде вдали от отопительных приборов;
- не кипятить;
- рекомендуется гладить с применением пара

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потерю



Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10
Телефон для справок: (017) 3081434; регистратура: (017) 3081432;
маркетинг: (017) 3081479 E-mail: bpove@mail.ru; http://www.bpove.by

Намятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за
лифом-бюстгалтером для крепления экзопротеза молочной
железы ЛФ-01, ЛФ-02

Лиф назначается женщинам после мастэктомии для крепления экзопротеза молочной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности

Экзопротез молочной железы, предварительно вложив в чехол, помещается в чашку лифа с клапаном, после чего лиф одевается на тело. Застегнуть лиф, отрегулировать длину бретелей.

Бретель для крепления экзопротеза молочной железы может быть длиннее на 15-20 мм. Следить, чтобы бретель не пережимала плечо.

Лиф должен плотно охватывать тело, но не мешать дыханию.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;
- выжимать вручную;
- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде вдали от отопительных приборов;
- не кипятить;
- рекомендуется гладить с применением пара

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потерю



Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10
Телефон для справок: (017) 3081434; регистратура: (017) 3081432; маркетинг: (017) 3081479 E-mail: bpove@mail.ru; http://www.bpove.by



**Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации
лифом-бюстгалтера для крепления экзопореза молочной
железы ЛФ-05, ЛФ-06, ЛФ-07**

Лиф называется женским после мастэктомии для крепления экзопореза молочной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности

Вложить экзопорез в чехол в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бюстгальтера. Бюстгальтер не должна пережимать плечо. Бюстгальтер для крепления экзопореза молочной железы может быть длиннее на 1,5-20 мм.

Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;

- выжимать вручную;

- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде влаги от отпирательных прищипов;

- не кипятить;

- рекомендовать гладить с применением пара

Необходимо уделить внимание чистоте кожи и предупредить потертости.



осим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учетом Ваших пожеланий в будущем



ИНТОВИТЕЛ:

РПТ «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г.
Минск, ул. Оловянского, 10 Телефон для справок: (017) 3081434;
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Оловянского, 10
Телефон для справок: (017) 3081432; Интернет: <http://www.bprove.by>

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Оловянского, 10
Телефон для справок: (017) 3081432; Интернет: <http://www.bprove.by>



ИНТОВИТЕЛ:

РПТ «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г.
Минск, ул. Оловянского, 10 Телефон для справок: (017) 3081434;
Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Оловянского, 10
Телефон для справок: (017) 3081432; Интернет: <http://www.bprove.by>



осим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учетом Ваших пожеланий в будущем

- не кипятить;

- рекомендовать гладить с применением пара

Необходимо уделить внимание чистоте кожи и предупредить потертости.

- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде влаги от отпирательных прищипов;

- выжимать вручную;

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;

Лиф называется женским после мастэктомии для крепления экзопореза молочной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности

Вложить экзопорез в чехол в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бюстгальтера. Бюстгальтер не должна пережимать плечо. Бюстгальтер для крепления экзопореза молочной железы может быть длиннее на 1,5-20 мм.

Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию. Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;

- выжимать вручную;

- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде влаги от отпирательных прищипов;

- не кипятить;

- рекомендовать гладить с применением пара

Необходимо уделить внимание чистоте кожи и предупредить потертости.



РЦП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г.
Минск, ул. Олешево, 10 Телефон для справок: (017) 3081434;
рестартура: (017) 3081432; маркетинг (017) 3081479 E-mail:
bproce@mail.ru; http://www.bproce.by

«пронизывать изделия. Уточнить Ваши пожелания в будущем
пронизывать о всех замечаниях и предложениях по качеству



необходимо учитывать внимание чистоте кожи и предотвращать

- стирку производить вручную при температуре воды +40 °C;
- выжимать вручную;

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, не мешать дыханию.
Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления
эксфопротеза молочной железы может быть длиннее на 15-20 мм.
Застегивать крючки и петли, отрегулировать по длине бретель.
Важно эксфопротез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф
протеза верхней или нижней конечности.

Лиф ЛФ-09, ЛФ-11 назначаются женщинам после мастэктомии для
крепления эксфопротеза молочной железы или как метод крепления

Паматка-инструция
по уходу и эксплуатации за
лифом-бюстгалтером для крепления эксфопротеза молочной
железы ЛФ-09, ЛФ-11



РЦП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г.
Минск, ул. Олешево, 10 Телефон для справок: (017) 3081434;
рестартура: (017) 3081432; маркетинг (017) 3081479 E-mail:
bproce@mail.ru; http://www.bproce.by

«пронизывать изделия. Уточнить Ваши пожелания в будущем
пронизывать о всех замечаниях и предложениях по качеству



необходимо учитывать внимание чистоте кожи и предотвращать

- стирку производить вручную при температуре воды +40 °C;
- выжимать вручную;

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, не мешать дыханию.
Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления эксфопротеза
молочной железы может быть длиннее на 15-20 мм.
Застегивать крючки и петли, отрегулировать по длине бретель.
Важно эксфопротез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф
протеза верхней или нижней конечности.

Лиф ЛФ-09, ЛФ-11 назначаются женщинам после мастэктомии для
крепления эксфопротеза молочной железы или как метод крепления

Паматка-инструция
по уходу и эксплуатации за
лифом-бюстгалтером для крепления эксфопротеза молочной
железы ЛФ-09, ЛФ-11



агент» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Оловянского, 10
Телефон для справок: (017) 3081434; перистратупа: (017)3081432; факс: (017) 3081479 E-mail: bprov@mail.ru; <http://www.bprov.by>



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Прочитайте инструкцию о всех замечаниях и предостережениях по качеству
производимых изделий. Уточните Ваши пожелания в будущем.



Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потерю влаги.

- рекомендуется гуашь с применением пара

- не кипятить;

- отгонять лишнюю влагу;

- сушить в подвешенном состоянии в распределенном виде вдали от

- выжимать вручную;

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

Лиф должен плотно охватывать грудь, но не мешать дыханию.

Бретель не должна пережимать плечо, бретель для крепления

крючков и петель, отрегулировать по длине бретель.

Вложить бюст в чехол в чашку лифа с клапаном, одеть лиф, застегнуть

конечности

Лиф надевается женщиной после мастэктомии для крепления протеза

молодой железы или как метод крепления протеза верхней или нижней

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

агент» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Оловянского, 10
Телефон для справок: (017) 3081434; перистратупа: (017)3081432; факс: (017) 3081479 E-mail: bprov@mail.ru; <http://www.bprov.by>



ПРИГОТОВЛЕНИЕ:

Прочитайте инструкцию о всех замечаниях и предостережениях по качеству
производимых изделий. Уточните Ваши пожелания в будущем.



Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потерю влаги.

- рекомендуется гуашь с применением пара

- не кипятить;

- отгонять лишнюю влагу;

- сушить в подвешенном состоянии в распределенном виде вдали от

- выжимать вручную;

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

Лиф должен плотно охватывать грудь, но не мешать дыханию.

Бретель не должна пережимать плечо, бретель для крепления

крючков и петель, отрегулировать по длине бретель.

Вложить бюст в чашку лифа с клапаном, одеть лиф, застегнуть

конечности

Лиф надевается женщиной после мастэктомии для крепления протеза

молодой железы или как метод крепления протеза верхней или нижней

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст

Лиф-биоэлектрод для крепления протеза молочной железы

по уходу и эксплуатации за

с застежкой бюст



Минск, ул. Островского, 10 Телефон для справок: (017) 3081434;
ресторан: (017) 3081432; факс: (017) 3081479 E-mail:
bprov@mail.ru; http://www.bprov.by



- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;
- выжимать вручную;
- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде вдали от отопительных приборов;
- не кипятить;
- рекомендовать гладить с применением пара
- необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.
Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления экзопротеза молочной железы может быть длиной на 1,5-20 мм.
Застегивать крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.
Возложить экзопротез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф или нижней конечности.
Лиф ЛФ-12 назначается женщинам после мастэктомии для крепления экзопротеза молочной железы или как метод крепления протеза верхних или

Паматка-інструкцыя
по уходу и эксплуатации за
лифом-бюстгалетером для крепления экзопротеза молочной
железы ЛФ-12



Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учен. Центр Белорусский в будущем
Республиканский протезно-ортопедический центр
Минск, ул. Островского, 10
Телефон для справок: (017) 3081434; факс: (017) 3081479 E-mail:
bprov@mail.ru; http://www.bprov.by




- рекомендовать гладить с применением пара
- не кипятить;
- необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.
- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;
- выжимать вручную;
- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде вдали от отопительных приборов;
- не кипятить;
- рекомендовать гладить с применением пара
- необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.
Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления экзопротеза молочной железы может быть длиной на 1,5-20 мм.
Застегивать крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.
Возложить экзопротез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф или нижней конечности.
Лиф ЛФ-12 назначается женщинам после мастэктомии для крепления экзопротеза молочной железы или как метод крепления протеза верхних или

Паматка-інструкцыя
по уходу и эксплуатации за
лифом-бюстгалетером для крепления экзопротеза молочной
железы ЛФ-12



Республика Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, 10
 Телефон для справок: (017) 3081432; факс: (017) 3081434;
 E-mail: bpove@mail.ru; <http://www.bpove.by>



- Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учетом Ваши предложения по качеству изделий.**
- выжимать вручную;
 - запрещена высокотемпературная сушка;
 - необходимо уделить внимание чистоте кожи и предотвращать потертости;
 - стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;
 - не отбеливать хлорсодержащими веществами;
 - глажение и пропаривание требуют осторожности;
 - не применять сушку в барабане;
 - сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении;
 - выжимать вручную;
 - запрещена высокотемпературная сушка;
 - необходимо уделить внимание чистоте кожи и предотвращать потертости.




Республика Беларусь, г. Минск, ул. Олешева, 10
 Телефон для справок: (017) 3081432; факс: (017) 3081434;
 E-mail: bpove@mail.ru; <http://www.bpove.by>



- Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учетом Ваши предложения по качеству изделий.**
- выжимать вручную;
 - запрещена высокотемпературная сушка;
 - необходимо уделить внимание чистоте кожи и предотвращать потертости;
 - стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;
 - не отбеливать хлорсодержащими веществами;
 - глажение и пропаривание требуют осторожности;
 - не применять сушку в барабане;
 - сушку производить после отжима в вертикально подвешенном положении;
 - выжимать вручную;
 - запрещена высокотемпературная сушка;
 - необходимо уделить внимание чистоте кожи и предотвращать потертости.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за инфом-биоствольцем для крепления экзопротеза молочной железы ЛФ-14

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за инфом-биоствольцем для крепления экзопротеза молочной железы ЛФ-14



Лиф. 11С-15 назначается женщинам после мастэктомии для крепления верхней или нижней конечности

Вложить экзопотез в чехол в чашку лифа с клапаном, одеть и застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бюстгальтера. Экзопотез молочной железы может быть длиннее на 1,5-20 мм. Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;

- не отбеливать хлорсодержащими веществами;

- глажение и пропаривание требуют осторожности;

- не применять сушку в барабане;

- после отжима в вертикально подвешенном положении;

- запрещена высокая температура сушки;

- выжимать вручную;

Необходимо уделить внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.

Пам'ятка-інструкція
по ухалу і експлуатації
тифологічного апарату для
жестової мови



Линф ЛФ-15 назначается женщинам после мастэктомии для лечения лимфогенного метастазирования. Назначается 1-2 раза в день по 1-2 капсулы 3-4 раза в день. Курс лечения 1-2 месяца. Противопоказано при беременности и лактации. Побочные действия: тошнота, рвота, диарея, головная боль, слабость, снижение аппетита. При приеме препарата необходимо соблюдать диету: исключить жирную, острую, соленую пищу, алкоголь, кофе, чай. При приеме препарата необходимо соблюдать режим труда и отдыха, избегать физических нагрузок. При приеме препарата необходимо соблюдать правила личной гигиены. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности. При приеме препарата необходимо соблюдать правила противопожарной безопасности. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с химическими веществами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с электрическими приборами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с транспортными средствами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с оружием. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с взрывчатыми веществами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с радиоактивными веществами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с биологическими веществами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными отходами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными материалами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными веществами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными объектами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными процессами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными явлениями. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными состояниями. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными ситуациями. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными факторами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными источниками. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными объектами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными процессами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными явлениями. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными состояниями. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными ситуациями. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными факторами. При приеме препарата необходимо соблюдать правила безопасности при обращении с опасными источниками.

Институт-научно-исследовательский
в области изучения и использования
форм-биотехнологий и биотехнологий
жесткости. ИФ-15



ИЗ ОТОВИТЕЛЪ:

РПТ «Белорусский патентно-оптодезинейский
востановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г.
Минск, ул. Озювского, 10 Телефон для справок: (017) 3081434.
Перистратупа: (017)3081432; факс: (017) 3081479 E-mail: bprovc@mail.ru;
<http://www.bprovc.by>

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству
производимых изделий. Учет Ваших пожеланий в будущем



- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;
- выжимать вручную;
- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде влаги от
отопительных приборов;
- не кипятить;
- рекомендуется гладить с применением пара
- необходимо уделить внимание чистоте кожи и предупредить
порпорости.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.
Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления
Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.
Застегнуть экзопорез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф.
или нижней конечности
Лиф назначается женщинам после мастэктомии для крепления
экзопортеза молочной железы или как метод крепления протеза верхней

Памитка-инструкция
по уходу и эксплуатации за
лифом-подушкой комбинированным ЛФ-08



ИЗ ОТОВИТЕЛЪ:

РПТ «Белорусский патентно-оптодезинейский
востановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г.
Минск, ул. Озювского, 10 Телефон для справок: (017) 3081434.
Перистратупа: (017)3081432; факс: (017) 3081479 E-mail: bprovc@mail.ru;
<http://www.bprovc.by>

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству
производимых изделий. Учет Ваших пожеланий в будущем



- стирку производить вручную при температуре воды 40 °С;
- выжимать вручную;
- сушить в подвешенном состоянии в расправленном виде влаги от
отопительных приборов;
- не кипятить;
- рекомендуется гладить с применением пара
- необходимо уделить внимание чистоте кожи и предупредить
порпорости.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.
Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления
Застегнуть крючки и петли, отрегулировать по длине бретели.
Застегнуть экзопорез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф.
или нижней конечности
Лиф назначается женщинам после мастэктомии для крепления
экзопортеза молочной железы или как метод крепления протеза верхней

Памитка-инструкция
по уходу и эксплуатации за
лифом-подушкой комбинированным ЛФ-08




Телефон для справок: (017) 3081434; перистратура: (017) 3081432; маркетинг (017) 3081479 E-mail: bprove@mail.ru; <http://www.bprove.by>



Прочим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учетом Ваших пожеланий в будущем

ПРИ ГОТОВИТЕЛ:

РПЦ «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Островского, 10



- гладить при температуре не более 100°C

- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии

- выжимать чехол с сетка без выкручивания

- после стирки чехол прополоскать в теплой, а затем в холодной воде

промежуток времени нейтральными моющими средствами

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткой

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

санитарно-гигиенические мероприятия

При ношении лифа с протезом молочной железы рекомендуется соблюдать

Одеть лиф на тело, застегнуть

книжки

Протез молочной железы вместе с чехлом размещать в чашке лифа под

Протез молочной железы вложить в чехол

молочной железы от повреждений

Чехол к протезу молочной железы предназначен для предохранения протеза

чехлом к протезу молочной железы ЧПТ-00

по уходу и эксплуатации за

Наматка-инструмент


Телефон для справок: (017) 3081434; перистратура: (017) 3081432; маркетинг (017) 3081479 E-mail: bprove@mail.ru; <http://www.bprove.by>



Прочим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учетом Ваших пожеланий в будущем

ПРИ ГОТОВИТЕЛ:

РПЦ «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Островского, 10



- гладить при температуре не более 100°C

- сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии

- выжимать чехол с сетка без выкручивания

- после стирки чехол прополоскать в теплой, а затем в холодной воде

промежуток времени нейтральными моющими средствами

- стирку производить вручную при температуре воды 40°C в короткой

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

санитарно-гигиенические мероприятия

При ношении лифа с протезом молочной железы рекомендуется соблюдать

Одеть лиф на тело, застегнуть

на

Протез молочной железы вместе с чехлом размещать в чашке лифа под

Протез молочной железы вложить в чехол




молочной железы от повреждений

Чехол к протезу молочной железы предназначен для предохранения протеза

чехлом к протезу молочной железы ЧПТ-00

по уходу и эксплуатации за

Наматка-инструмент



**Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за суспензорием
ПИ-01, ПИ-2, ПИ-03**

- 1 Суспензорий назначается мужчинам с не вправимыми пахово-мошоночными грыжами и водянкой яичника.
 - 2 Суспензорий крепится с помощью текстильной застежки «контакт» для регулировки объемных размеров.
 - 3 Для дополнительной фиксации суспензория предусмотрены подбедренники с креплением на текстильную застежку «контакт».
 - 4 Режим ношения суспензория определяется лечащим врачом.
 - 5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
 - стирку производить только вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами
 - выжимать слегка не выкручивая
 - сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии
 - гладить при температуре не более 110 °С
- Необходимо уделить внимание чистоте кожи и предупредить потертости
- Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10
Телефон для справок: (017)3081434; регистратура: (017) 3081432;
маркетинг (017) 3081479 E-mail: bpove@mail.ru, <http://www.bpove.by>

**Памятка-инструкция
по уходу и эксплуатации за суспензорием
ПИ-01, ПИ-02, ПИ-03**

- 1 Суспензорий назначается мужчинам с не вправимыми пахово-мошоночными грыжами и водянкой яичника.
 - 2 Суспензорий крепится с помощью текстильной застежки «контакт» для регулировки объемных размеров.
 - 3 Для дополнительной фиксации суспензория предусмотрены подбедренники с креплением на текстильную застежку «контакт».
 - 4 Режим ношения суспензория определяется лечащим врачом.
 - 5 Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:
 - стирку производить только вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами
 - выжимать слегка не выкручивая
 - сушить в расправленном виде в подвешенном состоянии
 - гладить при температуре не более 110 °С
- Необходимо уделить внимание чистоте кожи и предупредить потертости
- Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»

Республика Беларусь, 220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Телефон для справок: (017)3081434; регистратура: (017) 3081432; маркетинг (017) 3081479 E-mail: bpove@mail.ru; <http://www.bpove.by>

