ИНСТРУКЦИЯ
по применению медицинского изделия «Трубки силиконовые медицинские по ТУ 9398-004-18037666-94»

1.НАЗНАЧЕНИЕ. Трубки применяются для изготовления дренажей хирургических и магистралей различных приборов и аппаратов.

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Трубки выпускаются марки ТСМ шестидесяти типоразмеров по диаметрам в мм от 1 до 30 с шагом через 0,5мм. Толщина стенки не менее 0,5 мм.

3.ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

3.1 Условия транспортирования трубок должны соответствовать группе 5(ОЖ4) по ГОСТ 15150. Транспортирование должно проводиться любым видом транспорта согласно ГОСТ Р 50444.

3.2.Условия хранения трубок должны соответствовать группе 2(С) по ГОСТ 15150-69. Трубки должны храниться на стеллажах в упаковке производителя и защищены от прямого солнечного и ультрафиолетового излучения. Не допускается хранить изделия вблизи бактерицидных ламп, открытых емкостей с щелочами, кислотами, маслами, бензином и другими органическими растворителями.

4.СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Стерилизация производится химическим (6% раствором перекиси водорода) или воздушным методами по МУ 287-113.

5.УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Должны быть приняты меры защиты трубок от прокалывающих и прорезывающих усилий со стороны предметов с острыми краями.

6.ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие трубок требованиям настоящих технических условий при соблюдении условий транспортирования, эксплуатации и хранения, установленных настоящими техническими условиями и эксплуатационной документацией.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6.2 Гарантийный срок годности трубок 5 лет с даты изготовления.

Изготовитель: АО «МедСил», Россия, 141018, МО, г. Мытищи,
Новомытищинский пр-т, д. 41а, тел/факс (495) 583 36 62.

Место производства: Россия, 141336,
МО, Сергиево-Посадский р-н, пос. Реммаш, ул. Институтская, д.24

Генеральный директор АО «МедСил» Зиненко Д.Ю.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru