СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ-К-01, -02, -03, -04

ТУ BY 800003039.034 – 2015

ПАСПОРТ



Версия 03.01.2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Столика медицинского СМ-К-01 (-02, -03, -04) (далее – столик), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а также описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование столика во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация
Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

Введение 3
1. Меры безопасности 5
2. Символы 5
3. Маркировочная табличка 6
4. Использование изделия по назначению 6
5. Общее описание 6
6. Схема сборки 7
7. Состав изделия и устройство 10
8. Комплект поставки 12
9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования 12
10. Технические характеристики 13
11. Уход и обслуживание 14
12. Сведения об утилизации 15
13. Сведения об упаковывании 15
14. Гарантии Изготовителя 16
15. Свидетельство об упаковывании 16
16. Свидетельство о приемке 16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 17
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ 19
ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 21

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство столика, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать столик грузом, превышающим указанный в пункте 10.
	Запрещается оставлять без присмотра столик на наклонных поверхностях пола.
	Во время передвижения столика следует избегать препятствий и столкновений.
	Не перемещать столик по электрическим кабелям.

2. Символы


Особо важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение
	Запрещается использовать средства содержащие хлор и активный кислород
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. Маркировочная табличка

На столике предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Столик предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Столик не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Перемещение столика следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Общее описание

Столик изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.034-2015.

Столик соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали столика выполнены из нержавеющей стали, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию столика растворами, согласно требований раздела 11, без ущерба качеству изделий.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Схема сборки

6.1 Поставка столика осуществляется в разобранном или собранном виде.

6.2 При поставке в разобранном виде, составные части должны быть обернуты упаковочной бумагой по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и обвязаны шпагатом или обмотаны пленкой «Стрейч».




Рисунок 1-а. Схема сборки СМ-К-01.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1-б. Схема сборки СМ-К-02.




Рисунок 1-в. Схема сборки СМ-К-03.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1-г. Схема сборки СМ-К-04.




Рисунок 2. Схема крепления проволочного ограждения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Состав изделия и устройство

Внешний вид столиков представлен на рисунке 3.




Рисунок 3-а. Столик медицинский СМ-К-01.
1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Ограждение; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 80 мм; 6 – Колесо с тормозом Ø80 мм; 7 – Полка.




Рисунок 3-б. Столик медицинский СМ-К-02.
1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Ящик выдвижной; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 80 мм; 6 – Колесо с тормозом Ø80 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 3-в. Столик медицинский СМ-К-03.

1 –Полка; 2 – Ручка; 3 – Ограждение; 4 – Стойка; 5 – Колесо без тормоза Ø 80 мм;
6 – Колесо с тормозом Ø80 мм.




Рисунок 3-г. Столик медицинский СМ-К-04.

1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Ящик выдвижной; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 80 мм;
6 – Колесо с тормозом Ø80 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. Комплект поставки

Комплект поставки столика в собранном виде должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Количество
Столик	1
Паспорт	1

Примечание: в случае поставки изделия в разобранном виде по требованию Заказчика комплект поставки столиков приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Значение для моделей			
	СМ-К-01	СМ-К-02	СМ-К-03	СМ-К-04
Полка	2	1	3	2
Полка верхняя	-	1	-	1
Стойка	2	2	2	2
Стойка левая	1	1	1	1
Стойка правая	1	1	1	1
Ограждение короткое	2	2	4	4
Ограждение длинное	2	2	4	4
Труба	1	1	1	1
Кронштейн (левый + правый)	2	2	2	2
Опора колесная без тормоза	2	2	2	2
Опора колесная с тормозом	2	2	2	2
Комплект метизов для крепления	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1

9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Столик должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50ºС до +40ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10ºС до +35ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Столик следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

 Температура при транспортировании от -50ºС до +50ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

10. Технические характеристики

Технические характеристики столиков приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование показателя	СМ-К-01	СМ-К-02	СМ-К-03	СМ-К-04
Габаритные размеры столика, мм:				
- длина	725±40			
- ширина	455±30			
- высота	805±20		905±20	
Допустимая нагрузка на столик, кг	20		30	
В том числе:				
- на верхнюю полку	10	5	10	5
- на среднюю полку	-	-	10	
- на нижнюю полку	10			
- на ящик	-	5	-	5
Размеры полок, мм				
- длина поддона	630±40			
- ширина поддона	430±30			
Масса столика, кг, не более	11	19	14	21

Столик драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. Уход и обслуживание

11.1 Чистка и Дезинфекция:

⚠	**При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.**
⚠	**Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.**
⚠	**При дезинфекции металлических поверхностей применение дезинфицирующих средств, содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Это может привести к коррозии металлических элементов.**

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить путём протирания открытых поверхностей салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства. После обработки дезинфицирующими растворами необходимо протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе: Глутарал, Глутарал-Н, Бианол, Аламинол, Сайдекс, Гигасепт ФФ, Лизоформин 3000, Дезоформ, Альдазан 2000, Секусепт-форте, Септодор-Форте и др. Эти средства РЕКОМЕНДОВАНЫ для изделий из стекла, металлов, резин, пластмасс.

Методом протирания применять данные средства необходимо согласно инструкции по применению и с особой осторожностью во избежание побочного токсического эффекта.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

11.2 Техническое обслуживание.

⚠	**При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 7 лет. При нарушении условий эксплуатаций или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.**
⚠	**Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации столика.**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа полок, ручки, колес;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

12. Сведения об утилизации

⚠	**Столик не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.**
⚠	**Утилизацию компонентов столика производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.**

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

12.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

12.2 Металл.

Металл составляет 98% от общего веса стола. Все металлические детали столика изготовлены из нержавеющей стали.

12.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



13. Сведения об упаковывании

Столик упаковывают в картонные ящики.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

14. Гарантии Изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

15. Свидетельство об упаковывании

Столик медицинский СМ-К-___ зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____

должность личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

16. Свидетельство о приемке

Столик медицинский СМ-К-___ зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Столик медицинский СМ-К-___ ТУ BY 800003039.034 – 2015 драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

Контролер ОТК

МП _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)
223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны, _____
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____

СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ-К-___
(наименование, тип и марка изделия)

_____
(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям ТУ BY 800003039.034 - 2015.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____
(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК _____
(подпись)

М.П.

_____
(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

Линия отреза

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ ***2***

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

_____

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

_____

*Дата «___» _____ 20___ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

_____

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

_____

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

_____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения_____

Дата ввода в эксплуатацию

_____

*Дата выхода из строя

_____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

_____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

_____

*2. Неисправность изделия

_____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

_____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

_____

_____

5. Место ремонта изделия

_____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

_____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

_____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*_____

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

*Представитель продавца (поставщика)

*_____

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: *service@medin.by*

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.

Линия отреза

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: feedback@medin.by

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « »_____20 г.

Предприятие (потребитель)_____
_____

Ф.И.О. представителя потребителя_____
_____

E.mail, тел., факс_____

Изделие, катал. номер, заводской номер_____
_____
_____
_____

Дата ввода в эксплуатацию_____

Условия эксплуатации_____
_____

Удовлетворённость изделием_____
_____

Надёжность_____
_____

Функциональность_____
_____

Дизайн_____
_____

Пожелание потребителя_____
_____
_____
_____

Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ-К-05, -06, -07, -08

ТУ BY 800003039.034 – 2015

ПАСПОРТ



Версия 03.01.2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Столика медицинского СМ-К-05 (-06, -07, -08) (далее − столик), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а также описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование столика во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация
Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”.
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35.
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

Введение 3
1. Меры безопасности 5
2. Символы 5
3. Маркировочная табличка 6
4. Использование изделия по назначению 6
6. Схема сборки 7
7. Состав изделия и устройство 10
8. Комплект поставки 12
9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования 13
10. Технические характеристики 13
11. Уход и обслуживание 14
12. Сведения об утилизации 15
13. Сведения об упаковывании 15
14. Гарантии Изготовителя 16
15. Свидетельство об упаковывании 16
16. Свидетельство о приемке 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 21


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Меры безопасности

	**Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство столика, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.**
	**При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.**
	**Запрещается нагружать столик грузом, превышающим указанный в пункте 10.**
	**Запрещается оставлять без присмотра столик на наклонных поверхностях пола.**
	**Во время передвижения столика следует избегать препятствий и столкновений.**
	**Не перемещать столик по электрическим кабелям.**

2. Символы


Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение
	Запрещается использовать средства содержащие хлор и активный кислород
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. Маркировочная табличка

На столике предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Столик предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Столик не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Перемещение столика следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Общее описание

Столик изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.034-2015.

Столик соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали столика выполнены из нержавеющей стали, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию столика растворами, согласно требований раздела 11, без ущерба качеству изделий.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Схема сборки

6.1 Поставка столика осуществляется в разобранном или собранном виде.

6.2 При поставке в разобранном виде, составные части должны быть обернуты упаковочной бумагой по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и обвязаны шпагатом или обмотаны пленкой «Стрейч».




Рисунок 1-а. Схема сборки СМ-К-05.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1-б. Схема сборки СМ-К-06.




Рисунок 1-в. Схема сборки СМ-К-07.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1-г. Схема сборки СМ-К-08.




Рисунок 2. Схема крепления проволочного ограждения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Состав изделия и устройство

Внешний вид столика представлен на рисунке 3.




Рисунок 3-а. Столик медицинский СМ-К-05.

1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Защитные бампера; 4 – Стойка,
5 – Колесо без тормоза Ø 100 мм; 6 – Колесо с тормозом Ø100 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение.




Рисунок 3-б. Столик медицинский СМ-К-06.

1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Ящики выдвижные; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 100 мм;
6 – Колесо с тормозом Ø100 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение; 9–Защитные бампера.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 3-в. Столик медицинский СМ-К-07.
1 –Полка; 2 – Ручка; 3 – Защитные бампера; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 100 мм; 6 – Колесо с тормозом Ø100 мм; 7 – Ограждение.



Рисунок 3-г. Столик медицинский СМ-К-08.
1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Защитные бампера; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 100 мм; 6 – Колесо с тормозом Ø100 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение; 9 – Ящики выдвижные.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. Комплект поставки

Комплект поставки столика должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Количество
Столик	1
Паспорт	1

Примечание: в случае поставки изделия в разобранном виде по требованию Заказчика комплект поставки столиков приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Значение для моделей			
	СМ-К-05	СМ-К-06	СМ-К-07	СМ-К-08
Полка	1	1	2	2
Полка верхняя	1	1	1	1
Стойка	2	2	2	2
Стойка левая	1	1	1	1
Стойка правая	1	1	1	1
Ограждение короткое	2	2	4	4
Ограждение длинное	2	2	4	4
Кронштейн	2	2	4	4
Труба	1	1	1	1
Кронштейн (левый + правый)	2	2	2	2
Бампер	4	4	4	4
Кольцо	4	4	4	4
Опора колесная без тормоза	2	2	2	2
Опора колесная с тормозом	2	2	2	2
Комплект метизов для крепления	1	1	1	1
Ключ для колес	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Столик должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50ºС до +40ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10ºС до +35ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Столик следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50ºС до +50ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

10. Технические характеристики

Технические характеристики столиков приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование показателя	СМ-К-05	СМ-К-06	СМ-К-07	СМ-К-08
Габаритные размеры столика, мм:				
- длина	1035±40			
- ширина	700±30			
- высота	805±20		905±20	
Допустимая нагрузка на столик, кг	30		45	
В том числе:				
- на верхнюю полку	15	5	15	5
- на среднюю полку	-	-	15	
- на нижнюю полку	15			
- на ящик	-	5	-	5
Размеры полок, мм				
- длина поддона	900±40			
- ширина поддона	600±30			
Масса столика, кг, не более	20	34	24	42

Столик драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. Уход и обслуживание

11.1 Чистка и Дезинфекция:

⚠	**При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.**
⚠	**Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.**
⚠	**При дезинфекции металлических поверхностей применение дезинфицирующих средств, содержащих хлор или веществ, способных выделять хлор в процессе применения НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ. Это может привести к коррозии металлических элементов.**

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить путём протирания открытых поверхностей салфеткой из бязи или марли, смоченной в растворе дезинфицирующего средства. После обработки дезинфицирующими растворами необходимо протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

При проведении дезинфекции рекомендуется использовать водные растворы дезинфицирующих средств на альдегидной основе: Глутарал, Глутарал-Н, Бианол, Аламинол, Сайдекс, Гигасепт ФФ, Лизоформин 3000, Дезоформ, Альдазан 2000, Секусепт-форте, Септодор-Форте и др. Эти средства РЕКОМЕНДОВАНЫ для изделий из стекла, металлов, резин, пластмасс.

Методом протирания применять данные средства необходимо согласно инструкции по применению и с особой осторожностью во избежание побочного токсического эффекта.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.
-

11.2 Техническое обслуживание.

⚠	**При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 7 лет. При нарушении условий эксплуатаций или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.**
⚠	**Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации столика.**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа полок, ручки, колес;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

12. Сведения об утилизации

⚠	**Столик не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.**
⚠	**Утилизацию компонентов столика производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.**

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

12.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

12.2 Металл.

Металл составляет 98% от общего веса стола. Все металлические детали столика изготовлены из нержавеющей стали.

12.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



13. Сведения об упаковывании

Столик упаковывают в картонные ящики.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

14. Гарантии Изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

15. Свидетельство об упаковывании

Столик медицинский СМ-К-____ зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____

должность личная подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

16. Свидетельство о приемке

Столик медицинский СМ-К-____ зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Столик медицинский СМ-К-____ ТУ BY 800003039.034 – 2015 драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

Контролер ОТК

МП _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

год, месяц, число

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны, _____
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ-К-____
(наименование, тип и марка изделия)

_____
(год, месяц, число выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям ТУ BY 800003039.034 - 2015.

Гарантируется исправность изделия в течение_____24 месяца_____
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____
(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК _____
(подпись)

М.П.

_____
(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

Линия отреза

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

_____

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

_____

*Дата «___» _____ 20___ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

_____

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

_____

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

_____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения_____

Дата ввода в эксплуатацию

_____

*Дата выхода из строя

_____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

_____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

_____

*2. Неисправность изделия

_____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

_____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

_____

5. Место ремонта изделия

_____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

_____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

_____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*_____

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

*Представитель продавца (поставщика)

*_____

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Линия отреза

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: feedback@medin.by

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « »_____20 г.

Предприятие (потребитель)_____
_____

Ф.И.О. представителя потребителя_____
_____

E.mail, тел., факс_____

Изделие, катал. номер, заводской номер_____
_____
_____
_____

Дата ввода в эксплуатацию_____

Условия эксплуатации_____
_____

Удовлетворённость изделием_____
_____

Надёжность_____
_____

Функциональность_____
_____

Дизайн_____
_____

Пожелание потребителя_____
_____
_____
_____
Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ-К-11, -12, -13, -14

ТУ BY 800003039.034 – 2015

ПАСПОРТ



Версия 03.01.2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Столика медицинского СМ-К-11 (-12, -13, -14) (далее – столик), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а также описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование столика во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация
Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

Введение 3
1. Меры безопасности 5
2. Символы 5
3. Маркировочная табличка 6
4. Использование изделия по назначению 6
5. Общее описание 6
6. Схема сборки 7
7. Состав изделия и устройство 10
8. Комплект поставки 12
9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования 12
10. Технические характеристики 13
11. Уход и обслуживание 14
12. Сведения об утилизации 15
13. Сведения об упаковывании 15
14. Гарантии Изготовителя 15
15. Свидетельство об упаковывании 16
16. Свидетельство о приемке 16
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 17
АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ 19
ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ 21

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Меры безопасности

	**Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство столика, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.**
	**При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.**
	**Запрещается нагружать столик грузом, превышающим указанный в пункте 10.**
	**Запрещается оставлять без присмотра столик на наклонных поверхностях пола.**
	**Во время передвижения столика следует избегать препятствий и столкновений.**
	**Не перемещать столик по электрическим кабелям.**

2. Символы


Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. Маркировочная табличка

На столике предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Столик предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Столик не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Перемещение столика следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Общее описание

Столик изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.034-2015.

Столик соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали столика выполнены из углеродистой стали и окрашены эпокси-полиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию столика растворами, согласно требований раздела 11, без ущерба качеству изделий.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Схема сборки

6.1 Поставка столика осуществляется в разобранном или собранном виде.

6.2 При поставке в разобранном виде, составные части должны быть обернуты упаковочной бумагой по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и обвязаны шпагатом или обмотаны пленкой «Стрейч».




Рисунок 1-а. Схема сборки СМ-К-11.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1-б. Схема сборки СМ-К-12.




Рисунок 1-в. Схема сборки СМ-К-13.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1-г. Схема сборки СМ-К-14.




Рисунок 2. Схема крепления проволочного ограждения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Состав изделия и устройство

Внешний вид столиков представлен на рисунке 3.




Рисунок 3-а. Столик медицинский СМ-К-11.
1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Ограждение; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза ∅ 80 мм; 6 – Колесо с тормозом ∅80 мм; 7 – Полка.




Рисунок 3-б. Столик медицинский СМ-К-12.
1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Ящик выдвижной; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза ∅ 80 мм; 6 – Колесо с тормозом ∅80 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 3-в. Столик медицинский СМ-К-13.

1 –Полка; 2 – Ручка; 3 – Ограждение; 4 – Стойка; 5 – Колесо без тормоза Ø 80 мм;
6 – Колесо с тормозом Ø80 мм.




Рисунок 3-г. Столик медицинский СМ-К-14.

1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Ящик выдвижной; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 80 мм;
6 – Колесо с тормозом Ø80 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. Комплект поставки

Комплект поставки столика должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Количество
Столик	1
Паспорт	1

Примечание: в случае поставки изделия в разобранном виде по требованию Заказчика комплект поставки столиков приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Значение для моделей			
	СМ-К-11	СМ-К-12	СМ-К-13	СМ-К-14
Полка	2	1	3	2
Полка верхняя	-	1	-	1
Стойка	2	2	2	2
Стойка левая	1	1	1	1
Стойка правая	1	1	1	1
Ограждение короткое	2	2	4	4
Ограждение длинное	2	2	4	4
Труба	1	1	1	1
Кронштейн (левый + правый)	2	2	2	2
Опора колесная без тормоза	2	2	2	2
Опора колесная с тормозом	2	2	2	2
Комплект метизов для крепления	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1

9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Столик должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50ºС до +40ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10ºС до +35ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Столик следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

 Температура при транспортировании от -50ºС до +50ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

10. Технические характеристики

Технические характеристики столиков приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование показателя	СМ-К-11	СМ-К-12	СМ-К-13	СМ-К-14
Габаритные размеры столика, мм:				
- длина	725±40			
- ширина	455±30			
- высота	805±20		905±20	
Допустимая нагрузка на столик, кг	20		30	
В том числе:				
- на верхнюю полку	10	5	10	5
- на среднюю полку	-	-	10	
- на нижнюю полку	10			
- на ящик	-	5	-	5
Размеры полок, мм				
- длина поддона	630±40			
- ширина поддона	430±30			
Масса столика, кг, не более	11	19	14	21

Столик драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. Уход и обслуживание

11.1 Чистка и Дезинфекция:

⚠	**При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.**
⚠	**Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.**

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

11.2 Техническое обслуживание.

⚠	**При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 7 лет. При нарушении условий эксплуатаций или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.**
⚠	**Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации столика.**

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа полок, ручки, колес;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

12. Сведения об утилизации

⚠	**Столик не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.**
⚠	**Утилизацию компонентов столика производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.**

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

12.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

12.2 Металл.

Металл составляет 98% от общего веса стола. Все металлические детали столика сделаны из углеродистой стали.

12.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



13. Сведения об упаковывании

Столик упаковывают в картонные ящики.

14. Гарантии Изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

15. Свидетельство об упаковывании

Столик медицинский СМ-К-_____ зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____

должность личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

16. Свидетельство о приемке

Столик медицинский СМ-К-_____ зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Столик медицинский СМ-К-___ ТУ BY 800003039.034 – 2015 драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

Контролер ОТК

МП _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)
223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны, _____
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____

СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ-К-___
(наименование, тип и марка изделия)

_____
(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям ТУ BY 800003039.034 - 2015.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____
(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК _____
(подпись)

М.П.

_____
(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

Линия отреза

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ ***2***

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

_____

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

_____

*Дата «___» _____ 20___ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

_____

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

_____

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

_____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения_____

Дата ввода в эксплуатацию

_____

*Дата выхода из строя

_____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

_____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

_____

*2. Неисправность изделия

_____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

_____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

_____

_____

5. Место ремонта изделия

_____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

_____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

_____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*_____

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

*Представитель продавца (поставщика)

*_____

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: *service@medin.by*

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.

Линия отреза

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: feedback@medin.by

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « »_____20 г.

Предприятие (потребитель)_____
_____

Ф.И.О. представителя потребителя_____
_____

E.mail, тел., факс_____

Изделие, катал. номер, заводской номер_____
_____
_____
_____

Дата ввода в эксплуатацию_____

Условия эксплуатации_____
_____

Удовлетворённость изделием_____
_____

Надёжность_____
_____

Функциональность_____
_____

Дизайн_____
_____

Пожелание потребителя_____
_____
_____
_____

Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ-К-15, -16, -17, -18

ТУ BY 800003039.034 – 2015

ПАСПОРТ



Версия 03.01.2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Столика медицинского СМ-К-15 (-16, -17, -18) (далее − столик), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а также описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование столика во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация
Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”.
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35.
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Содержание

Введение 3
1. Меры безопасности 5
2. Символы 5
3. Маркировочная табличка 6
4. Использование изделия по назначению 6
6. Схема сборки 7
7. Состав изделия и устройство 10
8. Комплект поставки 12
9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования 13
10. Технические характеристики 13
11. Уход и обслуживание 14
12. Сведения об утилизации 15
13. Сведения об упаковывании 15
14. Гарантии Изготовителя 15
15. Свидетельство об упаковывании 16
16. Свидетельство о приемке 16
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 17
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 19
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 21

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Меры безопасности

	**Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство столика, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем руководстве.**
	**При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.**
	**Запрещается нагружать столик грузом, превышающим указанный в пункте 10.**
	**Запрещается оставлять без присмотра столик на наклонных поверхностях пола.**
	**Во время передвижения столика следует избегать препятствий и столкновений.**
	**Не перемещать столик по электрическим кабелям.**

2. Символы


Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
SN	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Предупреждение
	Беречь от влаги
	Предел по количеству ярусов в штабеле
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3. Маркировочная табличка

На столике предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Столик предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Столик не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

Перемещение столика следует производить по ровным поверхностям пола, избегая ударов о порожки, ступеньки и т.п.

5. Общее описание

Столик изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.034-2015.

Столик соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали столика выполнены из углеродистой стали и окрашены эпокси-полиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию столика растворами, согласно требований раздела 11, без ущерба качеству изделий.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Схема сборки

6.1 Поставка столика осуществляется в разобранном или собранном виде.

6.2 При поставке в разобранном виде, составные части должны быть обернуты упаковочной бумагой по ГОСТ 8273 или ГОСТ 2228 и обвязаны шпагатом или обмотаны пленкой «Стрейч».




Рисунок 1-а. Схема сборки СМ-К-15.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1-б. Схема сборки СМ-К-16.




Рисунок 1-в. Схема сборки СМ-К-17.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1-г. Схема сборки СМ-К-18.




Рисунок 2. Схема крепления проволочного ограждения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7. Состав изделия и устройство

Внешний вид столика представлен на рисунке 3.




Рисунок 3-а. Столик медицинский СМ-К-15.

1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Защитные бампера; 4 – Стойка,
5 – Колесо без тормоза Ø 100 мм; 6 – Колесо с тормозом Ø100 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение.




Рисунок 3-б. Столик медицинский СМ-К-16.

1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Ящики выдвижные; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 100 мм;
6 – Колесо с тормозом Ø100 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение; 9–Защитные бампера.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 3-в. Столик медицинский СМ-К-17.
1 –Полка; 2 – Ручка; 3 – Защитные бампера; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 100 мм; 6 – Колесо с тормозом Ø100 мм; 7 – Ограждение.



Рисунок 3-г. Столик медицинский СМ-К-18.
1 –Полка верхняя; 2 – Ручка; 3 – Защитные бампера; 4 – Стойка, 5 – Колесо без тормоза Ø 100 мм; 6 – Колесо с тормозом Ø100 мм; 7 – Полка; 8 – Ограждение; 9 – Ящики выдвижные.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. Комплект поставки

Комплект поставки столика должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Количество
Столик	1
Паспорт	1

Примечание: в случае поставки изделия в разобранном виде по требованию Заказчика комплект поставки столиков приведен в таблице 2.

Таблица 2.

Наименование	Значение для моделей			
	СМ-К-15	СМ-К-16	СМ-К-17	СМ-К-18
Полка	1	1	2	2
Полка верхняя	1	1	1	1
Стойка	2	2	2	2
Стойка левая	1	1	1	1
Стойка правая	1	1	1	1
Ограждение короткое	2	2	4	4
Ограждение длинное	2	2	4	4
Кронштейн	2	2	4	4
Труба	1	1	1	1
Кронштейн (левый + правый)	2	2	2	2
Бампер	4	4	4	4
Кольцо	4	4	4	4
Опора колесная без тормоза	2	2	2	2
Опора колесная с тормозом	2	2	2	2
Комплект метизов для крепления	1	1	1	1
Ключ для колес	1	1	1	1
Паспорт	1	1	1	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Столик должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50ºС до +40ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10ºС до +35ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Столик следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50ºС до +50ºС, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

10. Технические характеристики

Технические характеристики столиков приведены в таблице 3.

Таблица 3.

Наименование показателя	СМ-К-15	СМ-К-16	СМ-К-17	СМ-К-18
Габаритные размеры столика, мм:				
- длина	1035±40			
- ширина	700±30			
- высота	805±20		905±20	
Допустимая нагрузка на столик, кг	30		45	
В том числе:				
- на верхнюю полку	15	5	15	5
- на среднюю полку	-	-	15	
- на нижнюю полку	15			
- на ящик	-	5	-	5
Размеры полок, мм				
- длина поддона	900±40			
- ширина поддона	600±30			
Масса столика, кг, не более	20	34	24	42

Столик драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11. Уход и обслуживание

11.1 Чистка и Дезинфекция:

⚠	**При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.**
⚠	**Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.**

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:**

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

11.2 Техническое обслуживание.

⚠	**При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 7 лет. При нарушении условий эксплуатаций или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.**
⚠	**Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации столика.**

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа полок, ручки, колес;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;
- убедитесь, что все колеса легко вращаются и надежно фиксируются.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

12. Сведения об утилизации

⚠	**Столик не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.**
⚠	**Утилизацию компонентов столика производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.**

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

12.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

12.2 Металл.

Металл составляет 98% от общего веса стола. Все металлические детали столика изготовлены из нержавеющей стали.

12.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



13. Сведения об упаковывании

Столик упаковывают в картонные ящики.

14. Гарантии Изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие столика требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

15. Свидетельство об упаковывании

Столик медицинский СМ-К-____ зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

_____ _____ _____

должность личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

16. Свидетельство о приемке

Столик медицинский СМ-К-____ зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Столик медицинский СМ-К-____ ТУ BY 800003039.034 – 2015 драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

Контролер ОТК

МП _____ _____

личная подпись расшифровка подписи

_____

число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны, _____
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

СТОЛИК МЕДИЦИНСКИЙ СМ-К-____
(наименование, тип и марка изделия)

_____
(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям ТУ BY 800003039.034 - 2015.

Гарантируется исправность изделия в течение_____24 месяца_____
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____
(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК _____
(подпись)

М.П.

_____
(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

_____
(дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ _____
(Ф.И.О., должность) (подпись)

М.П.

Линия отреза

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

_____

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

_____

*Дата «___» _____ 20___ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

_____

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

_____

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

_____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения_____

Дата ввода в эксплуатацию

_____

*Дата выхода из строя

_____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

_____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

_____

*2. Неисправность изделия

_____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

_____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

_____

5. Место ремонта изделия

_____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

_____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

_____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*_____

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

*Представитель продавца (поставщика)

*_____

(Ф.И.О., подпись)

м.п.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Линия отреза

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРИЛОЖЕНИЕ 3

Для обеспечения качества нашей продукции и сервиса просим Вас заполнить нижеприведенную форму и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: feedback@medin.by

ТАЛОН ОБРАТНОЙ СВЯЗИ ПОТРЕБИТЕЛЯ С ПРОИЗВОДИТЕЛЕМ

ДАТА « »_____20 г.

Предприятие (потребитель)_____
_____

Ф.И.О. представителя потребителя_____
_____

E.mail, тел., факс_____

Изделие, катал. номер, заводской номер_____
_____
_____
_____

Дата ввода в эксплуатацию_____

Условия эксплуатации_____
_____

Удовлетворённость изделием_____
_____

Надёжность_____
_____

Функциональность_____
_____

Дизайн_____
_____

Пожелание потребителя_____
_____
_____
_____
Подпись

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru