PLASTIAPE

Instruction manual

The EROGATOR MDI actuator is used in conjunction with a suitable aerosol valve to provide a metered dose of drug into the patient's airways.

This model can be used for dispensing pharmaceuticals.

To actuate the EROGATOR actuator, it must be put on the bottle with a suitable aerosol valve installed, turn the bottle upside down, grasp the actuator with your lips and press the bottom of the bottle at the same time as taking a deep breath.

Plastiape S.p.A.
Mario Colombo
C.E.D.

Plastiape S.p.A. con socio unico cap. soc. € 1.000.000 int. vers.
Sede legale e amministrativa: Via I° Maggio, 8 – 23875 Osnago (LC) - Italy
Rea Lecco 124783 Cod.Fisc. 00231050139 Part. IVA 10728530154

Stab.to: Via I° Maggio 8 -23875 OSNAGO (LC) **Tel:** +39 039 95298.1
Stab.to: Via Rimembranze 32/a-23844 SIRONE (LC) **Tel:** +39 039 95298.1
Fax: +39 039 587805 (OSNAGO) – **Fax:** +39 031 852166 (SIRONE)
Email: info.plastiape@plastiape.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Бланк производителя

Инструкция

Актуатор EROGATOR MDI используется совместно с подходящим аэрозольным клапаном для обеспечения дозированной подачи лекарственного средства в дыхательные пути пациента.

Данная модель может быть использована для дозирования фармацевтических препаратов.

Для приведения в действие актуатора EROGATOR его необходимо насадить на баллон с установленным подходящим аэрозольным клапаном, перевернуть баллон вверх дном, обхватить губами актуатор и произвести нажатие на дно баллона одновременно с глубоким вдохом.

Подпись

Республика Беларусь Общество с ограниченной ответственностью «ПортаМед» г. Минск Для документов

перевод верен

спец. по лесарю-технологу Высшего

директора Писаневич Л.А.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru