Кушетка медицинская КМ-1
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кушетка медицинская (далее – кушетка) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050х900х500
Регулирование секций ложе	
подголовник	нет
Материал	08пс ГОСТ 1050-88 фанера ФК ГОСТ 3916.1-2018 пенополиуретан винилискожа
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кушетки, кг	25
Срок службы, лет	8



Кушетка медицинская КМ-1

3. Комплект поставки.

3.1. Кушетка медицинская 2050х900х500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кушетка представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из основания, изготовленного из профильной трубы, и ложе, изготовленного из фанеры, пенополиуретана и винилискожи, в торцы ножек установлены заглушки для труб.
4.2. Кушетка устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кушетка должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кушеток должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия и поверхности винилискожи ложе.
5.4. Кушетка поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кушетки предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях, диагностических центрах и др.
5.6. Кушетка должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кушеток подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кушеток в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кушеток

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кушетку не должна превышать 180 кг.
6.2. Кушетка должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кушеток требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кушеток 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кушетки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кушетки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кушетки в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кушетка медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт
(инструкция по применению)

Кушетка медицинская

КМ-1

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кушетка медицинская КМ-2
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кушетка медицинская (далее – кушетка) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050x900x500
Регулирование секций ложе	
подголовник	бесступенчато: 0° - 60°
Материал	08пс ГОСТ 1050-88 фанера ФК ГОСТ 3916.1-2018 пенополиуретан винилискожа
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кушетки, кг	25
Срок службы, лет	8



Кушетка медицинская КМ-2

3. Комплект поставки.

3.1. Кушетка медицинская 2050x900x500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кушетка представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из основания, изготовленного из профильной трубы, и ложе, изготовленного из фанеры, пенополиуретана и винилискожи, в торцы ножек установлены заглушки для труб. Подголовник ложе имеет возможность бесступенчатого регулирования.
4.2. Кушетка устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кушетка должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кушеток должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия и поверхности винилискожи ложе.
5.4. Кушетка поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кушетки предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях, диагностических центрах и др.
5.6. Кушетка должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кушеток подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кушеток в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кушеток

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кушетку не должна превышать 180 кг.
6.2. Кушетка должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кушеток требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кушеток 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кушетки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кушетки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кушетки в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кушетка медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)

Кушетка медицинская

КМ-2

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-1-01
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050х900х500
Регулирование секций ложе	
подголовник	нет
тазобедренная секция	нет
ножная секция	нет
Опоры	неподвижные
Материал	08пс ГОСТ 1050-88
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-1-01

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050х900х500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб, и основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены заглушки для труб.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в медицинских клиниках, санаториях, диагностических центрах и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-1-01

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-1-01-К
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050х900х500
Регулирование секций ложе	
подголовник	нет
тазобедренная секция	нет
ножная секция	нет
Опоры	неподвижные
Материал	08пс ГОСТ 1050-88 плита древесно-стружечная ламинированная СТБ 1348
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-1-01-К

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050х900х500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб и панели из плиты древесно-стружечной ламинированной, и основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены заглушки для труб.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в медицинских клиниках, санаториях, диагностических центрах и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-1-01-К

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-2-01
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050х900х500
Регулирование секций ложе	
подголовник	ступенчато: 0° - 60°
тазобедренная секция	нет
ножная секция	нет
Опоры	неподвижные
Материал	08пс ГОСТ 1050-88
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-2-01

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050х900х500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб, и основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены заглушки для труб. Подголовник ложе имеет возможность ступенчатого регулирования.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-2-01

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-2-01-К
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050х900х500
Регулирование секций ложе	
подголовник	ступенчато: 0° - 60°
тазобедренная секция	нет
ножная секция	нет
Опоры	неподвижные
Материал	08пс ГОСТ 1050-88 плита древесно-стружечная ламинированная СТБ 1348
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-2-01-К

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050х900х500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб и панели из плиты древесно-стружечной ламинированной, и основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены заглушки для труб. Подголовник ложе имеет возможность ступенчатого регулирования.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-2-01-К

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-2-02
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050х900х500
Регулирование секций ложе	
подголовник	ступенчато: 0° - 60°
тазобедренная секция	нет
ножная секция	нет
Опоры	поворотный ролик с тормозом
Материал	08пс ГОСТ 1050-88
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-2-02

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050х900х500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб, и основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены поворотные ролики с тормозом. Подголовник ложе имеет возможность ступенчатого регулирования.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-2-02

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-2-02-К
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050x900x500
Регулирование секций ложе	
подголовник	ступенчато: 0° - 60°
тазобедренная секция	нет
ножная секция	нет
Опоры	поворотный ролик с тормозом
Материал	08пс ГОСТ 1050-88 плита древесно-стружечная ламинированная СТБ 1348
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-2-02-К

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050x900x500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб и панели из плиты древесно-стружечной ламинированной, основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены поворотные ролики с тормозом. Подголовник ложе имеет возможность ступенчатого регулирования.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-2-02-К

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-3-01
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050x900x500
Регулирование секций ложе	
подголовник	ступенчато: 0° - 60°
тазобедренная секция	ступенчато: 0°-55°
ножная секция	ступенчато: 0°-30°
Опоры	неподвижные
Материал	08пс ГОСТ 1050-88
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-3-01

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050x900x500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб, и основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены заглушки для труб. Подголовник, тазобедренная и ножная секции имеют возможность ступенчатого регулирования.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-3-01

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-3-01-К
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050х900х500
Регулирование секций ложе	
подголовник	ступенчато: 0° - 60°
тазобедренная секция	ступенчато: 0°-55°
ножная секция	ступенчато: 0°-30°
Опоры	неподвижные
Материал	08пс ГОСТ 1050-88 плита древесно-стружечная ламинированная СТБ 1348
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-3-01-К

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050х900х500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб и панели из плиты древесно-стружечной ламинированной, основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены заглушки для труб. Подголовник, тазобедренная и ножная секции имеют возможность ступенчатого регулирования.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-3-01-К

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-3-02
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050х900х500
Регулирование секций ложе	
подголовник	ступенчато: 0° - 60°
тазобедренная секция	ступенчато: 0°-55°
ножная секция	ступенчато: 0°-30°
Опоры	поворотный ролик с тормозом
Материал	08пс ГОСТ 1050-88
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-3-02

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050х900х500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб, и основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены поворотные ролики с тормозом. Подголовник тазобедренная и ножная секция имеют возможность ступенчатого регулирования.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-3-02

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Кровать медицинская КрМ-3-02-К
ТУ BY101382010.016-2020

1. Назначение

Кровать медицинская (далее – кровать) предназначена для сидения и лежания в помещениях учреждений здравоохранения, лечебно-профилактических учреждениях и иных помещениях.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ДхШхВ),мм	2050x900x500
Регулирование секций ложе	
подголовник	ступенчато: 0° - 60°
тазобедренная секция	ступенчато: 0°-55°
ножная секция	ступенчато: 0°-30°
Опоры	поворотный ролик с тормозом
Материал	08пс ГОСТ 1050-88 плита древесно-стружечная ламинированная СТБ 1348
Покрытие	порошковое полимерное, цвет по RAL 9006
Максимальная нагрузка, кг	180
Масса кровати, кг	25
Срок службы, лет	8



Кровать медицинская КрМ-3-02-К

3. Комплект поставки.

3.1. Кровать медицинская 2050x900x500.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Кровать представляет собой сварную неразборную конструкцию, состоящую из спинки, изготовленной из круглых стальных труб и панели из плиты древесно-стружечной ламинированной, основания, изготовленного из профильной трубы и сетки сварной, в торцы ножек установлены поворотные ролики с тормозом. Подголовник тазобедренная и ножная секция имеют возможность ступенчатого регулирования.
4.2. Кровать устанавливается на ровный пол.

5. Правила транспортировки, хранения и эксплуатации.

5.1. Транспортировка должна производиться крытым транспортом всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида, с обеспечением предохранения от механических повреждений и атмосферных осадков при погрузочно-разгрузочных работах.
5.2. Кровать должна храниться в хорошо проветриваемом, защищенном от нагрева месте, не способствующем образованию коррозии и исключающим попадание загрязнений и химикатов.
5.3. При складировании кроватей должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.4. Кровать поставляется в собранном виде и должна быть упакована в стретч пленку.
5.5. Кровати предназначены для эксплуатации в больницах, медицинских клиниках, санаториях и др.
5.6. Кровать должна использоваться в крытых помещениях по условиям хранения УХЛ4 по ГОСТ 15150-69.
5.7. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.8. Для очистки кроватей подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.9. При установке кроватей в помещениях расстояние от отопительных и нагревательных приборов должно быть не менее одного метра.

6. Техника безопасности при эксплуатации кроватей

6.1. Максимальная распределенная нагрузка на кровать не должна превышать 180 кг.
6.2. Кровать должна устойчиво стоять на поверхности пола.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие кроватей требованиям ТУ BY101382010.016-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
7.2. Гарантийный срок эксплуатации кроватей 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
7.3. На кровати с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
7.4. Для ремонта кровати в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка кровати в ремонт осуществляется потребителем.

8. Свидетельство о приемке

Кровать медицинская соответствует требованиям ТУ BY101382010.016-2020 и КД и признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 204-20-08

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт
(инструкция по применению)

Кровать медицинская

КрМ-3-02-К

ТУ BY101382010.016-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru