Тележка медицинская универсальная ТМУ 101
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	1300x650x900
Число полок, шт.	1
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90, Круг ГОСТ 2590-88
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность , кг	150
Масса тележки, кг	46
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-101

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 101 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса, состоящего из круглых и профильных труб, тонколистового металла, и поворотных и неповоротных опор, диаметром колеса 160мм. Боковые стенки состоят из прутка диаметром 5мм и листа тонколистового металла .
4.2. Для загрузки и выгрузки тележки предусмотрены откидные борты, которые фиксируются шпингалетами в вертикальном положении.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется на любых дорожных покрытиях и внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируется в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства(Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузо-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком);
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек медицинских должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Указания по эксплуатации:

1. Не допускается:
– использовать тележки, имеющие повреждения или дефекты, влияющие на нормальную эксплуатацию. Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации;
– использовать тележку не по назначению, в том числе перевозить людей;
– загружать тележку свыше номинальной нагрузки;
– ударное воздействие на тележку, в т. ч. на колесные опоры при наезде на препятствие высотой более 5 мм.
2. Временное размещение тележек вне помещений допускается только под навесом.
3. Ежедневно осуществлять визуальный контроль и проверку:
– целостности рамы, платформы, корзины;
– состояния и надежного закрепления колесных опор;
– целостности защитно-декоративного покрытия.
4. В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц, осуществлять периодическое обслуживание, включающее в себя:
– все действия, проводимые при ежедневном контроле;
– влажную очистку.
5. Ремонт тележек должен производится путем замены пришедших в негодность элементов конструкции на новые. При этом колесные опоры не подлежат восстановлению и ремонту и должны заменяться аналогичным узлом в сборе.

БелЭЗ

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 101

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 201
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее - тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	1500х800х1000
Число полок, шт.	1
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90, Сетка ГОСТ 23279-75
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность , кг	150
Масса тележки, кг	68
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-201

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 201 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса, состоящего из круглых и профильных труб, тонколистового металла, и 4-х поворотных опор, диаметром колеса 160мм. Боковые стенки - цельносварные, состоят из круглой трубы и сетки с диаметром прутка 4мм, ячейкой 50х50 мм.
4.2. Для удобства загрузки и выгрузки тележки предусмотрены быстро съёмные борты.

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется на любых дорожных покрытиях и внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируется в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства(Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек медицинских должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Указания по эксплуатации

1. Не допускается:
– использовать тележки, имеющие повреждения или дефекты, влияющие на нормальную эксплуатацию. Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации;
– использовать тележку не по назначению, в том числе перевозить людей;
– загружать тележку свыше номинальной нагрузки;
– ударное воздействие на тележку, в т. ч. на колесные опоры при наезде на препятствие высотой более 5 мм.
2. Временное размещение тележек вне помещений допускается только под навесом.
3. Ежедневно осуществлять визуальный контроль и проверку:
– целостности рамы, платформы, корзины;
– состояния и надежного закрепления колесных опор;
– целостности защитно-декоративного покрытия.
4. В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц, осуществлять периодическое обслуживание, включающее в себя:
– все действия, проводимые при ежедневном контроле;
– влажную очистку.
5. Ремонт тележек должен производится путем замены пришедших в негодность элементов конструкции на новые. При этом колесные опоры не подлежат восстановлению и ремонту и должны заменяться аналогичным узлом в сборе.

БелЭЗ

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 201

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 202
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее - тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	1300х650х900
Число полок, шт.	1
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность , кг	150
Масса тележки, кг	46
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-202

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 202 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса, состоящего из круглых и профильных труб, тонколистового металла, и поворотных и неповоротных опор, диаметром колеса 160мм. Боковые стенки - цельносварные, состоят из круглой трубы .

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.2. Для удобства загрузки и выгрузки тележки предусмотрены быстро съёмные борты.

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется на любых дорожных покрытиях и внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируется в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства(Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2001 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировки и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек медицинских должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележки требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Указания по эксплуатации

1. Не допускается:
– использовать тележки, имеющие повреждения или дефекты, влияющие на нормальную эксплуатацию. Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации;
– использовать тележку не по назначению, в том числе перевозить людей;
– загружать тележку свыше номинальной нагрузки;
– ударное воздействие на тележку, в т. ч. на колесные опоры при наезде на препятствие высотой более 5 мм.
2. Временное размещение тележек вне помещений допускается только под навесом.
3. Ежедневно осуществлять визуальный контроль и проверку:
– целостности рамы, платформы, корзины;
– состояния и надежного закрепления колесных опор;
– целостности защитно-декоративного покрытия.
4. В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц, осуществлять периодическое обслуживание, включающее в себя:
– все действия, проводимые при ежедневном контроле;
– влажную очистку.
5. Ремонт тележек должен производится путем замены пришедших в негодность элементов конструкции на новые. При этом колесные опоры не подлежат восстановлению и ремонту и должны заменяться аналогичным узлом в сборе.

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)
Тележка медицинская универсальная
ТМУ- 202
ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 301.01
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	925х540х890
Число полок, шт.	3
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность, кг	20 кг на полку
Масса тележки, кг	13
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-301.01

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 301.01 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного каркаса из профильных труб и тонколистового металла, и поворотных роликов диаметром колеса 80мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, кухнях, пищеблоках, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается : - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно- разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Указания по эксплуатации

1. Не допускается:
– использовать тележки, имеющие повреждения или дефекты, влияющие на нормальную эксплуатацию. Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации;
– использовать тележку не по назначению, в том числе перевозить людей;
– загружать тележку свыше номинальной нагрузки;
– ударное воздействие на тележку, в т. ч. на колесные опоры при наезде на препятствие высотой более 5 мм.
2. Временное размещение тележек вне помещений допускается только под навесом.
3. Ежедневно осуществлять визуальный контроль и проверку:
– целостности рамы, платформы, корзины;
– состояния и надежного закрепления колесных опор;
– целостности защитно-декоративного покрытия.
4. В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц, осуществлять периодическое обслуживание, включающее в себя:
– все действия, проводимые при ежедневном контроле;
– влажную очистку.
5. Ремонт тележек должен производится путем замены пришедших в негодность элементов конструкции на новые. При этом колесные опоры не подлежат восстановлению и ремонту и должны заменяться аналогичным узлом в сборе.

БелЭЗ

Паспорт
(инструкция по применению)
Тележка медицинская универсальная
ТМУ- 301.01
ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 301.01Н
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	925х540х890
Число полок, шт.	3
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90, Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-2014
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность, кг	20 кг на полку
Масса тележки, кг	13
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-301.01Н

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 301.01Н - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса из профильных труб и тонколистового металла, и поворотных роликов диаметром колеса 80мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, кухнях, пищеблоках, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании, хранении; - поставлять тележки без упаковывания(по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____

(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Указания по эксплуатации

1. Не допускается:

– использовать тележки, имеющие повреждения или дефекты, влияющие на нормальную эксплуатацию. Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации;

– использовать тележку не по назначению, в том числе перевозить людей;
– загружать тележку свыше номинальной нагрузки;
– ударное воздействие на тележку, в т. ч. на колесные опоры при наезде на препятствие высотой более 5 мм.

2. Временное размещение тележек вне помещений допускается только под навесом.
3. Ежедневно осуществлять визуальный контроль и проверку:

– целостности рамы, платформы, корзины;
– состояния и надежного закрепления колесных опор;
– целостности защитно-декоративного покрытия.

4. В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц, осуществлять периодическое обслуживание, включающее в себя:

– все действия, проводимые при ежедневном контроле;
– влажную очистку.

5. Ремонт тележек должен производится путем замены пришедших в негодность элементов конструкции на новые. При этом колесные опоры не подлежат восстановлению и ремонту и должны заменяться аналогичным узлом в сборе.

БелЭЗ

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 301.01Н

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 301.02
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	925х540х890
Число полок, шт.	2
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность, кг	20 кг на полку
Масса тележки, кг	11
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-301.02

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 301.02 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного каркаса из профильных труб и тонколистового металла, и поворотных роликов диаметром колеса 80мм.

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, кухнях, пищеблоках, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____ (штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Указания по эксплуатации

1. Не допускается:

– использовать тележки, имеющие повреждения или дефекты, влияющие на нормальную эксплуатацию. Такие тележки должны быть выведены из эксплуатации;
– использовать тележку не по назначению, в том числе перевозить людей;
– загружать тележку свыше номинальной нагрузки;
– ударное воздействие на тележку, в т. ч. на колесные опоры при наезде на препятствие высотой более 5 мм.

2. Временное размещение тележек вне помещений допускается только под навесом.
3. Ежедневно осуществлять визуальный контроль и проверку:

– целостности рамы, платформы, корзины;
– состояния и надежного закрепления колесных опор;
– целостности защитно-декоративного покрытия.

4. В зависимости от условий эксплуатации, но не реже одного раза в месяц, осуществлять периодическое обслуживание, включающее в себя:

– все действия, проводимые при ежедневном контроле;
– влажную очистку.

5. Ремонт тележек должен производится путем замены пришедших в негодность элементов конструкции на новые. При этом колесные опоры не подлежат восстановлению и ремонту и должны заменяться аналогичным узлом в сборе.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

БелЭЗ

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 301.02

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Тележка медицинская универсальная ТМУ 301.02Н
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	925х540х890
Число полок, шт.	2
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90 , Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-2014
Покрытие	-
Грузоподъёмность, кг	20 кг на полку
Масса тележки, кг	11
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-301.02Н

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 301.02Н - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса из профильных труб и тонколистового металла, и поворотных роликов диаметром колеса 80мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, кухнях, пищеблоках, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно- разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек должны быть исключены деформации.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____

(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

БелЭЗ

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 301.02Н

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 301.03
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	925х540х890
Число полок, шт.	3
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность, кг	20 кг на поддон
Масса тележки, кг	16
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-301.03

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 301.03 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного каркаса из профильных труб и тонколистового металла, и поворотных роликов диаметром колеса 80мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, кухнях, пищеблоках, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____

(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 301.03

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 301.03Н
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	925х540х890
Число полок, шт.	3
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90 , Нержавеющая сталь ГОСТ 5632-2014
Покрытие	-
Грузоподъёмность, кг	20 кг на поддон
Масса тележки, кг	16
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-301.03Н

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 301.03Н - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного каркаса из профильных труб и тонколистового металла, и поворотных роликов диаметром колеса 80мм.

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, кухнях, пищеблоках, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек должны быть исключены деформации.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____

(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

БелЭЗ

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 301.03Н

ТУ BY 101382010.014-2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 301.04
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	925х540х890
Число полок, шт.	2
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность, кг	20 кг на поддон
Масса тележки, кг	14
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-301.04

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 301.04 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного каркаса из профильных труб и тонколистового металла, и поворотных роликов диаметром колеса 80мм.

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, кухнях, пищеблоках, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____

(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 301.04

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 301.04Н
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	925х540х890
Число полок, шт.	2
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90 , Нержавеющая сталь 5632-2014.
Покрытие	-
Грузоподъёмность, кг	20 кг на поддон
Масса тележки, кг	14
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-301.04Н

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 301.04Н - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного каркаса из профильных труб и тонколистового металла, и поворотных роликов диаметром колеса 80мм.

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используется внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, кухнях, пищеблоках, а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается : - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек должны быть исключены деформации.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____ (штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 301.04Н

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 401
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее - тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	1100х700х910
Число полок, шт.	1
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82, листовой металл ГОСТ 19904-90
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность , кг	150
Масса тележки, кг	26
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-401

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 401 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса , состоящего из круглых и профильных труб, тонколистового металла, и поворотных и неповоротных опор , диаметр колеса 160мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используются при любых метеорологических условиях, на любых покрытиях дорожных и внутри помещений.
5.2. Тележка эксплуатируется в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях , а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства(Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек медицинских должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев от даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____ (штамп)

Изготовитель:
РУП «БелГЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 401

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 501
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	1100х600х910
Число полок, шт.	1
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 10704-91, листовой металл ГОСТ 19904-90
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность, кг	150
Масса тележки, кг	23
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-501

2. Комплект поставки.

2.1. Тележка ТМУ 501 - 1шт.
2.2. Паспорт изделия

3. Устройство и принцип работы.

3.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию из цельносварного каркаса , состоящего из круглых и профильных труб, тонколистового металла, и поворотных и неповоротных опор , диаметром колеса 160мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Правила транспортировки и эксплуатации

4.1. Изделие используются на любых покрытиях, дорожных и внутри помещений.
4.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях, а также в складских помещениях и др.
4.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства(Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
4.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается : - использовать другие виды упаковки ,соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
4.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
4.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
4.8. При складировании тележек медицинских должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
4.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

5. Гарантийные обязательства

5.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяца от даты отгрузки потребителю.
5.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
5.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

6. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК _____
(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Паспорт

(инструкция по применению)

Тележка медицинская универсальная

ТМУ- 501

ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Тележка медицинская универсальная ТМУ 601
ТУ BY101382010.014-2020

1. Назначение

Тележки медицинские универсальные (далее – тележки) предназначены для транспортировки контейнеров с медикаментами, белья, постельных принадлежностей, медицинского оборудования и др.

2. Технические характеристики.

Габаритные размеры (ШхГхВ),мм	1200х650х1120
Число полок, шт.	1
Регулировка полок по высоте	-
Материал	Труба ГОСТ 10704-91, ГОСТ 8639-82, ткань -полиэстр
Покрытие полимерное	RAL 9016
Грузоподъёмность, кг	100
Масса тележки, кг	16
Срок службы, лет	8



Тележка универсальная медицинская ТМУ-601

3. Комплект поставки.

3.1. Тележка ТМУ 601 - 1шт.
3.2. Паспорт изделия

4. Устройство и принцип работы.

4.1. Тележка представляет собой сборную конструкцию, состоящую из цельносварного каркаса, тканевого мешка, фиксирующегося самоклеящейся лентой - защёлкой к каркасу и поворотных роликов , диаметром колеса 80мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Правила транспортировки и эксплуатации

5.1. Изделие используются в крытых помещениях при температуре не ниже +2°С.
5.2. Тележка эксплуатируются в больницах и клиниках, санаториях, диагностических центрах и медицинских пунктах, смотровых, операционных, процедурных, манипуляционных помещениях, лабораториях , а также в складских помещениях и др.
5.3. Для очистки каркасов тележек подходят дезинфицирующие средства (Хлорамин Б), водно-мыльные растворы и другие средства, разрешенные к применению для этих целей в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
5.4. Очистку поверхности изделий следует осуществлять мягкой ветошью, салфеткой или щеткой. Не следует применять губки с покрытием из металлического материала и т.п., которые могут поцарапать или иным образом повредить покрытие.
5.5. Тележки медицинские универсальные должны поставляться в собранном виде с упаковыванием в стретч плёнку.
Допускается: - использовать другие виды упаковки, соответствующие требованиям ТР ТС 005/2011 и обеспечивающие сохранность тележек при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении; - поставлять тележки без упаковывания (по согласованию с Заказчиком).
5.6. Склады для хранения готовой продукции должны быть крытыми и проветриваемыми.
5.7. Продукция должна храниться в местах, защищенных от нагрева, попадания воды, загрязнений и химикатов.
5.8. При складировании тележек медицинских должны быть исключены деформации, нарушение защитного полимерного покрытия.
5.9. Размещение и крепление тележек при перевозке в транспортных средствах должны обеспечивать их устойчивое положение, исключающее возможность смещения и ударов друг о друга и о стенки транспортного средства.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ BY 101282010.014-2020 при соблюдении условий транспортирования, хранения и эксплуатации.
6.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев с даты отгрузки потребителю.
6.3. На тележки с механическими повреждениями, возникшими по вине потребителя вследствие нарушения условий эксплуатации, хранения и транспортирования, гарантии не распространяются.
6.4. Для ремонта тележки в период гарантийного срока требуется предоставить акт рекламации с указанием условий, при которых была выявлена неисправность и предъявить само изделие. Доставка изделия в ремонт осуществляется потребителем.

7. Свидетельство о приемке

Тележка медицинская универсальная соответствует требованиям конструкторской документации и ТУ BY 101282010.014-2020, признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г. Контролер ОТК

_____

(штамп)

Изготовитель:
РУП «БелЭЗ», Республика Беларусь, 220088, г. Минск,
ул. Ивановская, 56
Адрес производства:
220073, г. Минск, ул. Гусовского, 4, тел. (017) 374-99-08

ISO 9001

Паспорт
(инструкция по применению)
Тележка медицинская универсальная
ТМУ- 601
ТУ BY 101382010.014-2020

Минск 2020

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru