АО «СТОМА»
Украина, г. Харьков, ул. Ньютона, 3

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМ[illegible]ИК

ВОСК БЮГЕЛЬНЫЙ-02

Инструкция по применению

1. Назначение

Воск бюгельный-02 применяется в ортопедической стоматологии для создания промежуточного слоя при моделировании каркасов бюгельных протезов.

2. Свойства

Воск бюгельный-02 – парафино-церезиновый сплав с модифицирующими добавками. Воск обладает высокой пластичностью и легко формуется на модели.

3. Способ применения

Для получения промежуточного слоя при моделировании каркаса бюгельного протеза, восковую пластинку разогревают над пламенем горелки или в теплой воде, укладывают на модель и формуют, прижимая воск к модели пальцами рук, избегая при этом лишних усилий, чтобы не истончить местами восковую пластинку. Толщину восковой пластинки определяет врач.

4. Комплектность

Комплект Воска бюгельного-02 содержит:

- пластины воска: типоразмера 1 – 40 г,
  типоразмера 2 – 60 г;
- инструкцию по применению – 1 шт.

или

- пластины воска: типоразмера 1 – 40 г,
  типоразмера 2 – 30 г,
  типоразмера 2 с рельефом – 30 г;
- инструкцию по применению – 1 шт.

Масса нетто комплекта 100 г.

Допускается выпуск изделия в другом количестве и другой комплектности.

5. Условия хранения

Воск бюгельный-02 должен храниться в закрытых помещениях, защищенных от воздействия атмосферных осадков и прямых солнечных лучей, при температуре от 5 °С до 25 °С, вдали от открытых источников огня и на расстоянии не менее 1 м от отопительных приборов.

Гарантийный срок хранения 2 года.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АТ «СТОМА»
КОНТРОЛЬНИЙ
ПРИМІРНИК

6. Графические символы маркировки изделия, указанные на упаковке:

 — «ознакомление с инструкцией по применению»;

 — «дата изготовления»;



— «номер партии»;

 — «изготовитель»;

 — «использовать до»;

 — «температурное ограничение» (при хранении).

Дата последнего пересмотра: 12.05.2017 г.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru