ООО «СМАРТ ПАК»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КОЛПАЧОК ТИПЫ: 3.1а(А), 3.1а(Б), 3.б.

1. Предмет инструкции

Колпачок типы 3.1а(А), 3.1а(Б), 3.б используется для укупоривания полимерных флаконов изготовленных методом BFS (Blow-Fill-Seal). Упаковка предназначена для одноразового использования.

2. Изображение





3. Принцип действия

- Колпачок типы 3.1а(А), 3.1а(Б), 3.б имеет внутри иглу, которая предназначена для обеспечения прокола флакона с последующей герметизацией.

Разработал

Директор **И.В. Цедрик**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО «СМАРТ ПАК»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КРЫШКА НАВИНЧИВАЕМАЯ типы:1.1; 1.1а(А); 1.1а(Б); 1.3

1. Предмет инструкции

Крышка навинчиваемая типы: 1.1; 1.1а(А); 1.1а(Б); 1.3 для пероральных растворов, предназначена для использования в качестве первичного упаковочного материала лекарственных средств.

2. Изображение






3. Принцип действия

-Крышка навинчиваемая тип 1.1 используется в комплекте с пробкой ниппельной/аптечной тип 2.1/2.1а. Применяется к флаконам с диаметром горловины 20 мм.
-Крышка навинчиваемая тип 1.1а(А) герметизирует стеклянный флакон без пробки и капельницы за счет уплотнительного кольца. Применяется к флаконам с диаметром горловины 20 мм.
-Крышка навинчиваемая тип 1.1а(Б) используется в комплекте с горизонтальной пробкой-капельницей тип 2.1а(Б). Применяется к флаконам с диаметром горловины 20мм.
-Крышка навинчиваемая тип 1.3 используется в комплекте с горизонтальной пробкой-капельницей тип 2.2 или пробкой укупорной тип 2.3. Применяется к флаконам с диаметром горловины 16 мм.

Для использования лекарственного средства необходимо снять крышку навинчиваемую. Крышки предназначены для однократного применения.

Разработал

Директор **И.В. Цедрик**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО «СМАРТ ПАК»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
КРЫШКА УКУПОРОЧНО- НАВИНЧИВАЕМАЯ типы: 1.4в; 1.4б; 1.4бСП1

1. Предмет инструкции

Крышка навинчиваемая типы 1.4в; 1.4б; 1.4бСП предназначена для использования в качестве первичного упаковочного материала для растворов пероральных.

2. Изображение





3. Принцип действия

-**Крышка укупорочно-навинчиваемая тип 1.4в** герметизирует стеклянный флакон за счет уплотнительного кольца. Применяется к флаконам с диаметром горловины 12 мм.

-**Крышка укупорочно-навинчиваемая типы 1.4б, 1.4бСП1** герметизирует стеклянный флакон за счет уплотнительного кольца. Применяется к флаконам с диаметром горловины 18 мм.

Для использования лекарственного средства, необходимо снять крышку навинчиваемую. Крышки предназначены для однократного применения.

Разработал

Директор **И.В. Цедрик**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО «СМАРТ ПАК»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ КРЫШКА УКУПОРОЧНО - НАВИНЧИВАЕМАЯ С КОНТРОЛЕМ ПЕРВОГО ВСКРЫТИЯ типы: 1.4к; 1.4кСП1; 1.4кСП2; 1.4м; 1.4мСП1; 1.4мСП2; 1.4п.

1. Предмет инструкции

Крышка укупорочно – навинчиваемая с контролем первого вскрытия типы: 1.4к; 1.4кСП1; 1.4кСП2; 1.4м; 1.4мСП1; 1.4мСП2; 1.4п используется для пероральных растворов, предназначена в качестве первичного упаковочного материала для лекартсвенных средств

.2. Изображение





3. Принцип действия

-Крышка укупорочно-навинчиваемая с контролем первого вскрытия тип 1.4к используется в комплекте с пробкой-капельницей типы 2.2е, 2.2в, 2.2вСП1. Применяется к флаконам с диаметром горловины 18 мм.

-Крышка укупорочно-навинчиваемая с контролем первого вскрытия тип 1.4кСП1 используется в комплекте с пробкой-капельницей тип 2.2аСП1. Применяется к флаконам с диаметром горловины 18 мм.

- Крышка укупорочно-навинчиваемая с контролем первого вскрытия тип 1.4кСП2 используется в комплекте с пробкой-капельницей тип 2.2вСП2. Применяется к флаконам с диаметром горловины 18 мм.

- Крышка укупорочно-навинчиваемая с контролем первого вскрытия тип 1.4м герметизирует флакон за счет уплотнительного кольца. Применяется к флаконам с диаметром горловины 18 мм.

- Крышка укупорочно-навинчиваемая с контролем первого вскрытия тип 1.4мСП1 герметизирует флакон за счет уплотнительного кольца. Применяется к флаконам с диаметром горловины 18 мм.

-Крышка укупорочно-навинчиваемая 1.4мСП1 со шпателем герметизирует стеклянный флакон за счет уплотнительного кольца и предназначена для нанесения лекарственного средства на поверхность. Применяется к флаконам с диаметром горловины 18 мм.

- Крышка укупорочно-навинчиваемая с контролем первого вскрытия тип 1.4п в комплекте с прокладкой (материал: ПЭ вспененный), которая обеспечивает надлежащее уплотнение на совместимых горлышках флаконов. Применяется к флаконам с диаметром горловины 28 мм.

Для использования лекарственного средства необходимо снять крышку. Кольцо первого вскрытия обеспечивает защиту от несанкционированного доступа и разрывается после первого вскрытия флакона потребителем. Нельзя применять крышки при нарушении целостности потребительской тары. Упаковка предназначена для одноразового использования.

Разработал

Директор **И.В. Цедрик**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО «СМАРТ ПАК»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПРОБКА НИППЕЛЬНАЯ тип 2.1, ПРОБКА АПТЕЧНАЯ тип 2.1а, ПРОБКА УКУПОРНАЯ тип 2.3.

1. Предмет инструкции

Пробка ниппельная тип 2.1, пробка аптечная тип 2.1а, пробка укупорная тип 2.3 предназначены для герметичного укупоривания флаконов с лекарственным средством.

2. Изображение





3. Принцип действия

-Пробка ниппельная тип 2.1, пробка аптечная тип 2.1а применяется к флаконам с диаметром горловины 20 мм.
-Пробка укупорная тип 2.3 применяется к флаконам с диаметром горловины 16 мм.

Для использования лекарственного средства необходимо снять крышку винтовую, достать пробку ниппельную/аптечную/укупорную. Упаковка предназначена для одноразового использования.

Разработал
Директор **И.В. Цедрик**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ООО «СМАРТ ПАК»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОБКА-КАПЕЛЬНИЦА типы: 2.2, 2.2а(Б), 2.2аСП1, 2.2аСП2; 2.2в, 2.2вСП1, 2.2вСП2, 2.2е(А), 2.2е(Б).

1. Предмет инструкции

Пробка-капельница типы 2.2, 2.2а(Б), 2.2аСП1, 2.2аСП2; 2.2в, 2.2вСП1, 2.2вСП2, 2.2е(А), 2.2е(Б) предназначены для дозированного капельного истечения лекарственного средства.

2. Изображение



3. Принцип действия

-Пробка-капельница тип 2.2 применяется к флаконам с диаметром горловины 16 мм.

-Пробка-капельница типы: 2.2а(Б), 2.2аСП1, 2.2аСП2; 2.2в, 2.2вСП1, 2.2вСП2, 2.2е(А), 2.2е(Б) применяется к флаконам с диаметром горловины 18 мм.

Для использования лекарственного средства необходимо снять крышку винтовую, флакон со вставленной во внутрь пробкой-капельницей наклонить под углом 120°/180° и дозированно отмерить жидкость. Упаковка предназначена для одноразового использования.

Разработал
Директор **И.В. Цедрик**

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru