Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»
д.Могилевцы, Пружанский район, Брестская область

Указания по эксплуатации костюма медицинского

1.Костюм медицинский , СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия».
2.Костюм медицинский состоит из куртки и брюк. Костюмы медицинские выпускаются в размерах от 96 – 120, рост 158-188, размер указан в маркировке.
Костюмы медицинские предназначены для ношения в медицинских учреждениях.
3.Костюмы медицинские из хлопчатобумажных тканей допускается стирать при температуре 95 °С, не отбеливать, не применять сушку в барабане, гладить при максимальной температуре прессующей поверхности утюга 200°С.
4.Костюмы медицинские должна храниться в крытых складских, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
5.Дату изготовления – см. в маркировке.

Республика Беларусь * Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы» *

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись

Директор М.С. Русак

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»
д.Могилевцы, Пружанский район, Брестская область

Указания по эксплуатации бахил хирургических

1.Бахилы хирургические, СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия».
2.Бахилы хирургические предназначены для ношения в медицинских учреждениях.
3.Бахилы хирургические из хлопчатобумажных тканей допускается стирать при температуре 95 °С, не отбеливать, не применять сушку в барабане, гладить при максимальной температуре прессующей поверхности утюга 200°С.
4.Бахилы хирургические должна храниться в крытых складских, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
5.Дату изготовления – см. в маркировке.

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись
Директор М.С. Русак

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»
д.Могилевцы, Пружанский район, Брестская область

Указания по эксплуатации колпака медицинского

1.Колпак медицинский, СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия».
2.Колпак медицинский предназначен для ношения в медицинских учреждениях.
3.Колпаки медицинские из хлопчатобумажных тканей допускается стирать при температуре 95 °С, не отбеливать, не применять сушку в барабане, гладить при максимальной температуре прессующей поверхности утюга 200°С.
4.Колпак медицинский должен храниться в крытых складских, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
5.Дату изготовления – см. в маркировке.

Республика Беларусь Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись

Директор М.С.Русак

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»
д.Могилевцы, Пружанский район, Брестская область

Указания по эксплуатации чехлов для хранения одежды

1.Чехлы для хранения одежды , СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия».
2.Чехол для хранения одежды с нижними карманами для хранения обуви.
Чехлы для хранения одежды предназначены для хранения одежды пациентов в медицинских учреждениях.
3.Чехлы для хранения одежды из хлопчатобумажных тканей допускается стирать при температуре 95 °С, не отбеливать, не применять сушку в барабане, гладить при максимальной температуре прессующей поверхности утюга 200°С.
4.Чехлы для хранения одежды должны храниться в крытых складских, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
5.Дату изготовления – см. в маркировке.

Республика Беларусь Коммунальное унитарное «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись

Директор М.С. Русак

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»
д.Могилевцы, Пружанский район, Брестская область

Указания по эксплуатации халата –накидки медицинской

1.Халат-накидка медицинская, СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия».
2.Халат-накидка медицинская используется во время посещений и врачебных обходов, представляет собой просторную одежду ,надеваемую поверх костюма с целью соблюдения гигиенических условий в палатах стационара.
Халат-накидка медицинская предназначена для ношения в медицинских учреждениях.
3.Халат-накидка из хлопчатобумажных тканей допускается стирать при температуре 95 °С, не отбеливать, не применять сушку в барабане, гладить при максимальной температуре прессующей поверхности утюга 200°С.
4.Халат-накидка медицинская должна храниться в крытых складских, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
5.Дату изготовления – см. в маркировке.

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись
Директор М.С. Русак

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»
д.Могилевцы, Пружанский район, Брестская область

Указания по эксплуатации маски марлевой гигиенической

1.Маска марлевая-гигиеническая , СТБ 757-2001 «Изделия санитарно-гигиенические для медицинского персонала. Общие технические условия».
2. Маска гигиеническая из марли - средство индивидуальной защиты органов дыхания от инфекций, передающихся воздушно-капельным путём, пыли. Выполнена в виде четырёхслойной хлопковой марлевой маски с завязками из эластичной тесьмы.
3.Для наиболее эффективной защиты органов дыхания следует закрывать маской из марли нижнюю часть носа, носогубной треугольник и подбородок. Рекомендуемая длительность ношения маски из марли 2 часа. Максимальная суммарная длительность ношения не должна превышать 4 часов. Смена маски должна производиться немедленно, в случае ее загрязнения, увлажнения.
Использовать строго индивидуально!
Маска из марли может быть использована повторно после мытья и обеззараживания. Мытье производить с применением хозяйственного мыла или синтетических моющих средств ручным способом или в стиральных машинах. После стирки обязательно следует обеспечить многократное их прополаскивание для удаления остатков моющих средств. В бытовых условиях обеззараживание масок из марли производится путём проглаживания утюгом при температуре глажения хлопковых тканей. Допускаются иные способы обеззараживания масок из марли методом, средствами и по режимам, допущенным Министерством здравоохранения Республики Беларусь в установленном порядке.
4.Маска марлевая гигиеническая должна храниться в крытых складских, проветриваемых помещениях на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов и должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.
5.Дату изготовления – см. в маркировке.

Республика Беларусь Коммунальное унитарное предприятие «Лечебно-производственные мастерские «Могилевцы»

КОПИЯ ВЕРНА
Подпись

Директор М.С. Русак

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru