



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НКФ Омега-Дент»
Г.Г.Ростиашвили
22 августа 2016 г.

Инструкция по применению

Жидкость для сушки и обезжиривания корневых каналов зубов
по ТУ 9391-032-49908538-2007
ПУ № ФСР 2007/00884 от 06.08.2012

Показания

Предлагаемый материал предназначен для быстрого высушивания и обезжиривания корневых каналов и кариозных полостей перед пломбированием, а также для обработки зубов, препарированных под искусственную коронку перед фиксацией протезов.

Жидкость не препятствует полимеризации композитных пломбировочных материалов.

Жидкость экономична в употреблении и помогает в решении многих проблем. Препарат не предназначен для снятия жира с десен.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

Состав

Этилацетат

Ацетон

Медицинский антисептический раствор 95%

Способ применения

Обработать кариозную полость зуба перед пломбированием ватным тампоном, смоченным в жидкости. Подождать несколько секунд до полного испарения жидкости.

Закрывать флакон после каждого применения.

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Форма выпуска и комплектация

Жидкость (флакон) 13 мл или 25 мл – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°C до +24°C.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «НКФ Омега-Дент»

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212

Тел.: +7 (800) 500-51-92

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53

E-mail: info@omegadent.ru

www.omegadent.ru