«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НКФ Омега-Дент»
_____ Г.Г.Ростиашвили
22 августа 2016 г.

**Инструкция по применению**

**Материал стоматологический для наружного применения**
**«Лидоксор гель»**
**по ТУ 9391-041-49908538-2009**
РУ № ФСР 2009/05477 от 11.08.2009

**Показания**

- местная анестезия слизистой оболочки до инъекции;
- поверхностная анестезия при удалении молочных зубов;
- удаление подвижных зубов;
- вскрытие пародонтальных абсцессов;
- удаление зубного камня.

**Противопоказания**

***Возможна аллергическая реакция на лидокаин.***

**Аллергия на лидокаин** может проявляться практически безобидно в виде обычной крапивницы или дерматита. Но в тяжелой форме ситуация становится гораздо сложнее, потому что может возникнуть ряд сложных аллергических реакций, таких как отек, бронхиальная астма и ринит, анафилактический шок, аллергический васкулит, отек Квинке.

У детей возможны различные реакции на препарат, поэтому в детской практике крайне важно делать аллергическую пробу непосредственно перед процедурой с применением лидокаина.

**Состав и свойства**

| | |
|---|---|
| Натрий карбоксиметилцеллюлоза | Ароматизатор |
| Тимол | Вода дистиллированная |
| Ментол | Поли(1-винил-2-пирролидон) |
| Лидокаин | Натрия бензоат |
| Экстракт ромашки | Сорбитол |
| Экстракт тысячелистника | Ксилитол |
| Глицерин | |

В состав материала входит лидокаин, оказывающий глубокое и быстрое анестезирующее воздействие на обрабатываемую поверхность.

Ароматические добавки, входящие в состав геля, придают приятный запах, ксилитол придает подслащенный вкус. «ЛИДОКСОР гель» не вызывает ощущение ожога или покалывания. Особенно рекомендуется пациентам с аллергией к производным парааминобензойной кислоты, у которых резко снижается риск появления подобных реакций.

**Способ применения**

Предварительно подсушить обрабатываемую поверхность слизистой оболочки полости рта. Выдавить из тюбика необходимое количество геля и смазать препаратом нужное место на слизистой оболочке. Для достижения более глубокой анестезии следует нанести гель на ватный тампон, а затем этим тампоном обработать подготовленную

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

поверхность. При необходимости тампон можно приложить к обрабатываемому месту и оставить на некоторое время (1-2 мин.) до получения желаемого эффекта.

***Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.***

**Побочные воздействия**

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

**Форма выпуска и комплектация**

Гель (алюминиевая туба) 45 г (зеленое яблоко / цитрус / лесная ягода) – 1 шт.;
Инструкция по применению – 1 шт.

**Условия хранения**

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +4°С до +24°С.
Срок годности – 2 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.
**После вскрытия целесообразно употребить гель в течение 1 года.**

**Условия транспортировки**

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

**Гарантийные обязательства**

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

**Утилизация**

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

**Сведения о производителе медицинского изделия**

ООО «НКФ Омега-Дент»
Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212
Тел.: +7 (800) 500-51-92
Тел./факс: +7 (495) 679-80-53
E-mail: info@omegadent.ru
www.omegadent.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru