высокое качество стали глубокой вытяжки

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

1. Объект:

Изделиями являются баллончики дозирующего ингалятора.

MDI 14 мл Aisi 316L

2. Описание:

Аэрозольные баллончики для ингаляторов MDI изготовлены из нержавеющей стали глубокой вытяжки. Поверхность аэрозольных баллонов должна быть чистой, свободной от: вдавлений, царапин, деформаций параболической формы, баллоны не имеют значимых деформаций, абразивного истирания на видимой части баллонов, некоторых нарушений общего вида, складок, бороздок, вмятин в результате волочения, стружки.

3. Способ использования:

Аэрозольные баллончики для дозируемых ингаляторов MDI предназначены для заполнения лекарственными препаратами. Их дизайн разработан таким образом, чтобы обеспечить пациентам поступление лекарственного вещества в легкие при вдохе.

С уважением

Паоло Занчетта

Менеджер по качеству и уполномоченный персонал

Email paolo.zanchetta@pressteckspa.it

Муравера 2 сентября 2019

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru