«УТВЕРЖДАЮ»
Генеральный директор
ООО "Полимер-Стоматология"
_____В.П. Чуев
"___"_____ 2020 г.

Версия/Version: № 2, 02.10.2020
RU

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
«Гильзы из нержавеющей стали для зубных коронок»
(по ТУ 9391-007-66884762-2010)

НАЗНАЧЕНИЕ
Гильзы применяются в зубопротезировании для изготовления коронок для зубов.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Гильзы предназначены для применения квалифицированным медицинским персоналом в условиях лечебно–профилактического учреждения.
Область применения гильз - стоматология.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
Противопоказания не обнаружены.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Гильзы изготавливаются из нержавеющей стали методом штамповки, являются расходным материалом однократного применения, производятся нестерильными, не подлежат техническому обслуживанию, не производят электромагнитного, ионизирующего и иного типа излучения.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ
Коронки из гильз изготавливаются общепринятыми в стоматологии способами и методами.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
- гильзы одного диаметра (или набором из разных диаметров) - 100 шт.;
- картонная коробка - 1 шт.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ
Хранить в сухом месте от +5 °С до +40 °С.
Транспортировать всеми видами транспортных средств при температуре от -30^{0}С до +30^{0}С.
Срок хранения – 10 лет.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Производитель гарантирует соответствие изделия в упаковке предприятия-изготовителя в течение его срока хранения при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

ВНИМАНИЕ:
Несоблюдение условий хранения приводит к изменению рабочих характеристик материала и сокращению сроков его годности.
Производитель не несет ответственность за потерю качества материала, вызванную несоблюдением условий транспортирования, хранения и применения, установленных производителем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Ответственность за применение материала для целей, отличных от указанных производителем, и материала с истекшим сроком годности, возлагается на пользователя.

ПОБОЧНЫЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

Побочные воздействия не обнаружены

УТИЛИЗАЦИЯ

Неиспользованные остатки гильз могут быть отнесены к отходам класса А по СанПин 2.1.7.2790. Остатки гильз и упаковки безопасны для окружающей среды и могут быть отнесены к бытовым отходам и утилизированы по правилам, установленным в медицинском учреждении на основании действующего законодательства.

Регистрационное удостоверение № ФСР 2011/10211 от 05.03.2011 г.

Номер партии и дата выпуска указаны на упаковке

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «Полимер-Стоматология»
(ООО «Полимер-Стоматология»)
Россия, 308023, г.Белгород,
ул. Студенческая, 52
тел. +7/4722/200-555
postmaster@vladmiva.ru
www.polimerstom.ru

Символы/ Symbols

 - Внимание/Caution (Attention)

 - Производитель/Manufacturer

 - Беречь от влаги/Store in a dry place


 - Не использовать повторно/Do not reuse

 - Не допускать воздействия солнечного света/Do not expose it to direct sunlight

 - Использовать до/Expiry date



- Код партии/Batch number



- Температурный диапазон/Temperature limitation



- Упаковщик/Packer

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

 - Дата изготовления/Date of manufacture

 - Обратитесь к инструкции по применению/Refer to instruction for use

RU – русский язык/Russian, EN – английский язык/English, ES – испанский язык/Spanish, КК – казахский язык/Kazakh, UZ – узбекский язык/Uzbek, UK – украинский язык/Ukrainian, PT – португальский язык/Portuguese, FR – французский язык/French.

- коды для обозначения названий языков согласно ISO 639-1:2002/Language codes according to ISO 639-1:2002.

 - Не использовать при повреждении упаковки/Not to be used in case package is damaged

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru