Министерство труда и социальной защиты РБ
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
Гомельский филиал
246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а



Трость тактильная ТТ

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.224.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.03.224.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством трости тактильной ТТ (далее - трость), условиями её эксплуатации и технического обслуживания.

1 Описание и работа

1.1 Назначение изделия

1.1.1 Трость предназначена в качестве вспомогательного технического средства реабилитации при самостоятельном передвижении слепых и слабовидящих людей. Трость помогает ориентироваться в пространстве слепым и слабовидящим людям, обеспечивает безопасность от столкновения с препятствиями, является средством подачи сигнальных звуков. Белый цвет трости со светоотражающей плёнкой на корпусе используется в качестве предупредительного сигнала для водителей и пешеходов. Трость не может служить опорой при ходьбе.

1.1.2 Вид климатического исполнения УХЛ 1.1 ГОСТ15150.

1.2 Технические характеристики

1.2.1 Технические характеристики трости приведены в таблице.

Таблица

Обозначение КД	Длина, (±10), мм	Масса, (±0,02), кг	Номер рисунка
ЦСИЕ.03.224.00.00.00	900	0,258	1
-01	950	0,266	
-02	1000	0,274	
-03	1050	0,282	
-04	1100	0,290	
-05	1150	0,300	
-06	1200	0,310	
-07	900	0,222	2
-08	950	0,230	
-09	1000	0,240	
-10	1050	0,248	
-11	1100	0,256	
-12	1150	0,264	
-13	1200	0,282	
-14	1250	0,315	1
-15	1250	0,280	2

1.2.2 Срок службы – не менее 2 лет.

1.3 Устройство

1.3.1 Трость состоит (рисунки 1 и 2) из стойки 1, изготовленной из алюминиевой трубы. На нижнем конце стойки расположен металлический наконечник 2 для определения неровностей дороги, а на верхнем – ручка 3 с петлей 4 для предотвращения соскальзывания трости с руки. Трость оснащена световозвращающей плёнкой 5, расположенной в верхней части стойки 1.

1.4 Подготовка к использованию

1.4.1 Продеть руку в петлю и взять трость за ручку.

1.4.2 Трость готова к использованию.

2 Меры безопасности

2.1 ЗАПРЕЩАЕТСЯ в процессе эксплуатации использовать трость как опорную.

2.2 Рекомендуется обучение по применению трости не проводить в местах скопления людей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1




Рисунок 2

3 Техническое обслуживание

3.1 Ежедневное техническое обслуживание трости включает в себя проверку фиксации наконечника.

4 Комплектность

4.1 Комплект поставки изделия включает:

- трость - 1 шт.;
- руководство по эксплуатации - 1 шт.;

5 Маркировка

5.1 Маркировка трости должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485»;
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение ТУ;
- длину изделия;
- порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6 Свидетельство о приемке

Трость тактильная ТТ ЦСИЕ.03.224.00.00.00

наименование изделия обозначение зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями ТУ BY 100010315.067-2011, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

личная подпись расшифровка подписи год, месяц, число

7 Свидетельство об упаковывании

Трость тактильная ТТ ЦСИЕ.03.224.00.00.00

наименование изделия обозначение зав. номер

упакована РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность личная подпись расшифровка подписи

год, месяц, число

8 Гарантийные обязательства

8.1 Гарантийный срок эксплуатации трости - 6 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

8.2 При выхода из строя трости во время гарантийного срока, трость принимается в ремонт при наличии настоящего РЭ и при условии соблюдения потребителем указанных в нем правил эксплуатации.

8.3 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате ремонтных работ, проведенных пользователем самостоятельно или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

8.4 Гарантийный ремонт тростей производится на РУП БПОВЦ по адресу:

246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а,(8-0232)-51-72-16.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 3081485.

9 Сведения о государственной регистрации

Трость является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.103855.

Действительно до: 01.03.2021 г.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
Гомельский филиал: 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.
(8-0232)-51-72-16, сайт:gomel@bpovc.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru