
ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол-мойка медицинская СЛМ-1



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол-мойка медицинскаяСЛМ-1 (далее- Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **800х600х850мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас цельносварной из:

1. стальной профиль, с полимерно-эпоксидным покрытием.
2. профиль из нержавеющей стали.

* нужное вычеркнуть

2.3. Столешница: Постформинг, Нержавеющая сталь.

* нужное вычеркнуть.

2.4. Тумба: 1. ламинированное ДСП,

2. Сталь 08-1мм, с полимерно-эпоксидным покрытием.
3. Нержавеющая сталь.

* нужное вычеркнуть.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Тумба стола-мойки изготовлена из ламинированного ДСП.	1
3	Столешница Нержавеющая сталь	1
4	Чаша мойки Нержавеющая сталь	1
5	Смеситель	
6	Регулируемые по высоте опоры	4
7	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и воздействия сильных химических реагентов и их паров.

4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.

6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол-мойка медицинская
СЛМ-1.м.д.нерж.600х600х850ТУBY191503024.001-2016____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют требованиям ТЗ Заказчика и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол-мойка медицинская
СЛМ-1.м.д.нерж.600х600х850ТУBY191503024.001-2016____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.


Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол-мойка медицинская СЛМ-2





2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол-мойка медицинскаяСЛМ-2 (далее- Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **800х600х850мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас цельносварной из:

1. стальной профиль, с полимерно-эпоксидным покрытием.
2. профиль из нержавеющей стали.

* нужное вычеркнуть

2.3. Столешница: Постформинг, Нержавеющая сталь.

* нужное вычеркнуть.

2.4. Тумба: 1. ламинированное ДСП,

2. Сталь 08-1мм, с полимерно-эпоксидным покрытием.
3. Нержавеющая сталь.

* нужное вычеркнуть.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Тумба стола-мойки изготовлена из ламинированного ДСП.	1
3	Столешница Нержавеющая сталь	1
4	Чаша мойки Нержавеющая сталь	2
5	Смеситель	1
6	Регулируемые по высоте опоры	4
7	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и воздействия сильных химических реагентов и их паров.

4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.

6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол-мойка медицинская
СЛМ-2.м.д.нерж.800х600х850ТУBY191503024.001-2016____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют требованиям ТЗ Заказчика и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол-мойка медицинская
СЛМ-2.м.д.нерж.800х600х850ТУBY191503024.001-2016____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.


Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Тумбочка медицинская ТМ-1



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2020 год.

1. Общие сведения.

1.1 Тумба медицинская ТМ-1. (далее Тумба) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, постов медицинских сестер, палат в медицинских учреждениях и может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **450х450х730мм.**

*** высота Тумба дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Тумбы – цельносварная, неразборная, выполнена из листовой стали, толщиной 1.0-1.2мм, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

1. 3.1. Комплект поставки Тумбы медицинской ТМ-1:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Дверь с ручкой.	1
2	Полка, регулируемая	2
3	Скрытые петли.	2
4	Опоры	4
5	Паспорт	1

3.2. Тумба изготавливается в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление Тумбы по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Тумбы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования Тумбы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Тумбу.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести проверку опор Тумбы.

4.6. Произвести дезинфекцию Тумбы дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Тумбы необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Тумбы, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Тумба эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Тумбы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Тумб в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Тумбы только в вертикальном положении. Тумбы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст.
(84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Тумбы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель : Тумба медицинская
ТМ-1.м.д. 450х450х730 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель : Тумба медицинская
ТМ-1.м.д. 450х450х730 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Тумба медицинская передвижная ТМП-1



2020 год.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1 Тумба медицинская передвижная ТМП-1. (далее Тумба) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, постов медицинских сестер, палат в медицинских учреждениях и может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **450х550х650мм.**

*** высота Тумба дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Тумбы – изготовлена из ламинированного ДСП, толщиной 18мм., устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

1. 3.1. Комплект поставки тумбы медицинской передвижной ТМП-1:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Дверь с ручкой.	1
2	Полка, регулируемая	2
3	Колесные опоры	4
4	Колесные опоры со стопором	2
5	Паспорт	1

3.2. Тумба изготавливается в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление Тумбы по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Тумбы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования Тумбы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Тумбу.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести проверку колесных опор Тумбы.

4.6. Произвести дезинфекцию Тумбы дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Тумбы необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Тумбы, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Тумба эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Тумбы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Тумб в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Тумбы только в вертикальном положении. Тумбы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст.
(84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Тумбы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель : Тумба медицинская передвижная
ТМП-1.д. 450х550х650 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель : Тумба медицинская передвижная
ТМП-1.д. 450х550х650 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Тумба медицинская передвижная ТМП-3



2020 год.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1 Тумба медицинская передвижная ТМП-3 (далее Тумба) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, постов медицинских сестер, палат в медицинских учреждениях и может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **450х550х650мм.**

*** высота Тумба дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Тумбы – изготовлена из ламинированного ДСП, толщиной 18мм., устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

1. 3.1. Комплект поставки тумбы медицинской передвижной ТМП-3:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Выдвижной ящик, на направляющих	3
2	Столешница _____	1
3	Колесные опоры	4
4	Колесные опоры со стопором	2
5	Паспорт	1

3.2. Тумба изготавливается в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление Тумбы по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Тумбы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования Тумбы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Тумбу.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести проверку колесных опор Тумбы.

4.6. Произвести дезинфекцию Тумбы дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Тумбы необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Тумбы, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Тумба эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Тумбы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Тумб в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Тумбы только в вертикальном положении. Тумбы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст.
(84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Тумбы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель : Тумба медицинская передвижная
ТМП-3.д. 450х550х650 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель : Тумба медицинская передвижная
ТМП-3.д. 450х550х650 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Тумба медицинская передвижная ТМП-4



2020 год.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1 Тумба медицинская передвижная ТМП-4 (далее Тумба) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, постов медицинских сестер, палат в медицинских учреждениях и может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **450х550х650мм.**

*** высота Тумба дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Тумбы – изготовлена из ламинированного ДСП, толщиной 18мм., устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

1. 3.1. Комплект поставки тумбы медицинской передвижной ТМП-4:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Выдвижной ящик, на направляющих	4
2	Столешница _____	1
3	Колесные опоры	4
4	Колесные опоры со стопором	2
5	Паспорт	1

3.2. Тумба изготавливается в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление Тумбы по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Тумбы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования Тумбы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Тумбу.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести проверку колесных опор Тумбы.

4.6. Произвести дезинфекцию Тумбы дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Тумбы необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Тумбы, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Тумба эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Тумбы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Тумб в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Тумбы только в вертикальном положении. Тумбы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст.
(84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Тумбы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель : Тумба медицинская передвижная
ТМП-4.д. 450х550х650 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель : Тумба медицинская передвижная
ТМП-4.д. 450х550х650 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Тумба прикроватная ТП-1



2020 год.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1 Тумба прикроватная ТП-1 (далее Тумба) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, постов медицинских сестер, палат в медицинских учреждениях и может использоваться как приставной элемент мебели у рабочего стола или кровати.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **440х440х780мм.**

*** высота Тумба дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Тумбы – изготовлена из ламинированного ДСП, толщиной 18мм., устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

1. 3.1. Комплект поставки Тумбы прикроватной ТП-1:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Выдвижной ящик на направляющих	1
2	Дверь с ручкой.	1
3	Полка, регулируемая	1
4	Опоры	4
5	Паспорт	1

3.2. Тумба изготавливается в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление Тумбы по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Тумбы допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования Тумбы в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Тумбу.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести проверку опор Тумбы.

4.6. Произвести дезинфекцию Тумбы дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Тумбы необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Тумбы, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Тумба эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Тумбы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Тумб в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Тумбы только в вертикальном положении. Тумбы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст.
(84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Тумбы при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель : Тумба прикроватная
ТП-1.д. 440х440х780 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель : Тумба прикроватная
ТП-1.д. 440х440х780 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-1



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-1 (далее Шкаф) предназначен для оснащения химических, физических и биологических лабораториях в медицинских учреждениях и служит для защиты персонала лабораторий при работе с едкими, пахучими и токсичными веществами.

1.2. Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Основные технические характеристики:

2.1. Габаритные размеры шкафа **1200x750x2300мм.**

2.2. Масса не более 200 кг.

2.3. Шкаф обеспечивается электропитанием от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50Гц. Потребляемая мощность приборов, устанавливаемых в шкафу, не более 1,5 кВт.

2.4. Средний срок службы шкафа до капитального ремонта не менее 5 лет.

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование	К-во, комп.
1	Рабочая камера ШВЛ-1: Корпус - ЛДСП 18мм светло-серого цвета, оклеенная кромкой ПВХ 2мм. Столешница – химически стойкая керамогранитная плитка с антипроливочным бортиком из алюминиевого профиля, окрашенного полимерным покрытием. Внутренние стенки рабочей камеры зашиты керамогранитной плиткой на высоту 600мм. Материал вытяжного экрана - HPL пластик. Защитный одностворчатый экран – противоударное стекло в раме из алюминиевого профиля, с системой противовесов, расположенной с тыльной стороны рабочей камеры, позволяющей устанавливать экран в произвольном по высоте положении. 2 зоны вытяжки (для легких и тяжелых газов).	1
2	Опорная тумба: каркас из стальных рам, окрашенных полимерным покрытием. Регулируемые по высоте опоры. Тумба, глубиной 400мм, из ЛДСП, с 1 общим отделением с полкой за 2 распашными дверьми. Тумба с возможностью подключения к вытяжной вентиляции	1
3	Фланец вытяжной Ø мм	1
4	Гибкий воздуховод для подключения к вентиляции, 3п.м.	1
5	Комплект сантехники:	
	- Смеситель локтевой , тип «Медик» с гибкими шлангами Ø 15мм для подключения к ГВ и ХВ)	1
	- мойка с сифоном Ø50мм для отвода жидкости.	1
6	Сервисная панель:	
	- Евро розетки IP-54 230В	2
	- Эл. выключатель освещения	1
	- Автомат отключения 230В, 16А,	1
7	Люминесцентный/светодиодный светильник , степень защиты IP 65	1
8	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Инструкция по обслуживанию.

4.1. В ежемесячный осмотр входит: Визуальный осмотр; Проверка состояния полиэтиленовой обмотки тросов; Проверка электрифицированных изделий. Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства;

4.2. В ежегодный осмотр входит: Ежемесячный осмотр; Подкраска царапин на каркасе; Смазка направляющих; Проверка и регулировка движения грузов; Проверка вентиляции с измерением скорости аспирации вытяжной системы.

4.3. В случае необходимости проверка и регулировка движения грузов, может выполняться ежеквартально.

5. Правила эксплуатации.

5.1. Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

5.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

5.3. При эксплуатации и ремонте Шкафа необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5.4. Запрещается подключение электроприборов мощностью свыше 1,5 кВт.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов.

6.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Правила транспортировки и хранения.

7.1. Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

7.3. Шкаф при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

8. Гарантии изготовителя.

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Шкафа требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев(а) со дня ввода Шкафа в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-1.м.к.д 1200х750х2300 ТУ BY 191503024.001-2016.

наименование и тип изделия

Дата выпуска:.

Заводской номер: № _____ М.П.

Соответствуют ТЗ Заказчика , техническим условиям ТУ BY 191503024.0012016, рабочим чертежам и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку:_____

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-1.м.к.д 1200х750х2300 ТУ BY 191503024.001-2016.

наименование и тип изделия

Заводской номер: №_____,

Дата выпуска: _____.

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен_____

(дата, подпись и штамп организации)

Введен в эксплуатацию _____

(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием Города _____ Руководитель ремонтного предприятия _____

МП (подпись)


Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
Тел. моб.: +375 29 656 29 96
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ
№ ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-1



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Шкаф лабораторный вытяжной ШВЛ-1 (далее Шкаф) предназначен для оснащения химических, физических и биологических лабораториях в медицинских учреждениях и служит для защиты персонала лабораторий при работе с едкими, пахучими и токсичными веществами.

1.2. Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Основные технические характеристики:

2.1. Габаритные размеры шкафа **1200х750х2300мм.**

2.2. Масса не более 200 кг.

2.3. Шкаф обеспечивается электропитанием от сети переменного тока напряжением 220 В, частотой 50Гц. Потребляемая мощность приборов, устанавливаемых в шкафу, не более 1,5 кВт.

2.4. Средний срок службы шкафа до капитального ремонта не менее 5 лет.

3. Комплект поставки.

№ п/п	Наименование	К-во, комп.
1	Рабочая камера ШВЛ-1: Каркас рабочего бокса вытяжного шкафа выполнен из металлического профиля с полимерно-порошковым покрытием. Столешница (рабочая поверхность) – керамогранит с антипроливочным бортиком из алюминиевого профиля, окрашенного полимерным покрытием. Задняя, боковые и верхняя панели листовой металла. Защитный двухстворчатый экран – прозрачное противоударное стекло в рамах из алюминиевого профиля, с системой противовесов, позволяющей устанавливать экран в произвольном по высоте положении. 2 зоны вытяжки (для легких и тяжелых газов).	1
2	Опорная тумба: каркас из стальных рам, окрашенных полимерно-порошковым. Регулируемые по высоте опоры. Тумба из стали, окрашенной полимерным покрытием с 2 отделениями с полкой в каждом отделении за 3 распашными дверьми.	1
3	Фланец вытяжной Ø мм	1
4	Гибкий воздуховод для подключения к вентиляции, 3п.м.	1
5	Комплект сантехники:	
	- Смеситель локтевой , тип «Медик» с гибкими шлангами Ø 15мм для подключения к ГВ и ХВ)	1
	- мойка с сифоном Ø50мм для отвода жидкости.	1
6	Сервисная панель:	
	- Евро розетки IP-54 230В	2
	- Эл. выключатель освещения	1
	- Автомат отключения 230В, 16А,	1
7	Люминесцентный/светодиодный светильник , степень защиты IP 65	1
8	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Инструкция по обслуживанию.

4.1. В ежемесячный осмотр входит: Визуальный осмотр; Проверка состояния полиэтиленовой обмотки тросов; Проверка электрифицированных изделий. Уборка пыли, грязи с боковых стен, крыши, используя обычные моющие не абразивные средства;

4.2. В ежегодный осмотр входит: Ежемесячный осмотр; Подкраска царапин на каркасе; Смазка направляющих; Проверка и регулировка движения грузов; Проверка вентиляции с измерением скорости аспирации вытяжной системы.

4.3. В случае необходимости проверка и регулировка движения грузов, может выполняться ежеквартально.

5. Правила эксплуатации.

5.1. Шкаф должен эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

5.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

5.3. При эксплуатации и ремонте Шкафа необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5.4. Запрещается подключение электроприборов мощностью свыше 1,5 кВт.

6. Сведения о содержании драгоценных металлов.

6.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

7. Правила транспортировки и хранения.

7.1. Шкаф в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.

7.2. Хранение должно обеспечиваться при тех же условиях в сухих складских помещениях, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

7.3. Шкаф при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

8. Гарантии изготовителя.

8.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Шкафа требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

8.2. Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев(а) со дня ввода Шкафа в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

8.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-1.м.к.к 1200х750х2300 ТУ BY 191503024.001-2016.

наименование и тип изделия

Дата выпуска:.

Заводской номер: № _____ М.П.

Соответствуют ТЗ Заказчика , техническим условиям ТУ BY 191503024.0012016, рабочим чертежам и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку:_____

Гарантийный талон

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия

Шкаф вытяжной лабораторный ШВЛ-1.м.к.к 1200х750х2300 ТУ BY 191503024.001-2016.

наименование и тип изделия

Заводской номер: №_____,

Дата выпуска: _____.

(заполняется заводом-изготовителем)

Приобретен_____

(дата, подпись и штамп организации)

Введен в эксплуатацию _____

(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Принят на гарантийное обслуживание ремонтным предприятием Города _____ Руководитель ремонтного предприятия _____

МП (подпись)

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
Тел. моб.: +375 29 656 29 96
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ
№ ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Стеллаж медицинский СжМ-1.



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Техническое описание

Стеллажи предназначены для использования во всех медицинских учреждениях Министерства здравоохранения и предназначен для хранения и складирования материалов, лекарственных средств, белья и т.д.

Стеллажи разборные изготавливаются следующих серий:

- серия СжМ-1.м - каркас выполнен из стали с полимерным покрытием;
- серия СжМ-1.нерж- каркас выполнен из нержавеющей стали.

Стеллажи разборные поставляются в разобранном виде.

Материал полок может быть:

- сталь с полимерно-порошковым покрытием;
- нержавеющая сталь.

В стандартном исполнении стеллаж имеет 4 полки. В стойках стеллаж имеются пазы для возможного регулирования уровня полок. Стойки стеллажа оснащены регулируемыми опорами для компенсации неровностей пола.

Предприятие изготовитель постоянно расширяет и совершенствует ассортимент выпускаемой продукции, поэтому реальный комплект, внешний вид и технические характеристики изделия могут отличаться от указанных в данном паспорте без ухудшения потребительских свойств.

2. Технические характеристики.

Стеллажи медицинские выпускаются со следующими техническими характеристиками, приведенными в таблице 1.

Таблица 1

	Модель	Ширина, мм	Глубина, мм	Высота, мм
1	Стеллаж медицинский СжМ-1*	1000 1200	400/500/600/800 400/500/600/800	2000 2500

Распределенная нагрузка на полку 100/200/300 кг., на конструкцию стеллажа 600/1500кг.

*** возможно изготовление стеллажей по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

3. Комплект поставки.

Стандартного разобранного стеллажа СжМ-1.м/СжМ-1.нерж:

1. Стойки 4 шт.
2. Полки __ шт.
3. Комплект крепежа для сборки стеллажа 1 шт.:
4. Руководство по эксплуатации: 1 шт.
5. Боковые ограничители: _____шт.
6. Задний ограничитель: _____шт.

4. Порядок сборки/разборки стеллажа. СжМ-1.м

1. Распаковать полки [1] и стойки [2] стеллажа.
2. Прикрепить одну из полок [1] стеллажа к верхнему краю стоек используя уголки усиления [3] при помощи болтовых соединений (рис. 1).
3. Прикрепить одну из полок [1] стеллажа к нижней удобной части стоек используя уголки усиления [3] при помощи болтовых соединений (рис. 3).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. На выбранных потребителем уровнях стоек [2] закрепить еще две полки (без применения уголков усиления) при помощи болтовых соединений (рис. 2).
5. Произвести окончательную затяжку всех болтовых соединений, используя для этого два ключа «10».
6. Добившись горизонтальности установки стеллажа, зафиксировать положение регулируемых опор [4] с помощью контргайки.
7. После сборки стола необходимо произвести его санитарную обработку с помощью стандартных средств очистки.

Рис. 1 Сборка верхней полки






Рис. 2 Сборка средней полки



5.

Рис. 3 Сборка нижней полки



5. Гарантии изготовителя.

5.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Стеллажа требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-93 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
5.2. Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев(а) со дня ввода Стеллажа в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
5.3. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет изделие или его составные части в случае неисправности при условии соблюдения потребителем.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стеллаж медицинский СжМ-1.м.1000х500х2000
ТУ BY 191503024.001-2016

наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

М.П.

Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.

Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия

Изделие: Стеллаж медицинский СжМ-1.м.1000х500х2000
ТУ BY 191503024.001-2016

наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____

(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол медицинский лабораторный СЛЛ-1



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол медицинский лабораторный СЛЛ-1 (далее- Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях. Изделие так же может размещаться в лабораториях различного типа и назначения. предназначен для проведения физических и химических исследований с применением лабораторных приборов, оборудования и инструментария.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **1200х600х850 мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас

(1.сборно-разборный 2. цельносварной)

* нужное вычеркнуть

из стального профиля, с полимерно-эпоксидным покрытием, регулируемые по высоте опоры.

2.3. Столешница: ламинированное ДСП, Постформинг, Керамогранит

* нужное вычеркнуть.

2.4. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Полки	-
3	Столешница	1
4	Регулируемые по высоте опоры	4
5	Паспорт	1

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.
6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.
6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол медицинский лабораторный СЛЛ-1.м.д. 1200х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол медицинский лабораторный СЛЛ-1.м.д. 1200х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол медицинский передвижной
СЛП -1



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1 Стол медицинский передвижной СЛП -1 (далее- Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях. Изделие так же может размещаться в лабораториях различного типа и назначения. предназначен для проведения физических и химических исследований с применением лабораторных приборов, оборудования и инструментария.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **900х600х850 мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас

(1.сборно-разборный 2. цельносварной)

* нужное вычеркнуть

2.3. Материал каркаса: нержавеющая сталь,

сталь с полимерно-эпоксидным покрытием.

* нужное вычеркнуть.

2.4. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Полки	3
3	Колесные опоры Ø_____мм.	4
4	Со стопором	2
5	Паспорт	1

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.

6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол медицинский передвижной
СЛП -1.м.900х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол медицинский передвижной
СЛП -1.м.900х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-1



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-1 (далее-Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях. Изделие так же может размещаться в лабораториях различного типа и назначения. предназначен для проведения физических и химических исследований с применением лабораторных приборов, оборудования и инструментария.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **600х600х850 мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас

(1.сборно-разборный 2. цельносварной)

* нужное вычеркнуть

из стального профиля, с полимерно-эпоксидным покрытием, регулируемые по высоте опоры.

2.3. Столешница: ламинированное ДСП, Постформинг, Керамогранит

* нужное вычеркнуть.

2.4. Тумба: 1. ламинированное ДСП,

2. Сталь 08-1мм, с полимерно-эпоксидным покрытием.

* нужное вычеркнуть.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Выдвижной ящик на направляющих	1
3	Отделение с распашной дверью	1
4	Полки	2
5	Столешница	1
6	Регулируемые по высоте опоры	4
7	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.

6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-1.м.д. 600х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-1.м.д. 600х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-2



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-2 (далее-Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях. Изделие так же может размещаться в лабораториях различного типа и назначения. предназначен для проведения физических и химических исследований с применением лабораторных приборов, оборудования и инструментария.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **1200х600х850 мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас

(1.сборно-разборный 2. цельносварной)

* нужное вычеркнуть

из стального профиля, с полимерно-эпоксидным покрытием, регулируемые по высоте опоры.

2.3. Столешница: ламинированное ДСП, Постформинг, Керамогранит

* нужное вычеркнуть.

2.4. Тумба: 1. ламинированное ДСП,

2. Сталь 08-1мм, с полимерно-эпоксидным покрытием.

* нужное вычеркнуть.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Выдвижной ящик на направляющих	2
3	Отделение с распашной дверью	-
4	Полки	-
5	Столешница	1
6	Регулируемые по высоте опоры	4
7	Паспорт	1

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.
6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.
6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-2.м.д. 1200х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-2.м.д. 1200х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-3



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-3 (далее-Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях. Изделие так же может размещаться в лабораториях различного типа и назначения. предназначен для проведения физических и химических исследований с применением лабораторных приборов, оборудования и инструментария.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **1200х600х850 мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас

(1.сборно-разборный 2. цельносварной)

* нужное вычеркнуть

из стального профиля, с полимерно-эпоксидным покрытием, регулируемые по высоте опоры.

2.3. Столешница: ламинированное ДСП, Постформинг, Керамогранит

* нужное вычеркнуть.

2.4. Тумба: 1. ламинированное ДСП,

2. Сталь 08-1мм, с полимерно-эпоксидным покрытием.

* нужное вычеркнуть.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Выдвижной ящик на направляющих	2
3	Отделение с двумя распашными дверьми	1
4	Полки	1
5	Столешница	1
6	Регулируемые по высоте опоры	4
7	Паспорт	1

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.
6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.
6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-3.м.д. 1200х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-3.м.д. 1200х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-4



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-4 (далее-Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях. Изделие так же может размещаться в лабораториях различного типа и назначения. предназначен для проведения физических и химических исследований с применением лабораторных приборов, оборудования и инструментария.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **1500х600х850 мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас

(1.сборно-разборный 2. цельносварной)

* нужное вычеркнуть

из стального профиля, с полимерно-эпоксидным покрытием, регулируемые по высоте опоры.

2.3. Столешница: ламинированное ДСП, Постформинг, Керамогранит

* нужное вычеркнуть.

2.4. Тумба: 1. ламинированное ДСП,

2. Сталь 08-1мм, с полимерно-эпоксидным покрытием.

* нужное вычеркнуть.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Выдвижной ящик на направляющих	-
3	Отделение с двумя распашными дверьми	1
4	Полки	2
5	Столешница	1
6	Регулируемые по высоте опоры	4
7	Паспорт	1

4. Правила эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.
4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем» и «Правила безопасности в газовом хозяйстве».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.
6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.
6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-4.м.д. 1500х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол медицинский лабораторный физический СЛФ-4.м.д. 1500х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Стол медицинский лабораторный химический СЛХ-4



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол медицинский лабораторный химический СЛХ-1 (далее-Изделие) служит для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях. Изделие так же может размещаться в лабораториях различного типа и назначения. предназначен для проведения физических и химических исследований с применением лабораторных приборов, оборудования и инструментария.

1.2. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств Изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции Изделия и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **1500х600х850 мм.**

2.2. Конструкция Изделия: каркас

(1.сборно-разборный 2. цельносварной)

* нужное вычеркнуть

из стального профиля, с полимерно-эпоксидным покрытием, регулируемые по высоте опоры.

2.3. Столешница: ламинированное ДСП, Постформинг, Керамогранит

* нужное вычеркнуть.

2.4. Тумба: 1. ламинированное ДСП,

2. Сталь 08-1мм, с полимерно-эпоксидным покрытием.

* нужное вычеркнуть.

2.5. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Каркас	1
2	Мойка-слив, полипропилен	1
3	Смеситель/кран	1
4	Отделение с двумя распашными дверьми	1
5	Полки	2
6	Столешница	1
7	Регулируемые по высоте опоры	4
8	Паспорт	1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.
4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.
4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем».

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.
6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2^{o} С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.
6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.
7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.
7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».
7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Изделие: Стол медицинский лабораторный химический СЛХ-1.м.д. 1500х600х850ТУBY191503024.001-2016_
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Изделие: Стол медицинский лабораторный химический СЛХ-1.м.д. 1500х600х850ТУBY191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О.

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Стол медицинский для весов СМВ-1



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Стол медицинский для весов СМВ-1 (далее – Стол) служит для оснащения медицинских учреждениях, применяется для размещения весов. Стол так же может размещаться в лабораториях различного типа и назначения.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры (ШхГхВ): **500х500х900мм.**

*** высота Стола дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Стола – цельносварной каркас, окрашенный полимерным покрытием, регулируемые по высоте опоры. Столешница - гранитная плита на антивибрационных демпферах.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

1. 3.1. Комплект поставки Стола медицинского для весов СМВ-1:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Цельносварной каркас	1
2	Столешница - гранитная плита толщиной ___мм	1
3	Антивибрационные демпферы	4
4	Регулируемые по высоте опоры	4
5	Паспорт	1

3.2. Стол изготавливается в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление Стола по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Правила эксплуатации.

4.1. Изделие должно эксплуатироваться в сухих проветриваемых помещениях при температуре окружающей среды от 10°С до 40°С и относительной влажности от 45% до 75%.

4.2. Изделие необходимо оберегать от механических повреждений, от воздействия повышенной температуры и влажности, а также от воздействия сильных химических реагентов и их паров.

4.3. При эксплуатации и ремонте Изделия необходимо соблюдать «Правила техники безопасности при эксплуатации электроустановок потребителем»

5. Сведения о содержании драгоценных металлов.

5.1. Изделие не содержит драгоценных металлов.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

6. Правила транспортировки и хранения.

6.1. Изделие в упаковке предприятия-изготовителя транспортируются простыми транспортными средствами при температуре от -50°С до +50°С и относительной влажности 85% при температуре +25°С.

6.2. Хранение должно обеспечиваться в крытых помещениях получателя при температуре не ниже +2° С и относительной влажности воздуха от 45% до 70%, исключающих воздействие атмосферных осадков и агрессивных сред; воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию металла.

6.3. Изделие при транспортировании и хранении устойчивы к воздействию климатических факторов по ГОСТ 15150 для группы 5 транспортирования и хранения.

7. Гарантии изготовителя.

7.1. Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие Изделие требованиям ТЗ Заказчика и ГОСТ 16371-2014 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем паспорте.

7.2 Гарантийный срок эксплуатации ___ месяцев со дня ввода Изделия в эксплуатацию, гарантийный срок хранения 6 месяцев.

7.3. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

7.4. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель : СМВ-1.м.500х500х900 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель : СМВ-1.м.500х500х900 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)


- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Шкаф медицинский ШМ-2.-02.м.



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Шкаф медицинский ШМ-2-02.м. (далее Шкаф)) предназначен для размещения и хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, шприцев, инструментов, лотков и других медицинских изделий и служат для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры Шкафа (ШхГхВ): **600х500х1860мм.**

*** высота Шкафа дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Шкафа – цельносварная, неразборная, выполнена из листовой стали, толщиной 0.8-1.0мм, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки Шкафа медицинского ШМ-2-02.м.:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Двери	4
2	Дверь с замком на 2 ключа.	2
3	Полка	4
4	Скрытые петли.	8
5	Опоры регулируемые высотой _____мм.	4
6	Паспорт	1

3.2. Шкаф изготавливают в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление шкафов по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Шкафа допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Шкаф.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести, при необходимости, регулировку опор для лучшей устойчивости Шкафа.

4.6. Произвести дезинфекцию Шкафа дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Шкафа, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Шкафы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Шкафов в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Шкафы только в вертикальном положении. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст. (84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель: Шкаф медицинский
ШМ-2-02.м. 600х500х1860 ТУ BY 191503024.001-2016_____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель: Шкаф медицинский
ШМ-2-02.м. 600х500х1860ТУ BY 191503024.001-2016_____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)


- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Шкаф медицинский ШМ-2.-03.м.



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Шкаф медицинский ШМ-2-03.м. (далее Шкаф)) предназначен для размещения и хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, шприцев, инструментов, лотков и других медицинских изделий и служат для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры Шкафа (ШхГхВ): **600х500х1860мм.**

*** высота Шкафа дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Шкафа – цельносварная, неразборная, выполнена из листовой стали, толщиной 0.8-1.0мм, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки Шкафа медицинского ШМ-2-03.м.:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Стеклянные двери	2
2	Металлические двери	2
3	Дверь с замком на 2 ключа.	1
4	Полка	4
5	Скрытые петли.	8
6	Опоры регулируемые высотой _____мм.	4
7	Паспорт	1

3.2. Шкаф изготавливают в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление шкафов по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Шкафа допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Шкаф.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести, при необходимости, регулировку опор для лучшей устойчивости Шкафа.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.6. Произвести дезинфекцию Шкафа дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Шкафа, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Шкафы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Шкафов в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Шкафы только в вертикальном положении. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст. (84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель: Шкаф медицинский
ШМ-2-03.м. 600х500х1860 ТУ BY 191503024.001-2016_____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель: Шкаф медицинский
ШМ-2-03.м. 600х500х1860ТУ BY 191503024.001-2016_____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ
Шкаф медицинский ШМ-2.-01.м.
для хранения одежды.



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Шкаф медицинский ШМ-2-01.м. (далее Шкаф) позволяет хранить верхнюю одежду, обувь, головные уборы, спецодежду, личные вещи и служат для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, постов медицинских сестер, раздевалок в медицинских учреждениях.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры Шкафа (ШхГхВ): **600х500х1860мм.**

*** высота Шкафа дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Шкафа – цельносварная, неразборная, выполнена из листовой стали, толщиной 0.8-1.0мм, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Вентиляционные отверстия.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки Шкафа медицинского ШМ-2-01.м.:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Дверь с замком на 2 ключа.	2
2	Полка для головных уборов	2
3	Перекладина для вешалок с крючками	2
4	Скрытые петли.	4
5	Опоры регулируемые высотой _____мм.	4
6	Паспорт	1

3.2. Шкаф изготавливают в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление шкафов по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Шкафа допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Шкаф.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести, при необходимости, регулировку опор для лучшей устойчивости Шкафа.

4.6. Произвести дезинфекцию Шкафа дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Шкафа, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Шкафы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Шкафов в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Шкафы только в вертикальном положении. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст. (84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель: Шкаф медицинский
ШМ-2-01.м. 600х500х1860ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель: Шкаф медицинский
ШМ-2-01.м. 600х500х1860ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202__г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Шкаф медицинский ШМ-1-02

для хранения уборочного инвентаря





2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1 Шкаф для уборочного инвентаря ШМ-1-02 (далее по тексту Шкаф) предназначен для хранения дезинфицирующих и моющих средств, а также для прочего инвентаря, используемого при уборке помещений, и служат для оснащения медицинских учреждений.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры Шкафа (ШхГхВ): **600х500х1900мм.**

*** высота Шкафа дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Шкафа – цельносварная, неразборная, выполнена из листовой стали, толщиной 0.8-1.0мм, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Вентиляционные отверстия.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки Шкафа медицинского ШМ-1-02:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Дверь с ригельным замком на 2 ключа.	1
2	Полка.	-
3	Крючки зацепы для швабр.	2
4	Кронштейны.	-
5	Скрытые петли.	2
6	Опоры регулируемые высотой _____мм.	4
7	Паспорт	1

3.2. Шкаф изготавливают в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление шкафов по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Шкафа допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Шкаф.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести, при необходимости, регулировку опор для лучшей устойчивости Шкафа.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.6. Произвести дезинфекцию Шкафа дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Шкафа, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Шкафы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Шкафов в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Шкафы только в вертикальном положении. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст. (84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель: Шкаф медицинский
ШМ-1-02. м.600х500х1900 ТУ BY 191503024.001-2016_____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель Шкафа: Шкаф медицинский
ШМ-1-02. м.600х500х1900 ТУ BY 191503024.001-2016_____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Шкаф медицинский ШМ-1-01



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Шкаф медицинский ШМ-1-01 (далее Шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, шприцев, инструментов, лотков и других медицинских изделий и служат для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры Шкафа (ШхГхВ): **600х500х1900мм.**

*** высота Шкафа дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Шкафа – цельносварная, неразборная, выполнена из листовой стали, толщиной 0.8-1.0мм, с нанесением экологически чистого полимерно(эпоксидного)-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки Шкафа медицинского ШМ-1-01:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Секций	2
2	Дверь, в каждой секции, с ригельным замком на 2 ключа.	1
3	Полка.	4
4	Сейф с замком	1
5	Опоры регулируемые высотой _____мм.	4
6	Паспорт	1

3.2. Шкаф изготавливают в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление шкафов по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Шкафа допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Шкаф.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести, при необходимости, регулировку опор для лучшей устойчивости Шкафа.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.6. Произвести дезинфекцию Шкафа дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Шкафа, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Шкафы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Шкафов в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Шкафы только в вертикальном положении. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст.
(84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель: Шкаф медицинский
ШМ-1-01.м.600х500х1900 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1

на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель: Шкаф медицинский
ШМ-1-01.м.600х500х1900 ТУ BY 191503024.001-2016
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Утверждаю
директор ООО «Профкомплекс»
_____Никуленков В.О

ПРОФКОМПЛЕКС

ПАСПОРТ

Шкаф медицинский ШМ-1



2020г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Общие сведения.

1.1. Шкаф медицинский ШМ-1 (далее Шкаф) предназначен для размещения и хранения лекарственных препаратов, перевязочных материалов, шприцев, инструментов, лотков и других медицинских изделий и служат для оснащения кабинетов врачей, смотровых, процедурных, перевязочных кабинетов, постов медицинских сестер, реанимационных палат и т.п. в медицинских учреждениях.

2. Основные технические характеристики.

2.1. Габаритные размеры Шкафа (ШхГхВ): **600х500х1900мм.**

*** высота Шкафа дана с учетом регулируемых опор.**

2.2. Конструкция Шкафа – цельносварная, неразборная, выполнена из листовой стали, толщиной 0.8-1.0мм, с нанесением экологически чистого полимерно-порошкового покрытия, устойчивого к многократной обработке дезинфицирующими растворами, применяемыми в медицине. Вентиляционные отверстия.

2.3. Изделие поставляется в собранном виде.

3. Комплект поставки.

3.1. Комплект поставки Шкафа медицинского ШМ-1:

№ п/п	Наименование	Кол-во, шт.
1	Дверь с ригельным замком на 2 ключа.	1
2	Полка.	3
3	Опоры регулируемые высотой _____мм.	4
4	Паспорт	1

3.2. Шкаф изготавливают в соответствии с техническими условиями: ТУ BY 191503024.001-2016

*** возможно изготовление шкафов по функционалу, содержанию и размерам согласно техническому заданию Заказчика.**

4. Подготовка и порядок работы.

4.1. К эксплуатации Шкафа допускаются лица, внимательно изучившие настоящее описание и конструкцию изделия.

4.2. После транспортирования шкафа в условиях отрицательных температур, перед распаковкой необходимо выдержать их в нормальных температурных условиях не менее 24 часов.

4.3. Распаковать Шкаф.

4.4. Проверить целостность покрытия комплекта деталей.

4.5. Проверить комплектность. Произвести, при необходимости, регулировку опор для лучшей устойчивости Шкафа.

4.6. Произвести дезинфекцию Шкафа дезинфицирующим средством в соответствии с методическим документом по применению конкретного средства.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5. Указание мер безопасности. Транспортирование и хранение.

5.1. Перед эксплуатацией Шкафа необходимо внимательно ознакомиться с данным руководством.

5.2. Запрещается использование неисправного изделия. Во избежание падения предметов на полках и опрокидывания Шкафа, избегайте резких рывков или ударов при его перемещении.

5.3. Шкаф эксплуатировать строго в вертикальном положении.

5.4. Хранить и транспортировать Шкафы следует только в заводской упаковке.

5.5. Складирование Шкафов в упаковке друг на друга не более 2 штук. Транспортировать Шкафы только в вертикальном положении. Шкафы предназначены для эксплуатации в закрытых помещениях в интервале температуры окружающей среды от 0^0С до 30^0С при относительной влажности воздуха 45-80% и атмосферном давлении (630-800) мм.рт.ст. (84-106,7 кПа).

6.Гарантийные обязательства.

6.1. Предприятие-изготовитель гарантирует нормальную работу Шкафа при соблюдении потребителем условий эксплуатации, правил хранения и транспортировки, указанные в данном руководстве.

6.2. Предприятие-изготовитель принимает претензии по качеству продукции в течении ____ месяцев(а) после продажи.

6.3. Предприятие оставляет за собой право изменения конструкции с целью улучшения потребительских качеств изделия. Вследствие постоянного усовершенствования конструкции изделий и улучшения технологического процесса между паспортом и изделием могут наблюдаться некоторые различия, не снижающие потребительские качества продукции

6.4. При предъявлении рекламаций необходимо приложить «Свидетельство о приёмке».

6.5. Предприятие-изготовитель не несёт ответственности за несоблюдение условий эксплуатации, правил хранения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Свидетельство о приемке.

Модель Шкафа: Шкаф медицинский
ШМ-1.м. м.600х500х1900 ТУ BY 191503024.001-2016_____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____
М.П.
Соответствуют техническим условиям ТУ BY 191503024.001-2016 и признан годным к эксплуатации.
Подпись лиц, ответственных за приемку: _____

Гарантийный талон №1
на ремонт (замену) в течение гарантийного срока изделия
Модель Шкафа: Шкаф медицинский
ШМ-1.м. м.600х500х1900 ТУ BY 191503024.001-2016_____
наименование и тип изделия

Дата выпуска: «_____» _____ 202___г.

Заводской номер: №_____

Введен в эксплуатацию/Консервация.

_____
(дата, подпись)

- при отсутствии отметок о консервации и даты введения в эксплуатацию – считать начало эксплуатации через десять рабочих дней после отгрузки на основании ТТН.

Предприятие-изготовитель: ООО «Профкомплекс»
220020, г. Минск, ул. Тимирязева, строение 121, корпус 4, офис 206
Тел./факс: +375 17 373 15 69
E-mail: profkompleks@gmail.com
info@profkompleks.by
Сайт: http://profkompleks.by
Регистрационное Удостоверение МЗ РБ № ИМ-7.103748

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru