

1 Основные сведения об изделии

1.1 Кабель отведений М32-КО1 (далее - изделие),

заводской номер _____, дата изготовления _____

1.2 Изделие предназначено для связи электрокардиографа с электродами при измерении и регистрации биоэлектрических потенциалов сердца в кардиологической практике.

1.3 Сведения о содержании драгоценных металлов:

- серебро - не содержит.

1.4 Сведения о содержании цветных металлов:

- медь и медные сплавы - 86 г.

1.5 Длина изделия от соединителя до штепселей отведений должна быть $(2,695 \pm 0,05)$ м.

1.6 Рабочие условия эксплуатации:

- температура окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С;

- относительная влажность до 80 % при температуре 25 °С;

- атмосферное давление 84 - 106,7 кПа (630 - 800) мм рт. ст.

2 Комплектность

2.1 Комплектность изделия должна соответствовать таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Обозначение	Кол.
1 Кабель отведений	АТА6.644.303	1
2 Этикетка	АТА6.644.303 ЭТ	1
3 Упаковка	АТА4.178.866	1

3 Маркировка

3.1 Маркировка на изделии:

- "Э" - товарный знак изготовителя;

- "КАБЕЛЬ ОТВЕДЕНИЙ М32-КО1" - наименование изделия;

- символ SN - "Серийный номер" по СТБ ЕН 980-2006 и

серийный номер после символа;

- символ  - "Дата изготовления" по СТБ ЕН 980-2006 и год изготовления перед символом;

- ТУ РБ 400068368.004-2001 изм. "4" - обозначение технических условий;

- цветовая маркировка и обозначение положения отводящих электродов на теле пациента:

- "R" - красный;

- "I" - желтый;

- "F" - зеленый;

- "N" - черный;

- "C1" - красный;

- "C2" - желтый;

- "C3" - зеленый;

- "C4" - коричневый;

- "C5" - черный;

- "C6" - фиолетовый.

4 Свидетельство о приемке

Изделие изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Представитель ОТК

Штамп
ОТК

личная подпись

расшифровка подписи

5 Гарантии изготовителя

5.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий ТУ РБ 400068368.004-2001 изм. "4" при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

5.2 Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев с даты продажи.

5.3 Гарантийный срок хранения - 12 месяцев с даты изготовления.

5.4 В случае отказа изделия или неисправности его в период гарантийных обязательств, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке владелец изделия должен направить в адрес изготовителя заявку на ремонт (замену).

5.5 Адрес изготовителя:
246012, г. Гомель, ул. Объездная, 7, ОАО "ГКБ "Луч"
Тел. Факс: (0232) 51-51-71
Эл. почта: gkb@gomelluch.by

6 Сведения о продаже

Кабель отведений М32-КО1, заводской номер _____
продан

наименование изготовителя или торговой организации

дата продажи

Штамп

личная подпись

расшифровка подписи