Кюветы для ACL TOP

Инструкция по применению

Каталожный номер 0029400100

Количество: 2400 шт (600 стрипов, где 1 стрип состоит из 4 кювет)

Для использования с анализаторами ACL (модели: ACL Advance, ACL TOP 700, ACL TOP 700 LAS, ACL TOP 700 CTS, ACL TOP 500 CTS, ACL TOP 300 CTS, ACL TOP 350 CTS, ACL TOP 550 CTS, ACL TOP 750, ACL TOP 750 CTS, ACL TOP 750 LAS)

Описание: кювета-ячейка представляет собой пластиковую емкость, камеру или лунку с длиной оптического пути 0,67 см. В кювету дозируются образцы и реагенты для последующего анализа. Допустимый объем реакционный смеси в одной кювете – от 150 µл до 600 µл. Четыре кюветы соединены в единый стрип, представляющий собой одноразовый пластиковый ряд из 4 камер, соединенных вместе. Детали конструкции стрипов позволяют скреплять их друг с другом в обоймы и облегчают работу с ними. Обойма кювет состоит из 10 стрипов, соединенных между собой за счет собственных конструктивных особенностей. Кюветы загружаются на борт анализатора упаковками. Упаковка кювет – это группа из 10 обойм, собранных вместе для облегчения процесса загрузки (10 обойм = 100 стрипов = 400 кювет).

Назначение: для анализа используется стрип кювет, каждая емкость которого предназначена для смешивания, инкубирования образцов и реагентов, а также для проведения анализа и измерений.

Применение: перед применением внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на анализатор ACL.

Производитель:
Instrumentation Laboratory Co.,
180 Хартуэлл Роуд, Бедфорд, штат Массачусетс 01730-2443, США.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Роторы

Инструкция по применению

Каталожный номер 0006800000

Количество: 100 шт (каждый ротор состоит из 20 кювет)

Для использования с анализаторами ACL (модели: ACL 200, ACL 7000, ACL Elite, ACL Elite Pro, ACL 8000, ACL 9000, ACL 10000)

Описание: ротор представляет собой пластиковое монолитное изделие, включающее в себя 20 реакционных кювет. В кювету дозируются образцы и реагенты для последующего анализа.

Назначение: предназначен для смешивания, инкубирования образцов и реагентов, а также для проведения анализа и измерений.

Применение: перед применением внимательно ознакомиться с руководством по эксплуатации на анализатор ACL.

Производитель:
Instrumentation Laboratory Co.,
180 Хартуэлл Роуд, Бедфорд, штат Массачусетс 01730-2443, США.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru