ЗАЖИМ ЖЕСТКИЙ
ДЛЯ ВЛАГАЛИЩНЫХ ОПЕРАЦИЙ ПРЯМОЙ З-60-1 220 мм арт.910-1

НАЗНАЧЕНИЕ

Зажим жесткий для влагалищных операций прямой з-60-1 220 мм арт. 910-1 (далее – зажим) используются в гинекологической практике при влагалищных и полостных операциях.

Зажим изготовлен из нержавеющей стали.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Зажим поставляется по 1 штуке.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Зажим устойчив к циклу обработки, состоящему из дезинфекции, предстерилизационной очистки и стерилизации.

Обработку проводят согласно Инструкции «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (Приложение № 3), утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165.

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Зажим соответствует техническим условиям ТУ BY 291235525.025-2022 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие зажима требованиям технических условий ТУ BY 291235525.025-2022 при соблюдении потребителем условий эксплуатации (применения), транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:

225730, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31в

ЗАО «Завод Белмединструменты»

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ТАЗОМЕР АКУШЕРСКИЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ ТА МП арт.960-1

НАЗНАЧЕНИЕ

Тазомер акушерский металлический ТА МП арт.960-1 (далее – тазомер) используются в гинекологической практике для определения наружных размеров таза.

Детали тазомера изготовлены из нержавеющей стали и углеродистой стали с порошковым покрытием.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Тазомер поставляется по 1 штуке.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

Тазомер устойчив к дезинфекции.

Обработку проводят согласно Инструкции «Дезинфекция, предстерилизационная очистка и стерилизация изделий медицинского назначения» (Приложение № 3), утвержденной Приказом Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 25.11.2002 № 165.

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от +5 °С до +40 °С и относительной влажности воздуха не более 80 % при 25 °С. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Тазомер соответствуют техническим условиям ТУ BY 291235525.025-2022 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____

Подпись ответственного за приемку _____

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Изготовитель гарантирует соответствие тазомера требованиям технических условий ТУ BY 291235525.025-2022 при соблюдении потребителем условий хранения и эксплуатации (применения).

Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев со дня изготовления.

Гарантийный срок хранения – 12 месяцев со дня изготовления.

СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

Рекламации направляют изготовителю в установленном порядке по адресу:

225730, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31в

ЗАО «Завод Белмединструменты»

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru