TROGE MEDICAL GMBH

TROGE
HAMBURG

Instruction for use TROJECTOR - 3
Three-part Syringes

Instruction for use
-Verify individual packaging integrity.
-The syringe should be used immediately after drawing up the injectable solution.
-Repeated movements of the inner piston must be carried out under sterile conditions.
-Discard in approve sharps collector after single use.

Warnings
-Do not use if individual packaging is damaged or opened
-Sterility is guaranteed unless the individual packaging
-Store protected from direct sunlight and heat at recommend temperature of 0°C – 30 °C and a humidity of 45%-75%



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению для трехкомпонентных шприцев TROJECTOR - 3

Инструкция по применению

- Проверьте целостность индивидуальной упаковки.
- Шприц следует использовать сразу после набора препарата в шприц.
- Повторные движения внутреннего поршня должны выполняться в стерильных условиях.
- Утилизируйте изделие после однократного использования в специальный контейнер для острых предметов.

Предупреждения:

- Не используйте изделие, если упаковка повреждена или открыта
- Стерильность гарантирована только при условии отсутствия повреждений на упаковке
- Не допускать попадания прямых солнечных лучей, хранить при температуре 0-30°С и влажности 45-75%.

/Круглая печать: Отдел контроля и обеспечения качества, ТРОГЕ МЕДИКАЛ ГМБХ (TROGE MEDICAL GMBH), ТРОГЕ Гамбург/

Я, переводчик Бурак Анастасия Михайловна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru