ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ ВУ 600091320.014-2015: мойка на одно рабочее место
(напольная установка)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	2000
Ширина, мм	800
Масса не более, кг	75

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ ВУ 600091320.014-2015: мойка на одно рабочее место
(напольная установка)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- панель стеновая - _1_шт;
- дозатор для антисептика/жидкого мыла - _2_шт;
- смеситель - _1_шт;
- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	2000
Ширина, мм	800
Масса не более, кг	75

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ ВУ 600091320.014-2015: мойка на одно рабочее место
(настенное крепление)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	1425
Ширина, мм	800
Масса не более, кг	45

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ ВУ 600091320.014-2015: мойка на одно рабочее место
(настенное крепление)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- панель стеновая - _1_шт;
- дозатор для антисептика/жидкого мыла - _2_шт;
- смеситель - _1_шт;
- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	1425
Ширина, мм	800
Масса не более, кг	45

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ ВУ 600091320.014-2015: мойка на два рабочих места
(напольная установка)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	2000
Ширина, мм	1600
Масса не более, кг	135

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ ВУ 600091320.014-2015: мойка на два рабочих места
(напольная установка)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- панель стеновая - _1_шт;
- дозатор для антисептика/жидкого мыла - _4_шт;
- смеситель - _2_шт;
- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	2000
Ширина, мм	1600
Масса не более, кг	135

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ ВУ 600091320.014-2015: мойка на два рабочих места
(настенное крепление)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	1425
Ширина, мм	1600
Масса не более, кг	80

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ ВУ 600091320.014-2015: мойка на два рабочих места
(настенное крепление)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- панель стеновая - _1_шт;
- дозатор для антисептика/жидкого мыла - _4_шт;
- смеситель - _2_шт;
- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	1425
Ширина, мм	1600
Масса не более, кг	80

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ BY 600091320.014-2015: мойка на три рабочих места
(напольная установка)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	2000
Ширина, мм	2350
Масса не более, кг	205

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ BY 600091320.014-2015: мойка на три рабочих места
(напольная установка)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- панель стеновая - _1_шт;
- дозатор для антисептика/жидкого мыла - _6_шт;
- смеситель - _3_шт;
- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	2000
Ширина, мм	2350
Масса не более, кг	205

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ BY 600091320.014-2015: мойка на три рабочих места
(настенное крепление)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	1425
Ширина, мм	2350
Масса не более, кг	115

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Мойки медицинские хирургические «TISSA-MD»,
ТУ BY 600091320.014-2015: мойка на три рабочих места
(настенное крепление)
Изготовитель: ООО «ТИССА», г. Молодечно, Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Оглавление:

1. Назначение ……..... 3
2. Краткое описание и характеристики…… …. 3
3. Способ эксплуатации…….3
4. Возможные неполадки и методы их устранения……... 4
5. Инструкции по уходу……..…… 5
6. Свидетельство о приемке…… ……6
7. Гарантии изготовителя…… …… 6
8. Адрес изготовителя…… . 6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1. Назначение

Мойка медицинская хирургическая (далее «Изделие»), устанавливается в операционных блоках и других специализированных медицинских помещениях. Изделие предназначено для обработки рук медперсонала перед проведением инвазивных процедур и хирургических вмешательств.

2. Краткое описание и характеристики.

Изделие изготавливается в климатическом исполнении УХЛ 4.2 по ГОСТ 15150-69.

Корпус цельнометаллический, сварной.

Материал корпуса - сталь нержавеющая.

Каркас – цельнометаллический, сварной, с полимерным покрытием.

Вид монтажа – навесная

Комплектация:

- панель стеновая - _1_шт;
- дозатор для антисептика/жидкого мыла - _6_шт;
- смеситель - _3_шт;
- комплект водосливной арматуры - _1_шт;
- комплект крепежных элементов - _1_шт.

Табл.1

Габаритные размеры и масса	
Длина, мм	450
Высота, мм	1425
Ширина, мм	2350
Масса не более, кг	115

3. Способ эксплуатации.

Подача моющего и дезинфицирующего средства происходит при надавливании на локтевой рычаг дозатора.

Пуск потока воды производится движением рук в пределах зоны действия сенсорного датчика, остановка – в автоматическом режиме (подача воды автоматически прекращается по истечении 90 секунд.).

Температура водной струи настраивается в блоке смешивания. Интенсивность потока зависит от параметров давления в водопроводной системе.

При необходимости возобновить подачу воды, следует убрать руки от сенсорного датчика на 2 секунды, после чего активировать водный поток движением рук в зоне действия сенсорного датчика смесителя.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Аэратор (регулятор расхода воды) обеспечивает подачу ровной струи воды без разбрызгивания.

Табл. 2

Технические характеристики бесконтактного смесителя	
Электропитание	4 элемента типа АА
Чувствительность сенсора (зона срабатывания), м	0,15
Время срабатывания сенсора не более, сек	0,8

4. Возможные неполадки и методы их устранения

Табл. 3

Неполадка	Возможные причины	Способ устранения
Подача воды не прекращается по истечении 90 сек	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Подача воды не начинается при попытке активировать сенсорный датчик	Загрязнение сенсорного датчика	Очистить сенсорный датчик
	Преграда/помеха перед сенсорным датчиком	Устранить помеху
	Разрядка элементов питания	Заменить элементы питания
Слабый напор воды	Низкое давление воды	Убедиться в соответствии давления воды требованиям функционирования изделия
	Загрязнение фильтра грубой очистки	Чистка фильтра
При возникновении любых иных неисправностей рекомендуется обращаться на предприятие - изготовитель		

Если заряда элементов питания недостаточно, при наведении рук в зону действия сенсорного датчика начинает моргать световой индикатор. При этом смеситель не может осуществлять подачу воды. В этом случае следует:

- открыть блок питания, предварительно отвинтив шурупы с помощью отвёртки;
- извлечь 4 использованных элемента питания и заменить их на новые;
- закрыть блок питания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Смеситель может вначале перейти в тестовый режим после установки новых элементов питания. После тестовой приработки, смеситель переходит в штатный режим работы.

Внимание! Не следует совмещать старые и новые элементы питания и/или от разных компаний – производителей, и/или разных типов, и/или с различными функциональными возможностями.

При неиспользовании Изделия в течение длительного периода времени – необходимо извлечь элементы питания из блока!

5. Инструкции по уходу.

Очистка корпуса Изделия, смесителей и сенсорных датчиков должна производиться только изделиями из мягких тканей и **без использования абразивных моющих средств (!)**, а так же средств на основе спирта, аммония, соляной, серной, азотной, фосфорной и иных видов кислот.

Рекомендуется проводить очистку внешней поверхности аэраторов (регуляторов расхода воды) не реже одного раза в 2 месяца.

6. Гарантии изготовителя

7.1. Изготовитель гарантирует соответствие Изделия требованиям ТУ BY 600091320.014-2015 при соблюдении потребителем условий транспортирования и хранения, правил монтажа и эксплуатации.

7.2. Гарантийный срок безотказной работы изделия - 12 месяцев со дня установки (гарантийные обязательства Изготовителя не распространяются на случай разрядки элементов питания).

7. Адрес изготовителя

Общество с ограниченной ответственностью «Тисса»
Республика Беларусь, 222310, Минская область
г.Молодечно, ул.Великий Гостинец, 67 П, 16 Б, ком.2-4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru