Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦСИЕ. 31.292.00.00.00
«СТУПЕНЬКИ К ВАННЕ С ПОРУЧНЕМ»

Ступеньки к ванне с поручнем (далее - ступеньки) используется для облегчения подъёма в ванну больных и людей с ограниченными возможностями. Изготавливается из алюминиевых труб и пиломатериалов.

1 Технические характеристики

1.1 Основные параметры ступенек:

длина – 731,5 мм, ширина - 444 мм, высота – 857,5 мм, масса – 5,7 кг.

1.2 Максимальная нагрузка (масса пользователя) - не более 100 кг.

1.3 Остальные технические характеристики в соответствии с СТБ 1426-2003.

2 Рекомендации по уходу

2.1 Проводить санитарную обработку ступеньки моющими и дезинфицирующими средствами.

2.2 После санитарной обработки ступеньку вытереть насухо.

2.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию). Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

4 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, (017) 307-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно - ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Ступенька является изделием медицинского назначения.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»* 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
ЦСИЕ. 31.291.00.00.00
«СТУПЕНЬКА К ВАННЕ С ПОРУЧНЕМ»

Ступенька к ванне с поручнем (далее - ступенька) используется для облегчения подъёма в ванну больных и людей с ограниченными возможностями. Изготавливается из алюминиевых труб и пиломатериалов.

1 Технические характеристики

1.1 Основные параметры ступеньки:

длина - 444 мм, ширина - 417 мм, высота – 857,5 мм, масса – 4 кг.

1.2 Максимальная нагрузка (масса пользователя) - не более 100 кг.

1.3 Остальные технические характеристики в соответствии с СТБ 1426-2003.

2 Рекомендации по уходу

2.1 Проводить санитарную обработку ступеньки моющими и дезинфицирующими средствами.

2.2 После санитарной обработки ступеньку вытереть насухо.

2.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

3 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию). Гарантийный срок хранения – 6 месяцев с момента изготовления. Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

4 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, (017) 307-14-85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно - ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

Ступенька является изделием медицинского назначения.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»* 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru