ИНСТРУКЦИЯ
по применению изделия медицинского назначения
Ампулы стеклянные для лекарственных средств
из бесцветного и цветного стекла объёмом 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл

1. Описание изделия медицинского назначения
Ампулы из бесцветного и цветного боросиликатного стекла с низким содержанием оксида бора 1 класса гидролитической устойчивости объёмом 1 мл, 2 мл, 5 мл, 10 мл. Соответствуют требованиям ISO 15378:2017.

2. Назначение
Для упаковки лекарственных средств.

3. Упаковка и маркировка
Ампулы стеклянные в картонной коробке россыпью и в штативах, изделия могут иметь дополнительную внутреннюю упаковку: картонные коробки, полиэтиленовые пакеты. Этикетка на картонной коробке содержит логотип производителя; наименование продукции; номер серии; дату производства; дату истечения срока годности; условия хранения; количество изделий в коробке; массу нетто; массу брутто; наименование и юридический (почтовый) адрес производителя (адрес производственной площадки); наименование, юридический (почтовый) адрес, телефон, электронную почту, интернет-сайт организации, уполномоченной производителем на принятие претензий от потребителей на территории Республики Беларусь.
Упаковка обеспечивает защиту изделий от воздействия механических и климатических факторов во время транспортировки и хранения, а также удобство погрузочно-разгрузочных работ.

4. Условия транспортировки и эксплуатации
Изделия транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта. Изделия транспортируют в контейнере с принятием мер, препятствующих смещению и повреждению изделий в контейнере. Разрешается транспортирование изделий самолетом в отапливаемых герметизированных отсеках. Во время погрузочно-разгрузочных работ и транспортирования коробки с изделиями не должны подвергаться резким ударам.
В холодное время года перед эксплуатацией изделия должны быть выдержаны в помещении при температуре не ниже 15 °С до тех пор, пока они не нагреются до температуры этого помещения. На всех участках перемещения стеклянной тары в процессе эксплуатации должны быть исключены удары, вызывающие ее повреждение и разрушение.

5. Утилизация
Использованные изделия подлежат утилизации как медицинские отходы согласно национальным требованиям.

6. Техническое обслуживание и ремонт
Изделия не подлежат техническому обслуживанию и ремонту.

7. Условия хранения
Хранить при температуре от 2 до 25 °С и относительной влажности воздуха от 35 до 85 %.

8. Срок годности
5 лет.

9. Производитель
Puyang Lumeng Glass Product Co., Ltd., Китай
Puwang Industrial Park, Fanxian Industries Clusters Zone, Fanxian, Puyang, Henan Province, China

10. Организация, принимающая претензии от потребителей
ООО «Лонг Шенг Фарма Рус»
юридический (почтовый) адрес: 121357, Россия, г. Москва, ул. Верейская, д. 17, оф. 315
телефон: +7 495 374 57 45, e-mail: lshl.info@lshl.ru, https://ru.longshengpharma.com/

Доверенный представитель в Республике Беларусь
(на основании доверенности б/н от 28.04.2021)



С.И. Стахевич
«27» августа 2021

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru