Важная информация
(с инструкцией по очистке и стерилизации)

© «Синтез ГмбХ» 2021 г. Все права защищены. **SE_023827 AN 04/2021**

<Логотип: «ДеПью Синтез»
подразделение группы компаний «Джонсон&Джонсон»>

CE
0123

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Важная информация

Настоящий документ, содержащий Важную информацию, должен по возможности использоваться вместе с соответствующей Инструкцией по применению (IFU) конкретного продукта.

Общие инструкции по применению имплантатов и инструментов компании «Синтез»

Описание продукта

Хирургические имплантаты и инструменты представляют собой решения для ортопедических операций опорно-двигательного аппарата человека. Они также играют вспомогательную роль в лечении, сращивании переломов и в реконструктивной хирургии (остеосинтезе и коррекции дегенеративных заболеваний). Имплантаты не предназначены для замены структур тела человека или переноса массы тела (см. инструкцию для конкретного изделия) на постоянной основе.

Важные моменты

Учитывайте следующие моменты при лечении травматических и (или) дегенеративных изменений скелета:

1. Выбор имплантата/системы. Важно выбрать подходящее изделие. В случае имплантатов убедитесь в выборе продукта, имеющего размер и форму, которые подходят для предполагаемого применения.

Характеристики костной и мягких тканей задают ограничения по размеру и прочности имплантатов. Нельзя ожидать, что какое-либо изделие, частично несущее весовую нагрузку или не несущее такой нагрузки, выдержит полную массу тела без поддержки. Пациент должен ограничить физические нагрузки, которые могут привести к избыточному напряжению в имплантате или неприемлемому движению в месте перелома и таким образом задержать заживление. Пациент должен быть проинформирован соответствующим образом.

2. Факторы, связанные с пациентом. На успех хирургического вмешательства могут иметь существенное влияние ряд факторов, связанных с пациентом:

a масса тела. Пациенты с избыточной массой тела или ожирением могут подвергать изделие таким высоким нагрузкам, что они приведут к его поломке и, вероятно, даже кардинально изменят эффект хирургического вмешательства;

b профессия или род деятельности. Профессиональная деятельность представляет опасность, если под действием внешних сил организм подвергается значительным физическим нагрузкам. Это может привести к поломке изделия и даже свести на нет результат хирургического вмешательства;

c старческий возраст, психические заболевания или алкоголизм. Эти состояния могут привести к тому, что пациент проигнорирует определенные ограничения и предостережения, что приведет к поломке изделия или иным осложнениям;

d некоторые дегенеративные заболевания и курение. В некоторых случаях дегенеративное заболевание может настолько прогрессировать к моменту имплантации, что значительно сократит ожидаемый срок эксплуатации имплантата. В этих случаях изделие используют исключительно в качестве средства отсрочки или временного облегчения течения заболевания;

e чувствительность к инородным телам. При наличии подозрений на гиперчувствительность необходимо провести соответствующие испытания перед выбором или имплантацией материала.

3. Правильное обращение. Правильное обращение с имплантатами и инструментами крайне важно. В случае необходимости изменить форму имплантата его нельзя сильно сгибать, выгибать в обратную сторону, надрезать или царапать. Подобные действия, а также любая другая ненадлежащая обработка или использование могут привести к образованию поверхностных дефектов и (или) к концентрации напряжения в корпусе имплантата. Это, в свою очередь, может в конечном итоге привести к поломке изделия.

4. Важность послеоперационного ухода. Пациенты должны быть проинформированы об ограничениях нагрузки на имплантат, особенностях послеоперационного поведения и ограничении физических нагрузок. Невыполнение соответствующих требований может привести к смещению, отсрочке сращения кости, поломке имплантата, инфекции, тромбофлебиту и (или) развитию раневых гематом.

5. Удаление изделий для остеосинтеза. Несмотря на то что окончательное решение о времени удаления имплантата принимает врач, рекомендуется удалять изделия для фиксации после завершения процесса заживления, если это возможно и целесообразно для конкретного пациента. Это особенно верно в отношении молодых и активных пациентов.

6. Совместимость. Компания «Синтез» гарантирует совместимость своих оригинальных имплантатов и (или) инструментов в соответствии с их назначением. Необходимо соблюдать инструкции по использованию конкретной продукции, составленные компанией «Синтез». Если не указано иное, не рекомендуется компоновать изделия компании «Синтез» с изделиями других производителей, так как их дизайн, материалы, механические свойства и конструкция не гармонизированы. Компания «Синтез» не несет ответственности за осложнения, возникшие в результате смешивания компонентов или в результате использования изделий других производителей.

Если не указано иное, в имплантате не рекомендуется смешивать различные металлы, т. к. это может привести к гальванической коррозии и выделению ионов, что в свою очередь может спровоцировать воспалительную реакцию, аллергические реакции на металлы и (или) долгосрочные неблагоприятные системные эффекты. Кроме того, коррозия может снизить механическую прочность имплантата.

7. Информированность и квалификация. Медицинские работники должны иметь полное представление об особенностях использования продукции по назначению и применимых хирургических техниках, а также должны иметь подходящую квалификацию, полученную в результате прохождения соответствующего обучения.

8. Потенциальные нежелательные явления, нежелательные побочные эффекты и остаточные риски:

– поломка имплантата вследствие выбора неподходящего имплантата и (или) перегрузки остеосинтеза;
– инфекция;
– повреждение мягких тканей;
– аллергические реакции из-за несовместимости материалов;
– задержка заживления из-за сосудистых нарушений;
– боль, вызванная имплантатом.

В соответствующих инструкциях по применению подробно описываются потенциальные нежелательные явления, нежелательные побочные эффекты и остаточные риски, если они есть.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9. МРТ — магнитно-резонансная томография

Если изделие проходило оценку безопасности в среде МРТ, соответствующая информация будет представлена в инструкциях по применению на сайте www.depuysynthes.com/ifu. и (или) www.e-ifu.com.

Одноразовые изделия

Изделия, предназначенные для одноразового использования, не должны использоваться повторно (см. инструкции к конкретным изделиям и «Расшифровку символов»).

Повторное использование или клиническая обработка (например, очистка или повторная стерилизация) загрязненных изделий может нарушить их структурную целостность и (или) привести к их поломке, что в свою очередь может привести к травме, болезни или смерти пациента. Кроме того, повторное использование или клиническая обработка одноразовых изделий влечет за собой риск контаминации, например путем передачи инфекционного материала от одного пациента другому. Это может привести к травме или смерти пациента или пользователя.

Загрязненные имплантаты и одноразовые инструменты не подвергают повторной обработке. Любой имплантат компании «Синтез», загрязненный кровью, тканями и (или) биологическими жидкостями/веществами, не подлежит повторному использованию и должен быть утилизирован в соответствии с протоколом ЛПУ. Даже если использованные и загрязненные имплантаты и одноразовые инструменты выглядят неповрежденными, им могут быть присущи микроскопические дефекты и изменения, связанные с внутренним напряжением, которые могут повлечь усталость материалов.

Стерильные изделия

Изделия, поставляемые стерильными, имеют маркировку «СТЕРИЛЬНО» (см. раздел «Расшифровка символов»). Изделие извлекают из упаковки асептическим способом. Производитель не гарантирует стерильности, если пломба на упаковке нарушена, повреждена или упаковка была вскрыта неправильно, и не несет ответственности в таких случаях.

Нестерильные изделия

Изделия компании «Синтез», поставляемые нестерильными, перед использованием необходимо очистить и простерилизовать паром. Перед очисткой всю оригинальную одноразовую упаковку (например, силиконовые футляры, защитные наконечники, защитные колпачки, блистеры, саше, пакеты, пенопласт, картон и т. д.) удаляют и утилизируют. Изделия очищают перед первым и каждым последующим использованием, а также перед возвратом производителю для проведения технического обслуживания и ремонта. Перед стерилизацией паром изделия помещают в утвержденную обертку или контейнер для стерилизации.

Первым и наиболее важным этапом повторной обработки всех инструментов многократного применения является их тщательная (ручная и (или) механическая) очистка и промывание. Тщательная очистка — сложный процесс, успех которого зависит от различных взаимосвязанных факторов: качества воды, количества и типа детергента, метода очистки (вручную, ультразвуковая ванна, мойка-дезинфектор), тщательности промывания и сушки, правильности подготовки изделия, времени, температуры, аккуратности лиц, ответственных за очистку.

Остаточные органические вещества и (или) большое количество микроорганизмов могут снизить эффективность процесса стерилизации.

Обнаружение инструментов или деталей инструментов

Инструменты компании «Синтез» разработаны и произведены для безопасного использования по назначению.

Тем не менее, если металлический инструмент (например, из стали, алюминия, титана и его сплавов и т. д.) во время использования ломается, в обнаружении фрагментов и (или) компонентов инструмента может помочь устройство для медицинской визуализации (например, КТ, рентгеновский аппарат и т. д.).

Утилизация медицинских изделий

Если не указано иное, изделия следует утилизировать как медицинское изделие в соответствии с процедурами, принятыми в медицинском учреждении.

Серьезный инцидент

О любых серьезных инцидентах, произошедших в связи с использованием изделия, следует сообщать изготовителю и компетентному органу государства, в котором находится пользователь и (или) пациент.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Повторная обработка изделий многократного применения компании «Синтез» — инструментов, лотков для инструментов и контейнеров

Данные рекомендации относятся к обработке изделий многократного применения производства компании «Синтез». Изделия многократного применения производства компании «Синтез» включают определенные хирургические инструменты, лотки для инструментов и контейнеры. Представленная информация не относится к имплантатам компании «Синтез». Необходимо следовать данным рекомендациям, если иное не указано во вкладышах к конкретному изделию.

Меры предосторожности	Перед стерилизацией все изделия следует тщательно очистить и осмотреть, уделяя особое внимание длинным узким просветам, глухим отверстиям, движущимся деталям и сложным компонентам. Для очистки используйте лишь те детергенты, которые предназначены для использования с медицинскими изделиями, соблюдайте инструкции производителя (например, относительно температуры, времени контакта и времени ополаскивания). Рекомендовано использование детергентов с концентрацией pH в диапазоне 7–9,5. Сильнощелочные условия (pH > 11) могут повредить компоненты/изделия, например, из алюминия. Не используйте физиологический раствор, дезинфектанты для окружающей среды (включая растворы хлора) или хирургические антисептики (например, продукты, содержащие йод или хлоргексидин). Не используйте детергенты, которые могут повредить поверхность инструментов, например металлические мочалки, абразивные детергенты или проволочные щетки. – Изделия компании «Синтез» можно размещать в ультразвуковом очистителе только совместно с изделиями, имеющими в составе аналогичные металлы. – Загрязненные или использованные изделия компании «Синтез» не следует загружать в механическую моечную машину в контейнере. Загрязненные изделия компании «Синтез» следует очищать отдельно от лотков и контейнеров. Контейнеры компании «Синтез» разработаны для использования в качестве приспособления для паровой стерилизации, хранения всех медицинских изделий и организации инструментов в ходе операции. – Параметры стерилизации действительны только для изделий, очищенных надлежащим образом. – Перечисленные параметры действительны только для оборудования для повторной обработки, надлежащим образом установленного, обслуживаемого, откалиброванного и соответствующего стандартам серии ISO 15883 и ISO 17665. – Приводы и насадки силового оборудования не погружают в воду или чистящий раствор для клинической обработки. Электрооборудование не подвергают чистке ультразвуком. В случае необходимости очистки силового оборудования следует ознакомиться с документацией по тому или иному изделию. – В хирургии пациентов, находящихся в группе риска по болезни Крейтцфельда — Якоба (БКЯ) и сопутствующим инфекциям, используют одноразовые инструменты. Инструменты, (возможно) использованные у пациента с БКЯ, после операции подлежат утилизации и (или) обрабатываются в соответствии с действующим национальным рекомендациям. – Для получения дополнительной информации обратитесь к национальным нормативным документам и руководствам. Кроме того, необходимо соблюдать внутренние политики и процедуры ЛПУ, а также рекомендации производителей детергентов, дезинфектантов и любого оборудования для клинической обработки.
Ограничения относительно повторной обработки	– Повторная обработка, описанная в настоящей инструкции, оказывает минимальное воздействие на хирургические инструменты компании «Синтез». – Истечение срока эксплуатации изделия обычно определяют по износу и повреждениям, связанным с его использованием. Признаки повреждения и износа изделия могут включать, в числе прочего, коррозию (т. е. ржавчину, точечную коррозию), обесцвечивание, многочисленные царапины, отслаивание, износ и трещины. Изделия, функционирующие ненадлежащим образом, изделия с нераспознаваемой маркировкой, отсутствующими или удаленными (стертыми) артикульными номерами, поврежденные и чрезмерно изношенные изделия использованию не подлежат. – Более подробную информацию о выявлении признаков истечения срока эксплуатации изделия можно получить у торгового представителя или загрузить с веб-сайтов www.depuysynthes.com/ifu и (или) www.e-ifu.com. – Перед стерилизацией некоторые инструменты необходимо протестировать на предмет функциональности. Метод функционального тестирования, если он применим к инструменту, указан в инструкции по применению конкретного продукта; также можно обратиться к протоколу функционального контроля, доступному на веб-сайтах www.depuysynthes.com/ifu и (или) www.e-ifu.com.
Обработка на месте использования	Удаляйте кровь и (или) фрагменты тканей с изделия в ходе хирургического вмешательства, чтобы предотвратить их присыхание к поверхности. – Промывайте канюлированные изделия стерильной или очищенной водой, чтобы предотвратить присыхание загрязнений и (или) фрагментов тканей к внутренним поверхностям. – Загрязненные изделия необходимо отделять от незагрязненных во избежание контаминации персонала и окружающей среды. – Изделия необходимо накрывать полотенцем, смоченным стерильной или очищенной водой, чтобы предотвратить присыхание крови и (или) фрагментов тканей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Карантин и транспортировка	–	Загрязненные изделия необходимо транспортировать отдельно от незагрязненных во избежание контаминации.
Подготовка к очистке (для всех методов очистки)	–	Рекомендуется обрабатывать изделия как можно скорее после использования.
	–	Если изделие разбирается, разберите его перед повторной обработкой. Подробные инструкции по разборке инструментов можно получить у местного торгового представителя или загрузить с веб-сайтов www.depuysynthes.com/ifu и (или) www.e-ifu.com.
	–	Изделия с фиксаторами, замками или петлями следует открыть.
	–	При обращении с острыми предметами и их очистке следует соблюдать осторожность. Их рекомендуется очищать отдельно, чтобы снизить риск получения травм.
	–	Просветы/канюли изделий перед очисткой обрабатываются вручную. Сначала просветы/канюли необходимо очистить от фрагментов тканей. Просветы/канюли необходимо тщательно очистить вращательным движением, используя подходящие по размеру щетки с мягкой щетиной. Щетина должна быть плотно набитой. Размер щетки должен быть практически равен диаметру очищаемого просвета/канюли. При использовании слишком большой или слишком маленькой щетки добиться эффективной очистки поверхности просвета/канюли затруднительно.
	–	Сильно загрязненные или канюлированные изделия перед очисткой следует замочить и (или) промыть для размягчения любых присохших загрязнений или фрагментов тканей. Используйте нейтральный или слабый щелочной раствор детергента. Соблюдайте инструкции производителя детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации. Для промывания изделий используйте холодную водопроводную воду.
	–	Изделия компании «Синтез» необходимо чистить отдельно от лотков для инструментов компании «Синтез» и контейнеров компании «Синтез». С контейнеров следует снять крышки, если таковые имеются.
Очистка — ручной метод	1.	Промойте загрязненное изделие под струей холодной водопроводной воды в течение не менее двух минут. Используйте щетку с мягкой щетиной для удаления крупных загрязнений и фрагментов тканей.
	2.	Замочите изделие в нейтральном или слабощелочном растворе детергента минимум на десять минут. Соблюдайте инструкции производителя детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации.
	3.	Промойте изделие холодной водой в течение не менее двух минут. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов, каналов и других труднодоступных участков.
	4.	Очистите изделие вручную в течение не менее пяти минут в свежеприготовленном нейтральном или слабощелочном растворе детергента. Для удаления загрязнений и фрагментов тканей используйте щетку с мягкой щетиной. Приведите в движение все места соединения, рукоятки и другие подвижные части изделия, если таковые имеются, чтобы обеспечить попадание в них моющего раствора. Очищайте изделие под водой для предотвращения аэрозолизации загрязнителей. Примечание: свежий раствор — это свежеприготовленный чистый раствор.
	5.	Тщательно промойте изделия, используя холодную или прохладную водопроводную воду, в течение не менее двух минут. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов и каналов. Приведите в движение все места соединения, рукоятки и другие подвижные части изделия, если таковые имеются, чтобы тщательно промыть их под струей воды.
	6.	Осмотрите изделие. Повторяйте этапы 2–6, пока изделие не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений.
		Ультразвуковая очистка: перед этим этапом необходимо завершить этапы 1–6 предварительной очистки.
	7.	Подготовьте свежий нейтральный или слабощелочной раствор детергента для ультразвуковой ванны. Соблюдайте инструкции производителя детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации. Примечание: свежий раствор — это свежеприготовленный чистый раствор.
	8.	Очищайте изделие компании «Синтез» с помощью ультразвука не менее 15 минут, используя частоту не менее 38 кГц.
	9.	Тщательно промойте изделие деионизированной или очищенной водой в течение не менее двух минут. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов и каналов. Приведите в движение все места соединения, рукоятки и другие подвижные части изделия, если таковые имеются, чтобы тщательно промыть их под струей воды.
	10.	Осмотрите изделие. Повторяйте этапы 2–10, пока изделие не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений.
	11.	Проведите окончательное промывание изделия, используя деионизированную или очищенную воду, в течение не менее 15 секунд.
	12.	Высушите изделие, используя чистую мягкую безворсовую одноразовую салфетку или сжатый медицинский воздух. Убедитесь в том, что все просветы и движущиеся участки высушены сжатым воздухом.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Очистка и дезинфекция — автоматический метод

1. Промойте загрязненное изделие под струей холодной водопроводной воды в течение не менее одной минуты. Крупные загрязнения удалите, используя щетку с мягкой щетиной или мягкую безворсовую салфетку.
2. Очистите изделие вручную в течение не менее пяти минут в свежеприготовленном нейтральном или слабощелочном растворе детергента. Соблюдайте инструкции производителя детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации. Используйте щетку с мягкой щетиной, чтобы удалить загрязнения и фрагменты тканей. Приведите в движение все места соединения, рукоятки и другие подвижные части изделия, если таковые имеются, чтобы обеспечить попадание в них моющего раствора. Очищайте изделие под водой для предотвращения аэрозолизации загрязнителей. Примечание: свежий раствор — это свежеприготовленный чистый раствор.
3. Промойте изделие, используя холодную или прохладную проточную водопроводную воду, в течение не менее одной минуты. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов и каналов. Приведите в движение все места соединения, рукоятки и другие подвижные части изделия, если таковые имеются, чтобы тщательно промыть их под струей воды.
4. Подготовьте свежий нейтральный или слабощелочной раствор детергента для ультразвуковой ванны. Соблюдайте инструкции производителя детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации. Примечание: свежий раствор — это свежеприготовленный чистый раствор.
5. Очищайте изделие компании «Синтез» с помощью ультразвука не менее 15 минут, используя частоту не менее 38 кГц.
6. Промойте изделие деионизированной или очищенной водой в течение не менее двух минут. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов и каналов. Для окончательного промывания изделия необходимо использовать деионизированную или очищенную воду.
7. Осмотрите изделие. Повторяйте этапы 2–7, пока изделие не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений.
8. Автоматическая мойка производится в утвержденной мойке-дезинфекторе в соответствии с ISO 15883-1 и -2 или эквивалентным стандартом. Загрузите компоненты изделия в мойку-дезинфектор в соответствии с инструкциями производителя, убедившись в том, что жидкость свободно попадает на изделия и в просветы. Автоматическая мойка может быть включена в валидированный цикл мойки, дезинфекции и (или) сушки в соответствии с инструкциями производителя. Пример валидированного цикла, используемого в валидации очистки:

Цикл	Минимальное время (минуты)	Минимальная температура (воды)	Тип моющего средства
Предварительная очистка	2	Холодная водопроводная вода (< 40 °C)	Неприменимо
Очистка I	2	Холодная водопроводная вода (< 40 °C)	Детергент*
Очистка II	5	Теплая водопроводная вода (> 40 °C)	Детергент*
Ополаскивание	2	Прохладная очищенная или деионизированная вода (> 40 °C)	Неприменимо
Термическая дезинфекция	5	≥ 93 °C	Неприменимо
Сушка	40	≥ 90 °C	Неприменимо

* см. раздел «Дополнительная информация».

Термическая дезинфекция

В рамках автоматической очистки и дезинфекции проводят термическую дезинфекцию при температуре не ниже 93 °C в течение не менее 5 минут (см. раздел «Очистка и дезинфекция — автоматический метод»). Изделия с просветами или канюлями располагают таким образом, чтобы просветы или канюли находились в вертикальном положении. Если это невозможно из-за ограниченного пространства внутри автоматической/механической моечной машины, при необходимости используют оросительную стойку / загрузочную люльку с соединениями, разработанными для обеспечения надлежащего прохождения жидкостей через просветы или канюли изделия.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Сушка

Если цикл сушки в механической моечной машине не предусмотрен:

- тщательно просушите каждое изделие внутри и снаружи для предотвращения появления ржавчины и неисправностей;
- используйте чистую мягкую безворсовую одноразовую салфетку во избежание повреждения поверхности.

Уделите особое внимание резьбе, фиксаторам и петлям, а также областям, где может скапливаться жидкость. Откройте и закройте изделие, чтобы обеспечить доступ ко всем поверхностям. Просушите полые части (просветы, канюли), используя струю сжатого медицинского воздуха.

Осмотр

После обработки и перед стерилизацией инструменты компании «Синтез» необходимо проверить на предмет наличия признаков истечения срока эксплуатации, таких как:

- чистота; если во время осмотра обнаруживаются остаточные загрязнения, повторяйте этапы очистки этих изделий, пока они не будут полностью очищены от любых видимых загрязнений;
- остаточная влага; тщательно осмотрите просветы изделия и движущиеся части. Если будет обнаружена влага, следует выполнить ручную сушку;
- повреждения, включая, в числе прочего, коррозию (например, ржавчину, точечную коррозию), обесцвечивание, многочисленные царапины, отслаивание, трещины и износ;
- надлежащая функциональность, включая, в числе прочего, остроту режущих инструментов, гибкость гибких изделий, подвижность петель/соединений/замков и подвижных деталей, таких как рукоятки, фиксаторы и муфты. Поврежденные или изношенные изделия использованию не подлежат.

Более подробные инструкции по контролю функциональности и выявлению признаков истечения срока эксплуатации можно получить у местного торгового представителя или загрузить с веб-сайтов www.depuysynthes.com/ifu и (или) www.e-ifu.com.

Смажьте инструменты с подвижными частями, такими как петли и шарниры, пружинные шарикоподшипники и детали с резьбой. Рекомендуется смазывать инструменты компании «Синтез» только специальным маслом компании «Синтез».

Перед стерилизацией разобранные изделия необходимо собрать, если не указано иное или если контейнер не приспособлен для изделий в сборке. Более подробные инструкции по демонтажу инструментов можно получить у местного торгового представителя или загрузить с веб-сайтов www.depuysynthes.com/ifu и (или) www.e-ifu.com.

Упаковка

Поместите очищенные сухие изделия на соответствующее место в контейнере компании «Синтез». В дополнение используйте подходящую стерилизационную обертку или систему жестких контейнеров для стерилизации многократного применения, например систему защиты стерильности согласно ISO 11607. Необходимо следить за тем, чтобы имплантаты, остроконечные и острые инструменты не контактировали с другими объектами во избежание поверхностных повреждений.

Стерилизация

Стерилизация паром (влажным жаром) проводится согласно локально утвержденному циклу предварительного вакуумирования (принудительного удаления воздуха). Паровой стерилизатор должен пройти валидацию в соответствии с требованиями местных стандартов и руководств, таких как EN 285 или AAMI/ANSI ST8. Паровой стерилизатор должен быть установлен и обслужен в соответствии с инструкциями производителя и локальными требованиями. Убедитесь в том, что выбран цикл парового стерилизатора, который предназначен для удаления воздуха из пористых изделий или изделий с просветами в соответствии с инструкциями производителя, и в том, что максимальная загрузка стерилизатора не превышена.

Следующие циклы стерилизации паром являются примерами валидированных циклов:

Тип цикла	Минимальное время воздействия при стерилизации (минуты)	Минимальная температура воздействия при стерилизации	Минимальное время сушки*
Принудительное удаление воздуха насыщенным паром (предварительное вакуумирование, не менее трех импульсов)	4	132 °C	20 минут
	3	134 °C	20 минут

*Сушка контейнеров компании «Синтез» и их вспомогательных компонентов может длиться дольше стандартных показателей для медицинского предварительного вакуумирования. В частности это касается полимерных (пластиковых) контейнеров/лотков, используемых совместно с высокопрочными неткаными стерилизационными обертками. Рекомендованное время сушки контейнеров компании «Синтез» может варьироваться от стандартных 20 минут до 60 минут. Время сушки чаще всего зависит от наличия полимерных (пластиковых) материалов; следовательно, такие манипуляции, как удаление силиконовых ковриков и (или) изменение системы защиты стерильности (т. е. замена обертки грубой марки на легкую), могут сократить необходимое время сушки. Пользователь должен выбирать методы, поддающиеся проверке (например, визуальный контроль), что позволит удостовериться в надлежащем результате. Время сушки обычно варьируется от 20 до 60 минут из-за различий в упаковочных материалах (системы защиты стерильности, например стерилизационной обертки или систем жестких контейнеров многократного применения), качестве пара, материалах изделия, общей массе, производительности стерилизатора и времени остывания.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Хранение	Упакованные изделия хранить в сухом, чистом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, вредителей, экстремальных температур и влажности. Информацию о сроке хранения стерильного продукта и требованиях к температуре и влажности см. в инструкции производителей стерилизационной обертки или жестких контейнеров.
Дополнительная информация	Дополнительная информация, касающаяся использования в валидационных исследованиях специальных детергентов, ультразвуковых моечных машин, моек-дезинфекторов, упаковочных материалов или стерилизаторов, предоставляется по запросу. В ходе валидации данных инструкций по повторной обработке компания «Синтез» использовала следующие параметры: – ручная очистка: ручная предварительная очистка с использованием ферментного детергента Enzol® в концентрации 8 мл/л при температуре 16–17 °C и ультразвуковая очистка с использованием ферментного детергента Enzol® в концентрации 8 мл/л при температуре 18–25 °C; – автоматическая очистка: ручная предварительная очистка с использованием ферментного детергента Enzol® в концентрации 8 мл/л при температуре 16–17 °C и ультразвуковая очистка с использованием ферментного детергента Enzol® в концентрации 8 мл/л при температуре 18–25 °C. Очистка в мойке-дезинфекторе (очистка 1) с использованием ферментного детергента Prolystica® 2X в концентрации 1 мл/л при температуре 23–26 °C и (очистка 2) с использованием нейтрального детергента Prolystica® 2X в концентрации 1 мл/л при температуре 44–46 °C; – безворсовая салфетка: Berkshire Durx 670. Информация об очистке и стерилизации представлена в соответствии с ISO 17664. Представленные выше рекомендации валидированы производителем медицинского изделия как позволяющие обработать нестерильное медицинское изделие компании «Синтез». Ответственность за выбор материалов, оборудования и персонала для обеспечения надлежащего результата обработки лежит на операторе. Это требует валидации и ежедневного контроля процесса. Аналогичным образом, любое отклонение оператора, осуществляющего обработку, от данных рекомендаций должно быть тщательно рассмотрено на предмет эффективности и возможных неблагоприятных последствий. Химическое качество воды, используемой во время обработки, может влиять на безопасность изделия. Учреждения должны соблюдать требования к качеству воды для повторной обработки изделий, предусмотренные локальными руководствами (такими как AIRI TIR 34 «Вода для повторной обработки медицинских изделий») и настоящей инструкцией по применению.
Контакты производителя	Для получения более подробной информации обратитесь к местному торговому представителю компании «Синтез».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Обработка нестерильных имплантатов и одноразовых инструментов компании «Синтез»

Данные рекомендации относятся к обработке нестерильных имплантатов и одноразовых инструментов компании «Синтез». Приведенная информация применима исключительно к неиспользованным и незагрязненным имплантатам компании «Синтез» и неиспользованным и незагрязненным одноразовым инструментам компании «Синтез». Деимплантированные имплантаты компании «Синтез» не подлежат повторной обработке и после извлечения должны быть утилизированы в соответствии с протоколом ЛПУ. Любой имплантат или одноразовый инструмент, не бывший в употреблении, но подвергшийся загрязнению, подлежит утилизации в соответствии с протоколом ЛПУ. Не подвергайте повторной обработке загрязненные имплантаты или загрязненные одноразовые инструменты. Необходимо следовать данным рекомендациям, если иное не указано во вкладышах к конкретному изделию.

Меры предосторожности

– Любой имплантат или одноразовый инструмент, не бывший в употреблении, но подвергшийся загрязнению кровью, тканями и (или) биологическими жидкостями/веществами, подлежит утилизации в соответствии с протоколом ЛПУ. Компания «Синтез» не рекомендует подвергать повторной обработке загрязненные имплантаты или одноразовые инструменты.

– Не используйте имплантат или одноразовый инструмент компании «Синтез», если его поверхность повреждена.

– Не следует обрабатывать или транспортировать имплантаты или одноразовые инструменты компании «Синтез» совместно с любыми загрязненными или зараженными материалами.

– Перед стерилизацией все изделия должны быть тщательно очищены и осмотрены. Во время очистки и осмотра следует уделить особое внимание длинным узким просветам, глухим отверстиям, движущимся и сложным деталям. Для очистки используйте лишь те детергенты, которые предназначены для использования с медицинскими изделиями, соблюдайте инструкции производителя. Рекомендовано использование детергентов с концентрацией pH в пределах 7–9,5. Сильнощелочные условия (pH > 11) могут повредить компоненты/изделия, например, из алюминия. Не используйте физиологический раствор, дезинфектанты для окружающей среды (включая растворы хлора) или хирургические антисептики (например, продукты, содержащие йод или хлоргексидин). Не используйте детергенты, которые могут повредить поверхность инструментов, например металлические мочалки, абразивные детергенты или проволочные щетки. Изучите раздел «Совместимость материалов инструментов и имплантатов компании «Синтез» при клинической переработке».

– Имплантаты компании «Синтез» не требуют смазки.

– Имплантаты и одноразовые инструменты компании «Синтез» являются критически важными изделиями и подлежат финишной стерилизации перед использованием.

– Параметры стерилизации действительны только для изделий, очищенных надлежащим образом.

– Совместно с изделиями и загрузочными лотками (лоток со всем или частью прописанного содержимого) компании «Синтез» можно использовать только жесткие стерилизационные контейнеры, разрешенные для паровой стерилизации.

– Перечисленные параметры действительны только для оборудования для повторной обработки, надлежащим образом установленного, обслуживаемого, откалиброванного и соответствующего стандартам серии ISO 15883 и ISO 17665.

Варианты использования жестких стерилизационных контейнеров с изделиями и загрузочными лотками компании «Синтез»:

- непосредственно в жестком стерилизационном контейнере можно размещать не более одного (1) полностью загруженного лотка;
- в жесткий стерилизационный контейнер можно помещать контейнеры для инструментов из не более чем одного (1) загруженного лотка;
- для обеспечения оптимальной вентиляции автономные блоки/стойки или отдельные изделия необходимо размещать в корзине контейнера без наложения;
- максимальное отношение объема жесткого стерилизационного контейнера к размеру вентиляционного отверстия не должно превышать 322 $см^3/см^2$;
- совместно с изделиями и загруженными лотками компании «Синтез» можно использовать только жесткие стерилизационные контейнеры, разрешенные для форвакуумной паровой стерилизации;
- для получения дополнительной информации обратитесь к национальным нормативным документам и руководствам. Кроме того, необходимо соблюдать внутренние политики и процедуры ЛПУ, а также рекомендации производителей детергентов, дезинфектантов и любого оборудования для клинической обработки.

Ограничения относительно повторной обработки

– Повторная обработка, описанная в настоящей инструкции, оказывает минимальное воздействие на имплантаты и одноразовые инструменты компании «Синтез».

– Перед стерилизацией некоторые имплантаты или одноразовые инструменты компании «Синтез» необходимо протестировать на предмет функциональности. Метод функционального тестирования, если он применим к имплантату или инструменту, указан в инструкции по применению конкретного продукта; также можно обратиться к протоколу функционального контроля, доступному на веб-сайтах www.depuysynthes.com/ifu и (или) www.e-ifu.com

– Имплантаты или одноразовые инструменты компании «Синтез» необходимо осматривать на предмет наличия коррозии, повреждений, таких как царапины и надрезы, загрязнений, обесцвечивания или налета.

– Обесцвечивание не оказывает неблагоприятного воздействия на имплантаты из титана или титанового сплава. Защитный оксидный слой сохраняется.

– Любой имплантат или одноразовый инструмент с коррозией, царапинами, надрезами, налетом или загрязнениями подлежит утилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Обработка на месте использования

– Имплантаты и одноразовые инструменты должны оставаться в закрытой упаковке до момента их использования во избежание загрязнения или контаминации. Необходимо обрабатывать лишь те изделия, которые будут имплантироваться или использоваться.
– Во избежание повреждения поверхности имплантата необходимо свести манипуляции с ним к минимуму.

Карантин и транспортировка

– Имплантаты и одноразовые инструменты не должны контактировать с загрязненными изделиями и (или) оборудованием.
– Избегайте перекрестной контаминации имплантатов и одноразовых инструментов загрязненными инструментами в процессе транспортировки.

Подготовка к обработке

– Компания «Синтез» не рекомендует подвергать повторной обработке загрязненные имплантаты или одноразовые инструменты.

Очистка — ручной метод

1. Промойте изделие под струей холодной водопроводной воды в течение не менее двух минут. Используйте щетку с мягкой щетиной для очистки изделия.
2. Замочите изделие в нейтральном или слабощелочном растворе детергента минимум на десять минут. Соблюдайте инструкции производителя детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации.
3. Промойте изделие холодной водой в течение минимум двух минут. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов, каналов и других труднодоступных мест.
4. Полностью погрузите изделие в детергент, следя за тем, чтобы все просветы или движущиеся части контактировали с детергентом. Очищайте изделие вручную с помощью щетки с мягкой щетиной и свежеприготовленного нейтрального или слабощелочного раствора детергента в течение не менее пяти минут. Очищайте изделие под водой для предотвращения аэрозолизации загрязнителей. Примечание: свежий раствор — это свежеприготовленный чистый раствор.
5. Тщательно промойте изделие холодной или прохладной водопроводной водой в течение не менее двух минут. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат, чтобы промыть просветы и каналы.
6. Подготовьте свежий нейтральный или слабощелочной раствор детергента для ультразвуковой ванны. Соблюдайте инструкции производителя детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации. Примечание: свежий раствор — это свежеприготовленный чистый раствор.
7. Очищайте изделие компании «Синтез» с помощью ультразвука не менее 15 минут, используя частоту не менее 38 кГц.
8. Тщательно промойте изделие деионизированной или очищенной водой в течение не менее двух минут. Приведите в движение все места соединения, рукоятки и другие подвижные части изделия, если таковые имеются, чтобы тщательно промыть их. Убедитесь в том, что все просветы промыты. Для финального ополаскивания используйте деионизированную или очищенную воду.
9. Высушите изделие, используя чистую мягкую безворсовую одноразовую салфетку или сжатый медицинский воздух. Убедитесь в том, что все просветы и подвижные участки высушены сжатым воздухом.

Очистка и дезинфекция — автоматический метод

1. Промойте изделие под струей холодной водопроводной воды в течение не менее одной минуты. Используйте щетку с мягкой щетиной или мягкую безворсовую салфетку для очистки изделия.
2. Подготовьте свежий нейтральный или слабощелочной раствор детергента для ультразвуковой ванны. Соблюдайте инструкции производителя детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации. Примечание: свежий раствор — это свежеприготовленный чистый раствор.
3. Полностью погрузите изделие в детергент, следя за тем, чтобы все просветы или движущиеся части контактировали с детергентом. Очищайте изделие компании «Синтез» с помощью ультразвука не менее 15 минут, используя частоту не менее 38 кГц.
4. Промойте изделие деионизированной или очищенной водой в течение не менее двух минут. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат, чтобы промыть просветы и каналы. Для финального ополаскивания используйте деионизированную или очищенную воду.
5. Осмотрите изделие. Повторяйте этапы 2–5, пока изделие не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений.
6. Автоматическая мойка производится в утвержденной мойке-дезинфекторе в соответствии с ISO 15883-1 и -2 или эквивалентным стандартом. Загрузите компоненты изделия в мойку-дезинфектор в соответствии с инструкциями производителя, убедившись в том, что жидкость свободно попадает на изделия и в просветы. Автоматическая мойка может быть включена в валидированный цикл мойки, дезинфекции и (или) сушки в соответствии с инструкциями производителя. Пример валидированного цикла, используемого в валидации очистки:

Цикл	Минимальное время (минуты)	Минимальная температура (воды)	Тип моющего средства
Предварительная очистка	2	Холодная водопроводная вода (< 40 °C)	Неприменимо
Очистка I	2	Холодная водопроводная вода (< 40 °C)	Детергент*
Очистка II	5	Прохладная водопроводная вода (> 40 °C)	Детергент*
Ополаскивание	2	Прохладная очищенная или деионизированная вода (> 40 °C)	Неприменимо
Термическая дезинфекция	5	≥ 93 °C	Неприменимо

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Сушка	40	≥ 90 °C	Неприменимо

* см. раздел «Дополнительная информация».

Термическая дезинфекция

В рамках автоматической очистки и дезинфекции проводят термическую дезинфекцию при температуре не ниже 93 °C в течение не менее 5 минут (см. раздел «Очистка и дезинфекция — автоматический метод»). Изделия с просветами или канюлями располагают таким образом, чтобы просветы или канюли находились в вертикальном положении. Если это невозможно из-за ограниченного пространства внутри автоматической/механической моечной машины, при необходимости используют оросительную стойку / загрузочную люльку с соединениями, разработанными для обеспечения надлежащего прохождения жидкостей через просветы или канюли изделия.

Осмотр

После обработки и перед стерилизацией имплантаты и одноразовые инструменты компании «Синтез» необходимо осмотреть в чистом помещении и при хорошем освещении на наличие видимых загрязнений, повреждений или влаги.

Осмотрите изделия на предмет:

- остаточной влаги; тщательно осмотрите просветы изделия и движущиеся части. В случае обнаружения влаги выполните ручную сушку;
- чистоты; в случае обнаружения остаточных загрязнений во время осмотра повторяйте этапы очистки для этих изделий, пока оно не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений;
- повреждений, включая, в числе прочего, коррозию (например, ржавчину, точечную коррозию), обесцвечивание, многочисленные царапины, отслаивание, трещины и износ;
- надлежащей функциональности, включая, в числе прочего, остроту режущих инструментов, гибкость гибких изделий, подвижность петель/соединений/замков и подвижных деталей, таких как рукоятки, фиксаторы и муфты, а также отсутствие артикульных номеров.

Изделия, функционирующие ненадлежащим образом, изделия с нераспознаваемой маркировкой, отсутствующими или удаленными (стертыми) артикульными номерами, поврежденные и чрезмерно изношенные изделия подлежат утилизации.

Упаковка

Поместите очищенные сухие имплантаты или одноразовые инструменты на соответствующее место в контейнере компании «Синтез». В дополнение используйте подходящую стерилизационную обертку или систему жестких контейнеров для стерилизации многократного применения, например систему защиты стерильности согласно ISO 11607. Необходимо следить за тем, чтобы имплантаты, остроконечные и острые инструменты не контактировали с другими объектами во избежание поверхностных повреждений.

Стерилизация

Стерилизация паром (влажным жаром) должна проводиться с использованием локально разрешенного цикла предварительного вакуумирования (принудительное удаление воздуха). Паровой стерилизатор должен быть утвержден в соответствии с требованиями местных стандартов и руководств, таких как EN 285 или AAMI / ANSI ST8. Паровой стерилизатор должен быть установлен и обслуживаться в соответствии с инструкциями его производителя и локальными требованиями. Убедитесь в том, что выбран цикл парового стерилизатора, который предназначен для удаления воздуха из загрузок изделий пористых или с просветами в соответствии с инструкциями производителя и не превышает максимальную загрузку стерилизатора.

Следующие циклы стерилизации паром являются примерами валидированных циклов:

Тип цикла	Минимальное время воздействия при стерилизации (минуты)	Минимальная температура воздействия при стерилизации	Минимальное время сушки*
Принудительное удаление воздуха насыщенным паром (предварительное вакуумирование, не менее трех импульсов)	4	132 °C	20 минут
	3	134 °C	20 минут

* Сушка контейнеров компании «Синтез» и их вспомогательных компонентов может длиться дольше стандартных показателей для медицинского предварительного вакуумирования. В частности это касается полимерных (пластиковых) контейнеров/лотков, используемых совместно с высокопрочными неткаными стерилизационными обертками. Рекомендованное время сушки контейнеров компании «Синтез» может варьироваться от стандартных 20 минут до 60 минут. Время сушки чаще всего зависит от наличия полимерных (пластиковых) материалов; следовательно, такие манипуляции, как удаление силиконовых ковриков и (или) изменение системы защиты стерильности (т. е. замена обертки грубой марки на легкую), могут сократить необходимое время сушки. Время сушки обычно варьируется из-за различий в упаковочных материалах (системы защиты стерильности, например стерилизационной обертки или систем жестких контейнеров многократного применения), качестве пара, материалах изделия, общей массе, производительности стерилизатора и времени остывания. Пользователь должен выбирать методы, поддающиеся проверке (например, визуальный контроль), что позволит удостовериться в надлежащем результате.

- Информацию о повторной стерилизации продукции, продаваемой в стерильном виде, см. в инструкции к конкретному изделию.
- Инструкции и рекомендации по использованию жесткого стерилизационного контейнера.

Для обеспечения надлежащей стерилизации имплантатов и одноразовых инструментов компании «Синтез» при использовании жесткого стерилизационного контейнера необходимо учесть следующее:

- необходимо соблюдать инструкции по применению, предоставленные производителем жестких стерилизационных контейнеров. В случае возникновения вопросов относительно использования жесткого стерилизационного контейнера компания «Синтез» рекомендует обратиться к производителю данного контейнера за инструкциями;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	– варианты использования жестких стерилизационных контейнеров с изделиями и загруженными лотками компании «Синтез»: – непосредственно в жестком стерилизационном контейнере можно размещать не более одного (1) полностью загруженного лотка; – в жесткий стерилизационный контейнер можно помещать контейнеры для инструментов из не более чем одного (1) загруженного лотка; – для обеспечения оптимальной вентиляции автономные блоки/стойки или отдельные изделия необходимо размещать в корзине контейнера без наложения; – при выборе жесткого стерилизационного контейнера для изделий и загруженных лотков компании «Синтез» необходимо учесть, что максимальное отношение объема жесткого стерилизационного контейнера к размеру вентиляционного отверстия не должно превышать 322 $см^3/см^2$. По всем вопросам, связанным с отношением объема контейнера к размеру вентиляционного отверстия, обращайтесь к производителю контейнера; – совместно с изделиями и загруженными лотками компании «Синтез» можно использовать только жесткие стерилизационные контейнеры, разрешенные для форвакуумной паровой стерилизации, в соответствии с параметрами, представленными в таблице выше.
Хранение	Упакованные изделия хранить в сухом, чистом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, вредителей, экстремальных температур и влажности. Информацию о сроке хранения стерильного продукта и требованиях к температуре и влажности см. в инструкции производителей стерилизационной обертки или жестких контейнеров.
Дополнительная информация	Дополнительная информация, касающаяся использования в валидационных исследованиях специальных детергентов, ультразвуковых моечных машин, моек-дезинфекторов, упаковочных материалов или стерилизаторов, предоставляется по запросу. В ходе валидации данных инструкций по повторной обработке компания «Синтез» использовала следующие параметры: – ручная очистка: ручная предварительная очистка с использованием ферментного детергента Prolystica® 2X в концентрации 1 мл/л при температуре 14–16 °C и ультразвуковая очистка с использованием ферментного детергента Prolystica® 2X в концентрации 1 мл/л при температуре 12–21 °C; – автоматическая очистка: ручная предварительная очистка с использованием ферментного детергента Prolystica® 2X в концентрации 1 мл/л при температуре 14–16 °C. Очистка в мойке-дезинфекторе (очистка 1) с использованием ферментного детергента Prolystica® 2X в концентрации 1 мл/л при температуре 23–26 °C и (очистка 2) с использованием нейтрального детергента Prolystica® 2X в концентрации 1 мл/л при температуре 44–46 °C; – безворсовая салфетка: Berkshire Durx 670. Информация об очистке и стерилизации представлена в соответствии с ISO 17664. Представленные выше рекомендации валидированы производителем медицинского изделия как позволяющие обработать нестерильное медицинское изделие компании «Синтез». Ответственность за выбор материалов, оборудования и персонала для обеспечения надлежащего результата обработки лежит на операторе. Это требует валидации и ежедневного контроля процесса. Аналогичным образом, любое отклонение оператора, осуществляющего обработку, от данных рекомендаций должно быть тщательно рассмотрено на предмет эффективности и возможных неблагоприятных последствий. Химическое качество воды, используемой во время обработки, может влиять на безопасность изделия. Учреждения должны соблюдать требования к качеству воды для повторной обработки изделий, предусмотренные локальными руководствами (такими как AIRI TIR 34 «Вода для повторной обработки медицинских изделий») и настоящей инструкцией по применению.
Контакты производителя	Для получения более подробной информации обратитесь к местному торговому представителю компании «Синтез».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Совместимость материалов инструментов и имплантатов компании «Синтез» при клинической обработке

Знание используемых материалов и их свойств важно для обеспечения надлежащей обработки и обслуживания инструментов.

Нержавеющая сталь

Инструменты компании «Синтез» преимущественно изготавливают из коррозионно-стойких сталей, которым свойственен блестящий или матовый металлический цвет. Хром и никель в высоких концентрациях образуют на поверхности изделий из коррозионно-стойких сталей защитный слой из оксида хрома, известный как инертный слой. Такой инертный слой защищает инструменты от коррозии и ржавчины. Неправильное или небрежное обращение (например, повреждение поверхности), а также химические, электрохимические и физические воздействия могут снижать коррозионную стойкость.

Используют два типа нержавеющей стали, отличающихся по составу и свойствам:

– мартенситные стали — коррозионно-стойкие стали, высокую прочность которых можно регулировать с помощью термообработки; они обладают высокой износостойкостью и высокой стойкостью режущей кромки. Их используют для производства режущих и заостренных инструментов, например сверл, головок римеров, шил, боров или режущих кромок щипцов;
– аустенитные стали, которые нельзя закалить термообработкой; они обладают высокой коррозионной стойкостью, эластичностью и прочностью, а также, как правило, являются немагнитными. Такие стали используют для производства нережущих инструментов, например направителей сверла, измерителей и прицельных приспособлений.

Компания «Синтез» рекомендует использовать для всех нержавеющих сталей детергенты и дезинфектанты с уровнем pH в диапазоне 7–11.

Алюминий, титан и его сплавы

Поскольку алюминий является легким материалом, его используют, например, для изготовления контейнеров, рукояток и некоторых других деталей инструментов. В результате электрохимической обработки (анодирование, эматалирование или твердое анодирование) на поверхности алюминия образуется стойкий оксидный слой, который можно окрашивать.

Титан и титановые сплавы находят широкое применение в качестве материалов для имплантатов. При производстве инструментов титан используют редко, в основном для цветового кодирования инструментов. Поверхность изделий из титановых сплавов также обрабатывают электрохимическим способом (анодирование), получая стойкий оксидный слой. С помощью данного слоя можно придавать изделиям различные цветовые оттенки.

Несмотря на то что анодированный алюминий, титан и его сплавы обладают высокой коррозионной стойкостью, контакт с сильнощелочными детергентами или дезинфектантами, а также с растворами, содержащими йод или соли некоторых металлов, может привести к химической реакции и растворению поверхности в зависимости от состава конкретного детергента.

В связи с этим компания «Синтез» рекомендует использовать дезинфектанты или детергенты с уровнем pH в диапазоне 6–9,5. Продукция с более высоким уровнем pH, особенно с уровнем pH выше 11, может использоваться при соблюдении требований к совместимости материалов, указанных в техническом паспорте и другой информации, предоставленной производителем детергента.

Пластмассы

Для определенных частей инструментов, например рукояток, рентгенопрозрачных деталей, используют различные пластмассы. В некоторых случаях помимо чистых пластмасс также используют композитные материалы, например фенольные смолы, усиленные волокнами, в рукоятках отверток, распаторов, долот и т. д., или пластмассы, усиленные углеродным волокном, в рукоятках прицельных приспособлений.

Все используемые пластмассы способны выдерживать надлежащую обработку. Некоторые пластмассы могут размягчаться при паровой стерилизации, но не подвергаются необратимой деформации при нормальных температурах стерилизации ниже 140 °C. Тем не менее материал может быть поврежден, например, при повторном погружении в дезинфектанты с уровнем pH, выходящим за пределы диапазона 4–9,5, или при чрезмерном напряжении. Кроме того, некоторые средства для ополаскивания могут привести к обесцвечиванию или повышению хрупкости пластмасс или композитных материалов после многократного использования.

Рекомендуемые температуры и уровни pH

Материал	Температура*	Уровень pH
Нержавеющая сталь	До 149 °C	7–11
Алюминий	До 150 °C	6–9,5
Титановые сплавы	До 150 °C	6–9,5
Пластмассы	До 140 °C	4–9,5
Нитинол	До 149 °C	6–9,5

* Рекомендуемые температуры обработки учитывают свойства материалов и прошедшие внутреннюю валидацию параметры обработки.

Причины коррозии и изменения или повреждения поверхности

При неправильном обращении или при контакте с различными веществами поверхность инструментов может подвергаться агрессивному воздействию и повреждаться. Знание оказанных ниже возможных причин коррозии и повреждения материала может помочь избежать их возникновения.

Кровь, гной, выделения и т. д.

Большая часть жидкостей и фрагментов тканей организма человека содержит ионы хлора, которые могут привести к коррозии, если оставить их прилипшими или присохшими к инструменту на длительное время. Следовательно, инструменты необходимо очищать и высушивать сразу после каждого использования.

Солевые растворы, йодные настойки, вода

Ионы хлора и йода в таких растворах приводят к точечной коррозии. Сведите любой контакт с данными ионами к минимуму. Тщательно промывайте инструменты дистиллированной водой* для удаления всех остаточных материалов.

Обычная водопроводная вода также нередко содержит хлориды и другие минералы в высоких концентрациях, которые могут образовывать на поверхности инструментов пятна с четко обозначенными краями. Обычно их можно удалить дистиллированной водой* и неабразивными детергентами для нержавеющей стали. Никогда не оставляйте инструменты влажными на длительное время, всегда сразу просушивайте их. Образования конденсационной влаги во время стерилизации можно избежать путем увеличения продолжительности фазы сушки.

* Для дистиллированной воды рекомендована электропроводность < 0,5 мкСм/см.

Детергенты, дезинфектанты, средства для ополаскивания и другие вспомогательные средства

Избыточные концентрации данных продуктов, а также сильнокислотных или сильнощелочных детергентов могут воздействовать на защитный оксидный слой нержавеющей стали, титана и алюминия и приводить к коррозии, обесцвечиванию и другим изменениям материалов, свойств и состояния поверхности. При использовании подобной продукции всегда соблюдайте рекомендации ее производителя в отношении концентрации, времени контакта, температуры и совместимости материалов. Рекомендуется использовать материалы с уровнем

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

pH в диапазоне от 7 до 9,5. При многократном и длительном использовании некоторые средства для ополаскивания могут агрессивно воздействовать на некоторые пластмассы и приводить к их обесцвечиванию и повышению хрупкости. Если инструменты очищают в автоматической мойке-дезинфекторе, следуйте указаниям производителей мойки-дезинфектора, детергентов, средств для ополаскивания и других вспомогательных средств.

Стальные мочалки, стальные щетки, пилки и другие абразивные чистящие инструменты
Никогда не используйте для очистки хирургических инструментов сверхтонкие или обычные стальные мочалки, стальные щетки, пилки или другие чистящие инструменты, оказывающие абразивное воздействие на металлы, так как это ведет к механическому повреждению инертного слоя, дальнейшей коррозии и потере функциональности.

Контакт между инструментами, изготовленными из разных металлов
Если инструменты из нержавеющей стали долго контактируют с инструментами с поврежденной поверхностью и электролитом, в местах контакта может образоваться ржавчина. В качестве электролитов могут выступать пар, вода, растворы для ультразвуковой очистки, а также другие жидкости и растворы. Такие явления иногда имеют место при автоматической очистке. Уже образовавшиеся продукты коррозии могут переноситься через электролиты на другие инструменты, приводя к образованию ржавчины на их поверхности. По возможности инструменты, изготовленные из различных материалов, должны проходить очистку и стерилизацию отдельно. Инструменты со следами коррозии или ржавчины подлежат утилизации и замене на чистые инструменты. Инструменты подвергают очистке в открытом и разобранном состоянии для предотвращения не только ненадлежащей очистки, но и контактной коррозии и коррозии при трении. В результате химического или механического воздействия инертный слой в щелях и стыковочных швах может быть поврежден, что ведет к коррозии на этих участках.

Ненадлежащее смазывание
Подвижные детали инструментов, например шарниры, скользящие детали, съемные резьбовые соединения и т. д., необходимо регулярно смазывать. Постоянное металлическое трение усиливает повреждение инертного слоя и, таким образом, значительно повышает риск коррозии. Имплантаты компании «Синтез» смазыванию не подлежат.

Остатки детергента на упаковочном материале
Материал, используемый для упаковки изделий перед стерилизацией, не должен содержать остатков детергента и других веществ. С паром они могут попасть на поверхность изделия и вступить с ней в контакт.

Избыточное напряжение инструментов
Инструменты разработаны исключительно для определенной цели и должны использоваться соответствующим образом. Ненадлежащее использование может привести к избыточному механическому напряжению, неисправности и необратимому повреждению инструментов, что в свою очередь увеличивает их подверженность коррозии.

Примечание относительно латекса
Так как инструменты компании «Синтез» не содержат латекса, их можно безопасно использовать у пациентов с аллергией на латекс.

Примечание относительно специального масла компании «Синтез»
Специальное масло компании «Синтез» является синтетическим маслом и нетоксично. Для смазывания и технического обслуживания инструментов компании «Синтез» рекомендуется использовать исключительно специальное масло компании «Синтез».

Ремонт инструментов компании «Синтез» и заказ запасных частей

Поврежденные инструменты можно отправить в местный сервисный центр компании «Синтез» для ремонта. Специалисты сервисного центра оценят возможность ремонта инструментов. Приложите к поврежденным инструментам накладную с указанием следующей информации:
- адрес ЛПУ, имя и номер телефона контактного лица;
- артикульный номер возвращаемого поврежденного инструмента;
- описание проблемы.

Если вы отправляете на ремонт силовое оборудование, возможно получение подменного оборудования во временное пользование (при наличии на складе), что позволит вам не останавливать соответствующую деятельность. Обратитесь в местный сервисный центр за информацией о наличии подменного оборудования.
Ваш местный сервисный центр может доставить запасные части для поврежденных или утерянных деталей простых, состоящих из нескольких частей инструментов (например, измерители глубины, направители для сверл). Обратитесь в местный сервисный центр для получения информации о наличии запасных частей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Идентификатор опасного вещества

Ниже представлена информация об изделиях, этикетка которых указывает на присутствие опасного вещества (более 0,1% по весу). Цифры, указанные под символом на этикетке, указывают на наличие материалов, перечисленных в таблице ниже. Несколько цифр указывают на присутствие более одного опасного вещества.

 №	**Присутствующий материал**	**Остаточный риск**
 1	Кобальт № CAS 7440-48-4 № EC 231-158-0	Это изделие или один или несколько его компонентов содержат вещество, обозначенное как **CMR 1B**, в концентрации выше 0,1 % (об/об). Текущие научные данные свидетельствуют о том, что медицинские изделия, изготовленные из кобальта, не вызывают повышенного риска развития рака или нежелательного воздействия на репродуктивную функцию.
 2	Дибутилолова дилаурат № CAS 77-58-7 № EC 201-039-8	Это изделие или один или несколько его компонентов содержат вещество, обозначенное как **CMR 1B**, в концентрации выше 0,1 % (об/об). Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт ECHA: https://echa.europa.eu.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Расшифровка символов



Артикул изделия



Серийный номер



Уполномоченный представитель



Дата истечения срока годности



Стерильно



Стерилизовано этиленоксидом



Стерилизовано радиацией



Не использовать повторно



Не подвергать повторной стерилизации



Не использовать, если упаковка повреждена



Содержание или присутствие натурального латекса

	SSt	**TiCP**
Материал	Нержавеющая сталь	Чистый титан
	TAN (Ti6Al7Nb)	
Материал	Сплав титан-алюминий-ниобий	
	TAV (Ti6Al4V)	
Материал	Сплав титан-алюминий-ванадий	



Номер серии или партии



Производитель



Дата производства



Нестерильно



Соответствие требованиям ЕС



Внимание, см. инструкцию по применению



Температурный индикатор



Температурное ограничение



Нижний температурный предел



Верхний температурный предел



Хранить в защищенном от света месте



Сертифицирующий орган



Обратитесь к инструкции по применению

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Индикатор стерилизации



Хранить в сухом месте



Условно МР-совместимый



МР-небезопасный



Медицинское изделие



Материал



Двойная барьерная система для стерилизации



Содержимое упаковки



Содержит опасное вещество



Многократное применение у одного пациента



Одинарная барьерная система для стерилизации



Содержит лекарственное вещество





«Синтез ГмбХ»
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
Инструменты с функцией измерения

Данная инструкция по применению не предназначена
для распространения на территории США.

В руководство могут быть внесены изменения;
актуальная версия каждого руководства
доступна в интернете.

Печать: 27 декабря 2021 г.

© «Синтез ГмбХ» 2021 г. Все права защищены. **SE_728209 AD 02/2021**

<Логотип: «ДеПью Синтез»
подразделение группы компаний «Джонсон&Джонсон»>

CE
0123

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Инструменты с функцией измерения упрощают хирургическую процедуру имплантации изделий.
Данная инструкция по применению охватывает хирургические измерительные приборы для систем CMF, Spine и Trauma.
Важное примечание для медицинских работников и персонала операционных: данная инструкция по применению включает не всю информацию, необходимую для корректного выбора и использования изделия. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению и юрошюру компании «Депью Синтез» под названием «Важная информация». Убедитесь в том, что освоили соответствующую хирургическую процедуру.

Материалы
Алюминий — EN 573-3
ПЭЭК — ASTM F2026
ПФСУ — ISO 16061
Силиконовый каучук — ASTM F 2042 / F 2038
Нержавеющая сталь — ISO 10088-1 / ASTM F899
Титан Al6 V4 — ASTM B348 Gr 5

Использование по назначению
Инструменты с функцией измерения предназначены для количественного измерения анатомических параметров человеческого тела.

Показания/противопоказания
Компания «Синтез» производит хирургические инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Показания/противопоказания к использованию изделий основаны на данных об использовании имплантатов, а не самих инструментов. Показания/противопоказания к использованию того или иного имплантата можно найти в инструкции по применению соответствующего имплантата компании «Синтез».

Целевая группа пациентов
Компания «Синтез» производит хирургические инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Целевая группа пациентов определена на основании данных об использовании имплантатов, а не самих инструментов. Описание целевой группы пациентов для установки того или иного имплантата можно найти в инструкции по применению соответствующего имплантата компании «Синтез».

Предполагаемый пользователь
Сама по себе эта инструкция не является достаточным основанием для использования Изделия или Системы. Настоятельно рекомендуется консультация хирурга, имеющего опыт работы с этими изделиями.
Это изделие предназначено для использования квалифицированными медицинскими работниками, например хирургами, врачами, персоналом операционной, а также лицами, участвовавшими в подготовке изделия. Весь персонал, работающий с изделием, должен ознакомиться с инструкцией, знать хирургическую процедуру, если применимо, и (или) прочесть брошюру компании «Синтез» под названием «Важная информация», если необходимо.
Имплантация проводится в соответствии с инструкцией по применению и в рамках рекомендованной хирургической процедуры. Хирург несет ответственность за соответствие изделия патологии/заболеванию, указанным в показаниях к применению, и за корректность проведения операции.

Ожидаемая клиническая польза
Компания «Синтез» производит хирургические инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Клиническая польза инструментов определена на основании данных об использовании имплантатов, а не самих инструментов. Клиническая польза того или иного имплантата описана в инструкции по применению соответствующего имплантата компании «Синтез».

Эксплуатационные характеристики изделия
Компания «Синтез» гарантирует эффективность и безопасность инструментов с функцией измерения, а также то, что они представляют собой современные медицинские изделия, предназначенные для количественного измерения анатомических параметров человеческого тела при использовании в соответствии с инструкциями по применению и маркировкой.

Потенциальные нежелательные явления, нежелательные побочные реакции и остаточные риски
Компания «Синтез» производит хирургические измерительные инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Нежелательные явления / побочные эффекты определены на основании данных об использовании имплантатов, а не самих инструментов. Описание нежелательных явлений / побочных эффектов, связанных с использованием того или иного имплантата, можно найти в инструкции по применению соответствующего имплантата.

Измерительный прибор
Измерительные приборы предназначены для количественного измерения анатомических параметров человеческого тела.

Деталь	Диапазон измерения (мм)	Степень точности (мм)
Циркули		
324.060	0–180	± 0,2
389.186	0–180	± 0,2
03.501.065	0–60	± 0,5
03.501.074	0–40	± 0,5
03.501.715	0–20	± 0,5
Измерители глубины		
319.003	0–25	± 0,85
319.004	0–30	± 1,25
319.005	0–43	± 0,85
319.006	0–50	± 1,25
319.010	0–60	± 0,7
319.011	0–110	± 0,65
319.060	0–40	± 0,6
319.090	4–110	± 0,5
319.091	10–150	± 1,1
319.100	14–110	± 0,7
319.110	0–24	± 0,5
319.520	0–44	± 0,4
319.530	0–44	± 1
323.040	18–114	± 0,8
323.041	Используется исключительно вместе с 323.040	
355.790	14–90	± 0,45
356.835	18–110	± 1,1
357.402	12–110	± 0,8
357.789	20–78	± 0,85
357.790	14–100	± 0,5
357.790-EXS	14–100	± 0,5
357.791	14–100	± 0,45
387.292	0–50	± 0,75
03.010.019	18–110	± 1,1
03.010.072	18–110	± 1,1
03.010.428	18–110	± 1,1
03.010.494	10–100	± 0,6
03.019.017	20–98	± 0,5
03.019.029	20–98	± 0,5
03.025.052	20–110	± 1,1
03.108.026	20–110	± 0,5
03.113.028	10–100	± 0,9
03.118.007	0–100	± 0,9
03.120.049	10–60	± 0,6

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

03.122.052	24–74	± 0,15
03.130.250	0–43	± 0,6
03.161.028	0–50	± 0,75
03.168.017	0–100	± 1,1
03.305.005	40–90	± 0,95
03.501.001	0–50	± 1
03.503.036	0–44	± 1
03.503.085	0–44	± 0,5
Приборы для непосредственного измерения		
311.690	40–150	± 0,8
311.690-EXS	40–150	± 0,8
311.720	70–120	± 0,6
319.150	8–70	± 0,75
319.155	20–80	± 0,75
319.170	20–80	± 0,75
319.210	10–150	± 0,95
319.700	30–180	± 0,85
319.701	25–140	± 1,1
319.702	8–50	± 0,95
319.703	0–40	± 0,9
323.029	6–32	± 0,4
323.034	6–32	± 0,5
323.060	10–60	± 1,05
323.061	6–58	± 0,5
324.037	18–85	± 4,1
324.208	0–140	± 1,3
338.050	40–170	± 1,15
338.170	40–150	± 1
338.329	75–150	± 0,9
351.717	160–480	± 3,7
356.829	70–130	± 1,4
357.042	60–125	± 0,85
357.385	80–130	± 1,9
357.430	70–150	± 0,4
358.698	34–54	± 1
360.255	160–340	± 3,4
387.550	28–50	± 1,5
03.631.521	25–100	± 1,483
03.010.083	40–100	± 1,55
03.010.085	40–130	± 0,85
03.010.090	34–54	± 0,6
03.010.106	18–100	± 1
03.010.429	18–100	± 0,8
03.010.492	40–100	± 1,55
03.010.493	40–130	± 0,85
03.037.020	70–130	± 0,9
03.037.027	70–130	± 0,4
03.037.036	240–480	± 3,7
03.045.035	160–480	± 3,7
03.108.003	10–80	± 2,1
03.108.037	10–50	± 1,3
03.110.000	10–30	± 0,9
03.110.006	0–40	± 1
03.111.000	0–30	± 0,3
03.111.005	0–40	± 0,6
03.168.003	50–140	± 0,8
03.207.004	35–184	± 0,8
03.226.002	5–40	± 0,95
03.226.008	10–40	± 1,1
03.226.030	18–110	± 0,75
03.227.030	30–160	± 0,75
03.231.017	25–145	± 1,6
Изделия для коррекции остеотомии		
395.000	0–70/4–20 °	± 0,41/4 °
395,001	5–16	± 0,9
03.108.008	0–100	± 0,1
03.108.039	0–100	± 0,1
03.211.009	1,5–7	± 0,3
Инструменты для редукции		
313.354	0–70	± 1,2
399.003	0–30	± 0,5
Линейки		
333.370	0–180	± 0,1
03.401.083	0–250	± 0,1
Приборы для измерения высоты		
324.092	0–120	± 1,5
03.661.010	20–150	± 0,45

Предупреждения и меры предосторожности

Измерительные приборы могут использоваться для измерения различных анатомических параметров человеческого тела и для измерения различных имплантируемых медицинских изделий. Особые меры предосторожности и предупреждения, относящиеся к измерительным приборам, описаны в инструкциях по применению соответствующих имплантируемых изделий.

Медицинские работники должны пройти соответствующую подготовку в области использования измерительных приборов. Ошибка измерения может привести к отказу имплантата из-за выбора имплантата неподходящего размера.

Результаты измерения действительны лишь в том случае, если измерительные приборы обрабатываются и обслуживаются в соответствии с брошюрой компании «Синтез» под названием «Важная информация».

Следите за тем, чтобы не повредить сосудисто-нервные пучки, мягкие ткани и органы, присутствующие в тех участках человеческого тела, где измерительные приборы используются для измерения анатомических параметров.

Эти приборы могут сломаться во время использования (в случае приложения чрезмерных усилий или несоблюдения рекомендованной хирургической техники). Несмотря на то что именно хирург принимает окончательное решение о целесообразности удаления сломанного фрагмента с учетом связанного с этим риска, мы рекомендуем удаление во всех случаях, когда это возможно и целесообразно для отдельного пациента.

Комбинация медицинских изделий

Компания «Синтез» не тестировала совместимость с изделиями других производителей и не несет ответственности в соответствующих случаях.

Обработка изделия перед использованием

Измерительные приборы компании «Синтез», поставляемые в нестерильном состоянии, перед хирургическим использованием подлежат очистке и стерилизации паром. Перед очисткой удалите всю оригинальную упаковку. Перед стерилизацией паром поместите продукт в утвержденную упаковку или контейнер. Следуйте инструкции по очистке и стерилизации, приведенной в брошюре компании «Синтез» под названием «Важная информация».



Нестерильно

Диагностика неисправностей

О любом серьезном инциденте, связанном с изделием, следует сообщать производителю и компетентному органу Государства — члена ЕС, в котором зарегистрирован пользователь и (или) пациент.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Клиническая обработка изделия
Подробная инструкция по повторной обработке изделий, лотков для инструментов и контейнеров многократного применения приведена в брошюре компании «Синтез» под названием «Важная информация». Инструкция по сборке и разборке инструментов доступна на веб-сайте в разделе «Разборка сборных инструментов».

Утилизация
Изделия подлежат утилизации как изделия медицинского назначения в соответствии с процедурами, принятыми в ЛПУ.
Некоторые продукты могут быть недоступны на отдельных рынках.

CE
0123

«Синтез ГмбХ»
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
Ограничители крутящего момента

Данная инструкция по применению не предназначена
для распространения на территории США.

В руководство могут быть внесены изменения;
актуальная версия каждого руководства
доступна в интернете.

Печать: 28 декабря 2021 г.

© «Синтез ГмбХ» 2021 г. Все права защищены. **SE_827954 AA 10/2020**

<Логотип: «ДеПью Синтез»
подразделение группы компаний «Джонсон&Джонсон»>

CE
0123

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Ограничители крутящего момента

Рассматриваемые изделия
Ограничители крутящего момента
314.163
324.052
324.305
03.127.016
03.231.018
03.231.013
03.312.851

Ограничители крутящего момента (с механическим приводом)
03.140.023
511.773
03.110.002
511.774
511.776
511.776
511.115

Введение
Ограничители крутящего момента — это небольшие изделия, которые можно прикрепить к механическому или ручному хирургическому инструменту для определения его крутящего момента, что позволяет хирургу применять правильный крутящий момент при затяжке ортопедического винта во время операции.
Ограничители крутящего момента доступны в различных формах, размерах и диапазонах крутящего момента и включают встроенное зажимное приспособление. Изделия указывают хирургу на достижение заданного уровня крутящего момента с помощью щелчка и дальнейшего проскальзывания. Ограничители крутящего момента являются изделиями многоразового применения и поставляются в нестерильной упаковке.
Важное примечание для медицинских работников и персонала операционных: данная инструкция по применению включают не всю информацию, необходимую для корректного выбора и использования изделия. Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению и раздел брошюры компании «Синтез» под названием «Важная информация». Убедитесь в том, что освоили соответствующую хирургическую процедуру.

Использование по назначению
Ограничители крутящего момента предназначены для ограничения момента затяжки винтов/гаек во время ортопедического хирургического вмешательства.

Показания
Компания «Синтез» производит хирургические инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Показания/противопоказания к использованию изделий основаны на данных об использовании имплантатов, а не самих ограничителей. Показания/противопоказания к использованию того или иного имплантата можно найти в инструкции по применению соответствующего имплантата компании «Синтез».

Противопоказания
Компания «Синтез» производит хирургические инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Показания/противопоказания к использованию изделий основаны на данных об использовании имплантатов, а не самих ограничителей. Показания/противопоказания к использованию того или иного имплантата можно найти в инструкции по применению соответствующего имплантата компании «Синтез».

Целевая группа пациентов
Компания «Синтез» производит хирургические инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Целевая группа пациентов определена на основании данных об использовании имплантатов, а не самих ограничителей. Описание целевой группы пациентов для установки того или иного имплантата можно найти в инструкции по применению соответствующего имплантата компании «Синтез».

Предполагаемый пользователь
Сама по себе эта инструкция не является достаточным основанием для использования Изделия или Системы. Настоятельно рекомендуется консультация хирурга, имеющего опыт работы с этими изделиями.
Это изделие предназначено для использования квалифицированными медицинскими работниками, например хирургами, врачами, персоналом операционной, а также лицами, участвовавшими в подготовке изделия. Весь персонал, работающий с изделием, должен ознакомиться с инструкцией, знать хирургическую процедуру, если применимо, и (или) прочесть раздел брошюры компании «Синтез» под названием «Важная информация», если необходимо.

Ожидаемая клиническая польза
Компания «Синтез» производит хирургические инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Клиническая польза инструментов определена на основании данных об использовании имплантатов, а не самих ограничителей. Клиническая польза того или иного имплантата описана в инструкции по применению соответствующего имплантата компании «Синтез».

Эксплуатационные характеристики изделия
Компания «Синтез» определила эксплуатационные характеристики и безопасность ограничителей крутящего момента и установила тот факт, что они представляют собой современные медицинские изделия, позволяющие хирургу выбрать правильный крутящий момент для затягивания ортопедических винтов во время операции при использовании ограничителей в соответствии с инструкцией по применению и маркировкой.

Потенциальные нежелательные явления, нежелательные побочные реакции и остаточные риски
Компания «Синтез» производит хирургические инструменты, предназначенные для подготовки участка имплантации и собственно имплантации имплантатов компании «Синтез». Нежелательные явления / побочные эффекты определены на основании данных об использовании имплантатов, а не самих ограничителей. Описание нежелательных явлений / побочных эффектов, связанных с использованием того или иного имплантата, можно найти в инструкции по применению соответствующего имплантата компании «Синтез».

Комбинация медицинских изделий
Компания «Синтез» не тестировала совместимость ограничителей с изделиями других производителей и не несет ответственности в таких случаях.

Обработка изделия перед использованием

Нестерильное изделие:
Продукция компании «Синтез», поставляемая в нестерильном состоянии, перед хирургическим использованием подлежит очистке и стерилизации паром. Перед очисткой удалите всю оригинальную упаковку. Перед стерилизацией паром поместите продукт в утвержденную упаковку или контейнер. Следуйте инструкции по очистке и стерилизации, приведенной в разделе брошюры компании «Синтез» под названием «Важная информация».

Диагностика неисправностей
О любом серьезном инциденте, связанном с изделием, следует сообщать производителю и компетентному органу Государства — члена ЕС, в котором зарегистрирован пользователь и (или) пациент.

Клиническая обработка изделия
Подробная инструкция по обработке имплантатов и повторной обработке изделий, лотков для инструментов и контейнеров многократного применения приведена в разделе брошюры компании «Синтез» под названием «Важная информация». Инструкция по сборке и разборке ограничителей доступна на веб-сайте в разделе «Разборка сборных инструментов».
Инструкция по повторной обработке следующих ограничителей крутящего момента отличается от общих инструкций по повторной обработке и приведена ниже:

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

511.773, 03.110.002, 511.774, 511.776, 511.777, 511.115 и 03.140.023.

Специфические меры предосторожности при работе с ограничителями крутящего момента

- Общие меры предосторожности приведены в разделе брошюры компании «Синтез» под названием «Важная информация».
- Ограничители крутящего момента нельзя погружать в воду или чистящий раствор.
- Ограничители крутящего момента не подлежат очистке ультразвуком.
- Рекомендуются детергенты с уровнем pH в диапазоне от 7 до 9,5. Детергенты с уровнем pH до 11 и выше следует использовать с учетом данных о совместимости материалов, приведенных в их паспорте безопасности. См. пункт «Совместимость материалов, из которых изготовлены инструменты компании «Синтез»» раздела «Важная информация» на сайте www.e-ifu.com.
- Не допускается превышение следующих максимальных значений: воздействие температуры 143 °C на протяжении 22 минут. Более высокие значения могут повредить стерилизуемые продукты.
- Не ускоряйте процесс охлаждения.
- Стерилизация горячим воздухом, этиленоксидом, плазмой и формальдегидом не рекомендуется.

Ограничения относительно повторной обработки

- Частая обработка не оказывает значительного воздействия на срок эксплуатации ограничителей крутящего момента. Об истечении срока эксплуатации изделия обычно свидетельствуют следы износа и повреждения, вызванные эксплуатацией. К таким следам износа и повреждениям, вызванным эксплуатацией, можно отнести, в числе прочего, коррозию (например, ржавчину, точечную коррозию), изменение цвета, многочисленные царапины, отслаивание, износ и трещины. Изделия, функционирующие ненадлежащим образом, изделия с нераспознаваемой маркировкой, отсутствующими или удаленными (стертыми) артикульными номерами, поврежденные и чрезмерно изношенные изделия использованию не подлежат.
- Ограничители крутящего момента во время использования часто подвергаются высоким механическим нагрузкам и ударам, ввиду чего ожидать бесконечного срока их эксплуатации не стоит. Правильное обращение и уход помогают продлить срок эксплуатации этих хирургических инструментов.
- Компания «Синтез» рекомендует проводить ежегодное обслуживание и осмотр у оригинального производителя или в его эксклюзивных точках продажи. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате некорректного использования или несанкционированного обслуживания изделий.

Инструкция по повторной клинической обработке

Обработка на месте использования

- Удаляйте кровь и (или) фрагменты тканей с изделия в ходе хирургического вмешательства, чтобы предотвратить их присыхание к поверхности.
- Промывайте канюлированные изделия стерильной или очищенной водой, чтобы предотвратить присыхание загрязнений и (или) фрагментов тканей к внутренним поверхностям.
- Загрязненные изделия необходимо отделять от незагрязненных во избежание контаминации персонала и окружающей среды.
- Изделия необходимо накрывать полотенцем, смоченным стерильной или очищенной водой, чтобы предотвратить присыхание крови и (или) фрагментов тканей.

Карантин и транспортировка

- Загрязненные изделия необходимо транспортировать отдельно от незагрязненных во избежание контаминации.

Подготовка к очистке (для всех методов очистки)

- Рекомендуется обрабатывать изделия как можно быстрее после использования.
- Просветы/канюли изделий перед очисткой обрабатываются вручную. Сначала просветы/канюли необходимо очистить от фрагментов тканей. Просветы/канюли необходимо тщательно очистить вращательным движением, используя подходящие по размеру щетки с мягкой щетиной. Щетина должна быть плотно набитой. Размер щетки должен быть практически равен диаметру очищаемого просвета/канюли. При использовании слишком большой или слишком маленькой щетки добиться эффективной очистки поверхности просвета/канюли затруднительно.
- Ограничители крутящего момента перед очисткой следует промыть для размягчения любых присохших загрязнений или фрагментов тканей. Используйте ферментный очиститель или раствор детергента. Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации. Для промывания изделий используйте холодную водопроводную воду.
- Изделия компании «Синтез» необходимо чистить отдельно от лотков для инструментов компании «Синтез» и контейнеров компании «Синтез». С контейнеров следует снять крышки, если таковые имеются.

Очистка — ручной метод

Инвентарь: щетки разного размера с мягкой щетиной, безворсовые салфетки, шприцы, пипетки и (или) водоструйный аппарат, ферментный очиститель или раствор детергента.

Этап	Длительность (минимальная)	Инструкция по очистке
1	3 минуты	Промойте изделие под струей холодной проточной водопроводной воды. Используйте губку, мягкую безворсовую салфетку и (или) щетку с мягкой щетиной для удаления въевшихся загрязнений и присохших фрагментов тканей. Прочистите все канюли ершиком. Проверните подвижную часть рукоятки (воротничок) под струей холодной водопроводной воды, чтобы удалить въевшиеся загрязнения. **Примечание:** не используйте для очистки остроконечные предметы.
2	3 минуты	Распылите ферментный очиститель, раствор детергента или пену на изделие и протрите его. Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно температуры, качества воды и концентрации/разведения.
3	2 минуты	Промойте изделие холодной водопроводной водой. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов, каналов и других труднодоступных участков.
4	5 минут	Очистите изделие вручную под струей проточной воды, используя ферментный очиститель или детергент. Проверните все движущиеся части под струей проточной воды. Используйте щетку с мягкой щетиной и (или) мягкую безворсовую салфетку, чтобы удалить все видимые загрязнения и фрагменты тканей. Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно температуры, качества воды и концентрации/разведения.
5	2 минуты	Тщательно промойте изделие под струей холодной или прохладной проточной воды. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов и каналов. Проверните подвижную часть рукоятки (воротничок), чтобы как следует промыть ее под струей проточной воды.
6	Осмотрите изделие. Проверьте канюли, соединительные муфты и т. п. на предмет наличия видимых загрязнений.	

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

	Повторяйте этапы 1–5, пока изделие не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений.	
7	2 минуты	Окончательное ополаскивание деионизированной или очищенной водой.
8	Вытрите изделие мягкой безворсовой салфеткой насухо или высушите струей чистого сжатого воздуха.	

Очистка — использование автоматической/механической моечной машины

Инвентарь: мойка-дезинфектор, щетки разного размера с мягкой щетиной, безворсовые салфетки, шприцы, пипетки и (или) водоструйный аппарат, ферментный очиститель или раствор детергента. Метод предварительной очистки (предварительная очистка проводится до мытья с использованием механической моечной машины, описанного ниже).

Примечание: предварительная очистка вручную проводится перед механической/автоматической очисткой и дезинфекцией для обеспечения чистоты канюль и других труднодоступных мест. За предварительной очисткой вручную, как описано ниже, следует процедура механической/автоматической очистки.

Этап	Длительность (минимальная)	Инструкция по очистке
1	2 минуты	Промойте изделие под струей холодной проточной водопроводной воды. Используйте губку, мягкую безворсовую салфетку и (или) щетку с мягкой щетиной для удаления въевшихся загрязнений и присохших фрагментов тканей. Прочистите все канюли ершиком. Проверните подвижную часть рукоятки (воротничок) под струей холодной водопроводной воды, чтобы удалить въевшиеся загрязнения. **Примечание:** не используйте для очистки остроконечные предметы.
2	2 минуты	Распылите ферментный очиститель, раствор детергента или пену на изделие и протрите его. Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно температуры, качества воды и концентрации/разведения.
3	5 минут	Очистите изделие вручную под струей проточной воды, используя ферментный очиститель или детергент. Проверните все движущиеся части под струей проточной воды. Используйте щетку с мягкой щетиной и (или) мягкую безворсовую салфетку, чтобы удалить все видимые загрязнения и фрагменты тканей. Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно температуры, качества воды и концентрации/разведения.
4	2 минуты	Тщательно промойте изделие под струей холодной или прохладной проточной воды. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов и каналов. Проверните подвижную муфту рукоятки (воротничок), чтобы как следует промыть ее под струей проточной воды.
5	Осмотрите изделие. Повторяйте этапы 1–5, пока изделие не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений.	
6	Загрузите корзину для промывания*. Следите за тем, чтобы все канюли, если таковые имеются, были расположены вертикально, т. е. в вертикальном положении.	
Обработка в механической моечной машине: (данному этапу предшествуют этапы предварительной очистки 1–6.) **Примечание:** мойка-дезинфектор должна соответствовать требованиям, изложенным в ISO 15883. Используйте инжектор MIS для обработки просветов и канюль.		
7	Обработайте изделие в соответствии со следующими параметрами цикла:	

Этап	Длительность (минимальная)	Инструкция по очистке	Тип чистящего средства
Промывание	2 минуты	Холодная водопроводная вода	Неприменимо
Предварительная очистка	1 минута	Теплая вода (≥ 40 °C)	Детергент*
Очистка	2 минуты	Теплая вода (≥ 45 °C)	Очиститель*
Промывание	5 минут	Промывайте деионизированной или очищенной водой	Неприменимо
Термическая дезинфекция	5 минут	Горячая деионизированная вода, ≥ 93 °C	Неприменимо
Сушка	40 минут	≥ 90 °C	Неприменимо

* См. раздел «Дополнительная информация»

Термическая дезинфекция

В рамках очистки в автоматической/механической моечной машине проводят термическую дезинфекцию при температуре не ниже 93 °C в течение не менее 5 минут. Изделия с просветами или канюлями располагают таким образом, чтобы просветы или канюли находились в вертикальном положении. Если это невозможно из-за ограниченного пространства внутри автоматической/механической моечной машины, при необходимости используют оросительную стойку / загрузочную люльку с соединениями, разработанными для обеспечения надлежащего прохождения жидкостей через просветы или канюли изделия.

Сушка

Если цикл сушки в механической моечной машине не предусмотрен:

- тщательно просушите каждое изделие внутри и снаружи для предотвращения появления ржавчины и неисправностей;
- используйте чистую мягкую безворсовую одноразовую салфетку во избежание повреждения поверхности;
- уделите особое внимание резьбе, фиксаторам и петлям, а также областям, где может скапливаться жидкость. Откройте и закройте изделие, чтобы обеспечить доступ ко всем поверхностям. Просушите полые части (просветы, канюли), используя струю сжатого медицинского воздуха.

Осмотр

После обработки и перед стерилизацией ограничители необходимо проверить на предмет:

- чистоты;
- чистоты канюль;
- наличия видимых загрязнений на подвижных (воротничках) и неподвижных муфтах;
- повреждений, включая, в числе прочего, коррозию (например, ржавчину, точечную коррозию), обесцвечивание, многочисленные царапины, отслаивание, трещины и износ;
- отсутствия (истертости) артикульных номеров и наличия признаков износа;
- изделия, функционирующие ненадлежащим образом, изделия с нераспознаваемой маркировкой, отсутствующими или

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

удаленными (стертыми) артикульными номерами, поврежденные и чрезмерно изношенные изделия использованию не подлежат.

Проверьте поверхности ограничителей и корректность и функциональность соединения их компонентов. Сильно поврежденные ограничители, ограничители с нераспознаваемой маркировкой, следами коррозии или затупившимися режущими кромками применению не подлежат. Дополнительные указания по контролю функциональности можно получить у местного торгового представителя или загрузить с веб-сайта www.e-ifu.com.

Смазывание ограничителей крутящего момента. Для смазывания и обслуживания ограничителей компании «Синтез» рекомендуется использовать исключительно специальное масло компании «Синтез» (519.970).

Примечание: механическая очистка/дезинфекция представляет собой дополнительную нагрузку на ограничитель крутящего момента, особенно на уплотнения. Поэтому системы необходимо правильно смазывать и регулярно отправлять на сервисное обслуживание.

Упаковка

Поместите очищенные сухие изделия в соответствующее отделение контейнера компании «Синтез». В дополнение используйте подходящую стерилизационную обертку или систему жестких контейнеров для стерилизации многократного применения, например систему защиты стерильности согласно ISO 11607. Необходимо следить за тем, чтобы имплантаты, остроконечные и острые инструменты не контактировали с другими объектами во избежание поверхностных повреждений.

Стерилизация

Ниже приведены рекомендации по стерилизации изделий компании «Синтез»:

Тип цикла	**Минимальное время воздействия при стерилизации (минуты)**	**Температура воздействия при стерилизации**	**Время сушки**
Принудительное удаление воздуха насыщенным паром (предварительное вакуумирование, не менее трех импульсов)	4	Минимум 132 °C Максимум 138 °C	20–60 минут
3	Минимум 132 °C Максимум 138 °C	20–60 минут	

* Сушка контейнеров компании «Синтез» и их вспомогательных компонентов может длиться дольше стандартных показателей для медицинского предварительного вакуумирования. В частности это касается полимерных (пластиковых) контейнеров/лотков, используемых совместно с высокопрочными нетканными упаковочными материалами для стерилизации. Рекомендованное время сушки контейнеров компании «Синтез» может варьироваться от стандартных 20 минут до 60 минут. Время сушки чаще всего зависит от наличия полимерных (пластиковых) материалов; следовательно, такие манипуляции, как удаление силиконовых ковриков и (или) изменение системы защиты стерильности (т. е. замена обертки грубой марки на легкую), могут сократить необходимое время сушки Время сушки может значительно варьироваться из-за различий в упаковочных материалах (например стерилизационной обертки), условиях окружающей среды, качестве пара, материалах изделия, общей массе, производительности стерилизатора и времени остывания. Пользователь должен выбирать методы, поддающиеся проверке (например, визуальный контроль), что позволит удостовериться в надлежащем результате сушки. Время сушки обычно варьируется от 20 до 60 минут из-за различий в упаковочных материалах (системы защиты стерильности, например стерилизационной обертки или систем жестких контейнеров многократного применения), качестве пара, материалах изделия, общей массе, производительности стерилизатора и времени остывания.

Необходимо соблюдать инструкции по эксплуатации, составленные производителем автоклава, и рекомендации относительно максимальной стерилизируемой загрузки. Автоклав должен быть корректно установлен, обслужен, откалиброван и валидирован.

Хранение

Упакованные изделия хранить в сухом, чистом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, вредителей, экстремальных температур и влажности.

Дополнительная информация

В ходе валидации данных инструкций по повторной обработке компания «Синтез» использовала указанные ниже средства. Они не считаются предпочтительными по сравнению с другими доступными средствами, которые могут обеспечить приемлемый результат. Информация об очистителе: deconex TWIN PH10, deconex POWER ZYME, deconex TWIN ZYME и Enzol от компании Johnson & Johnson. Безворсовая салфетка: Berkshire Durx 670. Корзина для промывания 68.001.606 от компании «Синтез».

Информация о чистке и стерилизации приведена в соответствии с ANSI/AAMIST81, ISO 17664, AAMI TIR 12, ISO 17665-1 и AAMI ST77.

Представленные выше рекомендации валидированы производителем медицинского изделия как позволяющие обработать нестерильное медицинское изделие компании «Синтез». Ответственность за выбор материалов, оборудования и персонала для обеспечения надлежащего результата обработки лежит на операторе. Это требует валидации и ежедневного контроля процесса. Аналогичным образом, любое отклонение оператора, осуществляющего обработку, от данных рекомендаций должно быть тщательно рассмотрено на предмет эффективности и возможных неблагоприятных последствий.

Инструкция по повторной обработке следующих ограничителей крутящего момента отличается от общих инструкций по повторной обработке и приведена ниже:

03.127.016.

Общая информация

Ограничители крутящего момента во время использования часто подвергаются высоким механическим нагрузкам и ударам, ввиду чего ожидать бесконечного срока их эксплуатации не стоит. Правильное обращение и уход помогают продлить срок эксплуатации этих хирургических инструментов.

Частая обработка не оказывает значительного воздействия на срок эксплуатации изделия и его комплектующих. Бережный уход, техническое обслуживание и надлежащее смазывание могут существенно повысить надежность и продлить срок эксплуатации компонентов системы.

Компания «Синтез» рекомендует проводить ежегодное обслуживание и осмотр у оригинального производителя или в его эксклюзивных точках продажи. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате некорректного использования или несанкционированного обслуживания изделий.

Осторожно!

- Повторная обработка проводится сразу после каждого применения.
- Канюли, разблокирующие муфты и другие узкие участки требуют особого внимания во время чистки.
- Рекомендуются очистители с уровнем pH в диапазоне от 7 до 9,5. Использование очистителей с более высокими значениями pH может, в зависимости от очистителя, вызвать растворение поверхности из алюминия и его сплавов, пластмасс или композитных материалов; их следует использовать исключительно с учетом данных о совместимости материалов, указанных в его паспорте безопасности. При значениях pH выше 11 могут пострадать также поверхности из нержавеющей стали. Для получения более подробной информации о совместимости материалов см. пункт «Совместимость материалов, из которых изготовлены инструменты компании «Синтез»» раздела «Важная информация» на сайте www.e-ifu.com.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно времени выдержки, температуры, качества воды и концентрации. Если температура и время не указаны, следуйте рекомендациям компании «Синтез». Изделия следует очищать свежеприготовленным раствором.

– Компания «Синтез» не проводила валидацию процедур очистки/дезинфекции, отличных от описанных ниже (включая предварительную очистку вручную).

Необычные трансмиссивные патогены

В хирургии пациентов, находящихся в группе риска по болезни Крейтцфельда — Якоба (БКЯ) и сопутствующим инфекциям, используют одноразовые инструменты. Инструменты, (возможно) использованные у пациента с БКЯ, после операции подлежат утилизации и (или) обрабатываются в соответствии с действующим национальным рекомендациям.

Важно

Представленная инструкция по клинической обработке была валидирована компанией «Синтез» для подготовки нестерильного медицинского изделия компании «Синтез»; эта инструкция представлена в соответствии с ISO 17664: 2004 и ANSI/AAMI ST81:2004.

Для получения дополнительной информации обратитесь к национальным нормативным документам и руководствам. Кроме того, необходимо соблюдать внутренние политики и процедуры ЛПУ, а также рекомендации производителей детергентов, дезинфектантов и любого оборудования для клинической обработки. Ответственность за достижение ожидаемого результата обработки с использованием надлежащим образом установленного, обслуживаемого и валидированного оборудования, материалов и персонала в блоке обработки лежит на операторе Любое отклонение оператора, осуществляющего обработку, от данной инструкции должно быть тщательно рассмотрено на предмет эффективности и возможных неблагоприятных последствий.

Инструкция по очистке и стерилизации

Рукоятка ограничителя крутящего момента 03.127.016 подлежит:

a) очистке вручную или
b) автоматической очистке с предварительной очисткой вручную.

Подготовка к очистке

Перед обработкой снимите стержень отвертки с рукоятки ограничителя крутящего момента. Не отделяйте рукоятку. Более подробная инструкция по разборке ограничителя доступна для загрузки с веб-сайта www.e-ifu.com.

Очистка — ручной метод

Этап	Длительность (минимальная)	Инструкция по очистке
1	3 минуты	Промойте изделие под струей холодной проточной водопроводной воды. Используйте губку, мягкую безворсовую салфетку и (или) щетку с мягкой щетиной для удаления въевшихся загрязнений и присохших фрагментов тканей. Прочистите все канюли ершиком. Проверните подвижную муфту рукоятки (воротничок) под струей холодной водопроводной воды, чтобы удалить въевшиеся загрязнения. **Примечание:** не используйте для очистки остроконечные предметы.
2	3 минуты	Распылите ферментный очиститель, раствор детергента или пену на изделие и протрите его. Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно температуры, качества воды и концентрации/разведения.
3	2 минуты	Промойте изделие холодной водопроводной водой. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов, каналов и других труднодоступных участков.
4	5 минут	Очистите изделие вручную под струей проточной воды, используя ферментный очиститель или детергент. Проверните все движущиеся части под струей проточной воды. Используйте щетку с мягкой щетиной и (или) мягкую безворсовую салфетку, чтобы удалить все видимые загрязнения и фрагменты тканей. Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно температуры, качества воды и концентрации/разведения.
5	2 минуты	Тщательно промойте изделие под струей холодной или прохладной проточной воды. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов и каналов. Проверните подвижную муфту рукоятки (воротничок), чтобы как следует промыть ее под струей проточной воды.
6	Осмотрите изделие. Проверьте канюли, соединительные муфты и т. п. на предмет наличия видимых загрязнений. Повторяйте этапы 1–6, пока изделие не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений.	
7	2 минуты	Окончательное ополаскивание деионизированной или очищенной водой.
8	Вытрите изделие мягкой безворсовой салфеткой насухо или высушите струей чистого сжатого воздуха.	

Очистка — использование автоматической/механической моечной машины

Предварительная очистка вручную

Примечание: предварительная очистка вручную проводится перед механической/автоматической очисткой и дезинфекцией для обеспечения чистоты канюль и других труднодоступных мест. За предварительной очисткой вручную, как описано ниже, следует процедура механической/автоматической очистки.

Этап	Длительность (минимальная)	Инструкция по очистке
1	2 минуты	Промойте изделие под струей холодной проточной водопроводной воды. Используйте губку, мягкую безворсовую салфетку и (или) щетку с мягкой щетиной для удаления въевшихся загрязнений и присохших фрагментов тканей. Прочистите все канюли ершиком. Проверните подвижную муфту рукоятки (воротничок) под струей холодной водопроводной воды, чтобы удалить въевшиеся загрязнения. **Примечание:** не используйте для очистки остроконечные предметы.
2	2 минуты	Распылите ферментный очиститель, раствор детергента или пену на изделие и протрите его. Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно температуры, качества воды и концентрации/разведения.
3	5 минут	Очистите изделие вручную под струей проточной воды, используя ферментный очиститель или детергент. Проверните все движущиеся части под струей проточной воды. Используйте щетку с мягкой щетиной и (или) мягкую безворсовую салфетку, чтобы удалить все видимые загрязнения и фрагменты тканей.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

		Соблюдайте инструкции производителя ферментного очистителя или детергента относительно температуры, качества воды и концентрации/разведения.
4	2 минуты	Тщательно промойте изделие под струей холодной или прохладной проточной воды. Используйте шприц, пипетку или водоструйный аппарат для промывания просветов и каналов. Проверните подвижную муфту рукоятки (воротничок), чтобы как следует промыть ее под струей проточной воды.
Осмотрите изделие. Повторяйте этапы 1–5, пока изделие не будет полностью очищено от любых видимых загрязнений.		
6	Загрузите корзину для промывания. Следите за тем, чтобы все канюли, если таковые имеются, были расположены вертикально, т. е. в вертикальном положении, как указано.	
Примечание: мойка-дезинфектор должна соответствовать требованиям, изложенным в ISO 15883. По возможности используйте инжектор MIS для обработки просветов и канюль.		

Этап	**Длительность (минимальная)**	**Инструкция по очистке**
Промывание	2 минуты	Холодная водопроводная вода
Предварительная очистка	1 минута	Теплая вода (≥ 40 °C); используйте чистящее средство
Очистка	2 минуты	Теплая вода (≥ 45 °C); используйте чистящее средство
Промывание	5 минут	Промывайте деионизированной или очищенной водой
Термическая дезинфекция	5 минут	Горячая деионизированная вода, ≥ 93 °C
Сушка	40 минут	≥ 90 °C

Осмотр
Удалите все изделия из корзины для промывания. Осмотрите канюлю, подвижную (воротничок) и неподвижную муфты рукоятки на предмет видимых загрязнений. При необходимости повторите цикл предварительной очистки вручную / автоматической очистки. Механическая очистка/дезинфекция представляет собой дополнительную нагрузку на рукоятку ограничителя крутящего момента, особенно на уплотнения. Поэтому системы необходимо правильно смазывать и регулярно отправлять на сервисное обслуживание.

Смазывание
Рукоятка ограничителя крутящего момента
После каждого использования наносите 1 каплю специального масла компании «Синтез» (519.970) на участок между подвижной (воротничком) и неподвижной муфтами рукоятки. Распределите масло, перемещая воротничок несколько раз, и вытрите излишки салфеткой.

Функциональный контроль
Соедините стержень отвертки с рукояткой ограничителя крутящего момента, чтобы проверить функциональность муфты.

Упаковка
Поместите очищенные сухие изделия в соответствующее отделение контейнера или корзины для промывания компании «Синтез». В дополнение используйте подходящую стерилизационную обертку или систему жестких контейнеров для стерилизации многократного применения, например систему защиты стерильности согласно ISO 11607. Необходимо следить за тем, чтобы имплантаты, остроконечные и острые инструменты не контактировали с другими объектами во избежание повреждений поверхности или системы защиты стерильности.

Стерилизация
Рукоятки ограничителей крутящего момента компании «Синтез» подлежат повторной стерилизации с использованием утвержденных методов стерилизации паром (ISO 17665 или национальные стандарты). В отношении упакованных изделий и контейнеров компания «Синтез» рекомендует следующее.

Тип цикла	**Минимальное время воздействия при стерилизации (минуты)**	**Температура воздействия при стерилизации**	**Время сушки**
Принудительное удаление воздуха насыщенным паром (предварительное вакуумирование, не менее трех импульсов)	Минимум 4 минуты	Минимум 132 °C Максимум 138 °C	20–60 минут
Минимум 3 минуты	Минимум 134 °C Максимум 138 °C	20–60 минут	

Время сушки обычно варьируется от 20 до 60 минут из-за различий в упаковочных материалах (системы защиты стерильности, например стерилизационной обертки или систем жестких контейнеров многократного применения), качестве пара, материалах изделия, общей массе, производительности стерилизатора и времени остывания.

Осторожно!
- Не допускается превышение следующих максимальных значений: воздействие температуры 143 °C на протяжении 22 минут.
- Более высокие значения могут повредить стерилизуемые продукты.
- Не ускоряйте процесс охлаждения.
- Стерилизация горячим воздухом, этиленоксидом, плазмой и формальдегидом не рекомендуется.

Хранение
Условия хранения продуктов с маркировкой «СТЕРИЛЬНО» указаны на их упаковке.
Упакованные и простерилизованные изделия хранить в сухом, чистом помещении, защищенном от воздействия прямых солнечных лучей, вредителей, экстремальных температур и влажности. Используйте продукты в том порядке, в котором они были получены (принцип «первым пришел — первым ушел»), обращая внимание на даты истечения срока годности, указанные на этикетке.

Утилизация
Изделия подлежат утилизации как изделия медицинского назначения в соответствии с процедурами, принятыми в ЛПУ.

Особые инструкции по эксплуатации

314.163 и 324.052
Калибровка:
Отвертку ограничителя крутящего момента необходимо калибровать ежегодно.

324.305
Важно:
при затяжке рукоятка динамометрического ключа ограничителя должна полностью лежать в руке.
Срок службы изделия:
Срок службы изделия составляет 4 года. По истечении этого срока изделие необходимо заменить. Обратитесь к торговому представителю в этот период.

03.127.016
Повторная калибровка рукоятки ограничителя крутящего момента:
рукоятку ограничителя крутящего момента необходимо ежегодно отправлять в сервисный центр компании «Синтез» для обслуживания и калибровки. Информацию о сроках следующего обслуживания или о дате последней калибровки изделия см. в протоколе проверки состояния. Пользователь принимает на себя ответственность за такую ежегодную калибровку.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

03.231.018 и 03.231.013

Повторная калибровка рукояток ограничителя крутящего момента:

Компания «Депью Синтез» рекомендует отправлять изделия оригинальному производителю на обслуживание и осмотр каждые 6 месяцев. Рукоятки ограничителя крутящего момента необходимо ежегодно отправлять в сервисный центр компании «ДеПью Синтез» для калибровки. Пользователь принимает на себя ответственность за такую ежегодную калибровку.

03.312.851

Молочная ванна:

после мойки вручную и перед стерилизацией очистите динамометрический ключ на 10 Нм в соответствии с рекомендациями компании «Синтез», изложенными в разделе «Важная информация».

Ограничитель требует погружения в молочную ванну. После очистки и промывания полностью погрузите рукоятку динамометрического ключа на 10 Нм в хирургическое молочко (медицинская смазка без содержания силикона) комнатной температуры, приготовленное в соответствии с инструкциями производителя смазки в подходящем контейнере, и перемешивайте в течение 30–45 секунд.

Калибровка:

динамометрический ключ на 10 Нм необходимо отправлять в сервисный отдел для повторной калибровки каждые шесть месяцев.

03.140.023

Дополнительная информация об изделии

Ограничитель крутящего момента можно крепить к рукояткам и электроинструментам. Блокировка выполняется исключительно вручную с помощью ручной рукоятки путем вращения по часовой стрелке, а не напрямую с помощью электроинструмента. Один щелчок свидетельствует о достижении оптимального крутящего момента. При вращении против часовой стрелки ограничитель крутящего момента не должен подвергаться воздействию крутящего момента выше 15 Нм, в противном случае изделие может быть повреждено.

Компания «Депью Синтез» рекомендует отправлять ограничитель крутящего момента для контроля крутящего момента один раз в год или в случае возникновения подозрений, что ограничитель крутящего момента не откалиброван. Контроль крутящего момента осуществляется через обычные каналы продаж дочерней компании в соответствующей стране. Пользователь принимает на себя ответственность за такую ежегодную проверку.

Изделие подлежит утилизации после 300 циклов очистки/стерилизации. Производитель не несет ответственности за повреждения, возникшие в результате некорректного использования или несанкционированного обслуживания изделий.

511.773, 03.110.002, 511.774, 511.776, 511.777 и 511.115

Важно

Для поддержания работоспособности системы необходимо ее регулярное техническое обслуживание не реже одного раза в год. Эту услугу оказывает оригинальный производитель или авторизованный сервисный центр. Производитель не несет ответственности за ущерб, возникший в результате небрежного или несанкционированного обслуживания.

CE
0123



«Синтез ГмбХ»
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 61 965 61 11
www.jnjmedicaldevices.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению Изделия для внешней фиксации

Данная инструкция по применению не предназначена для распространения на территории США.

© «Синтез ГмбХ» 2018 г. Все права защищены. **SE_532224 AG 10/2018**

/Логотип: «ДеПью Синтез»
подразделение группы компаний «Джонсон&Джонсон»/

CE
0123

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению

Внешние фиксирующие изделия

Системы изделий, охваченные данной инструкцией по применению:
- подвижный фиксатор локтевого сустава;
- внешний фиксатор дистального отдела лучевой кости;
- гибридный кольцевой фиксатор;
- большой и средний внешние фиксаторы;
- большой дистрактор для большеберцовой кости;
- большой внешний фиксатор;
- MEFiSTO;
- внешний минификсатор;
- тазовый С-образный зажим;
- штифты Штейнмана и винты Шанца;
- система для перемещения сегментов MEFiSTO;
- малый внешний фиксатор;
- кольцевая система для дистракционного остеогенеза;
- система многоосевой коррекции MAXFRAME.

Перед использованием внимательно прочтите инструкцию по применению и раздел брошюры компании «Синтез» под названием «Важная информация». Убедитесь в том, что освоили соответствующую хирургическую процедуру.

Внешние фиксирующие устройства включают штифты, проволоку, стержни и зажимы, образующие рамную структуру для изменения положения и фиксации фрагментов костей. Штифты и проволока являются имплантатами одноразового использования и применяются для крепления рамной конструкции к кости(-ям). Стержни и зажимы являются частями рамной конструкции, расположенными снаружи тела, которые предназначены для выполнения множества функций.

Важное примечание для медицинских работников и персонала операционных: данная инструкция по применению включает не всю информацию, необходимую для корректного выбора и использования изделия. Вся необходимая информация содержится а этикетке (рекомендации по выбору соответствующей хирургической методики, важная информация и маркировка устройства).

Материалы

Материал (материалы)	**Стандарт (стандарты)**
Нержавеющая сталь	ISO 5832-1
TiCP	ISO 5832-2
HA	ASTM F 1185
Углерод	
Хлорофторуглерод	
Полиэфирэфиркетон	ASTM F 2026
Полиформальдегид	ISO 16061
ПВХ	
Алюминиевый сплав	EN 573
Сплав CoCrWNi	ISO 5832-5
Ultem серии 1000	TECAPEI (полиэфиримид (ПЭИ))
Ultem серии 2300	TECAPEI (полиэфиримид (ПЭИ))
Титановый сплав:	
Ti-6Al-4V (TAV)	ISO 5832-3
Ti-6Al-7Nb (TAN)	ISO 5832-11

Использование по назначению
Наружные фиксаторы предназначены для временной фиксации, лечения открытых и закрытых переломов в интра- и послеоперационный период и плановых ортопедических вмешательств.

Показания
См. таблицу в конце данной инструкции по применению.

Противопоказания
См. таблицу в конце данной инструкции по применению.

Возможные риски
Как и при всех хирургических процедурах, могут возникать риски, побочные действия и нежелательные явления. При том, что могут возникнуть различные реакции, вот некоторые из наиболее распространенных:
Проблемы, возникающие в связи с анестезией и положением пациента (например, тошнота, рвота, стоматологические травмы, неврологические расстройства и т.д.), тромбоз, эмболия, инфекция, чрезмерные кровопотери, ятрогенные невральные и сосудистые травмы, повреждения мягких тканей, в том числе отек, образование патологических рубцов, функциональное ухудшение костно-мышечной системы, синдром Зудека, аллергические реакции/повышенная чувствительность, а также побочные действия, связанные с выступанием металлоконструкции, неполным сращением и несращением переломов.

Стерильное изделие



Стерилизовано облучением.

Стерильные имплантаты следует хранить в оригинальной защитной упаковке и не извлекать из нее вплоть до использования. Не используйте изделие, если его упаковка повреждена.
Перед использованием проверьте срок годности продукта и убедитесь в целостности стерильной упаковки. Не используйте, если упаковка повреждена или срок годности истек.



Повторной стерилизации не подлежат.

Имплантируемые изделия с пометкой «Повторной стерилизации не подлежат» нельзя подвергать повторной стерилизации, поскольку это может нарушить структурную целостность изделия и (или) может привести к неисправности изделия. Повторная стерилизация имплантируемых изделий может привести к тому, что изделие не будет стерильным, не будет соответствовать техническим характеристикам, и (или) свойства материала изменятся.

Изделие однократного применения



Повторному применению не подлежит

Обозначает медицинское изделие, предназначенное для однократного применения или для применения у одного пациента в ходе одной процедуры.
Повторное применение или клиническая обработка (например, очистка и повторная стерилизация) могут нарушить структурную целостность изделия и (или) привести к его отказу, что в свою очередь может привести к травме, болезни или смерти пациента.
Кроме того, повторное применение или обработка изделий однократного применения может создать риск контаминации, например вследствие передачи возбудителей инфекции от одного пациента к другому. Это может привести к травме или смерти пациента или пользователя.
Загрязненные имплантаты повторной обработке не подлежат. Имплантаты компании «Синтез», загрязненные кровью, тканями и (или) биологическими жидкостями/веществами, не подлежат повторному применению и подлежат утилизации в соответствии с протоколом медицинских учреждений. Даже если использованные и загрязненные имплантаты выглядят неповрежденными, они могут содержать микроскопические дефекты и участки внутреннего напряжения, которые могут вызвать усталость материала.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Меры предосторожности
Сведения об общих мерах предосторожности см. в брошюре компании «Важная информация».
Конкретные сведения по мерам предосторожности, относящимся к внешним фиксирующим изделиям, обязательно см. в документе «Рекомендации по хирургической процедуре» (www.depuysynthes.com/ifu), который прилагается к комплекту используемой системы изделия.

Предупреждения
Сведения об общих предупреждениях см. в брошюре компании «Важная информация».
Конкретные сведения по предупреждениям, относящимся к внешним фиксирующим изделиям, обязательно см. в документе «Рекомендации по хирургической процедуре» (www.depuysynthes.com/ifu), который прилагается к комплекту используемой системы изделия.

Комбинация медицинских изделий
Компания «Синтез» не тестировала совместимость с изделиями других производителей и не несет ответственности в соответствующих случаях.

Магнитно-резонансная среда
Для оценки использования прибора в магнитно-резонансной среде следует использовать информацию, приведенную в руководстве по применению хирургической процедуры на веб-сайте www.depuysynthes.com/ifu

Обработка изделия перед использованием
Продукция компании «Синтез», поставляемая в нестерильном состоянии, перед хирургическим использованием подлежит очистке и стерилизации паром. Перед очисткой удалите всю оригинальную упаковку. Перед стерилизацией паром поместите продукт в утвержденную упаковку или контейнер. Следуйте инструкции по очистке и стерилизации, приведенной в брошюре компании «Синтез» под названием «Важная информация».

Клиническая обработка изделия
Подробная инструкция по обработке имплантатов и повторной обработке изделий, лотков для инструментов и контейнеров многократного применения приведена в брошюре компании «Синтез» под названием «Важная информация». Инструкция по сборке и разборке инструментов доступна для скачивания в разделе «Разборка сборных инструментов» на веб-сайте http://emea.depuysynthes.com/hcp/reprocessing-care-maintenance

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система	Показания	Противопоказания
Подвижный фиксатор локтевого сустава	Управляемый суставосоединяющий внешний фиксирующий узел подходит для дополнительного лечения сложных нестабильных травм локтя, когда ранняя функциональная нагрузка невозможна из-за стойкой нестабильности связок. Наиболее важными показаниями к применению управляемых суставосоединяющих внешних фиксаторов являются: - отсроченное лечение вывиха и ригидности локтевого сустава; - хроническая стойкая нестабильность сустава; - острая нестабильность сустава после сложных травм связок; - нестабильные переломы локтя. Для взрослых пациентов конструкция подвижного фиксатора локтевого сустава предпочтительно предусматривает компоненты большого внешнего фиксатора (диаметр стержня: Ø 11 мм) и компоненты внешнего фиксатора среднего размера (диаметр стержня: Ø 8 мм) для детей и взрослых пациентов маленького роста.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
Внешний фиксатор дистального отдела лучевой кости	Нестабильные переломы дистального отдела лучевой кости: - интраартикулярный; - экстраартикулярный; - предварительная фиксация перед открытой репозицией и внутренней фиксацией; - переломы с открытым и закрытым повреждением мягких тканей; - множественная травма (в рамках использования хирургической тактики контроля повреждений). Прочие показания Травмы, переломы, вывихи, ожоги в области: - кисти; - запястья; - предплечья; Переломы в сочетании с: - обширными повреждениями мягких тканей; - потерей костной ткани; - поражением сосудов и (или) нервов; Перелом со смещением: - кости запястья. Неудачная закрытая репозиция с наложением гипса, приведшая к вторичному смещению: - укорочение лучевой кости; - угловое искривление.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
Гибридный кольцевой фиксатор	- Гибридный кольцевой фиксатор предназначен для фиксации сложных переломов проксимального и дистального отделов большеберцовой кости, особенно тех, которые затрагивают сустав. - При повреждениях мягких тканей, которые делают невозможным открытую репозицию и внутреннюю фиксацию. - При переломах, которые не позволяют установить винты Шанца для построения стандартной наружной фиксирующей рамы.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система	Показания	Противопоказания
Большой и средний внешние фиксаторы	Большой внешний фиксатор (диаметр стержня: 11 мм) особенно хорошо подходит для лечения нижних конечностей. Внешний фиксатор среднего размера (диаметр стержня: 8 мм) особенно хорошо подходит для лечения конечностей взрослых, а также верхних и нижних конечностей детей и взрослых маленького роста. Наиболее важными показаниями к применению внешних фиксаторов большого и среднего размера являются: - открытые переломы второй и третьей степени; - инфекционный псевдоартроз; - быстрая первичная иммобилизация при повреждениях мягких тканей и переломах у тяжело травмированных пациентов; - иммобилизация при закрытых переломах при тяжелой травме мягких тканей (ушиб покровных мягких тканей, ожоги, кожные заболевания); - обширные диафизарные и периартикулярные переломы; - временная иммобилизация суставов при тяжелых повреждениях мягких тканей и связок; - определенные травмы тазового кольца и отдельные переломы у детей; - артродезы и остеотомии.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
Большой дистрактор для большеберцовой кости	**Предполагаемое использование:** Большой дистрактор помогает при редукции перелома и обеспечивает временную стабилизацию до окончательной фиксации, такой как: – Дистракционная – Ротационная – Вальгусно-варусная – Передне-задняя – Компрессионная	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
MEFiSTO	Для всех показаний, при которых внешняя фиксация является подходящей формой лечения: - переломы большеберцовой кости и бедренной кости с тяжелой травмой мягких тканей; - немедленная иммобилизация при переломах с повреждением мягких тканей или без него у тяжело травмированных, многократно травмированных или множественно травмированных пациентов ; - иммобилизация при закрытых переломах при тяжелой травме мягких тканей (раздавливание мягких тканей, ожоги, дерматологические поражения); - обширные диафизарные и периартикулярные переломы; - временная трансартикулярная стабилизация тяжелых повреждений мягких тканей и связок; - инфекционный псевдоартроз; - корректирующая остеотомия или кортикотомия при лечении осевого отклонения и разницы в длине (коррекция оси, удлинение кости); - сложные переломы проксимального и дистального отдела большеберцовой кости; - определенные разрывы тазового кольца; - лечение диафизарных переломов большеберцовой и бедренной кости у детей.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система	Показания	Противопоказания
Внешний минификсатор	Малый внешний фиксатор предназначен для лечения фаланг и пястных костей кисти при: – закрытых оскольчатых переломах; – открытых переломах; – переломах со смещением сустава, которые можно устранить при помощи лигаментотаксиса; – инфекциях костей, суставов и мягких тканей; – сложных повреждениях мягких тканей; – костных дефектах, вызванных травмой или резекцией опухоли. Малый внешний фиксатор не рекомендуется использовать в других костях или для соединения костей запястья. Переломы лучевой кости являются показанием для использования наружного малого фиксатора или фиксатора дистального отдела лучевой кости.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
Тазовый С-образный зажим	Тазовый С-образный зажим показан для экстренной стабилизации переломов крестцовой кости или разрывов крестцово-подвздошного сустава со связанной с ними нестабильностью кровообращения.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
Штифты Штейнмана и винты Шанца	Винты Шанца SELDRILL, самонарезающие, с гидроксиапатитовым покрытием и штифты Штейнмана от компании «Синтез» показаны для использования с системой внешней фиксации.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
Система для перемещения сегментов MEFiSTO	Перемещение сегментов большеберцовой и бедренной костей при наличии следующих состояний: - посттравматические дефекты с деформацией или без нее; - некроз; - инфекции; - псевдоартроз; - опухоли.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
Малый наружный фиксатор	**Нестабильные переломы дистального отдела лучевой кости**: - интраартикулярный; - экстраартикулярный; - предварительная фиксация перед открытой репозицией и внутренней фиксацией; - переломы с открытым и закрытым повреждением мягких тканей; - множественная травма (в рамках использования хирургической тактики контроля повреждений). **Прочие показания** **Травмы, переломы, вывихи, ожоги в области**: - кисти; - запястья; - предплечья; **Переломы в сочетании с**: - обширными повреждениями мягких тканей; - потерей костной ткани; - поражением сосудов и (или) нервов; **Перелом со смещением:** - кости запястья. **Неудачная закрытая репозиция с наложением гипса, приведшая к вторичному смещению**: - укорочение лучевой кости; - угловое искривление.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Система	Показания	Противопоказания
Кольцевая система для дистракционного остеогенеза	Кольцевая система для дистракционного остеогенеза показана для фиксации переломов (открытых и закрытых); при псевдоартрозе или несрастании трубчатых костей, при удлинении конечностей при эпифизарной или метафизарной дистракции, коррекции деформаций костей или мягких тканей, а также коррекции сегментарных дефектов костных или мягких тканей.	Специфические противопоказания к использованию данного изделия отсутствуют.
Система многоосевой коррекции MAXFRAME	Система MAXFRAME от компании «ДеПью Синтез» показана при следующих видах процедур у взрослых, а также у детей (3–12 лет) и подростков (12 лет – 21 год), у которых зоны роста срослись или не будут пересекаться с аппаратным оборудованием: - фиксация перелома (открытого и закрытого); - псевдоартроз трубчатых костей; - удлинение конечностей (эпифизарная или метафизарная дистракция); - артродез суставов; - инфекционные переломы или несрастания; - коррекция деформаций костных или мягких тканей; - коррекция сегментарных дефектов.	Система MAXFRAME не предназначена для лечения позвоночника.

CE
0123

«Синтез ГмбХ»
Eimattstrasse 3
4436 Oberdorf
Switzerland (Швейцария)
Тел.: +41 61 965 61 11
Факс: +41 61 965 66 00
www.depuysynthes.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru