УТВЕРЖДАЮ
Директор ОАО «Экзон»
_____ Д.С. Жур.
«11» _____ 2021 г

ИНСТРУКЦИЯ ПО МЕДИЦИНСКОМУ ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ МЕДИЦИНСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ БУТЫЛКИ ПОЛИЭТИЛЕНТЕРЕФТАЛАТНЫЕ

Производитель. ОАО «Экзон», Республика Беларусь,
Брестская обл., г Дрогичин, ул. Ленина, 202
Тел./факс. +3751644 2-00-02, 2-00-03

РАЗРАБОТЧИК
Начальник БР ОАО «Экзон»
_____ Е.И. Максимчук
«05» 11 2021 г.

инженер по стандартизации и сертификации ОАО «Экзон»
_____ А.А. Зелинская
«05» 11 2021 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Бутылки полиэтилентерефталатные (далее – бутылки) номинальной вместимостью 0,10 дм^3, 0,20 дм^3 и 0,25 дм^3 изготавливаются без укупорочных средств, двух типов (форм) - цилиндрические (I) и прямоугольные (II), с типом горловины РСО 1810 или РСО 1881:

- бутылки ПЭТ, тип I, 0,10 дм^3, РСО 1810 или РСО 1881;
- бутылки ПЭТ, тип I, 0,20 дм^3, РСО 1810 или РСО 1881;
- бутылки ПЭТ, тип I, 0,25 дм^3, РСО 1810 или РСО 1881;
- бутылки ПЭТ, тип II, 0,20 дм^3, РСО 1810 или РСО 1881;

Бутылки предназначены для упаковывания и обеспечения процесса обращения лекарственных средств в виде сиропов, являются разовой упаковкой.

Бутылки должны применяться в соответствии с нормативно-технической документацией на предполагаемые к розливу сиропы, утвержденной в установленном порядке.

Температура сиропа при расфасовке в бутылки должна быть не выше + 65 ℃.

Если бутылки транспортировались или хранились при температуре ниже 0 ℃, то перед использованием они должны быть выдержаны в условиях производственного помещения в течение не менее 12 часов.

Бутылки должны храниться при температуре от плюс 1 ℃ до плюс 40 ℃ в крытых складских помещениях на расстоянии не менее 1 м от нагревательных приборов и должны быть защищены от воздействия прямых солнечных лучей.

При соблюдении условий хранения гарантийный срок хранения бутылок - 12 месяцев со дня изготовления.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru