DERMAGRIP®

Nitrile Examination Gloves *Ultra LS*

СМОТРОВЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ ПЕРЧАТКИ ИЗ НИТРИЛА

• Гипоаллергенные за счет отсутствия протеинов латекса и пудры

• Текстура на пальцах обеспечивает надежный захват и контроль инструмента в сухой и влажной средах

• Оптимальная толщина перчаток для сохранения высокой тактильной чувствительности

• Обеспечивают высокую устойчивость к спиртам, спиртосодержащим веществам и дезинфектантам

• ПРОЧНАЯ УДОБНАЯ МАНЖЕТА

• Надежность перчатки подтверждена тестами на вирусопроницаемость, химическую устойчивость и механическую прочность в соответствии с Европейскими стандартами



ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

- Для клинико - диагностических манипуляций
- Клинико-диагностические лаборатории
- Уход за пациентами
- Стоматология
- Приемный покой
- Амбулаторный и поликлинический прием
- Инфекционные больницы и отделения

LATEX FREE

NON STERILE

CE 0086 BSI (0086), MK5 8PP, UK

BS EN 374-2:2003 Micro-organism Hazards

GKL BS EN 374-3:2003 Chemical Hazards

0000 BS EN 388:2003 Mechanical Hazards

402900

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

DERMAGRIP®

Nitrile Examination Gloves *Ultra LS*

ПЕРЧАТКИ МЕДИЦИНСКИЕ СМОТРОВЫЕ (ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ) СИНТЕТИЧЕСКИЕ НЕСТЕРИЛЬНЫЕ НЕОПУДРЕННЫЕ

Рег. уд. РФ ФСЗ 2010/07612 от 18.08.2014, ГОСТ Р 52239-2004

Назначение	Смотровые
Материал	Нитрил
Стерильность	Нестерильные
Форма	Универсальные
Текстура	Текстурированная поверхность пальцев
Пудра	Неопудренные
Манжета	С валиком
Внутренняя поверхность	Хлоринация
Наружная поверхность	Полимерное покрытие
Цвет	Голубой
Размеры	XS, S, M, L, XL

Размер перчатки	Код изделия
Extra-small	D1100-24
Small	D1101-24
Medium	D1102-24
Large	D1103-24
Extra-large	D1104-24



Упаковка	100 пар (200 штук) в блоке, 90 пар (180 штук) в блоке для размера XL, 10 блоков в коробе
Герметичность	Кл. I AQL 1,5
Содержание протеина	Не содержат протеины натурального латекса
Соответствие стандарту	EN455 Часть 1, 2, 3 и 4. В соответствии с Европейской Директивой по медицинскому оборудованию 93/42/EEC (CE Класс I) ASTM D6319. В соответствии с Директивой 89/686/EEC (EN420:2003+A1:2009, EN374-2:2003, EN374-3:2003 и EN388:2003)
Обеспечение качества	Производственный процесс соответствует требованиям US FDA Quality System Regulation (QSR) и системам качества ISO 9001, ISO 13485.

WRP ASIA PACIFIC (M) SDN. BHD.

Производитель: ВРП Азия Пасифик СДН БХД. Малайзия, Лот 1, Жалан 3, Кавасан Перусахаан Бандар Бару Салак,Тингги, 43900 Сепанг, Селангор Дарул Ехсан.

Официальный дистрибьютор в РФ: ООО «АТЕКС ГРУПП»,
140055, Россия, Московская обл., г. Котельники, мкрн. Белая Дача, промзона ООО «Технопром», стр. Е, офис 303
e-mail: info@atex-gr.com

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru