Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

АКВА МАРИС®

ИНСТРУКЦИЯ
по применению

Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное «Аква Марис® Лейка» в наборе со средствами для промывания «Аква Марис®»

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ: №ФСЗ 2010/07753 от 03.08.2016 г.

ОПИСАНИЕ:

Устройство Аква Марис® Лейка представляет собой пластиковую емкость объемом 330 мл для приготовления раствора для промывания носа в наборе со средством для промывания Аква Марис® в виде 30 пакетов-саше с солью Адриатического моря.
1 пакет-саше содержит 2,97 г морской соли.

Устройство оториноларингологическое Аква Марис® Лейка позволяет удобно и безопасно промывать нос по всей длине носовых ходов. Жидкость для промывания подается в полость носа «самотеком», т.е. без дополнительного давления, что позволяет избежать такого осложнения, как воспаление среднего уха (отит). **Процедура проста и безопасна даже для детей, беременных и кормящих женщин.**

При промывании полости носа с помощью устройства Аква Марис® Лейка с поверхности слизистой носа удаляется патологическое содержимое вместе с вирусами, бактериями, аллергенами и пылью, уменьшается отек и воспаление, повышается тонус капилляров.

НАЗНАЧЕНИЕ:

Устройства Аква Марис® Лейка рекомендовано для индивидуального использования и применяется в целях лечения и профилактики различных воспалительных заболеваний носоглотки.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ:

Устройство для промывания носа Аква Марис® Лейка обеспечивает действенное и бережное освобождение носоглотки от слизи и инородных частиц и рекомендуется к применению:

- при остром и хроническом рините
- при ОРВИ
- при аллергическом рините
- при остром и хроническом гайморите, фронтите, этмоидите
- при аденоидите
- при повышенной сухости слизистой оболочки носа и образовании корок
- часто болеющим пациентам
- после хирургического вмешательства на полости носа (по рекомендации врача).

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Разрежьте пакетик и высыпьте морскую соль в устройство.



Заполните устройство кипяченой водой температуры тела до метки и перемешивайте до полного растворения соли.



Займите удобное положение перед раковиной. Голову наклоните вперед и слегка поверните в сторону.

(продолжение см. на обороте)



Сделайте глубокий вдох и задержите дыхание. Приложите кончик устройства к вышерасположенной ноздре таким образом, чтобы он был плотно прижат к ней.



Наклоните устройство таким образом, чтобы раствор начал поступать из кончика устройства в носовой ход. Раствор будет вытекать из противоположной ноздри.



Для удаления остатков раствора из носа высморкайтесь, не меняя положения головы.



Затем высморкайтесь в прямом положении.



Повторите процедуру с другой ноздрей.



После использования промойте устройство прохладной водой и хорошо его высушите.

Раствор морской соли рекомендуется использовать ежедневно.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ:

Острый отит и обострение хронического отита, индивидуальная непереносимость компонентов средства для промывания, частые носовые кровотечения, доброкачественные и злокачественные новообразования в полости носа, полная непроходимость носовых ходов, детский возраст до 3-х лет.

ПОБОЧНЫЕ ДЕЙСТВИЯ:

Не выявлены.

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИ БЕРЕМЕННОСТИ И В ПЕРИОД ЛАКТАЦИИ:

Возможно применение при беременности и в период лактации.

СРОК ГОДНОСТИ

3 года. Не использовать по истечении срока годности.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ:

Эксплуатация, хранение, транспортирование осуществляются при температуре окружающей среды не выше 25°С.
Медицинское изделие должно храниться в сухом, недоступном для детей месте.

УТИЛИЗАЦИЯ:

Устройство оториноларингологическое для промывания слизистой носа индивидуальное Аква Марис® Лейка в наборе со средствами для промывания Аква Марис® не оказывает негативного воздействия на окружающую среду, поэтому специальные меры для утилизации устройства не требуются.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d. (ЯДРАН - ГАЛЕНСКИ ЛАБОРАТОРИЙ а.о.), Svilno 20, 51000 Rijeka, Croatia (Свилно 20, 51000 Риека, Хорватия).

ПРЕТЕНЗИИ К КАЧЕСТВУ СЛЕДУЕТ НАПРАВЛЯТЬ В АДРЕС ООО «ЯДРАН»:

119330, г. Москва, Ломоносовский пр-т, д.38, офис 30, тел./факс: (495) 970-18-82/ (495) 970-18-83.

www.aquamaris.ru

RU ASUB1292/V1

147 147 148 148

Директор Григорьев П.А.
ВЕРНО

Республика Беларусь * Общество с ограниченной ответственностью * «ПромоСолюшн» * Минск

FREE SPACE

LEAFLET AQUA MARIS LEYKA sustav		Colours
CODE	ASUB1292	PANTONE 2592
VERSION	1	PANTONE 2756
DATE		
DIMENSIONS	150 x 300 mm	
PHARMACODE	147; 148	
EAN CODE		Non printing colours
FONT		
PREPRESS	Adobe Illustrator CS6	