rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
ул.Мира 53/4, п.Привольный,
Минский р-н, 223062
+375 (17) 512-84-60
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(для всех размеров и вариантов исполнения)

САЛФЕТКИ МЕДИЦИНСКИЕ
СТБ 2282–2012 «Салфетки медицинские. Общие технические условия»

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Салфетки медицинские предназначены для применения в учреждениях здравоохранения, при оказании медицинской помощи, при выполнении оперативных вмешательств, для обеспечения защиты раны от инфекции и реализации потребителю.
Салфетки предназначены для одноразового использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Проверить целостность упаковки.
Вскрыть упаковку. Извлечь Салфетки из упаковки.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Салфетки выпускаются в вариантах исполнения:
- Салфетки медицинские: салфетки стерильные;
- Салфетки медицинские: салфетки нестерильные;
- Салфетки медицинские: салфетки стерильные с рентгеноконтрастной нитью;
- Салфетки медицинские: салфетки нестерильные с рентгеноконтрастной нитью.

Салфетки могут изготавливаться в 2, 4, 8, 12, 16, 20, 24 и 32 сложения.
Размеры салфеток в готовом виде: 50мм х 50мм, 50мм х 75мм, 50мм х 100мм, 75мм х 50мм, 75мм х 75мм, 75мм х 100мм, 100мм х 50мм, 100мм х 60мм, 100мм х 75мм, 100мм х 100мм, 100мм х 150мм, 100мм х 200мм, 150мм х 100мм, 150мм х 150мм, 200мм х 100мм, 200мм х 200мм.
Для изготовления Салфеток применяется:
- марля медицинская с поверхностной плотностью не менее 20 г/м^2;
- нетканый материал с поверхностной плотностью не менее 30 г/м^2.

Продольные и поперечные края Салфеток, изготовленных из марли, должны быть загнуты вовнутрь, чтобы исключалась возможность попадания нитей и кромок на поверхность раны.
Салфетки нестерильные выпускаются упакованные в пакеты из бумаги или полимерного материала.
Салфетки стерильные выпускаются упакованные в пленочный полимерный материал или в пакеты из комбинированного материала или комбинированную упаковку (бумага/пленка, бумага/бумага).
Упаковка выполненная из пленочного полимерного или комбинированного материала герметична и обеспечивает стерильность салфеток в течение срока годности до вскрытия упаковки. Комбинированная упаковка (бумага/пленка, бумага/бумага) – имеет герметичные швы, целостна и обеспечивает стерильность салфеток в течении срока годности до вскрытия упаковки.
Способ стерилизации – в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:



изделия стерильно



изделия нестерильно



номер партии


хранить в сухом месте


не использовать повторно


использовать до


дата изготовления


производитель


не использовать при
поврежденной упаковке



знак соответствия системы
менеджмента качества


хранить в защищенном
от солнечных лучей месте


обратитесь к руководству
по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Салфетки должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 30^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Салфетки должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Салфетки могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Салфеток требованиям СТБ 2282–2012 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Срок годности стерильных Салфеток – 5 лет с даты стерилизации.
Срок хранения нестерильных Салфеток– 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Салфеток после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Салфеток медицинских, изготовленных по СТБ 2282–2012 «Салфетки медицинские. Общие технические условия», изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 512 84 60.
Адрес производства: Республика Беларусь, Минский район, п. Привольный, ул. Мира, 53/4.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru