ЗАО «Завод Белмединструменты»

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

МАТЕРИАЛЫ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОКОРУНДОВЫЕ,

ТУ BY 291235525.031-2023

НАЗНАЧЕНИЕ

Материалы шлифовальные стоматологические электрокорундовые (далее - материалы), предназначенные для удаления паковочной массы, удаления излишней керамической массы, а также для обработки металлических поверхностей в пескоструйных аппаратах в зуботехнических и литейных лабораториях.

Материалы выпускается следующих наименований:

- материал шлифовальный стоматологический электрокорундовый, зернистость F60, (300-250) мкм;
- материал шлифовальный стоматологический электрокорундовый, зернистость F90, (180-150) мкм;
- материал шлифовальный стоматологический электрокорундовый, зернистость F120, (106-125) мкм;
- материал шлифовальный стоматологический электрокорундовый, зернистость F220, (75-63) мкм.

Материалы изготовлены из электрокорунда белого марки 25А ГОСТ 28818

КОМПЛЕКТНОСТЬ

Материалы поставляются в потребительской таре в количестве 5 кг.

Дата изготовления _____ Номер партии _____

СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ

Условия хранения – в отапливаемых помещениях при температуре от +5 ℃ до +40 ℃ и относительной влажности воздуха не более 80% при 25 ℃. Воздух помещения не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок хранения – не ограничен

225730, Беларусь, Брестская обл., Пинский р-н, д. Пинковичи, ул. Полевая, 31в
ЗАО «Завод Белмединструменты»

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru