Гарантии изготовителя:

1. Предприятие- изготовитель гарантирует соответствие тележек требованиям ТУ РБ 37339638.004-99 изм.4 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

2. Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не позднее 3-х месяцев со дня отгрузки.

3. Гарантийный срок хранения – 6 месяцев.

4. В течение гарантийного срока предприятие-изготовитель безвозмездно ремонтирует или заменяет Тележки и её части в случае неисправностей при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения и эксплуатации.

5. Пересылка тележек, подлежащих гарантийному ремонту, производится за счет предприятия-изготовителя.

6. Срок службы не менее 5 лет.

7. При направлении тележек на гарантийный ремонт необходимо приложить гарантийный талон.

Гарантийный талон на ремонт (замену)
в течение гарантийного срока.

Изделие медицинской техники: Тележка медицинская ТМ-1

ТУ РБ 37339638.004-99 изм.4

Номер и дата изготовления _____

(заполняется предприятием – изготовителем)

Приобретена

_____

(дата, подпись, штамп торгующей организации)

Введена в эксплуатацию _____

(дата, подпись)

М.П.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Документы, предоставленные производителем

ТЕЛЕЖКИ МЕДИЦИНСКИЕ ТМ и
МОДИФИКАЦИИ С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ПРИСПОСОБЛЕНИЯМИ

ПАСПОРТ

ТМ-1-00, ТМ-1-01, ТМ-1-02, ТМ-1-03, ТМ-1-04, ТМ-1-05, ТМ-1-06, ТМ-1-07

Назначение

Тележки медицинские ТМ-1 и модели, в дальнейшем – тележки ТМ, предназначены для широкого использования в общественных и бытовых помещениях, в том числе как медицинская мебель для оборудования больничных палат, домов-интернатов, наркологических диспансеров и для обстановки в общежитиях, турбазах, спортлагерях и военных казармах.

Правила транспортирования и хранения

1. Тележка транспортируется всеми видами закрытого транспорта (кроме морского) в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на каждом виде транспорта, в условиях группы 5 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 ºС до +50 ºС, относительной влажности воздуха до 100% при температуре +25 ˚С).
2. Условия хранения тележек в транспортной упаковке предприятия-изготовителя на складах поставщика и потребителя – в условиях группы 2 по ГОСТ 15150 (температура воздуха от -50 ºС до +40 ºС и относительная влажность не более 98% при +25 ºС).

Подготовка к эксплуатации

1. После освобождения составных частей тележек от упаковки, удалить антикоррозийную смазку со всех деталей, где она нанесена, а также промыть теплой водой с мылом и протереть насухо окрашенные поверхности.

2. Тележки поставляются в виде неразборного каркаса, и комплектации в соответствии с указанными в листе комплектности элементами. Для сборки необходимо установить ящики и полки в положения, указанные на рисунке 1. Колеса в поставляемых тележка

Основные параметры тележек ТМ-1 указаны в таблице 1.

Таблица 1

Модель тележки	Габаритные размеры, мм, не менее			Номинальная грузоподъёмность, кг	Масса, кг, не более
	длина	ширина	высота		
ТМ-1-00	720	670	870	80	15
ТМ-1-01	1000	600	1000	80	16
ТМ-1-02	650	440	800	40	15
ТМ-1-03	1000	650	900	50	18
ТМ-1-04	500	600	1000	50	12
ТМ-1-05	1000	600	1000	100	27
ТМ-1-06	1100	600	800	450	25
ТМ-1-07	400	400	800	20	10

Комплектность поставки тележки медицинские ТМ-1 приведена в таблице 1.

Таблица 1.

Обозначение варианта исполнения тележки	Наименование	Кол-во, шт.	Отмет-ка нали-чия	Номер позиции на рисунке 1
1	2	4	5	6
ТМ-1-00, ТМ-1-01,	Каркас	1		
	Полка	1		
	Колесо поворотное	4(2/2)		
ТМ-1-02	Каркас	1		
	Полка	1		
	Ящик выдвижной	1		
	Колесо поворотное	4(2/2)		
ТМ-1-06	Каркас	1		
	Платформа	1		
	Колесо поворотное	4(2/2)		
ТМ-1-03, ТМ-1-04, ТМ-1-05, ТМ-1-07	Каркас	1		
	Мешок тканевый вставной	1		
	Колесо поворотное	4(2/2)		
Дополнительная комплектация				
Мешок тканевый				
Мешок пластиковый				
Метизы				
Подпятники				
Паспорт				

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Общий вид тележек ТМ-1



ТМ-1-00



ТМ-1-01



ТМ-1-02



ТМ-1-03



ТМ-1-04



ТМ-1-05



ТМ-1-07



ТМ-1-06

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru