Box size: 8.88 x 4.44
Overall size: 18 x 28
Folds to: 3 x 7

COVIDIEN

Lapro-Clip™

Reusable Clip Applier and Absorbable Ligating Clip Cartridge

PT000007695



EN

BEFORE USING PRODUCT, READ THE FOLLOWING INFORMATION THOROUGHLY.

IMPORTANT!

This device is designed to assist in using this product. It is not a reference to surgical techniques. It is not a reference guide to ligation techniques.

Only persons trained in laparoscopic procedures were designed, tested and manufactured for single-patient use only. Reuse or reprocessing of this single-use component of this device may lead to their failure and subsequent patient injury. Reprocessing and/or reinstallation of the single-use components of this device may create the risk of contamination and patient infection. Do not reuse, reprocess or reinstall the single use components of this device.

DESCRIPTION

Lapro-Clip™ absorbable ligating clip cartridges are delivered from two polymeric, pyroglyde and steel, polypinbrown. The outer body is a polypropylene, and and steel over a polypropylene inner track. Lapro-Clip™ absorbable ligating clip cartridges are supplied sterile and unloaded. Lapro-Clip™ absorbable ligating clip cartridges are available in two sizes: Medium/Large and Large. Clips are supplied one clip per single cartridge. Lapro-Clip™ absorbable ligating clip cartridges are designed for use with reusable laparoscopic pyroglyde and steel polypropylene inner track have been minimized to optimize the performance of these two polymers in the body occurs for hydrolysis.

The Lapro-Clip™ reusable clip applier is available in three sizes. The Lapro-Clip™ short reusable clip applier is 11 cm in length with a shaft diameter of 10 mm. The Lapro-Clip™ standard reusable clip applier is 31 cm in length with a shaft diameter of 10 mm. The Lapro-Clip™ long reusable clip applier is 37 cm in length with a shaft diameter of 10 mm. The Lapro-Clip™ long reusable clip applier is 37 cm in length with a shaft diameter of 10 mm. The standard and Lapro-Clip™ reusable clip appliers are designed to apply absorbable ligating clips to control bleeding during laparoscopic surgery.

The clip applier has a control that prevents the user from applying the clip before it is locking and is provided in the package of the clip applier for the purpose of locking the number of uses. Repeated processing of the clip applier may result in failure of the clip applier during use. Before each use of the clip applier, the user must visually determine the end of instrument life.

Containment and Transportation:

It is recommended that reusable instruments be reprocessed as soon as possible following use. They should be covered with a moist towel if reprocessing cannot be performed immediately.

Preparation for Cleaning:

Covidien™ reusable devices are supplied non-sterile. Prior to use, they must be cleaned and sterilized. After each use they must be disassembled if applicable and only begin set components assembly.

CAUTION: Enzymatic cleaners should have a pH between 7.2 and 8.5 and Alkaline cleaners should have a pH between from 7.2 to 10.8.

Ultrasonic cleaning should not exceed 10 minutes.

Manual Cleaning:

Reusable instruments should be cleaned thoroughly immediately after each use to remove all traces of blood and debris. Pay particular attention to crevices and hard-to-reach areas while scrubbing instruments with a soft brush or sponge. Rinse the instrument in distilled water. Instruments should be cleaned with Covidien™ Endozime Enzymatic Cleaner or an automatic dishwasher at 140°F (60°C).

Treatment	Time (MM:SS) minimum	Temperature
Pre-Wash	00:45	Cold Tap Water
Enzyme Wash	10:00	Hot Tap Water
Rinse	00:15	Hot Tap Water
Wash	01:00	Hot Tap Water
Rinse	00:15	Hot Tap Water
Thermal Rinse	01:00	Hot Tap Water, Steam, DI, or RO at 82°C
Dry	01:00	High Setting (20.7 N or 45 lb.)

Disinfection:

Not done (automatic cleaning)

Sterilization:

Covidien™ reusable devices are provided non-sterile and are designed for reuse. They may be sterilized in accordance with the following process parameters:

Steam Sterilization: 4 minutes 270°F (132°C) Pressure, wrapped; 3 minutes 275.2°F (134°C) Pressure, wrapped; 15 minutes 249.8°F (121°C) Gravity Cycle, wrapped

Storage:

Visually inspect the instruments for damage or wear and check for proper function prior to each use. Repeated autoclaving may weaken or discolor instrument surfaces.

Packaging:

Items may be placed in a polyethylene pouch or standard hospital wrap.

Storage:

Store at room temperature.

Additional Information:

Refer to the instructions for disassembly in one autoclave cycle ensure that the sterilizer manufacturer's stated maximum load is not exceeded.

INSTRUCTIONS FOR USE

1. Carefully open the removed from packaging wrap and/or the hard plastic to attachment to instrument.
2. Insert the cartridge into the distal end of the instrument until the latch clicks and locks in place.
3. Place the jaws of the cartridge around the tissue to be ligated until they can be seen beyond the tissue. Rotation of the instrument shaft will facilitate placement of the clip cartridge. Ensure that the tissue to be ligated is located completely within the confines of the clip applier to closure.
4. The handle should be firmly squeezed until it will not move further without excessive force.

CAUTION: Failure to fully squeeze the handle may result in misformed clips which may result in incomplete closure and lack of hemostasis.

5. (Release sequence of a clip.)
6. Clip will be released when handle is fully compressed.
7. The clip should be inspected to ensure closure and adequate ligation.
8. After firing clip, cartridge is removed by depressing the release button on shaft and pulling the cartridge from the instrument.

IN CASE of MISFIRE

1. Unscrew the end cap.
2. Push the handle forward.
3. Remove the inner shaft assembly.

ASSEMBLY

1. Push the handle forward.
2. Insert the inner shaft assembly (arm that all pieces are aligned between the handle, inner shaft and outer shaft).

IF, TOP VIEW OF SHOWN

1. Pull the handle back and replace the end cap.

ADVERSE EVENT

Adverse events potentially associated with the use of this device include: variable rates of absorption over time; failure to provide adequate ligation; bleeding; tissue granulation; fibrosis and/or adhesion

STORAGE

Lapro-Clip™ instruments must be completely dry before storing and must be handled with care to prevent damage. The instruments should be stored in areas which provide protection from extremes of temperature and humidity.

STORE AT ROOM TEMPERATURE. AVOID PROLONGED EXPOSURE TO ELEVATED TEMPERATURES.

FR

Applicateur d'attaches réutilisable et chargeur d'attaches résorbables pour ligature

AVANT D'UTILISER CE PRODUIT, LIRE ATTENTIVEMENT LES INFORMATIONS CI-DESSOUS.

IMPORTANT !

Cette notice est destinée à faciliter l'utilisation de ce produit. Elle ne constitue pas une référence en matière de techniques chirurgicales. Elle ne constitue pas un guide de référence des techniques de ligature.

Les instruments à usage unique et la cartouche ont été conçus, testés et fabriqués pour un usage chez un seul patient. La réutilisation ou le retraitement de composants à usage unique peut provoquer leur dysfonctionnement et des blessures chez le patient. Le retraitement et/ou la réinstallation de composants à usage unique de ce dispositif peuvent entraîner un risque de contamination et d'infection du patient. Ne pas réutiliser, retraiter, ni réinstaller les composants à usage unique de ce dispositif.

DESCRIPTION

Les cartouches d'attaches résorbables pour ligature Lapro-Clip™ ont été fabriquées à partir de deux polymères : l'acier et le polypropylène. Le corps extérieur est en polypropylène et l'intérieur est en acier. Les cartouches d'attaches résorbables pour ligature Lapro-Clip™ sont fournies stériles et non chargées. Les cartouches d'attaches résorbables pour ligature Lapro-Clip™ sont disponibles en deux tailles : Moyen/Large et Large. Les attaches sont fournies par cartouche unique. Les cartouches d'attaches résorbables pour ligature Lapro-Clip™ sont conçues pour être utilisées avec un applicateur réutilisable laparoscopique en polypropylène et acier. Les modifications apportées à la piste interne en polypropylène et acier ont été réduites au minimum afin d'optimiser les performances de ces deux polymères dans l'organisme en cas d'hydrolyse.

L'applicateur réutilisable Lapro-Clip™ est disponible en trois tailles. L'applicateur d'attaches réutilisable Lapro-Clip™ court mesure 11 cm de longueur sur un diamètre de tige de 10 mm. L'applicateur d'attaches réutilisable Lapro-Clip™ standard mesure 31 cm de longueur sur un diamètre de tige de 10 mm. L'applicateur d'attaches réutilisable Lapro-Clip™ long mesure 37 cm de longueur sur un diamètre de tige de 10 mm. Les applicateurs standard et Lapro-Clip™ sont conçus pour appliquer des attaches résorbables pour ligature afin de contrôler les saignements pendant une intervention chirurgicale laparoscopique.

L'applicateur d'attaches pour ligature Lapro-Clip™ est équipé d'un système de sécurité qui empêche l'opérateur d'appliquer une attache avant que celle-ci ne soit verrouillée et prête à l'emploi. Le nombre d'utilisations autorisées est déterminé par le fabricant de l'instrument. Normalement, l'applicateur d'attaches pour ligature Lapro-Clip™ est conçu pour être utilisé un nombre de fois déterminé. Un retraitement répété de l'applicateur d'attaches pour ligature Lapro-Clip™ peut entraîner sa défaillance pendant son utilisation. Avant chaque utilisation de l'applicateur d'attaches pour ligature Lapro-Clip™, l'utilisateur doit déterminer visuellement la fin de vie de l'instrument.

Conditionnement et transport :

Il est recommandé que les instruments réutilisables soient retraités le plus rapidement possible après leur utilisation. Ils doivent être recouverts d'un linge humide si le retraitement ne peut pas être effectué immédiatement.

Préparation au nettoyage :

Les dispositifs réutilisables Covidien™ sont fournis non stériles. Ils doivent être nettoyés et stérilisés avant leur première utilisation. Ils doivent être démontés après chaque utilisation, le cas échéant, et seuls les composants de l'ensemble doivent être assemblés.

ATTENTION ! Les nettoyants enzymatiques doivent avoir un pH compris entre 7,2 et 8,5 et les nettoyants alcalins doivent avoir un pH compris entre 7,2 et 10,8.

Le nettoyage à ultrasons ne doit pas durer plus de 10 minutes.

Nettoyage manuel :

Nettoyer soigneusement les instruments réutilisables immédiatement après chaque utilisation afin de retirer toutes les traces de sang et de débris. Accorder une attention particulière aux fissures et aux zones difficiles à atteindre lors du nettoyage des instruments avec une brosse à poil doux dans de l'eau froide (20 – 25 °C) et un détergent doux biodégradable (pH neutre). Rincer soigneusement l'instrument à l'eau distillée. Les instruments doivent être nettoyés avec le nettoyant enzymatique Endozime de Covidien™ ou avec un lave-vaisselle automatique à 60 °C (140 °F).

Traitement	Durée minimale (MM:SS)	Température
Prélavage	00:45	Eau froide du robinet
Lavage enzymatique	10:00	Eau chaude du robinet
Rinçage	00:15	Eau chaude du robinet
Nettoyage	01:00	Eau chaude du robinet
Rinçage	00:15	Eau chaude du robinet
Rinçage thermique	01:00	Eau chaude du robinet, vapeur, DI ou RO à température jusqu'à 82 °C ou 180 °F)
Séchage	01:00	Réglage température (20,7 N ou 45 lb.)

Désinfection :

Non à réaliser (nettoyage automatique).

Stérilisation :

Les dispositifs réutilisables de Covidien™ sont fournis non stériles et sont conçus pour une réutilisation. Ils peuvent être stérilisés selon les paramètres de traitement suivants :

Stérilisation à la vapeur : 4 minutes 270 °F (132 °C) Pression, emballé ; 3 minutes 275,2 °F (134 °C) Pression, emballé ; 15 minutes 249,8 °F (121 °C) Cycle par gravité, emballé

Stockage :

Contrôler visuellement que les instruments ne sont pas endommagés ni usés et vérifier leur bon fonctionnement avant chaque utilisation.

Un passage répété à l'autoclave peut affaiblir ou décolorer les surfaces des instruments.

Emballage :

Les instruments peuvent être placés dans une pochette en polyéthylène ou emballés selon la méthode hospitalière standard.

Stockage :

Stocker à température ambiante.

Informations additionnelles :

Consulter les instructions de démontage pour un cycle d'autoclavage afin de s'assurer que la charge maximale autorisée par le fabricant du stérilisateur n'est pas dépassée.

INSTRUCTIONS DE USO

1. Ouvrir avec précaution l'emballage d'origine et/ou le blister en plastique dur fixé à l'instrument.
2. Insérer la cartouche dans l'extrémité distale de l'instrument jusqu'à ce que le loquet s'enclenche et se verrouille en place.
3. Placer les mâchoires de la cartouche autour du tissu à ligaturer jusqu'à ce qu'elles dépassent du tissu. La rotation du tube de l'instrument facilitera le positionnement de la cartouche d'attaches. Veiller que le tissu à ligaturer soit complètement inséré dans l'attache avant de la fermer.
4. Presser fermement la poignée jusqu'à ce qu'elle ne se déplace plus sans force excessive.

MISE EN GARDE : comme complément la poignée, toute force qui les attaches provient être bienvenue!ement formées et qui pourrait provoquer une fermeture incomplète et une absence d'hémostase.

5. Séquence de libération d'une attache.)
6. Cela ne va libérer lorsque la poignée est entièrement comprimée.
7. Contrôler l'attache afin de s'assurer qu'elle est correctement fermée et qu'elle a bien été posée.
8. Après le déclenchement de l'attache, le chargeur est retiré en appuyant sur le bouton de libération sur le corps et en tirant le chargeur vers l'avant, à l'écart de l'applicateur.

EN CAS DE DÉFAILLANCE

1. Dévisser le capuchon d'extrémité.
2. Pousser la poignée vers l'avant.
3. Retirer l'ensemble du corps interne.

MONTAGE

1. Pousser la poignée vers l'avant.
2. Replacer l'ensemble du corps interne en veillant à ce que toutes les pièces soient alignées entre la poignée, le corps interne et le corps externe).

EN CAS D'ENNUI SUR UNE VUE

1. Tirer la poignée vers l'arrière et remettre en place le capuchon d'extrémité.

ÉVÉNEMENT INDÉSIRABLE

Les événements indésirables potentiellement associés avec l'emploi de ce dispositif comprennent : des vitesses d'absorption variables dans le temps ; le défaut de ligature appropriée ; des saignements ; la granulation du tissu ; la fibrose et/ou l'adhésion.

STOCKAGE

Les instruments Lapro-Clip™ doivent être complètement secs avant le stockage et seront manipulés avec soin pour éviter tout dommage. Ils doivent être stockés dans des zones qui protègent contre les températures et l'humidité extrêmes.

CONSERVER À TEMPÉRATURE AMBIANTE. ÉVITER L'EXPOSITION PROLONGÉE À DES TEMPÉRATURES ÉLEVÉES.

DE

Wiederverwendbarer Hefter und resorbierbares Ligaturclip-Magazin

VOR GEBRAUCH DES PRODUKTS SIND DIE FOLGENDEN INFORMATIONEN SORGFÄLTIG DURCHZULESEN.

WICHTIG!

Dieses Gerät ist als Hilfsmittel bei der Verwendung dieses Produkts vorgesehen. Sie ist nicht als Referenz für chirurgische Techniken gedacht. Sie ist nicht als Referenz für Ligaturtechniken gedacht.

Die Einmal-Komponenten dieser Vorrichtung wurden ausschließlich im Hinblick auf ihre Verwendung für einen Patienten konzipiert, geprüft und hergestellt. Eine Wiederverwendung oder erneute Aufbereitung der Einmal-Komponenten dieser Vorrichtung kann zu deren Versagen und damit zur Verletzung des Patienten führen. Das Aufbereiten und/oder Neuinstallieren von Einmal-Komponenten kann zu Kontaminationen und Infektionen bei den Patienten führen. Die Einmalkomponenten dieser Vorrichtung nicht wiederverwenden, erneut aufbereiten oder neuinstallieren.

BESCHREIBUNG

Das Lapro-Clip™ resorbierbare Ligaturclip-Magazin wird aus einem Polymeren gefertigt. Polyglykolsäure und Polyglykolid, und Stahl, polypinbraun. Der äußere Körper besteht aus Polypropylen, und Stahl über einer inneren Polypropylen-Führung. Lapro-Clip™ resorbierbare Ligaturclip-Magazine sind sterile und unbestückt geliefert. Lapro-Clip™ resorbierbare Ligaturclip-Magazine sind in zwei Größen erhältlich: Medium/Large und Large. Jedes Einmal-Magazin enthält eine Clip-Kartusche. Die Polypropylenkomponenten der resorbierbaren Ligaturclip-Magazine sind für die Verwendung mit wiederverwendbaren laparoskopischen Polyglykolsäure- und Stahl/Polypropylen-Applikatoren konzipiert. Die Abbau dieser beiden Polymere im Körper erfolgt durch Hydrolyse.

Der Lapro-Clip™ wiederverwendbare Hefter ist in drei Größen erhältlich. Der Lapro-Clip™ kurze wiederverwendbare Hefter ist 11 cm lang mit einem Schaftdurchmesser von 10 mm. Der Lapro-Clip™ wiederverwendbare Hefter ist 31 cm lang mit einem Schaftdurchmesser von 10 mm. Der Lapro-Clip™ lange wiederverwendbare Hefter ist 37 cm lang mit einem Schaftdurchmesser von 10 mm. Der Standard- und Lapro-Clip™ wiederverwendbare Hefter sind für die Verwendung durch eine Vakuumtasche vorgesehen. Sie sind für die Applikation resorbierbarer Ligaturclips zur Kontrolle von Blutungen während laparoskopischer Eingriffe konzipiert.

Der Hefter hat eine Vorrichtung, die verhindert, dass der Anwender den Hefter vor dem Verriegeln und Bereitschaft betätigt. Die Packung des Hefters wird mit Vorrichtung zur Verriegelung der Anzahl der Verwendungen versehen. Wiederholte Aufbereitung des Hefters kann dazu führen, dass der Hefter während der Verwendung versagt. Vor jeder Verwendung des Hefters muss der Anwender visuell feststellen, ob das Ende der Lebensdauer des Instruments erreicht ist.

Aufbewahrungsempfehlungen:

Es wird empfohlen, wiederverwendbare Instrumente so bald wie möglich nach der Verwendung aufzubereiten. Wenn eine Aufbereitung nicht möglich ist, sollten sie mit einem feuchten Tuch abgedeckt werden.

Reinigungsvorbereitung:

Covidien™ wiederverwendbare Vorrichtungen werden unsteril geliefert. Sie sind vor Gebrauch zu reinigen und zu sterilisieren. Sie müssen nach jeder Gebrauch zerlegt (sofern zutreffend) werden und sämtliche Komponenten müssen entsorgt werden.

VORSICHT: Enzymatische Reinigungsmittel sollten einen pH-Wert zwischen 7,2 und 8,5 sind alkalische Reinigungsmittel sollten einen pH-Wert zwischen 7,2 und 14,5 aufweisen.

Die Ultraschallreinigungsdauer darf 10 Minuten nicht überschreiten.

Manuelle Reinigung:

Wiederverwendbare Instrumente sollten direkt nach jedem Gebrauch gründlich gereinigt werden, um sämtliche Blut- und Schmutzrückstände restlos zu entfernen. Die Instrumente unter Verwendung einer weichen Bürste in warmer Wasser (20-25 °C) mit einem milden Biologisch-Reinigungsmittel (neutraler pH-Wert) schrubben. Instrumente sind mit destilliertem Wasser abzuspülen. Instrumente sollten mit Covidien™ Endozime Enzymatic Cleaner oder einem automatischen Geschirrspüler bei 60 °C gereinigt werden.

Behandlung	Mindestdauer (MM:SS)	Temperatur
Vorwäsche	00:45	Kaltes Leitungswasser
Enzymwaschgang	10:00	Heißes Leitungswasser
Spülen	00:15	Heißes Leitungswasser
Waschen	01:00	Heißes Leitungswasser
Spülen	00:15	Heißes Leitungswasser
Thermisch spülen	01:00	Heißes Leitungswasser, Dampf, VE, oder RO bei 82 °C aufgefangen
Trocknen	01:00	Hohe Einstellung (20,7 N oder 45 lb.)

Desinfektion:

Nicht erforderlich (automatische Reinigung)

Sterilisation:

Covidien™ wiederverwendbare Instrumente werden unsteril geliefert und sind zur Wiederverwendung konzipiert. Sie können gemäß folgenden Prozessparametern sterilisiert werden:

Dampfsterilisation: 4 Minuten bei 270 °F (132 °C) Druck, eingewickelt; 3 Minuten bei 275,2 °F (134 °C) Druck, eingewickelt; 15 Minuten bei 249,8 °F (121 °C) Schwerkraftzyklus, eingewickelt

Lagerung:

Überprüfen Sie die Instrumente vor Sichtprüfung, um auf Risse von jeden Verbindern auf Schäden und Verschleiß zu überprüfen. Wiederholtes Autoklavieren kann zu Verfärbungen führen.

Verpackung:

Verpackung mit einer Polyethylenfolie oder einer Standard-Krankenhausverpackt gegeben werden.

Lagerung:

Bei Raumtemperatur lagern.

Zusätzliche Informationen:

Bei der Sterilisation mehrere Instrumente in einem Autoklaven-Zyklus darauf achten, dass der vom Sterilisationshersteller angegebene Maximalwert nicht überschritten wird.

GEBRAUCHSANWEISUNG

1. Verpackung Hefter vorsichtig den äußeren oder vom hard aus der Verpackung entnommen werden. Einen in ein Instrument angebracht wird.
2. Führen Sie die Kartusche in das distale Ende des Instruments ein, bis die Verriegelung sich schließt und einrastet.
3. Platzieren Sie die Klemmbacken der Magazins um das zu ligierende Gewebe herum, bis man diese außerhalb des Gewebes sehen kann. Durch Drehen des Instrumentenschafts lässt sich die Kartusche leichter platzieren. Vergewissern Sie sich, dass das zu ligierende Gewebe vollständig innerhalb des Bereichs liegt, der zum Verschließen vorgesehen ist.
4. Die Griffe fest drücken, bis sich diese überhaupt nicht mehr weiter bewegen lassen.

ACHTUNG: Wird die Griff nicht vollständig zusammengedrückt, kann dies zur Verformung von Clips und damit zu unvollständigem Schluss und mangelnder Hämostase führen.

5. (Verbrauchsprozess einer Clip.)
6. Der Clip wird freigegeben, wenn die Griffe vollständig zusammengedrückt sind.
7. Der Clip muss begutachtet werden, um den Verschluss und eine ausreichende Ligatur zu gewährleisten.
8. Nach der Abgabe der Clips wird das Magazin durch Drücken der Freigabetaste am Schaft direkt und das Magazin nach vorne vom Hefter herausgezogen.

IM FEHLERFALL

1. Schrauben Sie die Endkappe ab.
2. Drücken Sie den Griff nach vorn.
3. Entfernen Sie die Innenbaugruppe.

ZUSAMMENBAU

1. Drücken Sie den Griff nach vorn.
2. Platzieren Sie die Innenschaft und achten Sie darauf, dass alle Hebel zwischen dem Griff, Innenschaft und äußeren Schaft ausgerichtet sind.

ANSICHT OBEN AUF DIE FOLGENDEN

1. Ziehen Sie den Griff zurück und bringen Sie die Endkappe wieder an.

UNERWÜNSCHTES EREIGNIS

Zu den unerwünschten Ereignissen, die möglicherweise in Zusammenhang mit dem Einsatz dieser Vorrichtung stehen können, gehören: unterschiedliche Absorptionsraten im zeitlichen Verlauf; Ausbleiben einer kontrollierten Ligatur; Blutungen; Gewebegranulation; Fibrose und/oder Adhäsion.

LAGERUNG

Lapro-Clip™ Instrumente müssen vor dem Verstauen vollständig trocken sein und sind sorgsam zu handhaben, um Beschädigungen zu vermeiden. Die Instrumente sollten in Bereichen gelagert werden, die vor Temperatur- und Feuchtigkeitsextremen schützen.

BEI RAUMTEMPERATUR LAGERN. NICHT ÜBER LÄNGERE ZEIT ERHÖHTEN TEMPERATUREN AUSSETZEN.

IT

Applicatore di clip riutilizzabile e cartuccia di clip di legatura assorbibile

PRIMA DELL'USO, LEGGERE ATTENTAMENTE LE SEGUENTI INFORMAZIONI.

IMPORTANTE!

Scopo di questo dispositivo è quello di assistere nell'uso del prodotto. Non è un riferimento a tecniche chirurgiche. Non è una guida di riferimento alle tecniche di legatura.

Solo persone addestrate alla tecnica di procedure laparoscopiche sono state progettate, testate e fabbricate per un unico paziente. L'utilizzo o il trattamento ripetuti del componente monouso di questo dispositivo possono compromettere il suo funzionamento e causare lesioni al paziente. Il trattamento ripetuto e/o la reinstallazione dei componenti monouso di questo dispositivo possono creare il rischio di contaminazione e infezione del paziente. Non riutilizzare, non trattare e non reinstallare i componenti monouso di questo dispositivo.

DESCRIZIONE

Le cartucce di clip di legatura assorbibili Lapro-Clip™ sono erogate tramite un caricatore monouso stili di assorbibile in applicatore multicolore.

Le cartucce di clip di legatura assorbibili Lapro-Clip™ sono sterili e non caricate. Le cartucce di clip di legatura assorbibili Lapro-Clip™ sono disponibili in due misure: Medio/Grande e Grande. Ogni cartuccia contiene una sola clip. Le cartucce di clip di legatura assorbibili Lapro-Clip™ sono progettate per l'uso con applicatori riutilizzabili laparoscopici in polipropilene e acciaio. Le modifiche apportate alla pista interna in polipropilene e acciaio sono state ridotte al minimo per ottimizzare le prestazioni di questi due polimeri nell'organismo in caso di idrolisi.

L'applicatore riutilizzabile Lapro-Clip™ è disponibile in tre misure. L'applicatore di clip riutilizzabile Lapro-Clip™ corto misura 11 cm di lunghezza con un diametro dell'asse di 10 mm. L'applicatore di clip riutilizzabile Lapro-Clip™ standard misura 31 cm di lunghezza con un diametro dell'asse di 10 mm. L'applicatore di clip riutilizzabile Lapro-Clip™ lungo misura 37 cm di lunghezza con un diametro dell'asse di 10 mm. Gli applicatori di clip riutilizzabili Lapro-Clip™ standard e lungo sono progettati per essere usati con una cannula tripolare da 10 mm e di dimensioni maggiori per un convertitore.

L'applicatore di clip ha dunque interlock a prova di errore che impedisce l'applicazione di clip riutilizzabili Lapro-Clip™ prima che siano state caricate correttamente e siano pronte all'uso. Il numero di utilizzi consentiti è determinato dal produttore dello strumento. Normalmente l'utilizzo ripetuto dell'applicatore di clip riutilizzabili Lapro-Clip™ può causare il malfunzionamento dell'applicatore di clip riutilizzabili Lapro-Clip™ durante l'utilizzo. Prima di ogni utilizzo dell'applicatore di clip riutilizzabili Lapro-Clip™ standard lungo, l'operatore deve visivamente determinare la fine della vita dello strumento.

Contenimento e trasporto:

Si raccomanda che gli strumenti riutilizzabili vengano ricondizionati il più presto possibile dopo l'utilizzo. Se non è possibile eseguire immediatamente il ricondizionamento, gli strumenti devono essere coperti con un panno umido.

Preparazione per la pulizia:

I dispositivi riutilizzabili Covidien™ non sono forniti sterili. Prima dell'uso, devono essere puliti e sterilizzati. Dopo l'uso ogni volta, devono essere smontati (se applicabile) e tutti i componenti monouso devono essere smaltiti.

ATTENZIONE: i detergenti enzimatici devono avere un pH compreso tra 7,2 e 8,5 mentre i detergenti alcalini devono avere un pH compreso tra 12,7 e 14,8.

Pulizia manuale:

Gli strumenti riutilizzabili devono essere puliti accuratamente subito dopo l'uso per rimuovere tutte i residui di sangue e detriti. Porre una particolare attenzione all'interno di interstizi e aree difficili da arrivare durante una spazzola a setole morbide o una spugna. Sciacquare lo strumento con acqua distillata. Gli strumenti devono essere puliti con il detergente enzimatico Endozime di Covidien™ o con un detergente enzimatico delicato. L'ammollo raccomandato è di 5 minuti a 20-25 °C con un detergente enzimatico delicato.

Trattamento	Tempo minimo (MM:SS)	Temperatura
Prelavaggio	00:45	Acqua corrente fredda
Lavaggio enzimatico	10:00	Acqua corrente calda
Risciacquo	00:15	Acqua corrente calda
Lavaggio	01:00	Acqua corrente calda
Risciacquo	00:15	Acqua corrente calda
Risciacquo termico	01:00	Acqua corrente calda, Vaporizzata, DI o RO a 82 °C (180 °F)
Asciugatura	01:00	Impostazione alta (20,7 N o 45 lb.)

Disinfezione:

Non eseguire (pulizia automatizzata).

Sterilizzazione:

Le cartucce di clip di legatura assorbibili Lapro-Clip™ sono fornite non sterili e sono concepite per essere riutilizzate. Possono essere sterilizzate in base ai seguenti parametri di processo:

Sterilizzazione a vapore: pressione per 4 minuti a 270°F (132°C) in autoclave; pressione per 3 minuti a 275,2°F (134°C) in autoclave; ciclo di gravità per 15 minuti a 249,8°F (121°C) in autoclave

Manutenzione:

Controllare visivamente gli strumenti per verificare che non presentino danni o segni di usura e per garantire che funzionino correttamente.

Ripetuti cicli di sterilizzazione in autoclave possono provocare l'usura delle superfici o lo scolorimento delle superfici degli strumenti.

Confezione:

Gli articoli possono essere collocati in un sacchetto di polietilene o in un materiale di avvolgimento per uso ospedaliero standard.

Conservazione:

Conservare a temperatura ambiente.

Ulteriori informazioni:

Per un ciclo di autoclave, fare riferimento alle istruzioni per lo smontaggio per assicurarsi che il carico massimo consentito dal produttore della sterilizzatrice non venga superato.

ISTRUZIONI PER L'USO

1. Aprire con cautela la confezione esterna rimossa dall'imballaggio e/o la plastica rigida fissata all'attacco allo strumento.
2. Inserire la cartuccia nell'estremità distale dello strumento fino a quando il gancio non si chiude e si blocca in posizione.
3. Posizionare le ganasce della cartuccia intorno al tessuto da legare fino a quando non sono visibili oltre il tessuto. La rotazione dell'asse dello strumento facilita il posizionamento della cartuccia di clip. Verificare che il tessuto da legare sia completamente inserito all'interno della pinza per clip fino alla chiusura.
4. La maniglia deve essere premuta saldamente fino a quando non si muove più senza forza eccessiva.

ATTENZIONE: la mancata compressione completa della maniglia può causare la deformazione delle clip con conseguente chiusura incompleta e perdita di emostasi.

5. (Sequenza di rilascio di una clip.)
6. La clip viene rilasciata quando la maniglia è completamente compressa.
7. Ispezionare la clip per verificare che sia chiusa correttamente e che la legatura sia adeguata.
8. Dopo aver azionato la clip, rimuovere la cartuccia premendo il pulsante di rilascio sull'asta e tirando la cartuccia in avanti, allontanandola dall'applicatore.

IN CASO DI ERRORE DI ACCENSIONE

1. Svitare il tappo all'estremità.
2. Spingere in avanti l'impugnatura.
3. Rimuovere il gruppo dell'asta interna allineando correttamente tutte le scanalature dell'impugnatura, dell'asta interna e dell'asta esterna).

ASSEMBLAGGIO

1. Spingere in avanti l'impugnatura.
2. Posizionare il gruppo dell'asta interna allineando correttamente tutte le scanalature dell'impugnatura, dell'asta interna e dell'asta esterna).

VISTA SUPERIORE DELLO STRUMENTO

1. Tirare indietro l'impugnatura e rimontare il tappo.

EVENTI INDESIDERATI

Gli eventi indesiderati potenzialmente associati all'uso del presente dispositivo includono: diversi ratio di assorbimento nel tempo; legatura inadeguata; sanguinamento; granuloma tissutale; fibrosi e/o aderenza.

CONSERVAZIONE

Gli strumenti Lapro-Clip™ devono essere conservati completamente asciutti e maneggiati con cura per evitare danni. Gli strumenti devono essere conservati in aree che proteggono da temperature e umidità estreme.

CONSERVARE A TEMPERATURA AMBIENTE. EVITARE L'ESPOSIZIONE PROLUNGATA A DEI TEMPERATURE ELEVATE.

ES

Aplicador de clips reutilizable y cartucho de clips absorbibles para ligadura

LEE ATENTAMENTE LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ANTES DE UTILIZAR ESTE PRODUCTO.

¡IMPORTANTE!

Este dispositivo está pensado para ayudarle a usar este producto. No se trata de un documento de referencia técnica quirúrgica. No se trata de un documento de referencia sobre técnicas de ligadura.

Los componentes de un solo uso de este dispositivo se han diseñado, comprobado y fabricado para que se utilicen en un solo paciente. La reutilización o el reprocesamiento de los componentes de un solo uso de este dispositivo podría provocar su fallo y posteriores lesiones al paciente. El reprocesamiento y/o la reinstalación de componentes de un solo uso de este dispositivo podría suponer un riesgo de contaminación e infección del paciente. No reutilizar, reprocesar ni reinstalar los componentes de un solo uso de este dispositivo.

DESCRIPCIÓN

El cartucho de clips absorbibles para ligaduras Lapro-Clip™ se suministra en forma de cartucho de un solo uso y un aplicador para clips reutilizable de polipropileno y acero.

Los cartuchos de clips absorbibles para ligaduras Lapro-Clip™ están esterilizados a partir de dos polímeros, pirolato y acero, polipinbrown. El cuerpo exterior es de polipropileno y el interior es de acero. Los cartuchos de clips absorbibles para ligaduras Lapro-Clip™ están disponibles en dos tamaños: mediano/grande y grande. Cada cartucho contiene una sola clip. Los cartuchos de clips absorbibles para ligaduras Lapro-Clip™ están diseñados para su uso con aplicadores reutilizables laparoscópicos de polipropileno y acero. Se han reducido las modificaciones realizadas en la pista interna de polipropileno y acero para optimizar el rendimiento de estos dos polímeros en el organismo en caso de hidrólisis.

El aplicador reutilizable Lapro-Clip™ está disponible en tres tamaños. El aplicador de clips reutilizable Lapro-Clip™ corto tiene 11 cm de longitud y un diámetro del eje de 10 mm. El aplicador de clips reutilizable estándar Lapro-Clip™ tiene 31 cm de longitud y un diámetro del eje de 10 mm. El aplicador de clips reutilizable largo Lapro-Clip™ tiene 37 cm de longitud y un diámetro del eje de 10 mm. Los aplicadores de clips estándar Lapro-Clip™ y largo están diseñados para aplicar clips de ligadura absorbibles para controlar el sangrado durante una cirugía laparoscópica.

El aplicador de clips tiene un control que impide que el usuario aplique la clip antes de que esté bloqueada y preparada para su uso. El número de usos se proporciona en el envase del aplicador de clips para bloquear el número de usos. Un procesamiento repetido del aplicador de clips puede provocar un fallo del aplicador de clips durante su uso. Antes de cada uso del aplicador de clips, el usuario debe determinar visualmente el final de la vida útil del instrumento.

Contención y transporte:

Se recomienda que los instrumentos reutilizables se procesen lo antes posible después de su uso. Si no se puede procesar de inmediato, deberán cubrirse con un paño húmedo.

Preparación para la limpieza:

Los dispositivos reutilizables Covidien™ se suministran sin esterilizar. Antes de su uso, deben limpiarse y esterilizarse. Después de cada uso, deben desmontarse (si es aplicable) y solo deben montarse los componentes del set.

¡ATENCIÓN! Los limpiadores enzimáticos deben tener un pH de entre 7,2 y 8,5 y los limpiadores alcalinos, un pH de entre 12,7 y 14,8.

La limpieza ultrasónica no debe superar los 10 min.

Limpieza manual:

Los instrumentos reutilizables deben limpiarse en profundidad inmediatamente tras cada uso para eliminar cualquier resto de sangre o residuos. Para ello, emplee un cepillo de cerdas suaves o una esponja y enjuague el instrumento con agua destilada. Los instrumentos deben limpiarse con Endozime Enzymatic Cleaner de Covidien™ o en un lavavajillas automático a 60 °C (140 °F).

Tratamiento	Duración (mm:ss) mínima	Temperatura
Prelavado	00:45	Agua corriente fría
Lavado enzimático	10:00	Agua corriente caliente
Enjuague	00:15	Agua corriente caliente
Lavado	01:00	Agua corriente caliente
Enjuague	00:15	Agua corriente caliente
Enjuague térmico	01:00	Agua corriente caliente a 82 °C o 180 °F)
Secado	01:00	Ajuste alto (20,7 N o 45 lb.)

Desinfección:

Cancelar (limpieza automática)

Esterilización:

Los dispositivos reutilizables de Covidien™ se suministran no estériles y están diseñados para ser reutilizados. Es posible esterilizarlos conforme a los siguientes parámetros de procesado:

Esterilización con vapor: 4 minutos 270 °F (132 °C