ИНСТРУКЦИЯ ИМН

1.1 «Набор инструментов для офтальмохирургии «К-мт»
(далее по тексту набор)

2.1Набор предназначен для применения в офтальмологических специализированных центрах, в офтальмологических отделениях больниц. Набор уложен в картонную коробку. Набор состоит из инструментов.

3. ДЕЗИНФЕКЦИЯ И СТЕРИЛИЗАЦИЯ

3.1. После вскрытия упаковки каждое изделие набора промыть, высушить и подвергнуть дезинфекции, предстерилизационной очистке и стерилизации. Наборы устойчивы к циклу обработки дезинфекцию и стерилизацию по МУ 287-113-98, т. е. выдерживают воздушную дезинфекцию при температуре (120+4)˚С в течение (45+5) мин., предстерилизационную очистку в моющем растворе препарата “Биолот” и воздушную стерилизацию при температуре (180 +10)˚С в течение (60+5) мин.

4. ХРАНЕНИЕ

4.1.Храниться наборы должны при температуре от+5 до +40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при температуре +25°С.
4.2.Воздух в помещении не должен содержать примесей, вызывающих коррозию.

5. СВЕДЕНИЯ О РЕКЛАМАЦИЯХ

5.1. Принятие претензий от потребителя на территории Республики Беларусь осуществляет представитель ООО «ПТО «МЕДТЕХНИКА» г.Казань, РФ в Республике Беларусь – общество с ограниченной ответственностью «ВекторЗрения». Юридический и адрес:220014, г.Минск, пер.С.Ковалевской,д.54/1,офис25. Адрес принятия претензий: 220014, г.Минск, пер.С.Ковалевской,д.54/1,офис 25, т/ф.+375 17 373 07 99.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие наборов требованиям технических условий ТУ9437–001–40686779–99 при соблюдении условий эксплуатации, транспортирования и хранения.
6.2 Гарантийный срок службы набора – 1 год со дня продажи.
6.3 Средний срок службы набора – 2 года со дня изготовления.

Генеральный директор
«ПТО «Медтехника» В.Д.Щербаков

ПРОИЗВОДСТВЕННО ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "МЕДТЕХНИКА" ИНН 1658021410

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru