Инструкция по применению протеза на нижнюю конечность ПН0, ПН3, ПН6, ПН8, ПН9

НАДЕВАНИЕ ПРОТЕЗА:

- на культю надеть предохранительный чехол, который должен плотно облегать культю и не образовывать складок. При повышенной потливости рекомендуется применять шерстяной чехол;
- в положении сидя или стоя, погрузить культю в мягкий вкладыш, а затем в приемную гильзу голени, для бедра - протянуть мягкие ткани при помощи чехла (протяжки) через отверстие;
- найти наиболее удобное положение культи в приемной гильзе, после чего дать нагрузку на культю;
- отрегулировать крепление.

ХОДЬБА НА ПРОТЕЗЕ:

- при ходьбе на протезе необходимо пользоваться обувью с определенной высотой каблука, учтенной при изготовлении протеза, не допускается произвольная замена обуви с различной высотой каблука;
- обувь надевать на протез при помощи рожка, после того, как на искусственную стопу надет носок;
- обувь должна точно соответствовать размеру стопы протеза, не смещаться при ходьбе;
- приемная гильза голени должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений, обеспечивать преимущественную нагрузку на связку надколенника, внутренний мыщелок и боковые поверхности вдоль гребня большеберцовой кости и частично на торец культи;
- повышенное давление может ощущаться лишь над наколенником, которое перестает беспокоить по мере освоения ходьбы на протезе;
- приемная гильза бедра должна плотно облегать культю, не вызывая болевых ощущений , обеспечивать преимущественную нагрузку на сидалищный бугор.

УХОД ЗА ПРОТЕЗОМ:

- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести, превышающие разрешенную нагрузку на детали протеза и стопы. Исключение составляют рабочие протезы, специально предназначенные для выполнения рабочих операций;
- протез необходимо содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильз необходимо протирать ежедневно чистой влажной салфеткой;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, стопы, металлических деталей;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла) обеспечивать ежедневных уход за чехлом согласно прилагаемой производителем инструкции по использованию (инструкция по использованию входит в комплект лайнера).

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Пациентам не рекамендовано самостоятельно изменять схему построения протеза, производить регулировку и ремонт.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 230003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А
Телефон для справок: (0152) 62-42-91, (0152) 62-43-00
E-mail: grodno@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению протеза на верхнюю конечность ПР0, ПР2, ПР4, ПР8

Для обеспечения правильного ухода за протезом необходимо:

- протез содержать в чистоте, чтобы избежать заболеваний кожи культи;
- приемную полость гильзы протирать мягкой тканью, смоченной мыльным раствором;
- прежде чем надевать протез, проверять, нет ли повреждений приемной гильзы, кисти, металлических деталей и насадок;
- протез хранить в сухом, чистом месте;
- сушить вдали от источников тепла или вытирать тканью насухо;
- не допускать контакта с открытым огнем или с источниками тепла, не подвергать воздействию прямых солнечных лучей;
- избегать сильных ударов протезом и по протезу, не поднимать и не переносить значительные тяжести. Исключение составляют рабочие протезы, специально предназначенные для выполнения рабочих операций.
- при надевании и снятии верхней одежды, кисть покрыть легкой хлопчатобумажной салфеткой для лучшего скольжения;
- чтобы сохранить кисть (оболочку) косметическую необходимо содержать ее в чистоте, для этого ежедневно после пользования необходимо мыть водой с детским мылом или каким-либо другим моющим средством;
- следует избегать механических повреждений кисти косметической, попадания на поверхность печатной краски, пишущей пасты, так как пятна от них полностью не смываются. Загрязнения могут образовываться не только от прямого попадания краски и пишущей пасты, но и от загрязненной здоровой руки и трения об одежду;
- свежие пятна грязи с поверхности кисти косметической необходимо смывать губкой или чистой тряпочкой намыленной мылом с получением обильной пены или каким-либо другим моющим средством с нейтральным РН;
- мыло смывать теплой водой при температуре 30 - 40 ˚С. Влажную кисть вытирать чистой салфеткой. Сильно загрязненные места можно протереть спиртом.

Для предохранения кисти (оболочки) косметической от загрязнения необходимо соблюдать следующие правила:

- не прикасаться к кисти потной рукой;
- не носить кисть в кожаной перчатке, даже с текстильной подкладкой;
- избегать при ходьбе систематического трения об одежду;
- во время работы по хозяйству и на садовом участке, для защиты кисти косметической следует надеть трикотажную перчатку;
- элементы крепления периодически очищать от ниток, ворсинок.

При использовании лайнера (силиконового чехла), обеспечивать ежедневный уход за чехлом согласно прилагаемой производителем инструкции по использованию (инструкция по использованию входит в комплект лайнера).

При использовании протеза необходимо соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.

Пациентам не рекомендовано самостоятельно изменить схему построения протеза, производить регулировку и ремонт.

Ремонт протеза необходимо производить в РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр».

Предприятие-изготовитель гарантирует исправную работу протеза в течение шести месяцев со дня его выдачи при условии правильной эксплуатации, транспортирования и хранения.

Допустимая максимальная нагрузка на протез исходя из назначения _____кг.

Гродненский филиал РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Республика Беларусь, 230003, г.Гродно, ул.Белуша, 47А
Телефон для справок: (0152) 62-42-91, (0152) 62-43-00
E-mail: grodno@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru