Экспресс-измеритель концентрации глюкозы в крови портативный ПКГ-02.4 «Сателлит плюс»
в комплекте с полоской электрохимической однократного применения ПКГЭ-02.4
по ТУ 9443-002-78939528-2006

РУ № ФСР 2011/12519 от 27 апреля 2022 г.

Производитель:
ООО «Компания «ЭЛТА»
диабетподконтролем.рф, mail@eltaltd.ru
Юридический адрес: Россия, 124460, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Силино,
г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 4
Место производства: Россия, 124460, Москва, г. Зеленоград, ул. Конструктора Гуськова, д. 3, стр. 4
Почтовый адрес: Россия, 124365, Москва, г. Зеленоград, а/я 5

Сделано в РФ

Сателлит® - зарегистрированный товарный знак.

Служба заботы и сервиса 24/7:

Россия 8 800 250-17-50 (бесплатно)
Казахстан 8 800 080-80-08 (бесплатно)
Кыргызстан 0 800 111-81-81 (бесплатно)
Узбекистан +998 71 200-30-20 (тарифицируется)

ЭЛТА

Дата редакции макета: 06/2022

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saveacert.ru | info@saveacert.ru

Сателлит® ПЛЮС

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ



совместим с тест-полосками Сателлит® ПЛЮС

Система для измерения уровня глюкозы в крови Глюкометр Сателлит® Плюс

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Система для измерения уровня глюкозы в крови
Глюкометр Сателлит® Плюс

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnmed.ru | info@saturnmed.ru

Благодарим вас за выбор Системы для измерения уровня глюкозы в крови Глюкометр Сателлит® Плюс. Мы ценим предоставленную возможность помочь вам контролировать сахарный диабет и надеемся, что вы останетесь довольны нашей продукцией под брендом Сателлит®

1 НАЗНАЧЕНИЕ

Настоящая инструкция распространяется на Систему для измерения уровня глюкозы в крови Глюкометр Сателлит® Плюс (далее — Система). Определение концентрации глюкозы в крови осуществляется после нанесения пробы крови на тест-полоску, подключенную к глюкометру.
Глюкометр обнаруживает пробу крови, определяет концентрацию глюкозы и выводит показание на экран. Глюкометр Сателлит Плюс в комплекте с тест-полосками Сателлит Плюс для определения уровня глюкозы в крови предназначен для определения концентрации глюкозы в цельной капиллярной крови, взятой из подушечки пальца.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnmed.ru | info@saturnmed.ru

Глюкометр предназначен для применения в индивидуальном пользовании с целью самостоятельного контроля уровня глюкозы в крови пациентами, имеющими диагноз «сахарный диабет» или находящимися в группе риска, а также в клинической практике при недоступности лабораторных методов измерения, при скрининговых исследованиях, в полевых условиях и чрезвычайных ситуациях.

ВНИМАНИЕ!

Самостоятельный контроль не является основанием для изменения дозировки лекарственных препаратов без консультации с врачом.
Глюкометр Сателлит Плюс используется только с тест-полосками Сателлит Плюс.
Применение тест-полосок Сателлит Плюс после окончания срока годности недопустимо и может привести к неверным показаниям.

Если результаты проведённого измерения уровня глюкозы в крови не соответствуют вашему самочувствию, и вы действовали согласно инструкции по применению, свяжитесь с лечащим врачом. При возникновении вопросов, связанных с работой Глюкометра Сателлит Плюс, **обратитесь на Горячую линию Службы заботы и сервиса** 8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный, 24/7).

Регистрация МЦ в Росздравнадзоре
www.saveweb.ru | info@saveweb.ru

2 ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон показаний глюкометра от 0,6 до 35,О ммоль/л. Глюкометр запоминает последние 60 показаний. Питание глюкометра от внутреннего источника CR2032 напряжением 3 В. Управление работой глюкометра осуществляется с помощью одной кнопки.

Точность глюкометра соответствует национальному стандарту ГОСТ Р ИСО 15197. По ГОСТу пределы допускаемого значения погрешности глюкометра:

- при концентрации глюкозы в крови менее 5,55 ммоль/л не должно превышать ±0,83 ммоль/л;
- при концентрации глюкозы в крови более 5,55 ммоль/л не должно превышать ± 15 %.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnvent.ru | info@saturnvent.ru

3 ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

Не рекомендуется использовать Глюкометр Сателлит Плюс в следующих случаях:

- определение глюкозы в сыворотке крови, а также в венозной крови;
- хранение пробы крови перед проведением анализа;
- проведение анализа при разведении или сгущении крови (при гематокритном числе менее 20 или более 55 %);
- проведение анализа у пациентов с тяжёлыми инфекциями, со злокачественными опухолями, массивными отеками (при гематокритном числе менее 20 или более 55 %);
- проведение анализа после приема аскорбиновой кислоты более 1 грамма внутрь или внутривенно (приводит к завышению показаний).

Регистрация МЗ в Росздравнадзоре
www.saturnet.ru | info@saturnet.ru

4 ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ С ГЛЮКОМЕТРОМ

Достать глюкометр и упаковку тест-полосок.
Проверить срок годности тест-полосок, указанный на их упаковке.

ВНИМАНИЕ!
Не использовать тест-полоски после окончания срока годности.

Вымыть руки с мылом и просушить. В случае использования спиртосодержащего тампона просушить подушечку пальца. Надорвать края индивидуальной упаковки тест-полоски и удалить часть упаковки, закрывающую контакты. Вставить тест-полоску в разъём глюкометра контактами вверх до упора и снять оставшуюся часть упаковки.
Положить глюкометр на ровную поверхность. Нажать и отпустить кнопку глюкометра, на экране появится трёхзначный код, хранящийся в памяти прибора. В новом глюкометре появится сообщение о необходимости введении кода - - - .

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnmed.ru | info@saturnmed.ru

Если код в памяти глюкометра не совпадает с номером серии, указанным на упаковке тест-полосок, необходимо ввести в глюкометр номер серии, указанный на упаковке тест-полосок. Порядок введения кода приведён на стр. 17 настоящей инструкции по применению.

ВНИМАНИЕ!
Недопустимо проведение анализа при несовпадении кодов.

Нажать и отпустить кнопку. На экране появятся цифры **88.8**. Глюкометр готов к проведению анализа и цифровые элементы экрана не повреждены.

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ С ГЛЮКОМЕТРОМ

Проколоть стерильным индивидуальным ланцетом подушечку пальца. Надавить на палец, получить каплю крови и нанести на рабочую зону тест-полоски так, как показано на стр. 23 инструкции.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.newsvent.ru | info@newsvent.ru

Глюкометр обнаружит каплю крови, отсчитает 20 секунд и выведет показание на экран.
Нажать и отпустить кнопку. Глюкометр выключен, показание сохранено в памяти прибора. Извлечь использованную тест-полоску.

6 УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Хранить глюкометр и тест-полоски к нему в сухом, проветриваемом, отапливаемом помещении при температуре от -20 до +30 °С, в местах защищённых от попадания прямых солнечных лучей.
Применять глюкометр с тест-полосками в сухом, проветриваемом, отапливаемом помещении при температуре от +18 до +35 °С и влажности, не превышающей 80 %.
Если глюкометр и тест-полоски находились вне указанного диапазона температур эксплуатации, перед применением выдержать их 2 часа.
После длительного хранения (более 3 месяцев), а также после замены элемента питания необходимо проверить глюкометр в соответствии с указаниями инструкции по применению.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.satvuvent.ru | info@satvuvent.ru

7 ПРАВИЛА УХОДА ЗА ГЛЮКОМЕТРОМ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

Для индивидуального пользования
Ваш Глюкометр Сателлит Плюс не требует специального обслуживания. Следите за тем, чтобы пыль, кровь, грязь или вода не попадали в разъём глюкометра. После применения храните глюкометр в футляре. Поверхность глюкометра можно протирать влажной тканью, пропитанной нейтральным моющим средством.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Любые предметы из комплекта поставки после контакта с кровью могут являться источником инфицирования. Следуйте мерам предосторожности при обращении с ними и при их утилизации, следите за чистотой ручки и глюкометра.
Ланцеты предназначены для однократного применения.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturncent.ru | info@saturncent.ru

Для медицинских работников

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!

При использовании одного и того же глюкометра для измерения уровня глюкозы крови у нескольких пациентов существует потенциальный риск инфицирования пациентов и медицинского персонала.

Соблюдайте правила гигиены и безопасности, действующие в вашем медицинском учреждении. Дезинфицируйте поверхность глюкометра согласно правилам, действующим в вашем медицинском учреждении, или по МУ 287-113 путём пятикратной обработки, каждая из которых состоит из двух протираний поверхности глюкометра салфеткой из бязи, смоченной 3 % раствором перекиси водорода с добавлением 0,5 % раствора моющего средства по ГОСТ 25644. Время выдержки после каждой обработки — 15 минут.
Аккуратно протрите слегка увлажнённой тканевой салфеткой или ватной палочкой наружные поверхности глюкометра. Следите за тем, чтобы внутрь глюкометра не попала жидкость. Не опрыскивайте глюкометр и не погружайте его в дезинфицирующие растворы.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnet.ru | info@saturnet.ru

8 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Комплект поставки Системы включает:

- ✓ глюкометр Сателлит Плюс с элементом питания;
- ✓ тест-полоски Сателлит Плюс (упаковка 25 шт.) в комплекте с кодовой полоской;
- ✓ ручку для прокалывания Сателлит с эксплуатационной документацией;
- ✓ ланцеты однократного применения (упаковка 25 шт.);
- ✓ футляр;
- ✓ контрольную полоску;
- ✓ инструкцию по применению;
- ✓ паспорт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturn.nt.ru | info@saturn.nt.ru

ВНИМАНИЕ!
Комплект с тест-полосками Сателлит Плюс включает этикетку с кодовой полоской, предназначенной для ввода в глюкометр номера серии тест-полосок. При отдельной поставке упаковка тест-полосок Сателлит Плюс может включать 50 или 25 тест-полосок.
При поставке Системы для измерения уровня глюкозы в крови Глюкометр Сателлит® Плюс НЕ ДЛЯ ПРОДАЖИ производитель оставляет за собой право не поставлять отдельные наименования, указанные в комплекте поставки.

За дополнительной информацией по приобретению продукции **обратитесь на Горячую линию Службы заботы и сервиса** 8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный, 24/7).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saveweb.ru | info@saveweb.ru

9 ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ

1. Глюкометр Сателлит Плюс
2. Тест-полоска Сателлит Плюс
3. Кодовая полоска
4. Контрольная полоска
5. Ручка для прокалывания
6. Ланцет



Регистрация МЗ в Росздравнадзоре
www.saturnvent.ru | info@saturnvent.ru

10 ОПРОБОВАНИЕ ГЛЮКОМЕТРА

Опробование глюкометра необходимо, если вы работаете с ним впервые, после длительного перерыва в эксплуатации, а также после замены элемента питания.

1. Нажмите и удерживайте кнопку, на экране появится сообщение:



Это сообщение означает, что все цифровые элементы экрана не повреждены.

2. Отпустите кнопку. В новом глюкометре появится сообщение о необходимости введения кода - - -. Для введения кода следуйте указаниям раздела «Введение кода». После длительного перерыва в эксплуатации на экране появится трехзначный код, который был использован последним.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnet.ru | info@saturnet.ru

3. Нажмите и отпустите кнопку. На экране появится сообщение **88.8**. Это сообщение означает, что глюкометр готов к нанесению пробы крови на тест-полоску.
4. Нажмите и отпустите кнопку. На экране появится последнее показание, например, **4.8**. Если в памяти глюкометра нет показаний, на экране появится сообщение **0.0**.
5. Нажмите и отпустите кнопку. Экран погаснет.

11 ПРОВЕРКА ГЛЮКОМЕТРА С ПОМОЩЬЮ КОНТРОЛЬНОЙ ПОЛОСКИ

Проверка глюкометра с помощью контрольной полоски позволяет убедиться, что глюкометр работает правильно.

Проверить глюкометр контрольной полоской необходимо в следующих случаях:
- перед первым измерением;
- когда есть сомнения в правильности работы глюкометра;
- после замены батарейки.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saveuvent.ru | info@saveuvent.ru

ВНИМАНИЕ!
Не вставляйте контрольную полоску в разъём включённого глюкометра — это приведёт к неверным показаниям.



1. Вставьте контрольную полоску в разъём **выключенного** глюкометра контактами вверх.
2. Нажмите и удерживайте кнопку, на экране появится сообщение On — прибор исправен.

3. Отпустите кнопку и удалите контрольную полоску из разъёма глюкометра.
4. Три раза нажмите и отпустите кнопку. Экран погаснет.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnet.ru | info@saturnet.ru



Если при проверке глюкометра с помощью контрольной полоски на экране появилось сообщение OFF, то прибор использовать нельзя. **Обратитесь на Горячую линию Службы заботы и сервиса** 8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный, 24/7).

12 ВВЕДЕНИЕ КОДА ТЕСТ–ПОЛОСОК

Код на экране глюкометра должен совпадать с номером серии на упаковке тест-полосок.



1. Нажмите и отпустите кнопку.
   На экране появится трёхзначный код, который был использован последним, например, **001**.
   В новом глюкометре появится сообщение о необходимости введения кода - - -.

Регистрация МЗ в Росздравнадзоре
www.saturnmed.ru | info@saturnmed.ru



2. Вставьте кодовую полоску из комплекта поставки в разъём глюкометра. На экране появится трёхзначный код тест-полосок, например, **002**. **Убедитесь, что код на экране глюкометра совпадает с номером серии на упаковке тест-полосок.**

3. Удалите кодовую полоску из разъёма глюкометра.

4. Три раза нажмите и отпустите кнопку. Экран погаснет. Введённый код сохранен в памяти глюкометра.

Не используйте глюкометр, если после введения кодовой полоски цифры на экране не совпадают с номером серии на упаковке тест-полосок. **Обратитесь на Горячую линию Службы заботы и сервиса** 8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный, 24/7).

Регистрация МЗ в Росздравнадзоре www.saturnet.ru | info@saturnet.ru

13 РАБОТА С ГЛЮКОМЕТРОМ И ТЕСТ–ПОЛОСКАМИ




1. Отделите одну индивидуально упакованную тест-полоску, надорвите края упаковки и удалите часть упаковки, закрывающую контакты тест-полоски.



2. Вставьте тест-полоску контактами вверх до упора в разъём **выключенного** глюкометра и снимите оставшуюся часть упаковки.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnet.ru | info@saturnet.ru

3. Положите глюкометр на ровную поверхность.
4. Нажмите и отпустите кнопку. На экране глюкометра появится трёхзначный код. Убедитесь, что код на экране глюкометра совпадает с номером серии на упаковке тест-полосок.
5. Нажмите и отпустите кнопку. На экране появится сообщение **88.8**. Глюкометр готов к нанесению пробы крови на тест-полоску.



6. Извлеките ручку из вашего комплекта Системы Сателлит Плюс. Удерживая ручку за углубление для пальцев, отвинтите наконечник.


Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saveweb.ru | info@saveweb.ru




7. Вставьте ланцет в установочное отверстие ручки. Удалите защитный колпачок с ланцета, удерживая его пальцами.
Сохраните колпачок для утилизации ланцета.

8. Закрутите наконечник.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.sensovent.ru | info@sensovent.ru




9. Установите глубину прокола с помощью поворотной части наконечника, совмещая размер капли со стрелкой на ручке.




10. Приставьте ручку к подушечке пальца и нажмите на кнопку. Проведите другой рукой по пальцу в направлении места прокола. Если капля крови образуется плохо, до прокола допустимо согреть и слегка помассировать подушечку пальца.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnmed.ru | info@saturnmed.ru



11. Получите каплю крови и нанесите её на рабочую зону тест-полоски.



ВНИМАНИЕ!

Объём капли крови должен быть в виде полусферы, как показано на изображении, и покрывать всю рабочую зону тест-полоски. В случае недостаточного объёма капли крови показания будут некорректными, необходимо произвести измерение с новой тест-полоской.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.zenivent.ru | info@zenivent.ru



12. Глюкометр обнаружит каплю крови и начнёт отсчёт времени от 20 до 0, после чего на экране появится показание, например, **4.8**

13. Нажмите и отпустите кнопку. Экран погаснет. Глюкометр выключится, но код и показания сохранятся в памяти прибора. Извлеките использованную тест-полоску из разъёма глюкометра.

Глюкометр автоматически выключается через 4 минуты с момента последнего нажатия на кнопку.

Регистрация МЗ в Росздравнадзоре
www.saturnvent.ru | info@saturnvent.ru

14 ПРОСМОТР ПОКАЗАНИЙ

1. Три раза нажмите и отпустите кнопку. На экране глюкометра появится последнее показание, например, **4.8.**
2. Нажмите и удерживайте кнопку, пока на экране не появится сообщение, например, **П1 10.8**. Отпустите кнопку. Это сообщение означает, что под номером 1 в памяти глюкометра хранится показание **10.8 ммоль/л**.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.newsoft.ru | info@newsoft.ru

3. Нажмите и удерживайте кнопку, пока на экране не появится сообщение, например, **П2 12.2**. Отпустите кнопку. Это сообщение означает, что под номером 2 в памяти глюкометра хранится показание **12.2 ммоль/л**.



4. Аналогично можно просмотреть все 60 последних показаний. Если вас не интересуют более ранние результаты, коротко нажмите и отпустите кнопку. Экран погаснет.

Регистрация МЗ в Росздравнадзоре
www.saturnet.ru | info@saturnet.ru

15 ЗАМЕНА ЭЛЕМЕНТА ПИТАНИЯ

Если в процессе работы с глюкометром в верхнем левом углу экрана появится сообщение **LO BAT**, то элемент питания разряжен и его необходимо заменить.

1. Убедитесь, что глюкометр выключен и переверните его.
2. Откройте крышку отсека питания и замените элемент питания.
3. Закройте отсек питания и проведите опробование глюкометра.









Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.newsoft.ru | info@newsoft.ru

16 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СООБЩЕНИЯ ЭКРАНА

В процессе работы с Глюкометром Сателлит Плюс возможно появление следующих сообщений на экране:

Hi	Показание глюкометра более 35 ммоль/л
Lo	Показание глюкометра менее 0,6 ммоль/л
LO BAT	Элемент питания разряжен
Err	Наличие дефекта в тест-полоске или ошибка пользователя

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnmed.ru | info@saturnmed.ru

Возможные ошибки пользователя при применении глюкометра и способы устранения

СООБЩЕНИЕ ЭКРАНА	ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ	УСТРАНЕНИЕ
	Повторное использование тест-полоски	Убедитесь, что вы всегда используете новую тест-полоску
	Преждевременное нанесение капли крови на рабочую зону тест-полоски	Убедитесь, что вы наносите каплю крови на тест-полоску, подключенную к глюкометру, готовому к измерению (при сообщении на экране **88.8**)
	Изъятие тест-полоски из разъёма глюкометра до появления показания	Извлеките тест-полоску после вывода на экран показаний измерения, отключив глюкометр

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.ranevent.ru | info@ranevent.ru

При появлении сообщения Err необходимо правильно повторить проведение анализа с новой тест-полоской. **В случае повторения сообщения Err обратитесь за помощью на Горячую линию Службы заботы и сервиса** 8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный, 24/7).

17 УТИЛИЗАЦИЯ

1. Утилизация отходов в процессе производства осуществляется на договорной основе с фирмой, имеющей соответствующую лицензию.
2. Предметы из комплекта поставки после контакта с кровью являются источником инфицирования и фактором загрязнения окружающей среды, поэтому должны утилизироваться после дезинфекции в соответствии с требованиями законодательства. Батарейки требуется утилизировать в соответствии с требованиями местных органов самоуправления. За более подробной информацией о регулирующих требованиях по утилизации и вторичной переработке в вашем регионе обращайтесь в компетентные органы местного самоуправления.

Регистрация МЗ в Росздравнадзоре
www.zenivent.ru | info@zenivent.ru

3. В медицинских учреждениях утилизация предметов из комплекта поставки осуществляется согласно правилам, действующим в учреждении в соответствии с СанПиН 2.1.3684-21:

- неиспользованные предметы из комплекта поставки после окончания срока годности подлежат утилизации как отходы класса А;
- использованные предметы из комплекта поставки подлежат утилизации как отходы класса Б.

Обратитесь к медицинскому работнику или в компетентные органы местного самоуправления за инструкциями по утилизации медицинских отходов.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.zenivent.ru | info@zenivent.ru

18 ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ТОЧНОСТИ

1. Показания Глюкометра Сателлит Плюс считаются точными, если они отличаются от результата, полученного на эталонном лабораторном анализаторе из цельной капиллярной крови (из пальца) в пределах ±15 % для результатов более 5,5 ммоль/л или ±0,83 ммоль/л для результатов менее 5,5 ммоль/л. Например, для концентрации глюкозы в крови 6,0 ммоль/л допустимые пределы показаний Глюкометра Сателлит Плюс от 5,1 до 6,9 ммоль/л.



Несоблюдение инструкции может привести к некорректным показаниям

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.satvivacht.ru | info@satvivacht.ru

2. При сравнении результатов Глюкометра Сателлит Плюс и лаборатории рекомендуется учитывать разницу ≈12 % между плазмой и цельной капиллярной кровью, поскольку Глюкометр Сателлит Плюс откалиброван (настроен) на цельную капиллярную кровь, а лабораторное оборудование, как правило, настроено на плазму. В таблице представлено соответствие между концентрациями глюкозы в цельной капиллярной крови и в плазме.

ЦЕЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ	ПЛАЗМА	ЦЕЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ	ПЛАЗМА	ЦЕЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ	ПЛАЗМА	ЦЕЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ	ПЛАЗМА	ЦЕЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ	ПЛАЗМА	ЦЕЛЬНАЯ КАПИЛЛЯРНАЯ КРОВЬ	ПЛАЗМА
1,0	1,12	6,0	6,72	11,0	12,32	16,0	17,92	21,0	23,52	26,0	29,12
1,5	1,68	6,5	7,28	11,5	12,88	16,5	18,48	21,5	24,08	26,5	29,68
2,0	2,24	7,0	7,84	12,0	13,44	17,0	19,04	22,0	24,64	27,0	30,24
2,5	2,8	7,5	8,4	12,5	14,0	17,5	19,6	22,5	25,2	27,5	30,8
3,0	3,36	8,0	8,96	13,0	14,56	18,0	20,16	23,0	25,76	28,0	31,36
3,5	3,92	8,5	9,52	13,5	15,12	18,5	20,72	23,5	26,32	28,5	31,92
4,0	4,48	9,0	10,08	14,0	15,68	19,0	21,28	24,0	26,88	29,0	32,48
4,5	5,04	9,5	10,64	14,5	16,24	19,5	21,84	24,5	27,44	29,5	33,04
5,0	5,6	10,0	11,2	15,0	16,8	20,0	22,4	25,0	28,0	30,0	33,6
5,5	6,16	10,5	11,76	15,5	17,36	20,5	22,96	25,5	28,56	30,5	34,16

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saveweb.ru | info@saveweb.ru

3. Показания глюкозы в цельной капиллярной крови отличаются от показаний гликированного гемоглобина (HbA1c), поскольку гликированный гемоглобин — это интегральный биохимический показатель крови, отражающий среднее содержание глюкозы за 3-4 месяца, а не её текущее значение.

Примечание

Не рекомендуется сравнивать показания Глюкометра Сателлит Плюс с другими глюкометрами из-за возможной разницы в калибровке (настройке) и допустимой погрешности глюкометров.

Если результаты проведённого измерения уровня глюкозы в крови не соответствуют вашему самочувствию, и вы действовали согласно инструкции по применению, свяжитесь с лечащим врачом. При возникновении вопросов, связанных с работой Глюкометра Сателлит Плюс, **обратитесь на Горячую линию Службы заботы и сервиса** 8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный, 24/7).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.saturnvent.ru | info@saturnvent.ru

19 СВЕДЕНИЯ О ПРИЕМКЕ И ПОВЕРКЕ

Все сведения о приёмке и поверке Глюкометра Сателлит Плюс приведены в паспорте на Систему. Все сведения о приёмке тест-полосок Сателлит Плюс приведены на этикетке тест-полосок.

20 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

- ✓ Гарантийный срок эксплуатации глюкометра — 5 лет.
- ✓ На Глюкометр Сателлит Плюс действует **бессрочное гарантийное обслуживание**. Это значит, что даже после истечения гарантийного срока эксплуатации неисправности, произошедшие по вине производителя или самого пользователя, устраняются производителем бесплатно, путём замены глюкометра.
- ✓ Гарантийные обязательства на тест-полоски распространяются на срок годности, указанный на их упаковке.

Регистрация МИ в Росаккредцентре
www.saturnvent.ru | info@saturnvent.ru

✓ На элементы питания Глюкометра Сателлит Плюс гарантийный срок эксплуатации не распространяется.

В случае любой неисправности вашего Глюкометра Сателлит Плюс **обратитесь на Горячую линию Службы заботы и сервиса** 8 800 250-17-50 (звонок по России бесплатный, 24/7).

Регистрация МЗ в Росздравнадзоре
www.satvuvent.ru | info@satvuvent.ru

СОДЕРЖАНИЕ

1	Назначение	2
2	Основные технические характеристики	4
3	Ограничения к применению	5
4	Подготовка к работе с глюкометром	6
5	Порядок работы с глюкометром	7
6	Условия хранения и использования	8
7	Правила ухода за глюкометром и предупреждения	9
8	Комплект поставки	11
9	Знакомство с системой	13
10	Опробование глюкометра	14
11	Проверка глюкометра с помощью контрольной полоски	15
12	Введение кода тест-полосок	17
13	Работа с глюкометром и тест-полосками	19
14	Просмотр показаний	25
15	Замена элемента питания	27
16	Дополнительные сообщения экрана	28
17	Утилизация	30
18	Подробная информация о точности	32
19	Сведения о приёмке и поверке	35
20	Гарантийные обязательства	35

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.newsvent.ru | info@newsvent.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Регистрация МЦ в Росздравнадзоре
www.zenicent.ru | info@zenicent.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Регистрация NII в Роскаршнадзоре
www.neiwcert.ru | info@neiwcert.ru

ДЛЯ ЗАМЕТОК

Регистрация МИ в Роспатенте
www.zenitcert.ru | info@zenitcert.ru