ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ ИЗДЕЛИЙ САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ ДЛЯ МЕДИЦИНСКОГО ПЕРСОНАЛА

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Спринцовки поливинилхлоридные выпускаются по ТУ BY 693153002.001-2023 «Спринцовки поливинилхлоридные».

Тип А.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спринцовки предназначены для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Спринцевание производить по назначению специалиста.

Перед применением наконечник смазать вазелином или линолином.

Спринцовка не должна контактировать с лекарственным средством более 30 мин.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед применением следует произвести дезинфекцию спринцовки путем кипячения в дистиллированной воде в течение 10±2 мин.

Дезинфекцию в медицинских учреждениях осуществляют путем погружения сприцовки в 3%-ый раствор перекиси водорода или 3 %-ый раствор хлорамина. По окончании дезинфекции спринцовку промываю проточной питевой водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Спринцовки следует хранить в помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Спринцовки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения спринцовок – 5 лет с даты изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-МЕДИКА»

222227, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, Драчковский с/с, аг. Драчково, ул.Центральная, 10Б, каб.1, здание торгового центра Драчково №61.

Электронный адрес: med@brk.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Спринцовки поливинилхлоридные выпускаются по ТУ BY 693153002.001-2020 «Спринцовки поливинилхлоридные».

Тип Б.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Спринцовки предназначены для медицинских целей в лечебных учреждениях и для индивидуального использования: для ирригации и отсасывания жидкости из полостей организма.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Перед использованием спринцовку собрать, вставив наконечник в отверстие баллона.

Спринцевание производить по назначению специалиста.

Перед применением наконечник смазать вазелином или линолином.

Спринцовка не должна контактировать с лекарственным средством более 30 мин.

ДЕЗИНФЕКЦИЯ

Перед применением следует произвести дезинфекцию спринцовки путем кипячения в дистиллированной воде в течение 10±2 мин.

Дезинфекцию в медицинских учреждениях осуществляют путем погружения сприцовки в 3%-ый раствор перекиси водорода или 3 %-ый раствор хлорамина. По окончании дезинфекции спринцовку промываю проточной питевой водой.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Спринцовки следует хранить в помещении при температуре от плюс 5 °С до плюс 40°С и относительной влажности воздуха не более 80% при 25°С. Спринцовки не должны подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, бензина и других растворителей.

СРОК ХРАНЕНИЯ

Гарантийный срок хранения спринцовок – 5 лет с даты изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «ПОЛИМЕР-МЕДИКА»

222227, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский р-н, Драчковский с/с, аг. Драчково, ул.Центральная, 10Б, каб.1, здание торгового центра Драчково №61.

Электронный адрес: med@brk.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru