Инструкция по применению

раствора промывающего для гематологических анализаторов

007.XXX.XX-00X	Раствор промывающий для гематологических анализаторов (X л/уп)

1.Назначение: раствор промывающий является готовым к использованию раствором при диагностическом тестировании цельной крови in vitro с использованием гематологического анализатора, выполняет функцию удаления остатков крови и других загрязнений из капилляров, апертур, внутренней поверхности гидравлической системы гематологических анализаторов до начала, во время и по окончании работы, сохраняя значение фона. Раствор промывающий непосредственно не участвует в процессе измерения, однако его качество влияет на долговременную стабильность работы анализатора.

2.Область применения: клиническая лабораторная диагностика, клиническая гематология.

3. Технические характеристики:

- содержит поверхностно-активные компоненты;
- объем, необходимый для одной промывки до начала, во время и по окончании работы, зависит от модели анализатора.

4. Порядок работы: раствор промывающий предназначен исключительно для использования в лаборатории специально обученным персоналом. Порядок работы определяется согласно инструкции по эксплуатации гематологического анализатора.

5. Условия применения: температура в помещении 18-32º С.

6. Меры предосторожности: при работе использовать индивидуальные средства защиты: халат, маску, перчатки; при попадании на кожу и в глаза смывать проточной водой. При проглатывании большого количества раствора вызвать рвоту. Утилизацию проводить согласно действующих документов.

7. Охрана окружающей среды: раствор промывающий при хранении в упаковочной таре не выделяет токсичных и канцерогенных веществ, не является источником опасных излучений и выделений в окружающую среду и не представляет рисков, связанных с возможностью взрыва и возгорания. Специальных требований при применении раствора промывающего по допустимым химическим и биологическим воздействиям на окружающую среду не предъявляется.

8. Срок годности: см. Паспорт контроля качества; после вскрытия годен до окончания срока годности.

9. Условия хранения: 15-25ºС, в темном месте.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru