Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Транспортирование и хранение

Тумбочка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 98 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

относительная влажность 80 % при 25 °С

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тумбочки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тумбочки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тумбочки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73
e-mail: ratonmedteh@tut.by

7 Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская ТМ-6 соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.014-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)


Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Тумбочка медицинская

ТМ-6

Паспорт





Тумбочка медицинская ТМ-6

Копия верна

"РАТОН-МедТех"
Директор
М.А. Ламеко

«РАТОН-МедТех»
Республика Беларусь
Производственное предприятие
г. Гомель

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Тумбочка медицинская ТМ-6 **ТУ BY 810000916.014-2013**
(наименование) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена_____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Тумбочка медицинская ТМ-6 (далее - тумбочка) предназначена для оснащения медицинских учреждений. Тумбочка предназначена для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию тумбочки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тумбочки:
длина – 500 мм, ширина – 500 мм, высота – 870 мм
Тумбочка драгметаллов не содержит

3 Комплектность

Комплект поставки:
тумбочка – 1 шт.,
паспорт – 1 шт,
упаковка – 1 шт.

4 Устройство и подготовка тумбочки к эксплуатации

Подготовка тумбочки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тумбочка представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с тумбой, оборудованной распашной дверцей и внутренней полкой, и столешницы из постформинга с кромкой ПВХ со встроенной врезной мойкой из нержавеющей стали. Тумбочка установлена на четыре регулируемые опоры.

Полимерное покрытие поверхностей тумбочки и поверхность столешницы устойчивы к механическим и химическим воздействиям. Материалы, применяемые при изготовлении тумбочки, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите тумбочку от упаковки.

Установите смеситель и сифон (приобретаются потребителем самостоятельно и не входят в комплект поставки), подключите к системе водоснабжения и водоотведения. Указанные работы должны выполняться специалистом по сантехническому оборудованию.

Произведите санитарную обработку тумбочки средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению. После этого тумбочка готова к эксплуатации.

Регистрация СИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Транспортирование и хранение

Тумбочка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 98 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

относительная влажность 80 % при 25 °С

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тумбочки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тумбочки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тумбочки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73
e-mail: ratonmedteh@tut.by

7 Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская ТМ-5 соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.014-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)


Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Тумбочка медицинская


ТМ-5

Паспорт






а) регулируемые опоры – 4 шт



б) регулируемые опоры – 2 шт,
колесные опоры – 2 шт



в) колесные опоры – 4 шт

Рисунок 1 - Тумбочка медицинская ТМ-5

Копия верна

"РАТОН-МедТех"
Директор М.А. Ламеко

Республика Беларусь
Производственное унитарное
«Ратон-МедТех»
г. Гомель

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Тумбочка медицинская ТМ-5 **ТУ BY 810000916.014-2013**
(наименование) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена_____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Тумбочка медицинская ТМ-5 (далее - тумбочка) предназначена для оснащения отделений, кабинетов и палат медицинских учреждений, может использоваться в качестве тумбочки прикроватной для размещения и хранения предметов различного назначения. Тумбочка предназначена для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию тумбочки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тумбочки (длина х ширина х высота), мм, не более:
500 х 500 х 870 (на колесных опорах),
500 х 500 х 810 (на регулируемых опорах).
Масса тумбочки – не более 25 кг.
Тумбочка драгметаллов не содержит

3 Комплектность

Комплект поставки:
тумбочка – 1 шт.,
паспорт – 1 шт,
упаковка – 1 шт.

Опоры:	Отметка наличия:
Рисунок 1а	
Рисунок 1б	
Рисунок 1в	
Материал столешницы:	
постформинг	
ДСП ламинированная	

4 Устройство и подготовка тумоочки к эксплуатации

Подготовка тумбочки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тумбочка представляет собой сварную металлическую конструкцию из листовой стали, выполненную в виде каркаса с тумбой, оборудованной распашной дверцей и внутренней полкой, выдвижного ящика и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию Заказчиком). Дверца тумбочки может быть установлена как право-, так левосторонней. Тумбочка установлена на четыре опоры: по согласованию Заказчиком может устанавливаться либо на четыре регулируемые или поворотны колесные опоры (две из которых с тормозом), либо на две регулируемые и дв колесные опоры. Материалы, применяемые при изготовлении тумбочки, полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите тумбочку от упаковки.

Произведите санитарную обработку путем протирания поверхносте салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии инструкцией производителя дезинфектанта по его применению.

После этого тумбочка готова к эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Транспортирование и хранение

Тумбочка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 98 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

относительная влажность 80 % при 25 °С

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тумбочки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тумбочки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тумбочки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73
e-mail: ratonmedteh@tut.by

7 Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская ТМ-4 соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.014-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)


Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Тумбочка медицинская


ТМ-4

Паспорт






а) колесные опоры – 4 шт



б) регулируемые опоры – 2 шт,
колесные опоры – 2 шт



в) регулируемые опоры – 4 шт

Рисунок 1 - Тумбочка медицинская ТМ-4

Копия верна

1 Назначение

Тумбочка медицинская ТМ-4 (далее - тумбочка) предназначена для оснащения отделений, кабинетов и палат медицинских учреждений для размещения и хранения предметов различного назначения. Тумбочка предназначена для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию тумбочки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тумбочки (длина х ширина х высота), мм, не более:
500 х 500 х 870 (на колесных опорах),
500 х 500 х 810 (на регулируемых опорах).
Масса тумбочки – не более 25 кг.
Тумбочка драгметаллов не содержит.

3 Комплектность

Комплект поставки:
тумбочка – 1 шт.,
паспорт – 1 шт,
упаковка – 1 шт.

Опоры:	Отметка наличия:
Рисунок 1а	
Рисунок 1б	
Рисунок 1в	
Материал столешницы:	
постформинг	
ДСП ламинированная	

4 Устройство и подготовка тумбочки к эксплуатации

Подготовка тумбочки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тумбочка представляет собой сварную металлическую конструкцию из листовой стали, выполненную в виде каркаса с тумбой, оборудованной распашной дверцей и двумя внутренними полками, регулируемыми по высоте, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Дверца тумбочки может быть установлена как право-, так и левосторонней. Тумбочка установлена на четыре опоры: по согласованию с Заказчиком может устанавливаться либо на четыре регулируемые или поворотные колесные опоры (две из которых с тормозом), либо на две регулируемые и две колесные опоры. на поворотные колесные опоры, две из которых с тормозом, либо на регулируемые опоры. Материалы, применяемые при изготовлении тумбочки, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите тумбочку от упаковки. Произведите санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого тумбочка готова к эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Тумбочка медицинская ТМ-4 **ТУ BY 810000916.014-2013**
(наименование) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена_____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Транспортирование и хранение

Тумбочка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 98 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

относительная влажность 80 % при 25 °С

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тумбочки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тумбочки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тумбочки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73
e-mail: ratonmedteh@tut.by

7 Свидетельство о приёмке

Тумбочка медицинская ТМ-3 соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.014-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)

Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»


Тумбочка медицинская

ТМ-3

Паспорт



Копия верна



Тумбочка медицинская ТМ-3

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Тумбочка медицинская ТМ-3 **ТУ BY 810000916.014-2013**
(наименование) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена_____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Тумбочка медицинская ТМ-3 (далее - тумбочка) предназначена для оснащения отделений, кабинетов и палат медицинских учреждений, может использоваться в качестве тумбочки прикроватной для размещения и хранения предметов различного назначения. Тумбочка предназначена для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию тумбочки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тумбочки:
длина – 900 мм, ширина –600 мм, высота – 870 мм.
Масса тумбочки – не более 45 кг.
Тумбочка драгметаллов не содержит

3 Комплектность

Комплект поставки:
тумбочка – 1 шт.,
паспорт – 1 шт,
упаковка – 1 шт.

"РАТОН-МедТех"
Копия ве
«Ратон-МедТех»

4 Устройство и подготовка тумбочки к эксплуатации

Подготовка тумбочки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тумбочка представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с тумбой из двух отделений с распашными дверцами. Каждое отделение оборудовано тремя полками, две из которых регулируются по высоте. Столешница выполнена из постформинга с кромкой ПВХ. Тумбочка установлена на колесные опоры (две из которых с тормозом).

Полимерное покрытие поверхностей тумбочки и поверхность столешницы устойчивы к механическим и химическим воздействиям. Материалы, применяемые при изготовлении тумбочки, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите тумбочку от упаковки.

Произведите санитарную обработку поверхностей тумбочки дезинфектантом в соответствии с инструкцией производителя по его применению.

После этого тумбочка готова к эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Транспортирование и хранение

Тумбочка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 98 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

относительная влажность 80 % при 25 °С

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тумбочки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тумбочки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тумбочки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73
e-mail: ratonmedteh@tut.by

7 Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская ТМ-2 соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.014-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)


Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Тумбочка медицинская


ТМ-2

Паспорт





а) колесные опоры – 4 шт



б) регулируемые опоры – 2 шт,
колесные опоры – 2 шт



в) регулируемые опоры – 4 шт

Рисунок 1 - Тумбочка медицинская ТМ-2

Копия верна

"РАТОН-МедТех"
М.А. Ламеко

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Тумбочка медицинская ТМ-2 **ТУ BY 810000916.014-2013**
(наименование) (номер ТУ)

Дата изготовления_____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена_____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Гарантийный талон изъят_____
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

1 Назначение

Тумбочка медицинская ТМ-2 (далее - тумбочка) предназначена для оснащения отделений, кабинетов и палат медицинских учреждений, может использоваться в качестве тумбочки прикроватной для размещения и хранения предметов различного назначения. Тумбочка предназначена для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию тумбочки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тумбочки (длина х ширина х высота), мм, не более:
500 х 500 х 870 (на колесных опорах),
500 х 500 х 810 (на регулируемых опорах).
Масса тумбочки – не более 34 кг.
Тумбочка драгметаллов не содержит

3 Комплектность

Комплект поставки:
тумбочка – 1 шт.,
паспорт – 1 шт,
упаковка – 1 шт.

Опоры:	Отметка наличия:
Рисунок 1а	
Рисунок 1б	
Рисунок 1в	
Материал столешницы:	
постформинг	
ДСП ламинированная	

4 Устройство и подготовка тумбочки к эксплуатации

Подготовка тумбочки к эксплуатации, ввод в эксплуатацию и техническое обслуживание выполняются потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тумбочка представляет собой сварную металлическую конструкцию из листовой стали, выполненную в виде каркаса, оборудованного четырьмя выдвижными ящиками, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП. Тумбочка установлена на четыре опоры: по согласованию с Заказчиком может устанавливаться либо на четыре регулируемые или четыре поворотные колесные опоры (две из которых с тормозом), либо на две регулируемые и две колесные опоры. Материалы, применяемые при изготовлении тумбочки, полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите тумбочку от упаковки.

Произведите санитарную обработку средствами дезинфекции в соответствии с инструкциями производителей по их применению.

После этого тумбочка готова к эксплуатации.

Регистрация МИТ в Ростехнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Транспортирование и хранение

Тумбочка может транспортироваться всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

Условия транспортирования:

температура окружающего воздуха от минус 50 до плюс 40 °С;

относительная влажность до 98 % при 25 °С.

Условия хранения в закрытом помещении при отсутствии в окружающей среде паров кислот, щелочей и других агрессивных примесей:

температура окружающего воздуха от плюс 5 до плюс 40 °С;

относительная влажность 80 % при 25 °С

6 Гарантии изготовителя

Изготовитель гарантирует соответствие тумбочки требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения.

Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца со дня передачи тумбочки потребителю.

Гарантийный срок хранения - 6 месяцев.

При направлении тумбочки на гарантийный ремонт необходимо приложить настоящий паспорт с гарантийным талоном. Гарантийный ремонт осуществляется предприятием-изготовителем.

Адрес предприятия-изготовителя: 246061, Республика Беларусь,
г. Гомель, ул. Федюнинского, 19
УП «Ратон-МедТех»
тел/факс 8 (10 375 232) 33 35 73
e-mail: ratonmedteh@tut.by

7 Свидетельство о приемке

Тумбочка медицинская ТМ-1 соответствует техническим условиям ТУ BY 810000916.014-2013 и признана годной к эксплуатации.

Дата изготовления _____ Упаковку произвел _____

Ответственный за приемку_____ _____
(подпись) (штамп ОТК)


Производственное унитарное предприятие
«Ратон-МедТех»

Тумбочка медицинская


ТМ-1

Паспорт





а) колесные опоры – 4 шт



б) регулируемые опоры – 2 шт,
колесные опоры – 2 шт



в) регулируемые опоры – 4 шт

Рисунок 1 - Тумбочка медицинская ТМ-1

"РАТОН-МедТех"
Директор М.А. Ламекин
Копия верна

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ)
В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

Изделие медицинского назначения:

Тумбочка медицинская ТМ-1 **ТУ BY 810000916.014-2013**
(наименование) (номер ТУ)

Дата изготовления _____
(заполняется предприятием-изготовителем)

Приобретена _____
(дата, № ТТН заполняется потребителем)

Гарантийный талон изъят
(дата, подпись и штамп организации, осуществляющей гарантийный ремонт)

КОРЕШОК ГАРАНТИЙНОГО ТАЛОНА
НА РЕМОНТ (ЗАМЕНУ) В ТЕЧЕНИЕ ГАРАНТИЙНОГО СРОКА

1 Назначение

Тумбочка медицинская ТМ-1 (далее - тумбочка) предназначена для оснащения отделений, кабинетов и палат медицинских учреждений, может использоваться в качестве тумбочки прикроватной для размещения и хранения предметов различного назначения. Тумбочка предназначена для использования в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от 10 до 35 °С.

В связи с постоянной работой по совершенствованию тумбочки, в конструкцию могут быть внесены незначительные изменения, не отраженные в настоящем паспорте.

2 Технические характеристики

Габаритные размеры тумбочки (длина х ширина х высота), мм, не более:
500 х 500 х 870 (на колесных опорах),
500 х 500 х 810 (на регулируемых опорах).
Масса тумбочки – не более 21 кг.
Тумбочка драгметаллов не содержит

3 Комплектность

Комплект поставки:
тумбочка – 1 шт.,
паспорт – 1 шт,
упаковка – 1 шт.

Опоры:	Отметка наличия:
Рисунок 1а	
Рисунок 1б	
Рисунок 1в	
Материал столешницы:	
постформинг	
ДСП ламинированная	

4 Устройство и подготовка тумбочки к эксплуатации

Подготовка тумбочки к эксплуатации и ввод в эксплуатацию выполнятся потребителем самостоятельно, без участия представителя предприятия-изготовителя.

Тумбочка представляет собой металлическую конструкцию, выполненную в виде каркаса с тумбой, оборудованной распашной дверцей и внутренней полкой, и столешницы из постформинга или ламинированной ДСП (материал столешницы – по согласованию с Заказчиком). Дверца тумбочки может быть установлена и переустановлена потребителем как право-, так и левосторонней. Тумбочка установлена на четыре опоры: по согласованию с Заказчиком может устанавливаться либо на четыре регулируемые или поворотные колесные опоры (две из которых с тормозом), либо на две регулируемые и две колесные опоры.

Материалы, применяемые при изготовлении тумбочки, и полимерное покрытие, наносимое методом порошкового напыления, устойчивы к обработке всеми видами медицинских дезинфицирующих и моющих растворов.

Освободите тумбочку от упаковки.

Произведите санитарную обработку путем протирания поверхностей салфеткой, смоченной дезинфицирующим раствором, в соответствии с инструкцией производителя дезинфектанта по его применению. После этого тумбочка готова к эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru