

Памятка - инструкция по уходу и эксплуатации за лифами-бюстгальтерами и лифом-полуграцией

1 Лиф-бюстгальтер и лиф-полуграция (далее лиф) назначается женщинам после мастэктомии для крепления экзопротеза молочной железы или как метод крепления протеза верхней или нижней конечности.

2 Вложить экзопротез в чехле в чашку лифа с клапаном, одеть лиф. Застегнуть крючки и петли (пуговицы), отрегулировать по длине бретели.

3 Бретель не должна пережимать плечо. Бретель для крепления экзопротеза молочной железы может быть длиннее на 15-20 мм бретели для естественной молочной железы.

4 Лиф должен плотно охватывать грудной отдел, но не мешать дыханию.

5 Для обеспечения правильного ухода за изделиями необходимо:

- извлечь экзопротез молочной железы из чашки лифа;
- стирку производить вручную при температуре воды 40°C;
- выжимать слегка вручную, без использования механических средств;
- сушить в подвешенном состоянии, расправленном виде;
- глажение и пропаривание требуют осторожности;
- не применять сушку в барабане;
- запрещается высокотемпературная сушка;
- не отбеливать хлоросодержащим веществом.

Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО- ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за чехлом к экзопротезу молочной железы ЧПГ-00

- 1 Чехол к экзопротезу молочной железы (далее чехол) предназначен для предохранения экзопротеза молочной железы от повреждений.
- 2 Экзопротез молочной железы вложить в чехол (шов располагать сверху).
- 3 Экзопротез молочной железы вместе с чехлом разместить в чашке лифа под клапан.
- 4 Одеть лиф на тело, застегнуть.
- 5 При ношении лифа с экзопротезом молочной железы рекомендуется соблюдать санитарно-гигиенические мероприятия.
- 6 Для сохранения внешнего вида чехла необходимо:
 - стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами;
 - не кипятить;
 - после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
 - выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивания;
 - сушку производить в расправленном виде, подвешенном состоянии, вдали от источника тепла;
 - утюжить с использованием пара.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за суспензорием ПИ-03

- 1 Суспензорий назначается мужчинам при невралимых пахово-мошоночных грыжах и водянке яичек.
 - 2 Суспензорий надевать на тело под нижнее белье. Правильно одетый суспензорий должен поддерживать мошонку в слегка приподнятом положении.
 - 3 Суспензорий крепится и регулируется с помощью текстильной застежки «контакт» или на пуговицах.
 - 4 Для дополнительной функции суспензория предусмотрены подбедренники с креплением на текстильную застежку «контакт» или на пуговицы.
 - 5 Для сохранения внешнего вида суспензория необходимо:
 - стирку производить вручную при температуре не выше 40 °С в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
 - не кипятить;
 - после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
 - выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивания;
 - сушку производить в расправленном виде, подвешенном состоянии, вдали от источника тепла;
 - утюжить с паром, исключая текстильную застежку «контакт» и фурнитуру.
- Необходимо уделять внимание чистоте кожи и предупреждать потертости.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.

Памятка-инструкция по уходу и эксплуатации за Корсетами КРО-14-01, КРО-14-03, КРО-14-04

1 Корсет - бандаж КРО-14-01, корсет текстильный высокий комбинированный КРО-14-03, корсет-бандаж текстильный комбинированный КРО-14-04 (далее корсеты) назначаются пациентам с заболеваниями различных отделов позвоночника в сочетании с опущением внутренних органов, диастазом прямых мышц живота, вентральными грыжами в послеоперационный период.

2 Режим носки устанавливается врачом ортопедом-травматологом.

3 Одевать корсеты (или нижнюю часть корсета КРО-14-04) необходимо стоя, затем лечь на плоскую поверхность для снятия нагрузки с позвоночника. Затянуть шнуровку, застегнуть пуговицы (при наличии в конструкции).

4 Для одевания КРО-14-04 необходимо одеть верхнюю часть корсета, застегнуть пуговицы (пряжки), пристегнуть бретели. Пристегнуть верхнюю часть корсета к нижней на пуговицы.

5 Для всех видов корсетов, при наличии грыжи, выровнять ее и прикрыть пелотом (при медицинском назначении), застегнуть бретели (при наличии в конструкции).

6 Корсет должен плотно охватывать и поддерживать низ живота и плотно охватывать позвоночник.

7 Для сохранения внешнего вида корсетов необходимо:

- стирку производить ручную при температуре не выше 40°C в короткий промежуток времени нейтральными моющими средствами с помощью щетки;
- не кипятить;
- после стирки хорошо прополоскать в теплой, а затем холодной воде;
- выжимать слегка, не используя механические воздействия и скручивания;
- сушку производить в расправленном виде, подвешенном состоянии, вдали от источника тепла;
- утюжить при температуре не более 110°C, исключая эластичные вставки.



ИЗГОТОВИТЕЛЬ:

РУП «БЕЛОРУССКИЙ ПРОТЕЗНО-ОРТОПЕДИЧЕСКИЙ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» Барановичский филиал
Республика Беларусь, 225409. г.Барановичи, ул.Царюка,39
Телефон для справок: (0163) 648252; орт.кабинет: (0163) 648258
E-mail: prort@brest.by

Просим информировать о всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши пожелания в будущем.