Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за стельками ортопедическими

Убедительно просим Вас ознакомиться с некоторыми рекомендациями по эксплуатации ортопедических стелек ОС-11М-02, ОС-11М-03, ОС-12Ж-02, ОС-12Ж-03

Стельки ортопедические предназначены:

- для профилактики и лечения продольного, поперечного и продольно - поперечного плоскостопия, при избыточном весе, слабости мышечно-связочного аппарата, мобильной плоской стопе;
- для коррекции поперечных и продольных сводов стопы при продольно-поперечной распластанности стоп 1 и 2 степени;
- для снижения болезненных ощущений во время ходьбы при подошвенном фасциите - «пяточных шпорах», «натоптышах», мозолях, воспаленных «косточках»;
- для смягчения ударной нагрузки на стопы, голеностопные, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник при занятиях спортом, длительном пребывании на ногах, беременности;
- для снижения боли и усталости в ногах.

Стельки ортопедические могут использоваться как в стандартной, так и в профилактической обуви на низком и среднем каблуке.

При использовании в открытой обуви рекомендуется приклеивать их к основной стельке.

Стельки подгоняются в обувь со стороны носочной части.

Для правильного подбора стелек по размеру рекомендуется воспользоваться таблицей:

Размер стельки, мм	220	225	230	235	240	245	250	255	260	265	270	275	280	285	290	295
Размер в штих-массовой системе	34	35	36	37	37,5	38	39	40	40,5	41	42	43	43,5	44	45	46

В каркасном элементе стелек высота максимальной выкладки наружного, внутреннего продольных сводов и пяточного углубления указаны в таблице:

Размер стелек, мм	Максимальная высота выкладки свода в каркасном элементе к стелькам, мм		
	По наружному краю	По внутреннему краю	Пяточное углубление
1	2	3	4
220-235	7	15	4
240-255	8	16	4
260-275	9	17	5
280-295	10	18	5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Высота вкладыша (валика Зейца) в стельках ОС-11М-03, ОС-12Ж-03 составляет 6 мм.

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- в случае загрязнения очищать стельки влажной, а затем сухой губкой;
- сушить стельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов;
- избегать воздействия на стельки солей, щелочей, кислот и других химических веществ.

Гарантийный срок эксплуатации – 45дней со дня реализации изделия.

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации, наша гарантия не распространяется.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция-памятка
по уходу и эксплуатации за полустельками ортопедическими

Убедительно просим Вас ознакомиться с некоторыми рекомендациями по эксплуатации ортопедических полустелек ОПС-11М-02, ОПС-11М-03, ОПС-12Ж-02, ОПС-12Ж-03

Полустельки ортопедические предназначены:

- для профилактики и лечения продольного, поперечного и продольно - поперечного плоскостопия, при избыточном весе, слабости мышечно-связочного аппарата, мобильной плоской стопе;
- для коррекции поперечных и продольных сводов стопы при продольно-поперечной распластанности стоп 1 и 2 степени;
- для снижения болезненных ощущений во время ходьбы при подошвенном фасциите - «пяточных шпорах», «натоптышах», мозолях, воспаленных «косточках»;
- для смягчения ударной нагрузки на стопы, голеностопные, коленные, тазобедренные суставы и позвоночник при занятиях спортом, длительном пребывании на ногах, беременности;
- для снижения боли и усталости в ногах.

Полустельки ортопедические предназначены для использования как в стандартной, так и в профилактической обуви на низком и среднем каблуке.

При использовании полустелек рекомендуется приклеивать их к основной стельке в пяточной части.

Для правильного подбора стелек по размеру рекомендуется воспользоваться таблицей:

Размер полустельки, мм	220	230	240	250	260	270	280	290
Размер в штихмассовой системе	34	35-36	37	38-39	40-41	42	43-44	45-46

В каркасном элементе полустелек высота максимальной выкладки наружного, внутреннего продольных сводов и пяточного углубления указаны в таблице:

Размер полустелек, мм	Максимальная высота выкладки свода в каркасном элементе к стелькам, мм		
	По наружному краю	По внутреннему краю	Пяточное углубление
1	2	3	4
220-230	7	15	4
240-250	8	16	4
260-270	9	17	5
280-290	10	18	5

Высота вкладыша (валика Зейца) в полустельках ОПС-11М-03, ОПС-12Ж-03 составляет 6 мм.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Для обеспечения правильного ухода за изделием необходимо:

- в случае загрязнения очищать стельки влажной, а затем сухой губкой;
- сушить стельки следует при комнатной температуре вдали от отопительных приборов;
- избегать воздействия на стельки солей, щелочей, кислот и других химических веществ.

Гарантийный срок эксплуатации – 45дней со дня реализации изделия.

На дефекты, вызванные несоблюдением правил по уходу и эксплуатации, наша гарантия не распространяется.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтём Ваши предложения в будущем.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» Гомельский филиал
Республика Беларусь, 246034, г. Гомель, ул. Владимирова, 8А
Телефон для справок: регистратура: (0232) 51 72 23
Сайт: www.bpovc.by; E-mail: gomel@bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru