ГЛАВА 6 ПОРЯДОК ХРАНЕНИЯ И УТИЛИЗАЦИИ

Хранение изделий и комплектов: в удаленном не менее чем на 1 м от обогревателей в защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от плюс 1°С до плюс 45°С, с относительной влажностью воздуха не более 80 %.

В медицинских учреждениях одноразовые изделия утилизируют в соответствии с требованиями санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утверждёнными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 07.02.2018 № 14 и «Специфическими санитарно-эпидемиологическими требованиями к содержанию и эксплуатации организаций здравоохранения, иных организаций и индивидуальных предпринимателей, которые осуществляют медицинскую, фармацевтическую деятельность», утверждёнными Постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 03.03.2020 № 130.

ГЛАВА 7 ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие готовых изделий требованиям ТУ BY 192963249.043-201 при соблюдении условий транспортирования и хранения.

Гарантийный срок выявления дефектов – 1 месяц со дня покупки.

Срок хранения изделий из нетканого материала – 3 года с даты изготовления.

Изделия, бывшие в употреблении и получившие в результате механические повреждения и загрязнения, а также, изделия, подвергнутые ремонту не заводом-изготовителем, обмену и возврату не подлежат.

ГЛАВА 8 УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Изделия санитарно-гигиенические для лечебно-профилактических учреждений и комплекты из них (пеленка, простыня, чехол, парео, трусы, бандо, салфетка, мешок для медицинских отходов) предназначены для одноразового использования медперсоналом и пациентами.

Изделия изготавливаются из нетканых материалов, обеспечивающих безопасность медицинской помощи.

Изделия при транспортировке и хранении должны быть защищены от прямого попадания солнечных лучей и атмосферных воздействий.

После использования изделия подлежат дезинфекции и утилизации.

Изготовитель гарантирует соответствие изделий требованиям СТБ 757-2001 при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru