ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ «ПРОБИРКИ ЛАБОРАТОРНЫЕ»

Назначение

«Пробирки лабораторные» – предназначены для клинико-диагностических исследований в лабораториях медицинских учреждений.

Комплектность

Комплект поставки пробирок осуществляется по требованию заказчика согласно табл. 2 ТУ 9461-008-52876351-2008.

Принцип работы

«Пробирки лабораторные» применяются для проведения анализов в клинико-диагностических лабораториях и медицинских учреждениях.

Дезинфекция

Пробирки должны обеспечивать возможность их дезинфекции 3 % раствором перекиси водорода по ГОСТ 177 с добавлением 0,5 % моющего средства по ГОСТ 25644, предстерилизационной очистки и стерилизации паровым методом в соответствии с требованиями МУ-287-113 при

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

температуре 126°С, давлении пара в стерилизационной камере 0,14 МПа в течение 10 мин.

Условия хранения и эксплуатации

1.Пробирки следует хранить в сухом месте.

2.После пользования пробирки необходимо промыть дистиллированной водой и вытереть мягкой салфеткой.

3.При работе с кровью необходимо пользоваться резиновыми перчатками.

Наименование и адрес предприятия-изготовителя:

ООО «МиниМед», 241520, г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, 4.

Т/ф (4832) 41-63-56, 69-10-71, 92-97-97, 92-97-01.

По вопросам, касающимся качества изделия, следует обращаться по адресу: ООО «МиниМед», 241520, г. Брянск, Супонево, пер. Комсомольский, 4 и в Институт контроля лекарственных средств ФГУ «НЦ ЭСМП» Росздравнадзора 117246, г. Москва, Научный проезд, д. 14а,
тел. (495) 120-60-96.

Начальник ОТК А.Н. Захаров

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru