**УТВЕРЖДАЮ**
Директор
ООО «Ассомедика»
Белый В.В.




«30» 06 2023 г.

# ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

## катетеров медицинских однократного применения

## ТУ BY 190682947.002-2008 изм. 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР НЕЛАТОНА (МУЖСКОЙ)

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер Нелатона (мужской) применяется в урологии для кратковременной катетеризации мочевого пузыря.

*Показания к применению:*

- Опорожнение мочевого пузыря при острой задержке мочи;
- Выведение мочи в случае недержания/не удержания мочи;
- Промывание мочевого пузыря;
- Введение лекарственных препаратов в просвет мочевого пузыря;
- Ретроградное введение контрастного вещества при цистографии;
- Забор мочи для исследования.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер Нелатона (мужской) изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Закрытый дистальный конец имеет закругленную форму и обеспечивает безболезненное атравматичное введение. Наличие на дистальном конце двух боковых отверстий, расположенных последовательно, обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки катетера. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам, не перекрывающий просвет. Гладкая поверхность обеспечивает легкое введение. Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Для быстрого определения размера катетера имеется цветовая кодировка коннектора. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повреждения уретры;
- травмы мочевого пузыря;
- кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала;
- острое воспаление мочевого пузыря и/или уретры.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- провести подмывание промежности больного, между его ногами поставить емкость для сбора мочи;
- надеть стерильные перчатки. Извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- провести обработку кожи и слизистой в области наружного отверстия уретры пациента раствором антисептика (фурацилин);
- капнуть одну-две капли стерильного глицерина в наружное отверстие уретры, вводимый конец катетера смочить в стерильном глицерине или вазелиновом масле;
- стерильным пинцетом взять катетер на расстоянии 5-6 см от дистального конца и медленно ввести катетер по уретре в мочевой пузырь до появления мочи. Универсальный коннектор катетера опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику;
- при прекращении выделения мочи извлечь катетер на 2-3 см для полного опорожнения мочевого пузыря. Последняя порция мочи омывает стенки мочевыводящих путей с целью профилактики восходящей инфекции. Затем аккуратными движениями извлечь катетер из уретры. После процедуры обработать наружное отверстие уретры ватным тампоном, смоченным в растворе фурацилина;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке.

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- изделие предназначено для временной катетеризации мочевого пузыря;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 20.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ЖЕНСКИЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер женский применяется в урологии для кратковременной катетеризации мочевого пузыря.

*Показания к применению:*

- Опорожнение мочевого пузыря при острой задержке мочи;
- Выведение мочи в случае недержания/не удержания мочи;
- Промывание мочевого пузыря;
- Введение лекарственных препаратов в просвет мочевого пузыря;
- Ретроградное введение контрастного вещества при цистографии;
- Забор мочи для исследования.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер женский изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Закрытый дистальный конец имеет закругленную форму и обеспечивает безболезненное атравматичное введение. Наличие на дистальном конце двух боковых отверстий-глазков, расположенных последовательно, обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки катетера. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам, не перекрывающий просвет. Гладкая поверхность обеспечивает легкое введение. Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Для быстрого определения размера катетера имеется цветовая кодировка коннектора. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повреждения уретры;
- травмы мочевого пузыря;
- кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала;
- острое воспаление мочевого пузыря и/или уретры.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- провести подмывание промежности больного. Уложить больного на спину с согнутыми в коленях и разведенными ногами. Поставить между ног емкость для сбора мочи;
- надеть стерильные перчатки. Извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- провести обработку кожи и слизистой в области наружного отверстия уретры пациента раствором антисептика (фурацилин);
- капнуть одну-две капли стерильного глицерина в наружное отверстие уретры, вводимый конец катетера смочить в стерильном глицерине или вазелиновом масле;
- стерильным пинцетом взять катетер на расстоянии 4-5 см от закругленного конца и медленно ввести катетер по уретре в мочевой пузырь до появления мочи. Универсальный коннектор катетера опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику;
- при прекращении выделения мочи извлечь катетер на 2-3 см для полного опорожнения мочевого пузыря. Последняя порция мочи омывает стенки мочевыводящих путей с целью профилактики восходящей инфекции. Затем аккуратными движениями извлечь катетер из уретры. После процедуры обработать наружное отверстие уретры ватным тампоном, смоченным в растворе фурацилина;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- изделие предназначено для временной катетеризации мочевого пузыря;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 20.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ТИМАННА (МУЖСКОЙ)

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер Тиманна (мужской) применяется в урологии для кратковременной катетеризации мочевого пузыря у пациентов с обструктивной патологией уретры.

*Показания к применению:*

- Опорожнение мочевого пузыря при острой задержке мочи;
- Выведение мочи в случае недержания/не удержания мочи;
- Промывание мочевого пузыря;
- Введение лекарственных препаратов;
- Ретроградное введение контрастного вещества при цистографии;
- Забор мочи для исследования.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер Тиманна (мужской) изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Изогнутый дистальный конец конической формы облегчает введение катетера при наличии аденомы предстательной железы. Наличие на дистальном конце двух боковых отверстий-глазков, расположенных "уступом", обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки катетера. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам, не перекрывающий просвет. Гладкая поверхность обеспечивает легкое введение. Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Для быстрого определения размера катетера имеется цветовая кодировка коннектора. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повреждения уретры;
- травмы мочевого пузыря;
- кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала;
- острое воспаление мочевого пузыря и/или уретры.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- провести подмывание промежности больного, между его ногами поставить емкость для сбора мочи;
- надеть стерильные перчатки. Извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- провести обработку кожи и слизистой в области наружного отверстия уретры пациента раствором антисептика (фурацилин);
- капнуть одну-две капли стерильного глицерина в наружное отверстие уретры, вводимый конец катетера смочить в стерильном глицерине или вазелиновом масле;
- стерильным пинцетом взять катетер на расстоянии 5-6 см от закругленного конца и медленно ввести катетер по уретре в мочевой пузырь до появления мочи. Универсальный коннектор катетера опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику;
- при прекращении выделения мочи извлечь катетер на 2-3 см для полного опорожнения мочевого пузыря. Последняя порция мочи омывает стенки мочевыводящих путей с целью профилактики восходящей инфекции. Затем аккуратными движениями извлечь катетер из уретры. После процедуры обработать наружное отверстие уретры ватным тампоном, смоченным в растворе фурацилина;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- изделие предназначено для временной катетеризации мочевого пузыря;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 20.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ДВУХ-, ТРЕХХОДОВОЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер Фолея применяется в урологии для продолжительной (не более 7 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций.

*Показания к применению:*

- Различные заболевания мочевыделительной системы – для обеспечения оттока мочи и введения лекарственных препаратов в мочевой пузырь;
- Уход за пациентами во время операции и в послеоперационном периоде.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер Фолея изготовлен из термопластичного латекса с силиконовым покрытием. Имеет гладкую поверхность, закрытый закругленный атравматичный конец, два боковых отверстия, прочный и симметричный баллон. Универсальный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Антивозвратный эластичный клапан предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращает утечку воздуха и жидкости. Плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при катетеризации. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание. Двойная стерильная упаковка катетера предназначена для асептической катетеризации мочевого пузыря. Насечки по обеим сторонам внутренней упаковки служат для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Трехходовой катетер Фолея имеет дополнительный порт для инстилляций и промываний. Катетер Фолея педиатрический (CH6-CH10) снабжен проводником для облегчения манипуляций. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повреждения уретры;
- травмы мочевого пузыря;
- кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала;
- острое воспаление мочевого пузыря и/или уретры.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке;
- провести подмывание промежности больного, между его ногами поставить емкость для сбора мочи;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- надеть стерильные перчатки. Извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- провести обработку кожи и слизистой в области наружного отверстия уретры пациента раствором антисептика (фурацилин);
- капнуть одну-две капли стерильного глицерина в наружное отверстие уретры, вводимый конец катетера смочить в стерильном глицерине или вазелиновом масле;
- стерильным пинцетом взять катетер на расстоянии 4-6 см от закругленного конца и медленно ввести катетер по уретре в мочевой пузырь до появления мочи. Универсальный коннектор катетера опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику;
- шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема используя дистиллированную воду или физиологический раствор. Закрепить катетер с помощью пластыря или тесьмы;
- при прекращении выделения мочи извлечь катетер на 2-3 см для полного опорожнения мочевого пузыря. Последняя порция мочи омывает стенки мочевыводящих путей с целью профилактики восходящей инфекции. Затем шприцем убрать дистиллированную воду или физиологический раствор из фиксирующего баллона, аккуратными движениями извлечь катетер из уретры. После процедуры обработать наружное отверстие уретры ватным тампоном, смоченным в растворе фурацилина;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- маркировка размера и объема баллона нанесена на поверхность катетера;*
*- при затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации дистиллированной воды или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне, и позволяет беспрепятственно извлечь катетер;*
*- содержит латекс;*
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- содержит латекс;
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- изделие предназначено для временной катетеризации мочевого пузыря (не более 7 суток);
- не использовать после окончания срока хранения.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 20.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ФОЛЕЯ ДВУХ-, ТРЕХХОДОВОЙ СИЛИКОНОВЫЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер Фолея применяется в урологии для длительной (до 30 суток) катетеризации мочевого пузыря и различных медицинских манипуляций.

*Показания к применению:*

- Различные заболевания мочевыделительной системы – для обеспечения оттока мочи и введения лекарственных препаратов в мочевой пузырь;
- Уход за пациентами во время операции и в послеоперационном периоде.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер Фолея изготовлен из 100% силикона. Биосовместимый материал снижает риск раздражения тканей, обеспечивает комфорт и безопасность пациента. Физико-химические свойства силикона препятствуют образованию инкрустаций (отложению солей на внутренней стенке канала). Имеет закрытый закругленный атравматичный конец, два боковых отверстия. Универсальный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Усиленная стенка катетера предотвращает ее перекручивание. Антивозвратный эластичный клапан предназначен для наполнения баллона шприцем без иглы и предотвращает утечку воздуха и жидкости. Плавный переход от баллона к стержню катетера уменьшает возможность возникновения травмы при катетеризации. Двойная стерильная упаковка катетера предназначена для асептической катетеризации мочевого пузыря, насечки по обеим сторонам внутренней упаковки служат для освобождения проксимального и дистального концов катетера. Трехходовой катетер Фолея имеет дополнительный порт для инстилляций и промываний. Цветовая кодировка коннектора служит для быстрого определения размера катетера.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повреждения уретры;
- травмы мочевого пузыря;
- кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала;
- острое воспаление мочевого пузыря и/или уретры.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке;
- провести подмывание промежности больного, между его ногами поставить емкость для сбора мочи;
- надеть стерильные перчатки. Извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- провести обработку кожи и слизистой в области наружного отверстия уретры пациента раствором антисептика (фурацилин);
- капнуть одну-две капли стерильного глицерина в наружное отверстие уретры, вводимый конец катетера смочить в стерильном глицерине или вазелиновом масле;
- стерильным пинцетом взять катетер на расстоянии 4-6 см от закругленного конца и медленно ввести катетер по уретре в мочевой пузырь до появления мочи. Универсальный коннектор катетера опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику;
- шприцем раздуть фиксирующий баллон до соответствующего объема используя дистиллированную воду или физиологический раствор. Закрепить катетер с помощью пластыря или тесьмы;
- при прекращении выделения мочи извлечь катетер на 2-3 см для полного опорожнения мочевого пузыря. Последняя порция мочи омывает стенки мочевыводящих путей с целью профилактики восходящей инфекции. Затем шприцем убрать дистиллированную воду или физиологический раствор из фиксирующего баллона, аккуратными движениями извлечь катетер из уретры. После процедуры обработать наружное отверстие уретры ватным тампоном, смоченным в растворе фурацилина;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- маркировка размера и объема баллона нанесена на поверхность катетера;*
*- при затруднении извлечения катетера вследствие невозможности аспирации дистиллированной воды или физиологического раствора из баллона катетера необходимо произвести пункцию иглой, сделать микронадрез ниже уровня клапана катетера или полностью отрезать клапан. Это способствует снижению давления в фиксирующем баллоне, и позволяет беспрепятственно извлечь катетер;*
*- содержит латекс;*
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- изделие предназначено для длительной катетеризации мочевого пузыря (до 30 суток);
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|   | Нестерильно (для нестерильных изделий) |   | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |   | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 21.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ПИТАЮЩИЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер питающий применяется в гастроэнтерологии для энтерального питания и введения лекарственных средств в полость желудка.

*Показания к применению:*

- Длительная анорексия;
- Необходимость зондового кормления или введения лекарственных веществ недоношенным новорожденным;
- Тяжелая белково-энергетическая недостаточность;
- Кома или нарушение сознания;
- Печеночная недостаточность;
- Неспособность к пероральному приему пищи из-за травмы головы или шеи;
- Критические состояния (например, ожоги), вызывающие метаболический стресс;
- Подготовка кишечника к хирургической операции у тяжелобольных или у больных пониженного питания;
- Закрытие кожно-брюшных свищей и адаптация тонкой кишки после ее обширной резекции или заболевания, способные вызвать мальабсорбцию (например, болезнь Крона).

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер питающий изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Имеет закрытый закругленной формы дистальный конец, обеспечивающий безболезненное атравматичное введение. Наличие и особое расположение двух боковых отверстий снижает риск развития «демпинг»-синдрома. Коннектор типа Луер адаптирован к использованию с автоматическими дозирующими устройствами. Герметично закрывающаяся крышка коннектора выдерживает многократное «открытие-закрытие», препятствует вытеканию жидкости и предотвращает инфицирование содержимого катетера. Гладкая поверхность обеспечивает легкое введение. Просвет трубки не перекрывается при скручивании. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); гастроэнтерология.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- травмы лица и переломы костей черепа;
- варикозное расширение вен пищевода;
- кишечная недостаточность, механическая кишечная непроходимость, продолжающиеся желудочно-кишечные кровотечения.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки с мылом, надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- контроль введения осуществлять по метрической маркировке катетера либо нанесением меток (1-ая метка – расстояние от кончика носа до мочки уха, 2-ая метка – расстояние от резцов до пупка плюс ширина ладони пациента);
- перед введением катетера на его поверхность нанести стерильный глицерин или стерильное вазелиновое масло;
- осторожно ввести катетер через носовой проход на расстояние до 1-ой метки (корень языка), затем аккуратно ввести в желудок (2-ая метка);
- убедиться, что катетер в желудке (аускультация эпигастральной области при введении в желудок через катетер 20мл воздуха);
- надежно зафиксировать наружный конец катетера на щеке пациента с помощью лейкопластыря или специальных устройств;
- после проведения необходимых манипуляций промыть катетер кипяченой водой или физраствором (30 –50 мл);
- катетер питающий может использоваться в течение трех недель без потери своих свойств, затем его необходимо заменить. При замене катетера необходимо вводить его поочередно в правую и левую ноздрю;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***

*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Коннектор типа Луер адаптирован к использованию с автоматическими дозирующими устройствами.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 21.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ПУПОЧНЫЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер пупочный применяется катетеризации пупочной вены новорожденных с целью проведения инфузионно-трансфузионной терапии или парентерального питания.

*Показания к применению:*

- Обменное переливание крови у новорожденных в случае резус-конфликта (несовместимость крови матери и ребенка), когда в периферические вены нельзя вводить медицинские препараты;
- Ввод лекарственных средств новорожденным.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер пупочный изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Открытый дистальный конец и края катетера тщательно обработаны и закруглены для обеспечения атравматичной установки. Коннектор типа Луер адаптирован к использованию с автоматическими дозирующими устройствами. Герметично закрывающаяся крышка коннектора выдерживает многократное «открытие-закрытие», препятствует вытеканию жидкости и предотвращает инфицирование содержимого катетера. Гладкая поверхность обеспечивает легкое введение. Просвет трубки не перекрывается при скручивании. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); инфузионно-трансфузионная терапия новорожденных.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- омфалит;
- некротизирующий энтероколит;
- перитонит.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки с мылом, надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- после обработки раствором антисептика перерезать пуповину, аккуратно ввести пупочный катетер в пупочную вену на необходимую глубину;
- закрепить катетер относительно пуповины;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- обработать культю пуповины раствором антисептика;
- сразу после проведения манипуляций удалить катетер;
- утилизировать катетер в установленном порядке.
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- катетеризация пупочной вены проводится в условиях строгого соблюдения правил асептики;*
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Коннектор типа Луер адаптирован к использованию с автоматическими дозирующими устройствами.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 21.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР (ЗОНД) ЖЕЛУДОЧНЫЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер (зонд) желудочный применяется в гастроэнтерологии для аспирации содержимого желудка, промывания желудка. Может использоваться для проведения энтерального питания.

*Показания к применению:*

- Промывание желудка;
- Определение объема и взятия проб желудочного содержимого;
- Непроходимость кишечника;
- Аспирация содержимого желудка

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер (зонд) желудочный изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Закрытый закругленной формы дистальный конец, обеспечивающий безболезненное атравматичное введение. Боковые последовательно расположенные отверстия (не менее двух) обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Коннектор воронкообразной формы совместим со всеми стандартными адаптерами. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); гастроэнтерология.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- желудочное кровотечение;
- варикозное расширение вен пищевода;
- острые воспалительные заболевания пищевода и желудка;
- гипертоническая болезнь;
- стенокардия.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- усадить пациента, слегка наклонив его голову вперед;
- вымыть руки с мылом, надеть стерильные перчатки;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- контроль введения осуществлять по метрической маркировке катетера либо нанесением меток (1-ая метка – расстояние от кончика носа до мочки уха, 2-ая метка – расстояние от резцов до пупка плюс ширина ладони пациента);
- попросить пациента открыть рот;
- поместить атравматичный конец катетера на корень языка и аккуратно продвигать его в пищевод одновременно с глотательными движениями пациента;
- убедиться, что катетер находится в желудке (аускультация эпигастральной области при введении в желудок через катетер 20 мл воздуха);
- провести аспирацию желудочного содержимого согласно утвержденным методикам;
- по окончании процедуры извлечь катетер через салфетку. Пациенту дать прополоскать рот приготовленной жидкостью (водой или антисептиком);
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Коннектор воронкообразной формы совместим со всеми стандартными адаптерами

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 21.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ОТСАСЫВАЮЩИЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер отсасывающий применяется для санации верхних дыхательных путей, в том числе через эндотрахеальную и трахеотомическую трубку.

*Показания к применению:*

- Необходимость санации дыхательных путей у пациентов, находящихся на ИВЛ, а также самостоятельно дышащих через трахеостомическую трубку.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер отсасывающий изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Открытый атравматичный конец, одно боковое отверстие. Коннектор без контроля вакуума подходит к стандартным вакуумным аспираторам. Прозрачный материал позволяет контролировать аспирацию. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); реаниматология.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не выявлены.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- подсоединить коннектор катетера к вакуумному аспиратору;
- ввести катетер через нос или рот до уровня, требующего активной аспирации;
- провести санацию верхних дыхательных путей или трахеобронхиального дерева через эндотрахеальную и трахеотомическую трубку под контролем уровня оксигенации;
- по окончании аспирации отсоединить катетер от аспирационного оборудования и аккуратно извлечь катетер из дыхательных путей;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный коннектор без контроля вакуума подходит к стандартным вакуумным аспираторам.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 21.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ОТСАСЫВАЮЩИЙ С КОНТРОЛЕМ УРОВНЯ ВАКУУМА

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер отсасывающий с контролем уровня вакуума применяется для санации верхних дыхательных путей, в том числе через эндотрахеальную и трахеотомическую трубку.

*Показания к применению:*

- Необходимость санации дыхательных путей у пациентов, находящихся на ИВЛ, а также самостоятельно дышащих через трахеостомическую трубку.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер отсасывающий изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Открытый атравматичный конец. Наличие двух боковых отверстий минимизирует риск обтурации просвета катетера аспиратом. Коннектор с вакуум-контролем (типа Вакон или типа Капкон) для ручного регулирования давления аспирации подходит к любым вакуумным аспираторам. Регулируемость давления аспирации (для типа Вакон). Прозрачный материал позволяет контролировать аспирацию. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом для свободного прохождения через все типы пластиковых, резиновых, металлических оро- и назотрахеальных, трахеостомических трубок.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); реаниматология.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не выявлены.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- подсоединить коннектор катетера к вакуумному аспиратору;
- ввести катетер через нос или рот до уровня, требующего активной аспирации;
- провести санацию верхних дыхательных путей или трахеобронхиального дерева через эндотрахеальную и трахеотомическую трубку под контролем уровня оксигенации;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- по окончании аспирации отсоединить катетер от аспирационного оборудования и аккуратно извлечь катетер из дыхательных путей;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Коннектор с вакуум-контролем (типа Вакон или типа Капкон) для ручного контроля вакуума подходит к любым вакуумным аспираторам.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 22.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР УРОЛОГИЧЕСКИЙ ДЛЯ САМОКАТЕТЕРИЗАЦИИ ЛУБРИЦИРОВАННЫЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер урологический для самокатетеризации применяется в урологии для однократного дренажа мочевого пузыря.

*Показания к применению:*

- Опорожнение мочевого пузыря при острой задержке мочи;
- Выведение мочи в случае недержания/не удержания мочи;
- Промывание мочевого пузыря;
- Введение лекарственных препаратов;
- Забор мочи для исследования.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер для самокатетеризации представляет собой урологический катетер по типу Нелатона, Тиманна. Изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Наличие на дистальном конце двух боковых отверстий, расположенных последовательно, обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки катетера. Оптимально жесткий, для прохождения суженной части уретры. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам, не перекрывающий просвет.

На поверхность катетера нанесено стерильное вазелиновое масло или гидрофильный лубрикант для обеспечения легкого скольжения по всей длине и безболезненного введения.

Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа. Для быстрого определения размера катетера имеется цветовая кодировка коннектора. *На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера.*

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); физическое лицо, применяющее медицинское изделие по назначению.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- повреждения уретры;
- травмы мочевого пузыря;
- кровотечение при свежей травме мочеиспускательного канала;
- острое воспаление мочевого пузыря и/или уретры.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- провести подмывание промежности больного, между его ногами поставить емкость для сбора мочи;
- надеть стерильные перчатки. Извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- провести обработку кожи и слизистой в области наружного отверстия уретры пациента раствором антисептика (фурацилин);
- налить в упаковку небольшое количество чистой питьевой воды для активации лубриканта (в случае использования катетера с гидрофильным лубрикантом). Важным условием является температура воды. Если вода теплее чем нужно катетер будет слишком мягким, в обратном случае очень жестким. Рекомендуется использовать воду комнатной температуры. Спустя 30 секунд катетер будет готов к использованию.
- стерильным пинцетом взять катетер на расстоянии 5-6 см от закругленного конца и медленно ввести катетер по уретре в мочевой пузырь до появления мочи. Универсальный коннектор катетера опустить в емкость для сбора мочи или подсоединить к мочеприемнику;
- при прекращении выделения мочи извлечь катетер на 2-3 см для полного опорожнения мочевого пузыря. Последняя порция мочи омывает стенки мочевыводящих путей с целью профилактики восходящей инфекции. Затем аккуратными движениями извлечь катетер из уретры. После процедуры обработать наружное отверстие уретры ватным тампоном, смоченным в растворе фурацилина;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный воронкообразный коннектор подходит к мочеприемнику любого типа.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- изделие предназначено для временной катетеризации мочевого пузыря;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР РЕКТАЛЬНЫЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер ректальный применяется в проктологии для введения в толстый кишечник лекарственных средств, отведения газов и дренажа прямой кишки.

*Показания к применению:*

- Для ректального введения лекарственных препаратов, ирригации;
- Для дренирования прямой кишки;
- Используется как газоотводная трубка.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер ректальный изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Закрытый дистальный конец имеет закругленную форму и обеспечивает безболезненное атравматичное введение. Наличие на дистальном конце двух боковых отверстий-глазков, расположенных "уступом", обеспечивает наилучший дренаж без риска закупорки катетера. Универсальный воронкообразный коннектор. Не перекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); проктология

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- Анальные трещины;
- Инфекционные заболевания;
- Кишечное кровотечение;
- Кровоточащая опухоль прямой кишки;
- Острое воспаление анального отверстия.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки и надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- смазать атравматичный конец катетера стерильным вазелиновым маслом;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- взять катетер в руку и мягкими вращательными движениями аккуратно ввести его атравматичным концом в прямую кишку на глубину 15 - 20 см (в педиатрии катетеры размеров CH4 – CH10 вводить на глубину 1 – 5 см). Наружный конец трубки должен выступать из заднего прохода не менее чем на 10 см;
- для введения лекарственных средств или орошения прямой кишки подсоединить к коннектору катетера шприц Жане или резиновый баллон. Ввести лекарственное средство, продуть воздухом катетер для полного его освобождения от лекарства. **Резиновый баллон после введения лекарственного средства отсоединить от коннектора катетера не разжимая**;
- для отведения газов опустить коннектор катетера в судно с водой,
- по окончании процедуры катетер ректальный извлечь через салфетку, смоченную в дезинфицирующем растворе;
- область заднего прохода протереть салфеткой, в случае раздражения смазать мазью;
- утилизировать катетер в установленном порядке.
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный коннектор совместим со шприцом Жане и другими приспособлениями для промывания кишечника.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!




Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ДУОДЕНАЛЬНЫЙ ОТСАСЫВАЮЩИЙ ЛЕВИНА

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер дуоденальный отсасывающий Левина применяется в гастроэнтерологии для дуоденального зондирования (аспирация содержимого желудка и двенадцатиперстной кишки).

*Показания к применению:*

- необходимость аспирации желудочного и дуоденального содержимого с лечебной и диагностической целью.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер дуоденальный отсасывающий Левина изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Открытый атравматичный конец. Наличие четырех боковых отверстий обеспечивают эффективный дренаж. Универсальный воронкообразный коннектор совместим со многими типами аспираторов. Прозрачный материал трубки позволяет контролировать аспирацию. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); гастроэнтерология.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- острый холецистит;
- обострение хронического холецистита;
- варикозное расширение вен пищевода;
- коронарная недостаточность.
- недавнее желудочно-кишечное кровотечение или ожоги пищевода/желудка.
- травмы лица и переломы костей черепа;
- гемофилия и другие нарушения свертываемости крови;
- язва желудка в фазе обострения.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- усадить пациента, слегка наклонив его голову вперед.
- вымыть руки с мылом, надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- попросить пациента открыть рот;
- поместить атравматичный конец катетера на корень языка и аккуратно продвигать его в пищевод одновременно с глотательными движениями пациента;
- убедиться, что катетер находится в желудке (аускультация эпигастральной области при введении в желудок через катетер 20 мл воздуха);
- продолжить введение катетера, затем уложить пациента на правый бок. Под бедро подложить мягкий валик, под правое подреберье – теплую грелку. Пациент должен продолжать медленно заглатывать катетер. Одновременно необходимо аспирировать содержимое желудка;
- время достижения дистального конца катетера до двенадцатиперстной кишки составляет от 20 мин до 1,5 часа; коннектор катетера опущен в пробирку;
- провести исследование выделительной функции согласно утвержденным методикам;
- по окончании процедуры осторожно и медленно усадить пациента. Извлечь катетер через салфетку. Пациенту дать прополоскать рот приготовленной жидкостью (водой или антисептиком);
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***

*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный воронкообразный коннектор совместим со многими типами аспираторов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ДУОДЕНАЛЬНЫЙ ПИТАЮЩИЙ ЛЕВИНА

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер дуоденальный питающий Левина применяется в гастроэнтерологии для энтерального питания и введения лекарственных средств в полость желудка и двенадцатиперстной кишки.

*Показания к применению:*

- Необходимость в введении в двенадцатиперстную кишку жидкой пищи, питательных смесей, лекарственных средств, удалении из двенадцатиперстной кишки нежелательного содержимого или ее декомпрессии.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер дуоденальный питающий Левина изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Имеет закрытый атравматичный конец. Наличие четырех боковых отверстий обеспечивают эффективный пассаж жидкости. Пропорциональность размеров боковых отверстий обеспечивает несминаемость дистального конца зонда. Универсальный воронкообразный коннектор совместим со многими типами дозирующих устройств для энтерального питания и аспираторов. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Просвет не перекрывается при скручивании. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); гастроэнтерология.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

- острый холецистит;
- обострение хронического холецистита;
- варикозное расширение вен пищевода;
- коронарная недостаточность.
- недавнее желудочно-кишечное кровотечение или ожоги пищевода/желудка.
- травмы лица и переломы костей черепа;
- гемофилия и другие нарушения свертываемости крови;
- язва желудка в фазе обострения.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- усадить пациента, слегка наклонив его голову вперед. Попросить пациента открыть рот;
- вымыть руки с мылом, надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- попросить пациента открыть рот;
- поместить атравматичный конец катетера на корень языка и аккуратно продвигать его в пищевод одновременно с глотательными движениями пациента;
- убедиться, что катетер находится в желудке (аускультация эпигастральной области при введении в желудок через катетер 20мл воздуха);
- продолжить введение катетера, затем уложить пациента на правый бок. Под бедро подложить мягкий валик, под правое подреберье – теплую грелку. Пациент должен продолжать медленно заглатывать катетер. Одновременно необходимо аспирировать содержимое желудка;
- время достижения дистального конца катетера до двенадцатиперстной кишки составляет от 20 мин до 1,5 часа; коннектор катетера опущен в пробирку;
- провести исследование выделительной функции согласно утвержденным методикам;
- по окончании процедуры осторожно и медленно усадить пациента. Извлечь катетер через салфетку. Пациенту дать прополоскать рот приготовленной жидкостью (водой или антисептиком);
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***

*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный воронкообразный коннектор совместим со многими типами дозирующих устройств для энтерального питания и аспираторов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР КИСЛОРОДНЫЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер кислородный предназначен для кратковременной и длительной кислородной терапии. Заменяет кислородную маску. Позволяет во время терапии принимать пищу и разговаривать.

*Показания к применению:*

- Неотложные состояния, требующие ликвидации кислородной недостаточности;
- Гипоксия, возникшая вследствие развития заболеваний сердечно-сосудистой и дыхательной систем;
- Локальная гипоксия;
- Трофические локальные расстройства, совмещенные с сосудистыми поражениями;
- Вяло протекающие процессы воспалительного характера;
- Раны с анаэробными заражениями.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер кислородный изготовлен из прозрачного термопластичного имплантационно-нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Края назальных канюль гладкие, закругленной формы, что исключает риск травмирования слизистой оболочки носа и не вызывает дискомфорт и раздражение у пациента при длительном применении. Мягкая не перегибаемая носовая часть. Коннектор катетера кислородного совместим с системами для увлажнения и подачи кислорода. Носовые зубцы могут быть выполнены как в прямом исполнении, так и в изогнутом. Катетер легко фиксируется в носовых ходах за счет регулирования длины петли.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); интенсивная терапия.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Легочное кровотечение.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки с мылом;
- вставить носовую часть катетера в нос. С помощью жесткого мобильного регулятора зафиксировать катетер на голове у пациента;
- подсоединить катетер к кислородной магистрали;
- по окончании оксигенотерапии отсоединить катетер от кислородной магистрали;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный коннектор катетера кислородного совместим с системами для увлажнения и подачи кислорода

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ХИРУРГИЧЕСКИЙ ДРЕНАЖНЫЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер хирургический дренажный применяется в хирургии для удаления патологических жидкостей из различных по размерам полостей и ран.

*Показания к применению:*

- Операции на органах брюшной полости и грудной полости;
- Операции на крупных суставах;
- Операции на костях и мышцах;
- Хирургические вмешательства, сопровождающиеся большой кровопотерей;
- Наличие жидкости или гноя в ране.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер хирургический дренажный изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Открытый атравматичный конец, не менее одного бокового отверстия. Наличие бокового отверстия / отверстий обеспечивает эффективный дренаж без риска закупорки. Универсальный воронкообразный коннектор совместим с сильфонами для активного дренажа. Не перекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); хирургия.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Особую осторожность следует проявлять при нарушениях свертываемости крови.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке, надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- отмерить и отрезать необходимую длину трубки (при необходимости);
- установить дренаж в место скопления патологической жидкости в соответствии с правилами общехирургической практики;
- зафиксировать дренаж;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- подключить систему к дренажному мешку или системе активной аспирации;
- провести дренирование в пределах необходимого объема и времени;
- после окончания процедуры дренирования аккуратно удалить дренажную систему;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный воронкообразный коннектор совместим со многими типами аспираторов.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР ТИПА РЕДОН

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер типа Редон применяется в хирургии для удаления (дренажа) из оперированной области крови и выпотной жидкости.

*Показания к применению:*

- Операции на органах брюшной полости и грудной полости;
- Операции на крупных суставах;
- Операции на костях и мышцах;
- Хирургические вмешательства, сопровождающиеся большой кровопотерей;
- Наличие жидкости или гноя в ране.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер типа Редон изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Открытый атравматичный конец, Наличие большого количества (более четырех) боковых отверстий обеспечивают эффективный дренаж без риска закупорки. Равные по размеру боковые отверстия расположены последовательно на двух противоположенных стенках катетера. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения катетера, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); хирургия.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Особую осторожность следует проявлять при нарушениях свертываемости крови.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке, надеть стерильные перчатки;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- отмерить и отрезать необходимую длину трубки (при необходимости), оставляя перфорированный участок необходимой длины;
- установить дренаж в место скопления патологической жидкости в соответствии с правилами общехирургической практики;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- зафиксировать дренаж;
- подключить систему к дренажному мешку или системе активной аспирации;
- провести дренирование в пределах необходимого объема и времени;
- после окончания процедуры дренирования аккуратно удалить дренажную систему;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Трубка совместима со многими типами аспираторов и дренажными системами.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# КАТЕТЕР СОЕДИНИТЕЛЬНЫЙ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Катетер соединительный применяется как удлинительная линия, дренажное или гибкое соединение в медицинских приборах.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Катетер соединительный изготовлен из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида без содержания фталатов. Имеет атравматичный открытый конец. Допускается наличие одного или нескольких универсальных коннекторов. Не перекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Цветовая кодировка коннектора (при наличии) для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист).

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не выявлены.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке;
- извлечь катетер из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- произвести подсоединение катетера соединительного к системе и/или аппарату при помощи коннектора или простым натягиванием на адаптер;
- заполнить объем катетера соединительного до полного вытеснения воздуха;
- открыть зажим или переключатель системы и (или) аппарата и отрегулировать скорость потока газа/жидкости;
- по окончании манипуляции отсоединить и, при необходимости, протянуть по всей длине катетер соединительный через салфетку;
- обработать и утилизировать катетер в установленном порядке;

***Примечания:***

*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный коннектор воронкообразный и трубка совместимы со многими системами и аппаратами.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Апирогенно | REF | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Трубка дренажная используются в медицине для хирургических целей.

*Показания к применению:*

- Операции на органах брюшной полости и грудной полости;
- Операции на крупных суставах;
- Операции на костях и мышцах;
- Хирургические вмешательства, сопровождающиеся большой кровопотерей;
- Наличие жидкости или гноя в ране.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Трубка дренажная изготовлена из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида без фталатов, устойчивого к слипанию при обратных перегибах. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Открытый атравматичный конец, не менее одного бокового отверстия. Наличие боковых отверстий обеспечивают эффективный дренаж без риска закупорки. Трубка дренажная может быть как без коннектора, так и с универсальным воронкообразным коннектором, для возможности соединения с трубками различного диаметра. Не перекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность, обеспечивающая легкое введение. Цветовая кодировка коннектора для быстрого определения размера катетера. На поверхность трубки может быть нанесена маркировка, позволяющая контролировать глубину введения, а также рентгеноконтрастная полоса по всей длине трубки для точной идентификации положения катетера при помощи рентгена. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); хирургия, медицинская практика.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Особую осторожность следует проявлять при нарушениях свертываемости крови.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке, надеть стерильные перчатки;
- извлечь трубку из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- отмерить и отрезать необходимую длину трубки (при необходимости);
- установить дренаж в место скопления патологической жидкости в соответствии с правилами общехирургической практики;



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- зафиксировать дренаж;
- подключить систему к дренажному мешку или системе активной аспирации;
- провести дренирование в пределах необходимого объема и времени;
- после окончания процедуры дренирования аккуратно удалить дренажную систему;
- обработать и утилизировать трубку в установленном порядке;

***Примечания:***
*- защита от влаги при хранении;*
*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Универсальный воронкообразный коннектор и трубка совместимы со многими типами аспираторов и дренажными системами.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# ТРУБКА ДРЕНАЖНАЯ СИЛИКОНОВАЯ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Трубка дренажная силиконовая применяется для удаления патологических жидкостей из различных по размерам полостей и ран, для комплектации насосных и других медицинских устройств.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Трубка дренажная силиконовая изготовлена из нетоксичного силикона. Трубка эластичная, с гладкой поверхностью, прозрачная или полупрозрачная. Имеет атравматичный открытый конец. Возможно изготовление силиконовой трубки с боковыми отверстиями и без. Наличие боковых отверстий обеспечивают эффективный дренаж без риска закупорки.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист); хирургия, медицинская практика.

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Особую осторожность следует проявлять при нарушениях свертываемости крови.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке, надеть стерильные перчатки;
- извлечь трубку из стерильной упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- отмерить и отрезать необходимую длину трубки (при необходимости);
- установить дренаж в место скопления патологической жидкости в соответствии с правилами общехирургической практики;
- зафиксировать дренаж;
- подключить систему к дренажному мешку или системе активной аспирации;
- провести дренирование в пределах необходимого объема и времени;
- после окончания процедуры дренирования аккуратно удалить дренажную систему;
- обработать и утилизировать трубку в установленном порядке;

***Примечания:***

*- защита от влаги при хранении;*

*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Трубка совместима со многими типами аспираторов и дренажными системами.

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |
|  | Апирогенно |  | Каталожный номер |



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

# ТРУБКА В БУХТЕ

*Инструкция по применению*

## НАЗНАЧЕНИЕ

Трубка в бухте предназначена для катетеризации, зондирования, изготовления дренажей, изделий для переливания крови, кровезаменителей, инфузионных растворов; для комплектации насосных и других медицинских устройств, соединения с хирургическими аппаратами и приборами.

## СОСТАВ И ОПИСАНИЕ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

Трубка в бухте изготовлена из прозрачного термопластичного нетоксичного поливинилхлорида без фталатов, устойчивого к слипанию и перегибам. Термопластичный материал смягчается под действием температуры окружающих тканей. Неперекручиваемый термолабильный материал, устойчивый к перегибам и изломам. Гладкая поверхность трубки способствует эффективному оттоку жидкости. Поверхность трубки может быть обработана специальным способом, чтобы снизить потребность в применении смазывающих средств.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Лечебно-профилактическое учреждение (медицинский специалист).

## ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

Не выявлены.

## ПОРЯДОК ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

- вымыть руки, обработать их в установленном порядке, надеть стерильные перчатки;
- извлечь трубку из упаковки, не использовать при повреждении упаковки или изделия;
- отмерить и отрезать необходимую длину трубки;
- установить трубку по месту назначения;
- зафиксировать трубку;
- подключить систему;
- провести необходимую манипуляцию;
- после окончания процедуры аккуратно удалить трубку;
- обработать и утилизировать трубку в установленном порядке;

***Примечания:***

*- защита от влаги при хранении;*

*- апирогенно, нетоксично.*

## СОВМЕСТИМОСТЬ С ДРУГИМИ МЕДИЦИНСКИМИ ИЗДЕЛИЯМИ

Трубка совместима со многими типами аспираторов, дренажными системами и аппаратами.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

## МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ (БЕЗОПАСНОСТИ) И ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕДИЦИНСКОГО ИЗДЕЛИЯ

- использовать только при целостной и неповрежденной упаковке (при нарушении целостности упаковки изделие следует утилизировать);
- изделие однократного применения, не использовать повторно;
- не подвергать повторной стерилизации;
- не использовать после окончания срока хранения.

## МЕТОД СТЕРИЛИЗАЦИИ

Стерилизация оксидом этилена (для стерильных катетеров).

## УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

Хранить при температуре от +5 до +40 °С и относительной влажности не более 80%.

## ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

Гарантийный срок хранения – 5 лет с даты изготовления. Не применять после окончания срока хранения!

## УТИЛИЗАЦИЯ

Изделия следует утилизировать в соответствии с утвержденными местными нормами и правилами.

**ПРОИЗВОДИТЕЛЬ:** ООО «Ассомедика».
Юридический адрес: 222210, Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк «Великий камень», ул. Сапфировая, 22.
Телефон: +375 (17) 307-76-16, факс: +375 (17) 298-54-81.
Сайт: www.asomedica.by.
Электронная почта: office@asomedica.by

## СИМВОЛЫ, ПРИМЕНЯЕМЫЕ ПРИ МАРКИРОВКЕ:

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Изготовитель |  | Не использовать повторно |
|  | Код партии |  | Не применять при повреждении упаковки |
|  | Дата изготовления |  | Ограничение температуры |
|  | Использовать до |  | Ограничение влажности |
|  | Нестерильно (для нестерильных изделий) |  | Стерильно (стерилизовано окисью этилена) |



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | Апирогенно | REF | Каталожный номер |

## ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНЕМ ПЕРЕСМОТРЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Дата последнего пересмотра инструкции – 26.06.2023.



Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru