

УТВЕРЖДЕНА
Приказом Росздравнадзора
от 30 августа 2012 г.
№ 1127-Пр/12

УТВЕРЖДАЮ
Директор ООО фирмы
«Технология-Стандарт»
А.П. Момот
2012 г.



ИНСТРУКЦИЯ

по применению Набора реагентов для определения АДФ-агрегации тромбоцитов (АДФ)

НАЗНАЧЕНИЕ

Набор реагентов АДФ предназначен для определения АДФ-агрегации тромбоцитов. Определение АДФ-агрегации тромбоцитов используется для диагностики врожденных и приобретенных нарушений тромбоцитарного гемостаза (кровоточивости), обусловленных тромбастенией Гланцмана, нарушением «реакции высвобождения» тромбоцитов, контроля за антиагрегантной терапией и др. Набор реагентов АДФ применяется в качестве индуктора агрегации тромбоцитов при записи агрегатограмм.

Набор рассчитан на проведение 500 или 1000 записей агрегаций тромбоцитов в зависимости от комплектации при расходе рабочего раствора АДФ по 0,05 мл на 1 анализ.

ХАРАКТЕРИСТИКА НАБОРА

Принцип метода. Регистрируется агрегация тромбоцитов в богатой тромбоцитами плазме крови в присутствии индуктора агрегации АДФ при помощи оптического (турбидиметрического) или кондуктометрического агрегометра по изменению оптической плотности или электропроводности раствора.

СОСТАВ НАБОРА:

Состав набора на 500 определений:

1. АДФ (лиофильно высушенный) - 1 фл.
2. Растворитель для АДФ, 2,5 мл - 1 фл.

Состав набора на 1000 определений:

1. АДФ (лиофильно высушенный) - 2 фл.
2. Растворитель для АДФ, 2,5 мл - 2 фл.

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАБОРА

Степень агрегации тромбоцитов при использовании набора составляет не менее 50%.

Коэффициент вариации результатов определения агрегации тромбоцитов в нормальной бо-

гатов тромбоцитами плазме крови не превышает 10%.

Допустимый разброс результатов определения агрегации тромбоцитов в одной пробе богатой тромбоцитами плазмы крови разными наборами одной серии не превышает 10%.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Потенциальный риск применения набора – класс 2 а (ГОСТ Р 51609-2000).

Все компоненты набора в используемых концентрациях не токсичны.

Меры предосторожности – соблюдение «Правил устройства, техники безопасности, производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы Министерства здравоохранения СССР» (М., 1981 г.).

При работе с набором следует надевать одноразовые резиновые или пластиковые перчатки, так как образцы крови человека следует рассматривать как потенциально инфицированные, способные длительное время сохранять и передавать ВИЧ, вирус гепатита или любой другой возбудитель вирусной инфекции.

Все использованные материалы дезинфицировать в соответствии с требованиями МУ-287-113.

ОБОРУДОВАНИЕ, МАТЕРИАЛЫ, РЕАГЕНТЫ:

- Агрегометр с блоком пробоподготовки и кюветами;
- центрифуга лабораторная, развивающая ускорение 1000 об/мин (240 g);
- пипетки с переменным объемом, позволяющие отбирать объемы жидкостей 0,01-0,2 и 0,2-1,0 мл;
- пробирки вместимостью 5,0 мл;
- физиологический (0,9%) раствор натрия хлорида;
- перчатки резиновые или пластиковые.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ АНАЛИЗИРУЕМЫХ ОБРАЗЦОВ

Кровь для исследования забирают из локтевой вены в пластиковую или силиконизированную пробирку, содержащую 3,8% раствор натрия лимоннокислого 3-замещенного (цитрата натрия), соотношение объемов крови и цитрата натрия – 9:1. Кровь центрифугируют при 1000 об./мин (240 g) при комнатной температуре (18-25 °С) в течение 7 мин. Богатую тромбоцитами плазму переносят в другую пробирку и используют для анализа.

Центрифугирование должно проводиться непосредственно после взятия крови, а отбор плазмы на исследование - сразу после завершения повторного центрифугирования. Не допускается анализ плазмы крови, имеющей сгустки, гемолиз и полученной более 2 ч назад, а также замороженной плазмы крови.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ РЕАГЕНТОВ И ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

1. ПОДГОТОВКА РЕАГЕНТОВ К РАБОТЕ

А. Разведение АДФ

Во флакон с АДФ внести 2,0 мл растворителя для АДФ и развести содержимое при комнатной температуре и легком покачивании в течение 2 мин. В результате получают маточный раствор АДФ (1 мг/мл).

Маточный раствор АДФ можно хранить при температуре -6... -18 °С до 1 мес. и размораживать по мере необходимости для приготовления рабочего раствора АДФ. Допускается многократное чередование замораживания и размораживания реагента.

Б. Приготовление рабочих растворов АДФ

Для получения рабочего раствора № 1 в пробирке смешать при комнатной температуре (18-25 °С) 0,9 мл физиологического (0,9%) раствора натрия хлорида и 0,1 маточного раствора АДФ (разведение 1:10).

Для получения рабочего раствора № 2 в пробирке смешать при комнатной температуре 0,5 мл физиологического (0,9%) раствора натрия хлорида и 0,5 мл рабочего раствора № 1 (разведение 1:20).

Для получения рабочего раствора № 3 в пробирке смешать при комнатной температуре 0,5 мл физиологического (0,9%) раствора натрия хлорида и 0,5 мл рабочего раствора № 2 (разведение 1:40).

Для получения рабочего раствора № 4 в пробирке смешать при комнатной температуре 0,5 мл физиологического (0,9%) раствора натрия хлорида и 0,5 мл рабочего раствора № 3 (разведение 1:80).

2. ПРОВЕДЕНИЕ АНАЛИЗА

Запись агрегатограмм проводят в соответствии с Инструкцией к агрегометру. С помощью рабочих растворов АДФ разной концентрации получают записи кривых агрегации тромбоцитов. При записи агрегатограмм используют 0,4 мл плазмы пациента и 0,05 мл рабочего раствора АДФ. Максимальная (одноволновая) агрегация наблюдается при использовании раствора № 1. Двухволновая агрегация обычно вызывается раствором № 2 и № 3. Использование более низких концентраций АДФ (раствор № 4) показано для выявления гиперагрегации тромбоцитов.

Во всех случаях параллельно с опытной пробой рекомендуется определить агрегацию тромбоцитов в свежеполученной нормальной богатой тромбоцитами плазме крови. Необходимо также отработать нормативные (контрольные) параметры агрегатограммы на образцах богатой тромбоцитами плазмы здоровых людей.

В свежеполученной нормальной богатой тромбоцитами плазме здоровых лиц степень АДФ-агрегации тромбоцитов при использовании агрегометра «Биола» (Россия) составляет не менее 50%.

УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ПРИМЕНЕНИЯ НАБОРА

Хранение набора должно проводиться при температуре 2-8 °С в течение всего срока годности (18 мес). Допускается хранение набора при температуре до 25 °С не более 10 сут. Замораживание набора не допускается.

Маточный раствор АДФ можно хранить при температуре -6... -18 °С до 1 мес. и размораживать по мере необходимости для приготовления рабочего раствора АДФ. Допускается многократное чередование замораживания и размораживания реагента.

Рабочие растворы АДФ можно хранить не более 1 сут. при температуре 18-25 °С или не более 2 сут при 2-8 °С, не замораживать.

Для получения надежных результатов необходимо строгое соблюдение Инструкции по применению набора.

По вопросам, касающимся качества набора АДФ, следует обращаться в:

1. ООО фирму «Технология-Стандарт» по адресу: 656037, г. Барнаул, а/я 1351; тел.: (3852) 27-13-00, 22-99-37, 22-99-38, 22-99-39; e-mail: mail@tehnologia-standart.ru или

2. Испытательный лабораторный центр ФГУ «НИИ ФХМ» ФМБА России по адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 1а; тел.: (499) 246-44-01; 246-44-09.

Директор ООО фирма

«Технология-Стандарт» д.м.н., проф.

А.П. Момот

Зам. директора ООО фирма

«Технология-Стандарт» к.м.н., доц.

И.И. Шахматов

Мед. испытания проведены:

Главный врач НУЗ Отделенческая
клиническая больница на ст. Барнаул
ОАО «РЖД» к.м.н.



А.Г. Зальцман