Дата редакции 16.06.2023

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



СТУЛЬЧИК ДЛЯ ДЕТЕЙ, НАЧИНАЮЩИХ ХОДИТЬ
15.99.033.00.00.000 П
ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Стульчик для детей, начинающих ходить 15.99.033.00.00.000 (далее - стульчик) предназначен для детей (далее - ребенок) со спинномозговой патологией. Стульчик оснащён валиком для разведения ног, страховочным поясным ремнём и ремнями для фиксации ступней, мягкими элементами (сиденье и спинка). Возможна бесступенчатая регулировка подножки по высоте и углу наклона. Стульчик предназначен для эксплуатации в помещении.

Стульчик выполнен в пяти исполнениях с различием по габаритным размерам изделия, в зависимости от роста ребенка. Исполнения 15.99.033.00.000-03, -04 и -05 дополнительно оснащены поворотными колёсами с тормозом для удобства перемещения.

1 Технические характеристики изделия

Таблица 1

Обозначение изделия	Длина, мм	Высота, мм	Ширина, мм	Ширина сиденья, мм	Рост ребёнка, см	Масса изделия, кг
15.99.033.00.00.000	470±10	670±10	360±10	280	89-104	7,5
15.99.033.00.00.000-03	524±10	746±10	428±10			9,0
15.99.033.00.00.000-01	406±10	580±10	360±10	280	81-97	6,5
15.99.033.00.00.000-04	460±10	656±10	428±10			8,0
15.99.033.00.00.000-02	380±10	480±10	320±10	240	76-91	6,1
15.99.033.00.00.000-05	434±10	556±10	418±10			7,5

1.2 Масса пользователя (ребенка) не более 50 кг.

1.3 Срок службы – не менее 5 лет.

2 Меры безопасности

2.1 При посадке ребёнка в стульчик необходимо, использовать страховочные ремни.

2.2 Не оставлять ребёнка в стульчике без присмотра.

2.3 Во избежание поломки аккуратно обращаться с рычагами тормоза на колёсах (для исполнений с колёсами), не допуская ударов.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку всех элементов стульчика моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки стульчик вытереть насухо.

3.3 Не использовать для обработки стульчика растворители, отбеливатели, абразивные вещества.

4 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и физическим износом, а также на стульчик без памятки на него.

5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Стульчик является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: № ИМ-7.110130; действительно до 24.06.26 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10



Стул для занятий

Руководство по эксплуатации

15.99.034.00.00.000 РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 13.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стул для занятий (далее - стул) предназначен для детей со спинномозговой патологией, имеет спинку с регулируемым углом наклона. Подлокотники и подножка регулируются по высоте. Регулировка подножки по высоте и углу наклона – бесступенчатая. Стул снабжён мягкими элементами (подушка сиденья и спинки). Имеются страховочные ремни, боковые упоры, валик для разведения ног. Исполнения 15.99.034.00.00.000-02 и 15.99.034.00.00.000-03 дополнительно оснащены поворотными колёсами с тормозами для удобства перемещения.

Перед первым использованием стула рекомендуется получить консультацию специалиста и внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры стула представлены в таблице.

Таблица

Обозначение	Длина, (±10) мм	Высота, (±10) мм	Ширина, (±10) мм	Ширина сиденья, мм	Кол-во боковых упоров, шт.	Масса стула, кг
15.99.034.00.00.000	753	859	510	370	2	16
15.99.034.00.00.000-01		1050			4	17
15.99.034.00.00.000-02	789	858			2	16
15.99.034.00.00.000-03		1049			4	17

2.2 Рост пользователя от 104 до 163 см.

2.3 Номинальная нагрузка (масса пользователя) – не более 50 кг.

2.4 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Устройство

Стул (см. рисунок 1) состоит из следующих основных элементов: подставка для ног 1, каркас 2, спинка 3, боковые упоры 4, подушка для спины 5, ремень для фиксации таза 6, подлокотники 7, маховики 8, подушка сиденья 9, ограничитель 10.

Примечание *– Изображение стула на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1

4 Эксплуатация изделия

4.1 Подготовка к эксплуатации

4.1.1 Расчехлить стул и установить на пол.

4.1.2 Отрегулировать глубину посадки пользователя необходимо с помощью переустановки верхних маховиков спинки 3 по отверстиям в боковине рамы 2. Установить необходимый угол наклона спинки, переместив нижние маховики по пазу (см. рисунок 2). Фиксация положения осуществляется маховиками.




Рисунок 2

4.1.3 Отрегулировать положение ограничителя 10 при помощи маховика 8 под сиденьем. Установить расстояние L, удобное для пользователя (рисунок 3)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 3

4.1.4 Боковые упоры 4 при помощи маховиков 8 за спинкой 3 установить в пазы, комфортные для пользователя. Произвести регулировку по ширине. Зафиксировать выбранное положение.

4.1.5 Отрегулировать положение подлокотников 11 при помощи маховиков. Регулировка подлокотников по горизонтали, вертикали и углу наклона – бесступенчатая (рисунок 4)




Рисунок 4

4.1.6 Отрегулировать положение подставки для ног 1 при помощи маховиков. Зафиксировать выбранное положение (рисунок 5).




Рисунок 5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.1.7 Приведение колес в режим стояночного (заторможенного) положения осуществляется переводом педали тормоза вниз (рисунок 6).




Рисунок 6

4.1.8 Отрегулировать положение ремня для фиксации таза при помощи липких элементов на них. Стул готов к эксплуатации.

4.2 Эксплуатация

4.2.1 При посадке ребенка в стул, а также, во время эксплуатации стула по назначению, рекомендуется затормаживать его не менее, чем на два колеса (на выбор потребителя).

4.2.2 Во избежание поломки тормозных рычагов на колесных опорах, рекомендуется затормаживание и растормаживание колес осуществлять рукой, не допуская при этом механических ударов.

5 Меры безопасности

5.1 Запрещается подвергать стул ударам.

5.2 Во избежание нанесения травмы не допускать попадания частей тела между подвижными элементами конструкции стула.

5.3 Перед использованием стула каждый раз необходимо проверить прочность винтовых соединений, надежность крепления сиденья, спинки, подлокотников, подставки для ног, упоров для головы и ремней.

6 Комплектность

6.1 Стул	1 шт.
6.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7 Маркировка

Маркировка стула должна предусматривать следующие данные:

- наименование, товарный знак предприятия-изготовителя и его местонахождение;
- условное обозначение изделия;
- обозначение стандарта на изделие;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя (заводской номер);
- дата изготовления (месяц, год);
- система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017;
- срок службы (лет), гарантийный срок;
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- идентификационный штриховой код
- сведения о государственной регистрации изделия (номер и срок действия регистрационного удостоверения).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Свидетельство об упаковывании

Стул для занятий 15.99.034.00.00.000
Наименование изделия обозначение исполнение зав. номер

упакован на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

9 Свидетельство о приемке

Стул для занятий 15.99.034.00.00.000
Наименование изделия обозначение исполнение зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации стула – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт стула в случае выхода его из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации с записями изготовителя.

10.3 Гарантия не распространяется на детали стула, имеющие механические повреждения и естественный износ.

10.4 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: 220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10. По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Стул является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре Республики Беларусь изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130 (действительно до 24.06.2026).

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79; сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10

Стул для занятий

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.202.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 15.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

1 Назначение

Стул для занятий (далее - стул) предназначен для детей со спинномозговой патологией, имеет спинку с регулируемым углом наклона. Подлокотники и подножка регулируются по высоте. Регулировка подножки по высоте и углу наклона – бесступенчатая. Стул снабжён съемным столиком, установленным на подлокотниках, мягкими элементами (подушка сиденья и спинки). Имеются страховочные ремни, боковые упоры, валик для разведения ног. Исполнения ЦСИЕ.03.202.00.00.00-02 и ЦСИЕ.03.202.00.00.00-03 дополнительно оснащены поворотными колёсами с тормозами для удобства перемещения.

Перед первым использованием стула рекомендуется получить консультацию специалиста и внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры стула представлены в таблице.

Таблица

Обозначение	Длина, (±10), мм	Высота (±10), мм	Ширина, (±10), мм	Ширина сиденья, мм	Кол-во боковых упоров, шт.	Масса изделия, кг
ЦСИЕ.03.202.00.00.00	847	859	560	370	2	19
ЦСИЕ.03.202.00.00.00-01		1050			4	20
ЦСИЕ.03.202.00.00.00-02	884	858			2	19
ЦСИЕ.03.202.00.00.00-03		1049			4	20

2.2 Рост пользователя от 104 до 163 см.

2.3 Номинальная нагрузка (масса пользователя) – не более 50 кг.

2.4 Срок службы – не менее 5 лет

3 Устройство

Стул (см. рисунок 1) состоит из следующих основных элементов: подставка для ног 1, каркас 2, спинка 3, боковые упоры 4, подушка для спины 5, ремень для фиксации таза 6, подлокотники 7, маховики 8, подушка сиденья 9, ограничитель 10, стол 11.

Примечание – *Изображение стула на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1

4 Эксплуатация изделия

4.1 Подготовка к эксплуатации

4.1.1 Расчехлить стул и установить на пол.

4.1.2 Отрегулировать глубину посадки пользователя необходимо с помощью переустановки верхних маховиков спинки 3 по отверстиям в боковине рамы 2. Установить необходимый угол наклона спинки, переместив нижние маховики по пазу (см. рисунок 2). Фиксация положения осуществляется маховиками.




Рисунок 2

4.1.3 Отрегулировать положение ограничителя 10 при помощи маховика 8 под сиденьем. Установить расстояние L, удобное для пользователя (рисунок 3)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 3

4.1.4 Боковые упоры 4 при помощи маховиков 8 за спинкой 3 установить в пазы, комфортные для пользователя. Произвести регулировку по ширине. Зафиксировать выбранное положение.

4.1.5 Отрегулировать положение подлокотников 11 при помощи маховиков. Регулировка подлокотников по горизонтали, вертикали и углу наклона – бесступенчатая (рисунок 4)




Рисунок 4

4.1.6 Съем стола со стула выполняется следующим образом:

Частично выкрутить маховики крепления стола с каждой стороны на 2-3 оборота. Сдвинуть стол движением «назад» до упора в пазу, вывести из зацепления с подлокотниками движением «вверх» (рисунок 5)

Установка стола на стул выполняется в обратном порядке.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 5

4.1.7 Отрегулировать положение подставки для ног 1 при помощи маховиков. Зафиксировать выбранное положение (рисунок 6).




Рисунок 6

4.1.8 Приведение колес в режим стояночного (заторможенного) положения осуществляется переводом педали тормоза вниз (рисунок 7).




Рисунок 7

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.1.9 Отрегулировать положение ремня для фиксации таза при помощи липких элементов на них. Стул готов к эксплуатации.

4.2 Эксплуатация

4.2.1 При посадке ребенка в стул, а также, во время использования стула по назначению, рекомендуется затормаживать его не менее, чем на два колеса (на выбор потребителя).

4.2.2 Во избежание поломки тормозных рычагов на колесных опорах, рекомендуется затормаживание и растормаживание колес осуществлять рукой, не допуская при этом механических ударов.

5 Меры безопасности

5.1 Запрещается подвергать стул ударам.

5.2 Во избежание нанесения травмы не допускать попадания частей тела между подвижными элементами конструкции стула.

5.3 Перед использованием стула каждый раз необходимо проверить прочность винтовых соединений, надежность крепления сиденья, спинки, подлокотников, подставки для ног, упоров для головы и ремней.

6 Комплектность

6.1 Стул	1 шт.
6.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.

7 Маркировка

Маркировка стула должна предусматривать следующие данные:

- наименование, товарный знак предприятия-изготовителя и его местонахождение;
- условное обозначение изделия;
- обозначение стандарта на изделие;
- порядковый номер по системе нумерации предприятия-изготовителя;
- дата изготовления (месяц, год);
- система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017;
- срок службы (лет), гарантийный срок;
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- идентификационный штриховой код;
- сведения о государственной регистрации изделия (номер и срок действия регистрационного удостоверения).

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Свидетельство об упаковывании

Стул для занятий. ЦСИЕ.03.202.00.00.00
наименование изделия обозначение исполнение зав. номер

упакован на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_____
должность личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

9 Свидетельство о приемке

Стул для занятий ЦСИЕ.03.202.00.00.00
наименование изделия обозначение исполнение зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, СТБ1594-2005, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента качества разработки и производства изделий протезно-ортопедических, обуви ортопедической и технических средств реабилитации соответствует требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

_____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации стула – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт стула в случае выхода его из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя, при наличии руководства по эксплуатации на него с записями изготовителя.

10.3 Гарантия не распространяется на детали стула, имеющие механические повреждения и естественный износ.

10.4 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: 220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10. По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Стул является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре РБ изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130 (действительно до 24.06.2026).

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79; сайт: www.bpovc.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты
Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Стул для детей с ДЦП
(рост до 112 см)

Руководство по эксплуатации

БРС 11.00.00.000 РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 19.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации БРС 11.00.00.000РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством стула для детей с ДЦП (рост до 112 см) (далее - стул), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Стул предназначен для детей, больных детским церебральным параличом, для удержания их в сидячем положении (преимущественно до 6 лет).

Стул оснащён:

- спинкой, регулируемой по глубине сиденья и углу наклона;
- подлокотниками, регулируемыми по высоте и углу наклона;
- подножкой, регулируемой по глубине и углу наклона;
- сиденьем, регулируемым по высоте и углу наклона;
- абдуктором для разведения ног, который регулируется по глубине сиденья;
- упорами для удержания головы с возможностью регулировки положения по ширине и перестановки по высоте;
- нагрудником с регулируемыми ремнями;
- съёмным столом, устанавливаемым на подлокотники.

БРС 11.00.00.000 оснащён сзади 2-мя транспортировочными колёсами для перемещения его без пользователя. БРС 11.00.00.000-01 установлен на 5-ти поворотных колёсных опорах с тормозами для перемещения стула вместе с пользователем.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры стула представлены в таблице.

Таблица

Обозначение изделия	Длина, мм, ±10	Высота, мм, ±10	Ширина, мм, ±5	Ширина сиденья, мм, ±5	Масса изделия, кг, не более
БРС 11.00.00.000	700...810	830..900	520	340	20,5
БРС 11.00.00.000-01	670...780	900...970	520	340	21,5

2.2 Масса пользователя не более 50 кг.

2.3 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Устройство стула

Стул (см. рисунки 1, 2) состоит из следующих основных элементов: каркас 1, сиденье 2, спинка 3, стол 4, подножка 5, подлокотники 6, упоры для головы 7, нагрудник 8, абдуктор 9, подушка спинки 10, подушка сиденья 11, подушки боковые 12, маховики 13, ремни нагрудные 14, ремни для ног 15, колеса транспортировочные 16.

Примечание: Изображение стула на рисунках – условное и не служит для контроля на соответствие КД.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.1 Подготовка к работе

3.1.1 Достать из коробки (при её наличии). Расчехлить.

3.1.2. Перевернуть стол поз.4 (рис.1, 2) из упаковочного положения в рабочее (в случае транспортировки в полуразобранном состоянии).

Для этого необходимо ослабить фиксацию .маховиками поз.13 (рис.1, 2), извлечь стол движением «назад-вверх» (кронштейны стола имеют угловые пазы для фиксации). Перевернуть стол в рабочее положение. Выполнить действия, обратные съёму. Надёжно зафиксировать стол маховиками в конечных точках угловых пазов кронштейнов стола.

3.1.3 Выполнить соединение спинки с каркасом (в случае транспортировки в полуразобранном состоянии). Для этого следует пропустить через пазы кронштейнов спинки и пазы боковины каркаса болты 1 (рис.3), отрегулировать положение спинки, надёжно зафиксировать при помощи маховиков 2 (рис.3).

3.1.4 Выполнить соединение подножки с каркасом (в случае транспортировки в полуразобранном состоянии). Для этого следует вставить в отверстия подножки гайки 2 (рис..4), пропустить через соответствующие отверстия в боковинах каркаса винты 1 (рис.4). Произвести свинчивание, используя ключ из пакета ЗИП.

Аналог соединения можно увидеть в соединении боковины и задней стенки каркаса.

Отрегулировать глубину выдвижения и угол наклона подножки при помощи маховиков на ней.

3.1.5 Отрегулировать высоту и угол наклона сиденья с помощью маховиков.

3.1.6 Отрегулировать положение абдуктора при помощи маховика под сиденьем.

3.1.7 Отрегулировать высоту и угол наклона подлокотников (и, автоматически, стола) при помощи маховиков на боковине.

3.1.8 Отрегулировать положение упоров для головы, используя необходимые пазы в спинке, с помощью соответствующих маховиков.

3.1.9 Отрегулировать положение ремней нагрудных и нагрудника при помощи фастексов на них.

Стул готов к работе.




Рисунок 3

Рисунок 4

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.2 Работа

При посадке на стул БРС 11.00.00.000-01 и высадке из него необходимо затормозить колёсные опоры с помощью рычагов на них.

ВНИМАНИЕ! Во избежание поломки тормозных рычагов, рекомендуется затормаживание (рычаг - вниз) и растормаживание (рычаг - вверх) колёсных опор осуществлять рукой, не допуская при этом механических ударов.

После посадки пользователя на стул, при необходимости, откорректировать все вышеуказанные элементы опоры тела.

Пристегнуть нагрудник нагрудными ремнями и зафиксировать ремнями ступни ног на подножке. При помощи кронштейнов, закреплённых на столе 4 установить стол на подлокотники 6 и зафиксировать его маховиками 13.

4 Меры безопасности

4.1 Запрещается передвижение исполнения стула БРС 11.00.00.000 на транспортировочных колёсах с сидящим на нем ребёнком.

4.2 Посадку на стул БРС 11.00.00.000-01 и высадку из него осуществлять только при заторможенных колёсных опорах (не менее двух).

4.3 Во избежание нанесения травмы запрещается пользоваться столом, незафиксированным на подлокотниках стула.

4.4 Запрещается подвергать стул ударам.

4.5 Перед использованием стула каждый раз необходимо проверять прочность винтовых соединений, надёжность крепления сиденья, спинки, подлокотников, подножки, упоров для головы, ремней и стола.

5 Техническое обслуживание

5.1.Все деревянные и металлические части стула протираются влажной ветошью и вытираются насухо.

5.2 Съёмные чехлы на мягких элементах стирать в мыльном растворе.

6 Комплектность

6.1 Стул	- 1 шт.
6.2 Руководство по эксплуатации	- 1 шт.
6.3 Пакет с ЗИП (для БРС 11.00.00.000-01)	- 1 шт.

7 Маркировка

7.1 Маркировка стула должна содержать:

- товарный знак предприятия - изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;
- обозначение СТБ 1594-2005;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
-сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015. и ГОСТ ISO 13485-2017»

8 Свидетельство о приемке

Стул для детей с ДЦП (рост до 112 см) БРС 11.00.00.000
наименование изделия обозначение исполнение зав. номер

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП _____ _____
личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

9 Свидетельство об упаковывании

Стул для детей с ДЦП (рост до 112 см) БРС 11.00.00.000
наименование изделия обозначение исполнение зав. номер

упаковано на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

_____
должность личная подпись расшифровка подписи

_____
число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Гарантийные обязательства

10.1 Срок гарантии стула 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт стула в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине изготовителя при наличии настоящего РЭ.

Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на стулья, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате несоответствующего использования стула.

10.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Стул является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026 г.

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10
Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.
Телефон для справок (+375 17) 308 14 34;
отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
«Стульчик для туалета (рост от 97 до 122 см)»
ЦСИЕ.03.367.00.00.00П

Стульчик для туалета (далее - стульчик), предназначен для детей со спинномозговой патологией (далее - пользователь) и размещения в нем пользователя для выполнения естественных надобностей. Стульчик может использоваться в лечебных или профилактических учреждениях, а также в домашних условиях.

2. Технические характеристики

1.1 Основные параметры изделия:

Обозначение	Рост ребёнка, см	Ширина, мм, не более	Длина, мм, не более	Высота, мм, не более	Высота от пола до сиденья, мм	Масса, кг, не более
ЦСИЕ.03.367.00.00.00	от 97 до 122	470	880	900	260 - 332	11,5

1.2 Масса пользователя не более 50 кг.

1.3 Срок службы – не менее 5 лет.

2 Устройство изделия

2.1 Стульчик включает в себя раму с сиденьем, спинкой, подножкой, подлокотниками и съёмной санитарной ёмкостью. Для ограничения перемещения и фиксации элементов тела ребёнка предусмотрены страховочные ремни и боковые ограничители. Стульчик комплектуется съёмным столом, а также мягкой подушкой на спинку.

4 Требования безопасности

3.1 Не оставлять ребёнка одного без присмотра, не допуская его сильных наклонов и раскачиваний во избежание опрокидывания стульчика и получения травмы.

3.2 При использовании стульчика без стола обязательно применять страховочные ремни.

3.4 После удовлетворения естественных надобностей необходимо вымыть ёмкость и продезинфицировать дезинфицирующим раствором.

3.5 Запрещается подвергать стульчик ударам во избежание поломок.

4 Рекомендации по уходу

4.1 Проводить санитарную обработку всех элементов стульчика моющими и дезинфицирующими средствами.

4.2 После санитарной обработки вытереть стульчик насухо.

4.3. Не использовать для обработки стульчика растворители и абразивные вещества.

4.4. При эксплуатации в ёмкости рекомендуется оставлять на донышке немного воды или жидкости для биотуалета с целью нейтрализации неприятных запахов и дезинфекции ёмкости.

5 Хранение

5.1 Хранить стульчик в сухом и чистом месте.

5.2. Не подвергать стульчик воздействию высокой температуры, влажности и пыли.

6 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и физическим износом

7 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Стульчик является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Стульчик соответствует СТБ 1594-2005.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79;

сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 19.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
«Стульчик для туалета (рост от 112 до 139 см)»
ЦСИЕ.03.368.00.00.00П

Стульчик для туалета (далее - стульчик), предназначен для детей со спинномозговой патологией (далее - пользователь) и размещения в нем пользователя для выполнения естественных надобностей. Стульчик может использоваться в лечебных или профилактических учреждениях, а также в домашних условиях.

2. Технические характеристики

1.1 Основные параметры изделия:

Обозначение	Рост ребёнка, см	Ширина, мм, не более	Длина, мм, не более	Высота, мм, не более	Высота от пола до сиденья, мм	Масса, кг, не более
ЦСИЕ.03.368.00.00.00	от 112 до 139	470	940	980	260 - 380	13,5

2.2 Масса пользователя, не более, 50 кг.

2.3 Срок службы – не менее 5 лет.

2 Устройство изделия

2.1 Стульчик включает в себя раму с сиденьем, спинкой, подножкой, подлокотниками и съёмной санитарной ёмкостью. Для ограничения перемещения и фиксации элементов тела ребёнка предусмотрены страховочные ремни и боковые ограничители. Стульчик комплектуется съёмным столом, а также мягкой подушкой на спинку.

4 Требования безопасности

3.1 Не оставлять ребёнка одного без присмотра, не допуская его сильных наклонов и раскачиваний во избежание опрокидывания стульчика и получения травмы.

3.2 При использовании стульчика без стола обязательно применять страховочные ремни.

3.4 После удовлетворения естественных надобностей необходимо вымыть ёмкость и сполоснуть дезинфицирующим раствором.

3.5 Запрещается подвергать стульчик ударам во избежание поломок.

4 Рекомендации по уходу

4.1 Проводить санитарную обработку всех элементов стульчика моющими и дезинфицирующими средствами.

4.2 После санитарной обработки вытереть стульчик насухо.

4.3. Не использовать для обработки растворители и абразивные вещества.

4.4. При эксплуатации в ёмкости рекомендуется оставлять на донышке немного воды или жидкости для биотуалета с целью нейтрализации неприятных запахов и дезинфекции ёмкости.

5 Хранение.

5.1 Хранить стульчик в сухом и чистом месте.

5.2. Не подвергать стульчик воздействию высокой температуры, влажности и пыли.

6 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и физическим износом.

8 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Стульчик является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Стульчик соответствует требованиям СТБ 1594-2005.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79;

сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 19.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ
«Стульчик для туалета (рост от 127 до 160 см)»
ЦСИЕ.03.369.00.00.00П

Стульчик для туалета (далее - стульчик), предназначен для детей со спинномозговой патологией (далее - пользователь) и размещения в нем пользователя для выполнения естественных надобностей. Стульчик может использоваться в лечебных или профилактических учреждениях, а также в домашних условиях.

1. Технические характеристики

1.1 Основные параметры изделия:

Обозначение	Рост ребёнка, см	Ширина, мм, (±10)	Длина, мм, (±15)	Высота, мм, (±15)	Высота от пола до сиденья, мм	Масса, кг, не более
ЦСИЕ.03.369.00.00.00	от 127 до 160	590	865... 1380	1100... 1250	345... 465	20

1.2 Масса пользователя, не более, 50 кг

1.3 Срок службы – не менее 5 лет.

2 Устройство изделия

2.1 Стульчик включает в себя раму с сиденьем, спинкой, подножкой, подлокотниками и съёмной санитарной ёмкостью. Для ограничения перемещения и фиксации элементов тела ребёнка предусмотрены страховочные ремни и боковые ограничители. Стульчик комплектуется съёмным столом, а также мягкой подушкой на спинку.

3 Требования безопасности

3.1 Не оставлять ребёнка одного без присмотра, не допуская его сильных наклонов и раскачиваний во избежание опрокидывания стульчика и получения травмы.

3.2 При использовании стульчика без стола обязательно применять страховочные ремни.

3.4 После удовлетворения естественных надобностей необходимо вымыть ёмкость и продезинфицировать дезинфицирующим раствором.

3.5 Запрещается подвергать стульчик ударам во избежание поломок.

4 Рекомендации по уходу

4.1 Проводить санитарную обработку всех элементов стульчика моющими и дезинфицирующими средствами.

4.2 После санитарной обработки вытереть стульчик насухо.

4.3. Не использовать для обработки растворители и абразивные вещества.

4.4. При эксплуатации в ёмкости рекомендуется оставлять на донышке немного воды или жидкости для биотуалета с целью нейтрализации неприятных запахов и дезинфекции ёмкости.

5 Хранение

5.1 Хранить стульчик в сухом и чистом месте.

5.2. Не подвергать стульчик воздействию высокой температуры, влажности и пыли.

6 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и физическим износом.

7 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Стульчик является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Стульчик соответствует требованиям СТБ 1594-2005.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79;

сайт: www.bpovc.by.

Дата редакции 19.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



Стенд-стойка
Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.03.140.00.00.00РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 21.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.03.140.00.00.00РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством стенд -стойки ЦСИЕ.03.140.00.00.00 (далее - стойка) с условиями её эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Стойка предназначена для фиксации в положении «стоя» детей, больных ДЦП в возрасте от 4 до 12 лет (рост 105 - 130 см) при помощи опор на грудной и спинной отделы, тазобедренные и коленные суставы.

Применяется для оснащения ортопедических клиник, травматологических и восстановительных отделений клиник и для индивидуального использования в бытовых условиях.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры, не более:
- длина – 744 мм;
- ширина – 620 мм;
- высота – (786…986) мм.

2.2 Масса, не более 25 кг.
2.3 Масса пользователя, не более 50 кг.
2.4 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Устройство и работа

3.1 Стойка состоит из следующих основных узлов и деталей, приведенных на рисунке (стр. 5).

3.1.1 Каркас 1 с рамой 2 изготовлен из металлических труб и установлен на две опоры 3 и два колеса 4.

3.1.2 Стол 5 выполнен из фанеры и имеет ограничительные буртики по периметру.

3.1.3 Опоры 6 и 7 и упор коленный 8 выполнены из металлических деталей, которые обтянуты войлоком и винилискожей

3.1.4 Упор 9 выполнен из фанеры и крепится на каркасе.

Примечание *– Изображение стойки на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.2 Подготовка к эксплуатации

3.2.1 Перед использованием стойки необходимо:

- ознакомиться с настоящим РЭ;
- установить стойку на пол, отрегулировать опоры 3;
- отрегулировать по росту ребёнка опору переднюю 6, опору заднюю 7, стол 5, раму 2, упор коленный 8;
- добиться оптимального положения, зафиксировать в нужном положении.

3.3 Эксплуатация

3.3.1 Стол 5, установленный на каркасе, имеет возможность перемещения по высоте в пределах 100 мм с помощью маховиков 12.

3.3.2 Опора задняя 7 служит для фиксации спины и имеет возможность перемещения по высоте в пределах 150 мм для выбора удобного положения пользователя. Регулировка осуществляется маховиками 10, 11.

3.3.3 Опора передняя 6 служит для фиксации пользователя в области грудной клетки. Выбор высоты регулируется в диапазоне 200 мм с помощью маховика 13.

3.3.4 Упор коленный 8 служит для фиксации ног пользователя и регулируется по высоте и ширине в диапазоне 250 мм с помощью маховиков 14.

3.3.5 Упор 9 служит для фиксации ступней ног пользователя. Перемещаются и устанавливаются в нужном положении с помощью маховиков 15.

3.3.6 Все движущиеся части стойки после выбора удобного положения для пользователя должны надёжно фиксироваться – маховики должны быть зафиксированы.

4 Меры безопасности

4.1 В процессе эксплуатации не допускать резких ударов и падения узлов стойки.

4.2 Во избежание опрокидывания добиваться устойчивого положения стойки путём регулирования высоты опор.

4.3 Запрещается перемещать стойку с находящимся на ней ребёнком.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Техническое обслуживание

5.1 Регулярно проверять надёжность фиксации движущихся частей стойки.

5.2 Регулярно проверять устойчивость стойки путём регулирования опор

5.3 Проводить дезинфекцию салфеткой, смоченной в моющем растворе.

5.4 Запрещается для чистки использовать растворители и спиртосодержащие вещества.

6 Комплектность

6.1 Стенд-стойка - 1 шт.
6.2 Руководство по эксплуатации - 1 шт.

7 Маркировка

7.1 Маркировка стойки должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;
- обозначение СТБ 1594-2005;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Свидетельство о приемке

Стенд-стойка ЦСИЕ.03.140.00.00.00

наименование изделия обозначение зав. номер

изготовлена и принята в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признана годной для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO13485-2017.

МП

Должность подпись расшифровка подписи число, месяц ,год

9 Свидетельство об упаковывании

Стенд-стойка ЦСИЕ.03.140.00.00.00

Наименование изделия обозначение зав. номер

упакована на РУП БПОВЦ


наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка Клишевич Е.Ф.

Должность подпись расшифровка подписи число, месяц ,год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Гарантийные обязательства

10.1 Гарантийный срок эксплуатации стойки – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

10.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия – изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

10.3 Гарантия не распространяется на стойки, имеющие нарушения требований, изложенных в настоящем РЭ.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

10.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования стойки.

10.6 Гарантии не распространяются на изделие без РЭ или этикетки.

10.7 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Стойка является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130.

Действительно до 24.06.2026 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.*

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Телефон для справок (+375 17) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Дата редакции 16.06.2023

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

СИДЕНЬЕ УГЛОВОЕ НАПОЛЬНОЕ
15.99.035.00.000 П
ПАМЯТКА ПО ПОЛЬЗОВАНИЮ

Сиденье угловое напольное 15.99.035.00.000 (далее - сиденье) предназначено для детей (далее-ребенок) со спинномозговой патологией. Сиденье устанавливается на пол и оснащено мягким элементом (совмещённое сиденье со спинкой), укомплектовано страховочными ремнями (с возможностью переустановки по высоте), а также абдуктором для разведения ног с возможностью регулировки положения по глубине.

1 Технические характеристики

1.1 Сиденье выполнено в трёх исполнениях с различием по габаритным размерам изделия в зависимости от роста ребенка. Исполнение 15.99.00.000-02 дополнительно оснащено поворотными колёсными опорами с тормозом диаметром 50 мм.

1.2 Основные параметры сиденья приведены в таблице:

Обозначение изделия	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Максимальный рост ребенка, см	Масса, кг
15.99.035.00.00.000	390±10	435±10	380±10	94	3,6
15.99.035.00.00.000-01	440±10	490±10	580±10	117	5,3
15.99.035.00.00.000-02	440±10	530±10	640±10	117	6,8

1.3 Масса пользователя не более 50 кг.

1.4 Срок службы – не менее 5 лет.

2 Меры безопасности

2.1 При посадке ребёнка в сиденье, а также, во время использования сиденья по назначению, рекомендуется затормаживать не менее двух колес изделия (на выбор потребителя).

2.2 Во избежание поломки тормозных рычагов на колёсных опорах, рекомендуется затормаживание и растормаживание колёс осуществлять рукой, не допуская при этом механических ударов и повреждений.

3 Рекомендации по уходу

3.1 Проводить санитарную обработку всех элементов сиденья моющими и дезинфицирующими средствами.

3.2 После санитарной обработки сиденье вытереть насухо.

3.3 Не использовать для обработки сиденья растворители, абразивные вещества.

4 Гарантийный срок – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

Гарантия не распространяется на детали с механическими повреждениями и естественным износом.

5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85.

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а.

Сиденье является изделием медицинского назначения. Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: № ИМ-7.110130; действительно до 24.06.2026 г.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10.

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий.

Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10



Столик с подъёмником универсальный (для детей дошкольного возраста)

Руководство по эксплуатации

СО60.1.000.00 РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации СО60.1.000.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством столика с подъёмником универсального (для детей дошкольного возраста) СО60.1.000.00 (далее - стол), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Стол предназначен для улучшения условий пребывания детей (возрастной группы от 3 до 6 лет (рост от 100 до 120 см) с ДЦП в лечебном или профилактическом учреждении, а также в домашних условиях. Служит для размещения и фиксации на нем пользователя в вертикальном, наклонном или горизонтальном положении с опорой на спину, для приёма пищи, чтения, письма и других работ. Поворот платформы стола осуществляется ручным механическим приводом.

Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажностью воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры стола (при установленной в вертикальное положение платформе):

- длина (1250±10) мм;
- ширина (646±10) мм;
- высота (1310±10) мм.

2.2 Масса стола не более 40 кг.

2.3 Масса пользователя не более 50 кг.

2.4 Угол поворота платформы – не менее 65°.

2.5 Угол поворота рабочего столика – не менее 60°.

2.6 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Комплектность

Комплект поставки изделия включает:

3.1 Столик рабочий	-1 шт.
3.2 Комплект сменных частей:	
валик опорный	- 1 шт.
3.3 Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

4 Устройство стола

4.1 Стол (см. рисунок) состоит из рамы 12 с закреплённой на ней поворотной платформой 20. Необходимый угол наклона платформы устанавливается с помощью рукоятки привода 14 механизма поворота, состоящего из ходового винта 15 и ходовой гайки привода 16.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Верхняя часть платформы выполнена в виде откидной плиты 22 с фиксатором 21.

Примечание *– Изображение стола на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

4.2 Поворотная платформа укомплектована двумя боковыми подушками 1, расположение которых регулируется по высоте и ширине с фиксацией винтами 24, подушкой подголовника и легкосъемным мягким матрацем.

Для фиксации положения ног пользователя на платформе устанавливаются распорка для ног 5 с легкосъемным мягким чехлом или мягкий опорный валик, регулировка по высоте и фиксация которых производится с помощью зажима 17. Регулировка ширины распорки для ног осуществляется с помощью винта. Мягкие элементы выполнены из материалов, выдерживающих многократную влажную обработку и дезинфекцию.

4.3 На нижней части поворотной платформы расположена регулируемая по высоте с помощью фиксаторов 11 подножка 8 с креплением для ног 7, служащими для фиксации стоп. Расстояние между креплениями для ног регулируется гайками 10.

4.4 Для фиксации тазобедренной части пользователя предусмотрен пояс 19, фиксация голеней осуществляется с помощью ремней для ног 6, расположение которых на платформе регулируется по высоте.

4.5 В качестве опоры для рук используются подлокотники 2, регулируемые по высоте. Угол наклона подлокотников регулируется и закрепляется фиксаторами 18.

4.6 Рабочий столик 3 устанавливается на поворотную платформу и закрепляется на подлокотниках фиксаторами 4. Изменение высоты и угла наклона столика производится совместно с регулировкой подлокотников (фиксаторы 18, 23). Столик оборудован регулируемыми по положению ручками, служащими в качестве дополнительной опоры для рук. Положение ручек регулируется маховиками 25.

4.7 Для перемещения стола предусмотрены передние колеса с тормозами 9 и задние колеса 13.

5 Подготовка к работе и порядок работы

5.1 Освободить стол от упаковки и произвести санитарную обработку наружных поверхностей дезинфицирующим раствором.

5.2 Внимательно изучить руководство по эксплуатации СО60.1.000.00 РЭ.

5.3 Зафиксировать тормозные устройства колес 9 нажатием на педали тормоза.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.4 Вращением ручки привода 14 механизма поворота установить поворотную платформу 20 в положение, удобное для размещения ребёнка, наклонив её под углом от 30° до 40° от вертикали.

Откидную плиту 22 зафиксировать в одной плоскости с поворотной платформой. Проверить крепление съёмного матраца. Отрегулировать положение подушки подголовника.

5.5 Установить подножку 8 на необходимую высоту и надёжно зафиксировать её в выбранном положении фиксаторами 11.

5.6 Зажимом 17 закрепить на платформе распорку для ног на опорный валик из комплекта сменных частей. Также закрепить его на платформе зажимом 17.

5.7 Подлокотники 2 установить и надёжно зафиксировать в горизонтальном положении.

5.8 Установить пользователя на подножку спиной к поворотной платформе, поместив стопы в крепления для ног 7, застегнуть ремни креплений плотным обхватом каждой стопы.

Отрегулировать положение пояса 19 на уровне тазобедренной части пользователя, произвести его фиксацию.

5.9 Произвести регулировку высоты закрепления распорки для ног или опорного валика, убедиться в надёжности их фиксации на платформе. При установленной распорке для ног произвести регулировку её ширины. В соответствии с шириной распорки отрегулировать положение креплений для ног 7 на подножке 8. Зафиксировать ноги ребёнка в выбранном положении, застегнуть ремни для ног 6 плотным обхватом каждой голени.

5.10 Установить боковые подушки 1 на необходимую высоту и ширину, зафиксировать их выбранном положении.

5.11 При необходимости осуществить монтаж рабочего столика, закрепить его на подлокотниках фиксатором стола 4. Регулировку высоты столика произвести с помощью фиксаторов подлокотников 18 и 23. Ослабить винт фиксатора 18, установить необходимый угол наклона столика и зафиксировать выбранное положение.

5.12 Изменение угла наклона и перевод поворотной платформы в горизонтальное положение произвести вращением рукоятки привода 14.

6 Меры безопасности

6.1 В целях безопасности пользователя размещение пользователя на столе производить при зафиксированных тормозным механизмом колёсах.

6.2 После размещения пользователя на столе проверять надёжность фиксации всех элементов крепления и работоспособность тормозов.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7 Техническое обслуживание

7.1 Для стола установлено техническое обслуживание, которое включает в себя:

- проверку фиксации зажимных винтов и работоспособности тормозов;
- периодически, не реже одного раза в три месяца, ходовой винт и ходовую гайку привода механизма поворота платформы смазывать смазкой ЦИАТИМ-201 или другой аналогичной.

Стол необходимо содержать в чистоте.

8 Маркировка

8.1 Маркировка стола должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение СТБ;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

9 Транспортирование и хранение

9.1 Стол может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С.

9.3 Хранение стола осуществляется в отапливаемых помещениях.

10 Свидетельство о приемке

Столик с подъёмником универсальный (для детей дошкольного возраста) СО60.1.000.00 _____

наименование изделия *обозначение* *зав. номер*

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO13485-2017.

МП _____

личная подпись *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Свидетельство об упаковывании

Столик с подъёмником универсальный (для детей дошкольного возраста) СО60.1.000.00

наименование изделия обозначение зав. номер

упакован на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка ***Клишевич Е.Ф.***

должность личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

12.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт стола в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия - изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, выполненных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

12.3 Гарантия не распространяется на столы, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

12.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

12.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования столика.


12.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: **220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.** По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

13 Сведения о государственной регистрации

Стол является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (+375 17)308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79 сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



Столик с подъёмником универсальный (для детей младшего школьного возраста)

Руководство по эксплуатации

СО60.2.000.00 РЭ

Республика Беларусь

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации СО60.2.000.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством столика с подъёмником универсального (для детей младшего школьного возраста) СО60.2.000.00 (далее - стол), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Стол предназначен для улучшения условий пребывания детей (возрастной группы от 6 до 14 лет (рост от 115 до 165 см) с ДЦП в лечебном или профилактическом учреждении, а также в домашних условиях и служит для размещения и фиксации на нем пользователя в вертикальном, наклонном или горизонтальном положении с опорой на спину, для приёма пищи, чтения книг, письма и других работ. Поворот платформы стола осуществляется ручным механическим приводом.

Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажностью воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры стола (при установленной в вертикальное положение платформе), не более:

- длина (1450±10) мм;
- ширина (720±10) мм;
- высота (1710±10) мм.

2.2 Масса стола – не более 43 кг.

2.3 Масса пользователя, не более 75 кг.

2.4 Угол поворота платформы – не менее 65°.

2.5 Угол поворота рабочего столика – не менее 60°.

2.6 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Комплектность

Комплект поставки изделия включает:

3.1 Столик рабочий	- 1шт.
3.2 Комплект сменных частей:	
валик опорный	- 1 шт.
3.3 Руководство по эксплуатации	- 1 шт.

4 Устройство стола

4.1 Стол (см. рисунок) состоит из рамы 12 с закреплённой на ней поворотной платформой 20. Необходимый угол наклона платформы устанавливается с помощью рукоятки привода 14 механизма поворота, состоящего из ходового винта 15 и ходовой гайки привода 16.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Верхняя часть платформы выполнена в виде откидной плиты 22 с фиксатором 21.

Примечание *– Изображение стола на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

4.2 Поворотная платформа укомплектована двумя боковыми подушками 1, расположение которых регулируется по высоте и ширине с фиксацией винтами 24, подушкой подголовника и легкосъемным мягким матрацем.

Для фиксации положения ног пользователя на платформе устанавливаются распорка для ног 5 с легкосъемным мягким чехлом или мягкий опорный валик, регулировка по высоте и фиксация которых производится с помощью зажима 17. Регулировка ширины распорки для ног осуществляется с помощью винта. Мягкие элементы выполнены из материалов, выдерживающих многократную влажную обработку и дезинфекцию.

4.3 На нижней части поворотной платформы расположена регулируемая по высоте с помощью фиксаторов 11 подножка 8 с креплением для ног 7, служащими для фиксации стоп. Расстояние между креплениями для ног регулируется гайками 10.

4.4 Для фиксации тазобедренной части пользователя предусмотрен пояс 19, фиксация голеней осуществляется с помощью ремней для ног 6, расположение которых на платформе регулируется по высоте.

4.5 В качестве опоры для рук используются подлокотники 2, регулируемые по высоте. Угол наклона подлокотников регулируется и закрепляется фиксаторами 18.

4.6 Рабочий столик 3 устанавливается на поворотную платформу и закрепляется на подлокотниках фиксаторами 4. Изменение высоты и угла наклона столика производится совместно с регулировкой подлокотников (фиксаторы 18, 23). Столик оборудован регулируемыми по положению ручками, служащими в качестве дополнительной опоры для рук. Положение ручек регулируется маховиками 25.

4.7 Для перемещения стола предусмотрены передние колеса с тормозами 9 и задние колеса 13.

5 Подготовка к работе и порядок работы

5.1 Освободить стол от упаковки и произвести санитарную обработку наружных поверхностей 3 % раствором хлорамина или другим дезинфицирующим раствором.

5.2 Внимательно изучить руководство по эксплуатации СО60.2.000.00 РЭ.

5.3 Зафиксировать тормозные устройства колес 9 нажатием на педали тормоза.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.4 Вращением ручки привода 14 механизма поворота установить поворотную платформу 20 в положение, удобное для размещения ребёнка, наклонив её под углом от 30° до 40° от вертикали.

Откидную плиту 22 зафиксировать в одной плоскости с поворотной платформой. Проверить крепление съёмного матраца. Отрегулировать положение подушки подголовника.

5.5 Установить подножку 8 на необходимую высоту и надёжно зафиксировать её в выбранном положении фиксаторами 11.

5.6 Зажимом 17 закрепить на платформе распорку для ног на опорный валик из комплекта сменных частей. Также закрепить его на платформе зажимом 17.

5.7 Подлокотники 2 установить и надёжно зафиксировать в горизонтальном положении.

5.8 Установить пользователя на подножку спиной к поворотной платформе, поместив стопы в крепления для ног 7, застегнуть ремни креплений плотным обхватом каждой стопы.

Отрегулировать положение пояса 19 на уровне тазобедренной части пользователя, произвести его фиксацию.

5.9 Произвести регулировку высоты закрепления распорки для ног или опорного валика, убедиться в надёжности их фиксации на платформе. При установленной распорке для ног произвести регулировку её ширины. В соответствии с шириной распорки отрегулировать положение креплений для ног 7 на подножке 8. Зафиксировать ноги ребёнка в выбранном положении, застегнуть ремни для ног 6 плотным обхватом каждой голени.

5.10 Установить боковые подушки 1 на необходимую высоту и ширину, зафиксировать их выбранном положении.

5.11 При необходимости осуществить монтаж рабочего столика, закрепить его на подлокотниках фиксатором стола 4. Регулировку высоты столика произвести с помощью фиксаторов подлокотников 18 и 23. Ослабить винт фиксатора 18, установить необходимый угол наклона столика и зафиксировать выбранное положение.

5.12 Изменение угла наклона и перевод поворотной платформы в горизонтальное положение произвести вращением рукоятки привода 14.

6 Меры безопасности

6.1 В целях безопасности пользователя размещение пользователя на столе производить при зафиксированных тормозным механизмом колёсах.

6.2 После размещения пользователя на столе проверять надёжность фиксации всех элементов крепления и работоспособность тормозов.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

7 Техническое обслуживание

7.1 Для стола установлено техническое обслуживание, которое включает в себя:

- проверку фиксации зажимных винтов и работоспособности тормозов;
- периодически, не реже одного раза в три месяца, ходовой винт и ходовую гайку привода механизма поворота платформы смазывать смазкой ЦИАТИМ-201 или другой аналогичной.

Стол необходимо содержать в чистоте.

8 Маркировка

8.1 Маркировка стола должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно КД;
- обозначение СТБ;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

9 Транспортирование и хранение

9.1 Стол может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С.

9.3 Хранение стола осуществляется в отапливаемых помещениях.

10 Свидетельство о приемке

Столик с подъёмником универсальный (для детей младшего школьного возраста) СО60.2.000.00 _____

наименование изделия обозначение зав. номер

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП _____

личная подпись расшифровка подписи число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Свидетельство об упаковывании

Столик с подъемником универсальный (для детей младшего школьного возраста) СО60.2.000.00

наименование изделия обозначение зав. номер

упакован на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка ***Клишевич Е.Ф.***

должность личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

12.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт стола в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия - изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, выполненных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

12.3 Гарантия не распространяется на столы, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

12.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

125 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования столика.


12.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: **220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85.**
По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

13 Сведения о государственной регистрации

Стол является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 3081434; отдел маркетинга и сбыта (017) 3081479; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Столик рабочий с фиксированным положением ребёнка (для детей дошкольного возраста)

Руководство по эксплуатации

СО60.3.000.00 РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 21.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации СО60.3.000.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством столика рабочего с фиксированным положением ребёнка (для детей дошкольного возраста) СО60.3.000.00 (далее - стол), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Стол предназначен для улучшения условий пребывания детей (возрастной группы от 3 до 6 лет (рост от 100 до 120 см) с ДЦП в лечебном или профилактическом учреждении, а также в домашних условиях и служит для размещения и фиксации на нем ребёнка в вертикальном, наклонном или горизонтальном положении с опорой на грудную клетку, для приёма пищи, чтения книг, письма и других работ. Поворот платформы стола осуществляется ручным механическим приводом.

Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажностью воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры стола (при установленной в вертикальное положение платформе), не более:

- длина (1035±10) мм;
- ширина (600±5) мм;
- высота (1160±10) мм.

2.2 Масса стола – не более – 38 кг.

2.3 Масса пользователя, не более 50 кг.

2.4 Угол поворота платформы – не менее 65°.

2.5 Угол поворота рабочего столика – не менее 60°.

2.6 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки стола включает:

- столик рабочий - 1шт.
- комплект сменных частей:
  валик опорный - 1 шт.
- руководство по эксплуатации - 1 шт.

4 Устройство стола

4.1 Стол (см. рисунок) состоит из рамы 14 с закреплённой на ней поворотной платформой 7. Необходимый угол наклона платформы устанавливается с помощью рукоятки привода 15 механизма поворота, состоящего из ходового винта 17 и ходовой гайки привода 16.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Верхняя часть платформы выполнена в виде откидной плиты 22 с фиксатором 21.

Примечание *– Изображение стола на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

4.2 Поворотная платформа укомплектована ремнём 3 с двумя боковыми подушками 4, расположение которых регулируется по высоте и ширине с фиксацией зажимами 19, и легкосъемным мягким матрацем 1.

Для поддерживания спины пользователя предусмотрена съёмная регулируемая спинка 2 с мягкой подушкой.

Для фиксации положения ног пользователя на платформе устанавливаются распорка для ног 6 с легкосъемным мягким чехлом или мягкий опорный валик, регулировка по высоте и фиксация которых производится с помощью зажимов 18 или фиксатора. Регулировка ширины распорки для ног осуществляется с помощью зажимов 18.

Мягкие элементы выполнены из материалов, выдерживающих многократную влажную обработку и дезинфекцию.

4.3 На нижней части поворотной платформы расположена регулируемая по высоте с помощью фиксатора 12 подножка 10 с креплением для ног 8, служащими для фиксации стоп. Расстояние между креплениями для ног регулируется гайками 11.

4.4 В верхней части поворотной платформы установлен рабочий столик 22. Изменение угла наклона столика производится механизмом поворота 21 и фиксаторами 20. Столик оборудован регулируемыми по положению ручками 24 фиксаторами 23, служащими в качестве дополнительной опоры для рук.

4.5 Для перемещения стола предусмотрены четыре колеса 9 и 13, два из которых имеют тормозные устройства.

5 Подготовка к работе и порядок работы

5.1 Освободить стол от упаковки и произвести санитарную обработку наружных поверхностей 3 % раствором хлорамина или другим дезинфицирующим раствором.

5.2 Внимательно изучить руководство по эксплуатации СО60.3.000.00 РЭ.

5.3 Зафиксировать тормозные устройства колес 9 нажатием на педали тормоза.

5.4 Снять регулируемую спинку 2, ослабив фиксатор 5 возле распорки для ног 6.

5.5 Вращением ручки привода 15 механизма поворота установить поворотную платформу 7 в положение, удобное для размещения ребёнка, наклонив её под углом от 20° до 40° от вертикали. Проверить крепление съёмного матраца 1.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.6 Установить подножку 10 на необходимую высоту и надёжно зафиксировать её в выбранном положении фиксаторами 12.

5.7 Зажимами 18 закрепить на платформе распорку для ног 6, проверить крепление съёмного чехла, или при необходимости заменить распорку для ног на опорный валик из комплекта сменных частей, закрепив его на платформе фиксатором.

5.8 Расстегнуть ремень 3 и установить пользователя на подножку лицом к поворотной платформе, поместив стопы в крепления для ног 8, застегнуть ремни креплений плотным обхватом каждой стопы.

5.9 Отрегулировать положение ремня 3 и боковых подушек 4 по высоте и ширине, зафиксировать выбранное положение зажимами 19, застегнуть ремень 3.

5.10 Произвести регулировку высоты закрепления распорки для ног или опорного валика, убедиться в надёжности их фиксации на платформе. При установленной распорке для ног произвести регулировку её ширины. В соответствии с шириной распорки откорректировать положение креплений для ног 8 на подножке 10.

5.11 Установить спинку 2 на необходимую высоту и закрепить фиксатором. Отрегулировать положение подушки спинки по ширине и зафиксировать выбранное положение фиксатором 5.

5.12 Ослабив винт фиксатора 20, установить необходимый угол наклона рабочего столика 22 и зафиксировать выбранное положение. С помощью фиксатора 23 закрепить ручки столика 24 в необходимом положении.

Изменение угла наклона поворотной платформы произвести вращением рукоятки привода 15.

6 Меры безопасности

6.1 В целях безопасности пользователя размещение пользователя на столе производить при зафиксированных тормозным механизмом колёсах.

6.2 После размещения пользователя на столе проверять надёжность фиксации всех элементов крепления и работоспособность тормозов.

7 Техническое обслуживание

7.1 Для стола установлено техническое обслуживание, которое включает в себя:

- проверку фиксации зажимных винтов и работоспособности тормозов;
- периодически, не реже одного раза в три месяца, ходовой винт и ходовую гайку привода механизма поворота платформы смазывать 3 смазкой ЦИАТИМ-201 или другой аналогичной.

Стол необходимо содержать в чистоте.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Маркировка

8.1 Маркировка стола должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;
- обозначение СТБ 1594-2005;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

9 Транспортирование и хранение

9.1 Стол может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С.

9.3 Хранение стола осуществляется в отапливаемых помещениях.

10 Свидетельство о приемке

Столик рабочий с фиксированным положением ребенка (для детей дошкольного возраста) СО60.3.000.00

наименование изделия *обозначение* *зав. номер*

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO13485-2017.

МП

личная подпись *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Свидетельство об упаковывании

Столик рабочий с фиксированным положением ребенка (для детей дошкольного возраста) СО60.3.000.00

наименование изделия *обозначение* *зав. номер*

упакован на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

Начальник участка ***Клишевич Е.Ф.***

должность *личная подпись* *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

12.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт стола в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия - изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, выполненных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

12.3 Гарантия не распространяется на столы, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

12.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

12.5 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования столика.


12.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: 220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (017) 308-14-85. По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

13 Сведения о государственной регистрации

Стол является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (017) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (017) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10



Столик рабочий с фиксированным положением ребёнка (для детей младшего школьного возраста)

Руководство по эксплуатации

СО60.4.000.00 РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 21.06.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации СО60.4.000.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством столика рабочего с фиксированным положением ребёнка (для детей младшего школьного возраста) СО60.4.000.00 (далее - стол), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Стол предназначен для улучшения условий пребывания детей (возрастной группы от 6 до 14 лет (рост от 115 до 160 см) с ДЦП в лечебном или профилактическом учреждении, а также в домашних условиях и служит для размещения и фиксации на нем пользователя в вертикальном, наклонном или горизонтальном положении с опорой на грудную клетку, для приёма пищи, чтения книг, письма и других работ. Поворот платформы стола осуществляется ручным механическим приводом.

Предназначен для эксплуатации в закрытых помещениях с температурой окружающего воздуха от плюс 10 °С до плюс 35 °С и относительной влажностью воздуха 80 % при температуре плюс 25 °С.

2 Технические характеристики

2.1 Габаритные размеры стола (при установленной в вертикальное положение платформе), не более:

- длина (1185±10) мм;
- ширина (790±5) мм;
- высота (1384±10) мм.

2.2 Масса стола – не более 40 кг.

2.3 Масса пользователя, не более 75 кг.

2.4 Угол поворота платформы – не менее 65°.

2.5 Угол поворота рабочего столика – не менее 60°.

2.6 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки стола включает:

- столик рабочий	– 1 шт.
- комплект сменных частей: валик опорный	– 1 шт.
- руководство по эксплуатации	– 1 шт.

4 Устройство стола

4.1 Стол (см. рисунок) состоит из рамы 14 с закреплённой на ней поворотной платформой 7. Необходимый угол наклона платформы устанавливается с помощью рукоятки привода 15 механизма поворота, состоящего из ходового винта 17 и ходовой гайки привода 16. Верхняя часть платформы выполнена в виде откидной плиты 22 с фиксатором 21.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Примечание *– Изображение стола на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

4.2 Поворотная платформа укомплектована ремнём 3 с двумя боковыми подушками 4, расположение которых регулируется по высоте и ширине с фиксацией зажимами 19, и легкосъемным мягким матрацем 1.

Для поддерживания спины пользователя предусмотрена съёмная регулируемая спинка 2 с мягкой подушкой.

Для фиксации положения ног пользователя на платформе устанавливаются распорка для ног 6 с легкосъемным мягким чехлом или мягкий опорный валик, регулировка по высоте и фиксация которых производится с помощью зажимов 18 или фиксатора. Регулировка ширины распорки для ног осуществляется с помощью зажимов 18.

Мягкие элементы выполнены из материалов, выдерживающих многократную влажную обработку и дезинфекцию.

4.3 На нижней части поворотной платформы расположена регулируемая по высоте с помощью фиксатора 12 подножка 10 с креплением для ног 8, служащими для фиксации стоп. Расстояние между креплениями для ног регулируется гайками 11.

4.4 В верхней части поворотной платформы установлен рабочий столик 22. Изменение угла наклона столика производится механизмом поворота 21 и фиксаторами 20. Столик оборудован регулируемыми по положению ручками 24 фиксаторами 23, служащими в качестве дополнительной опоры для рук.

4.5 Для перемещения стола предусмотрены четыре колеса 9 и 13, два из которых имеют тормозные устройства.

5 Подготовка к работе и порядок работы

5.1 Освободить стол от упаковки и произвести санитарную обработку наружных поверхностей дезинфицирующим раствором.

5.2 Внимательно изучить руководство по эксплуатации СО60.4.000.00РЭ.

5.3 Зафиксировать тормозные устройства колес 9 нажатием на педали тормоза.

5.4 Снять регулируемую спинку 2, ослабив фиксатор 5 возле распорки для ног 6.

5.5 Вращением ручки привода 15 механизма поворота установить поворотную платформу 7 в положение, удобное для размещения ребёнка, наклонив её под углом от 20° до 40° от вертикали. Проверить крепление съёмного матраца 1.

5.6 Установить подножку 10 на необходимую высоту и надёжно зафиксировать её в выбранном положении фиксаторами 12.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5.7 Зажимами 18 закрепить на платформе распорку для ног 6, проверить крепление съёмного чехла, или при необходимости заменить распорку для ног на опорный валик из комплекта сменных частей, закрепив его на платформе фиксатором.

5.8 Расстегнуть ремень 3 и установить пользователя на подножку лицом к поворотной платформе, поместив стопы в крепления для ног 8, застегнуть ремни креплений плотным обхватом каждой стопы.

5.9 Отрегулировать положение ремня 3 и боковых подушек 4 по высоте и ширине, зафиксировать выбранное положение зажимами 19, застегнуть ремень 3.

5.10 Произвести регулировку высоты закрепления распорки для ног или опорного валика, убедиться в надёжности их фиксации на платформе. При установленной распорке для ног произвести регулировку её ширины. В соответствии с шириной распорки откорректировать положение креплений для ног 8 на подножке 10.

5.11 Установить спинку 2 на необходимую высоту и закрепить фиксатором. Отрегулировать положение подушки спинки по ширине и зафиксировать выбранное положение фиксатором 5.

5.12 Ослабив винт фиксатора 20, установить необходимый угол наклона рабочего столика 22 и зафиксировать выбранное положение. С помощью фиксатора 23 закрепить ручки столика 24 в необходимом положении.

Изменение угла наклона поворотной платформы произвести вращением рукоятки привода 15.

6 Меры безопасности

6.1 В целях безопасности пользователя размещение пользователя на столе производить при зафиксированных тормозным механизмом колёсах.

6.2 После размещения пользователя на столе проверять надёжность фиксации всех элементов крепления и работоспособность тормозов.

7 Техническое обслуживание

7.1 Для стола установлено техническое обслуживание, которое включает в себя:

- проверку фиксации зажимных винтов и работоспособности тормозов;
- периодически, не реже одного раза в три месяца, ходовой винт и ходовую гайку привода механизма поворота платформы смазывать смазкой ЦИАТИМ-201 или другой аналогичной.

Стол необходимо содержать в чистоте.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8 Маркировка

8.1 Маркировка стола должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;
- обозначение СТБ 1594-2005;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- срок службы (лет);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий);
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

9 Транспортирование и хранение

9.1 Стол может транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на соответствующем виде транспорта.

9.2 Условия транспортирования:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до плюс 50 °С;
- относительная влажность воздуха до 98 % при температуре плюс 25 °С.

9.3 Хранение стола осуществляется в отапливаемых помещениях.

10 Свидетельство о приемке

Столик с фиксированным положением ребенка (для детей младшего школьного возраста) СО60.4.000.00

наименование изделия *обозначение* *зав. номер*

изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

личная подпись *расшифровка подписи* *число, месяц, год*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Свидетельство об упаковывании

Столик рабочий с фиксированным положением ребёнка (для детей младшего школьного возраста) СО60.4.000.00

наименование изделия *обозначение* *зав. номер*

упакован на РУП БПОВЦ

наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документаци

Начальник участка ***Клишевич Е.Ф.***

Должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

число, месяц, год

12 Гарантии изготовителя

12.1 Гарантийный срок эксплуатации стола 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

12.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт стола в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия - изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

12.3 Гарантия не распространяется на стол, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

12.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

125 Гарантия не распространяется на дефекты, которые возникли в результате физического износа или несоответствующего использования столика.

12.6 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073 г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308-14-85.


По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам: г. Барановичи, ул. Царюка, 39; г. Витебск, ул. Лазо, 113; г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003, г. Гродно, ул. Белуша, 47А; г. Могилев, пер. Базный, 8.

13 Сведения о государственной регистрации

Стол является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026 г.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru



Рисунок

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: *РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»*
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (+375 17) 308-14-34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308-14-79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Стульчик со столиком для занятий РГ-ПД-СЭ-ПЭ
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ЦСИЕ.30.510.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции: 23.08.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.30.510.00.00.00 РЭ (далее – РЭ) предназначено для ознакомления пользователя с устройством стульчик со столиком для занятий РГ-ПД-СЭ-ПЭ ЦСИЕ.30.510.00.00.00 (далее - стульчик) с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Техническое средство реабилитации детей (далее - пользователь), больных детским церебральным параличом, используемые в жилых помещениях и общественных зданиях, доступных для инвалидов (домах инвалидов, домах ребенка, в больницах и реабилитационных центрах и т.д.), с целью приобретения навыков для обеспечения жизнеспособности в условиях ограничения жизнедеятельности.

Стульчик предназначен для детей и имеет спинку с регулируемым углом наклона. Подлокотники и подножка регулируются по высоте. Регулировка подножки по высоте – бесступенчатая, по углу наклона регулируется от 0° до 90°. Стульчик имеет съемный столик, установленный на подлокотниках и мягкие элементы (подушка сиденья и спинки). Имеются страховочные ремни, валик для разведения ног. Стульчик оснащен поворотными колесными опорами с тормозами для удобства передвижения.

Перед первым использованием стульчика рекомендуется получить консультацию специалиста и внимательно ознакомиться с настоящим РЭ.

Стульчик возможно использовать на домашнем этапе медицинской реабилитации.

2 Технические характеристики

2.1 Основные параметры стульчика представлены ниже.

Обозначение	Длина (±10),мм	Высота (±20),мм	Ширина (±5),мм	Ширина сиденья (±5),мм	Масса пользователя, кг	Масса изделия, кг
ЦСИЕ.30.510.00.00.00	1265	1280	550	300	25	23,0
-01		1330	600	350	50	24,0
-02		1380	650	400		25,5

2.2 Рост пользователя до 160 см.

2.3 Срок службы – не менее 5 лет.

3 Устройство

Стульчик (рисунок 1) состоит из следующих основных элементов:

- основание 1
- подстопник 2
- сиденье (с подушкой) 3,
- спинка (с подушкой) 4,
- ограничитель 5
- поддержка боковая 6
- ремень фиксации таза 7
- нагрудник 8
- ремень для разведения ног 9
- подлокотник 10
- подголовник 11
- маховики 12.

Также имеется столик для занятий 13 (рисунок 2)

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 1

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru




Рисунок 2

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4 Работа изделия

4.1 Подготовка к работе

4.1.1 Расчехлить стульчик и установить на пол.

4.1.2 Отрегулировать ограничитель 5 (рисунок 3) при помощи маховика под сиденьем. Установить ограничитель в положение, удобное для пользователя




Рисунок 3

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.1.3 Поддержка боковая 6 при помощи маховиков за спинкой установить в удобное для пользователя положение (рисунок 4)




Рисунок 4

4.1.4 Отрегулировать положение подлокотников 10 при помощи маховиков. Регулировка подлокотников по горизонтали, вертикали и углу наклона – бесступенчатая (рисунок 5).




Рисунок 5

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.1.5 Установить необходимый угол наклона спинки 4 с помощью маховиков (рисунок 6).




Рисунок 6

4.1.6 Отрегулировать глубину сиденья 5 с помощью маховиков (рисунок 7).




Рисунок 7

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.1.7 С помощью кнопки отрегулировать угол положения подножки 2. Так же с помощью маховиков установить необходимую высоту ступней (рисунок 8).




Рисунок 8

4.1.8 Отжав маховики отрегулировать положение подголовника 11, после этого зажать маховики (рисунок 9).




Рисунок 9

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.1.9 Тазобедренный ремень, ремень для разведения ног и нагрудник устанавливаются производителем на условное положение.

Для регулировки ремней следует установить их длину индивидуально под пациента. Застегнуть фастексы (рисунок 10).



Рисунок 10

4.1.10 Столик для занятий 13 устанавливается на подлокотники 10 (рисунок 2). Задвинуть столик для занятий на необходимую глубину и зафиксировать его положение моховиком. Регулировка стола бесступенчатая.

4.1.11 Приведение колес в режим стояночного (заторможенного) положения осуществляется переводом педали тормоза вниз, в режим движения переводом педали тормоза вверх (рисунок 11).




Рисунок 11

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

5 Меры безопасности

5.1 Запрещается подвергать стульчик ударам.

5.2 Во избежание нанесения травмы не допускать попадания частей тела между подвижными элементами конструкции стульчика.

5.3 Перед использованием стульчика каждый раз необходимо проверить прочность винтовых соединений, надежность крепления сиденья, спинки, подлокотников, подножки, упоров для головы и ремней.

6 Техническое обслуживание

6.1 Проводить санитарную обработку всех элементов стульчика моющими и дезинфицирующими средствами.

6.2 После санитарной обработки вытереть стульчик насухо.

6.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

7 Комплектность

7.1 Стульчик	1 шт.
7.2 Руководство по эксплуатации	1 шт.

8 Маркировка

Маркировка стульчика должна содержать:

- наименование, товарный знак изготовителя и его местонахождение (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия согласно конструкторской документации;
- обозначение СТБ 1594-2005;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);
- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приемке (штамп ОТК);
- срок службы (лет);
- сведения о государственной регистрации изделия (номер и срок действия регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для изделий, изготавливаемых серийно).
- «Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485».

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 Свидетельство о приемке

Стульчик со столиком для занятий РГ-ПД-СЭ-ПЭ ЦСИЕ.30.510.00.00.00
наименование изделия *обозначение* *исполнение* *зав. номер*

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.
Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001-2015 и ГОСТ ISO 13485-2017.

МП

должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

число, месяц, год

10 Свидетельство об упаковывании

Стульчик со столиком для занятий РГ-ПД-СЭ-ПЭ ЦСИЕ.30.510.00.00.00
наименование изделия *обозначение* *исполнение* *зав. номер*

упаковано на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации

должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

11 Гарантийные обязательства

11.1 Гарантийный срок эксплуатации изделия – 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию.

11.2 РУП БПОВЦ гарантирует ремонт стульчика в случае выхода из строя во время гарантийного срока по вине предприятия-изготовителя, при наличии РЭ. Исключение составляют дефекты, которые возникли из-за изменений или ремонтных работ, проведенных пользователем или третьими лицами без предварительного согласия РУП БПОВЦ.

11.3 Гарантия не распространяется на стульчики, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем РЭ.

11.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии механических повреждений.

11.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу:

220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308 14 85

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам:

г. Барановичи, ул. Царюка, 39;
г. Витебск, ул. Лазо, 113;
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003,
г. Гродно, ул. Белуша, 47А;
г. Могилев, пер. Базный, 8.

12 Сведения о государственной регистрации

Стульчик является изделием медицинского назначения.

Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: № ИМ-7.110130.

Регистрационный номер изделия: Мн-7.110130 (действительно до 24.06.2026).

13 Утилизация

13.1 Изделие не представляет эпидемиологической, токсикологической и радиационной опасности, а также не оказывают негативного воздействия на среду обитания.

13.2 Утилизация стульчика осуществляется в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З и постановления Министерства здравоохранения Республики Беларусь №14 от 07.02.2018.

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр» 220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем. Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79,
сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Министерство труда и социальной защиты Республики Беларусь
РУП «Белорусский протезно-ортопедический
восстановительный центр»



Стульчик напольный
(рост пользователя до 130 см)
ПД-СЭ-ПЭ

Руководство по эксплуатации

ЦСИЕ.30.580.00.00.00 РЭ

Республика Беларусь

Дата редакции 07.07.2023

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Настоящее руководство по эксплуатации ЦСИЕ.30.580.00.00.00 РЭ (далее – РЭ), предназначено для ознакомления пользователя с устройством стульчика напольного ПД-СЭ-ПЭ ЦСИЕ.30.580.00.00.00 (далее – стульчик), с условиями эксплуатации и технического обслуживания.

1 Назначение

Стульчик предназначен для детей с нарушением функций опорно-двигательного аппарата и спинномозговой патологией для удержания их в сидячем положении. Стульчик оснащен мягкими элементами (подушка сиденья, подушка спинки и подголовник), страховочными ремнями (с возможностью переустановки по высоте), регулируемым подголовником, а также абдуктором для разведения ног с возможностью регулировки положения по глубине.

Перед первым использованием стульчика рекомендуется получить консультацию специалиста и внимательно ознакомиться с настоящим руководством по эксплуатации.

Для удобства перемещения (без пользователя) стульчик оснащен 4-мя колесами с тормозами.

1.1 Условия применения

Стульчик может использоваться в лечебно-профилактических учреждениях, а также в домашних условиях. Стульчик рекомендуется для больных, у которых установлено:

- ДЦП разных типов
- Повреждения мозга и спинного мозга разного происхождения с параличом конечностей, тяжелой потерей равновесия и координации движений

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- Демиелинизирующие заболевания (рассеянный склероз, боковой амиотрофический склероз и другие)
- Черепно-мозговая грыжа
- Мышечные болезни с сопутствующим параличом и парезом (дистрофия, миастения, миозит).
- Генетические болезни с параличом конечностей
- Дегенеративные и неврологические заболевания
- Другие болезни с сопутствующими параличом, парезом, повреждениями двигательного аппарата после черепно-мозговых травм или повреждений позвоночника с повреждением спинного мозга и сопутствующими параличом или парезом

2 Технические данные

2.1 Габаритные размеры, мм:
- длина – (605...665) ±10;
- ширина – 480 ±5;
- высота – (632...763) ±10.

2.2 Масса – не более 10 кг.

2.3 Номинальная нагрузка – не более 45 кг.

2.4 Рост пользователя – до 130 см.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3 Устройство и работа

Стульчик (см. рисунок 1) состоит из следующих основных элементов:




Рисунок 1

1 – подголовник, 2 – подушка спинки, 3 – подушка сиденья,
4 – абдуктор для разведения ног, 5 и 6 – страховочный ремень,
7 – поворотные колеса с тормозами, 8 – маховики, 9 – фиксатор.

Примечание *– Изображение стульчика на рисунке условное и не служит для контроля на соответствие КД.*

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

3.1 Подготовка к работе

3.1.1 Расчехлить стульчик и установить на пол.

3.1.2 Отрегулировать положение абдуктора 4 при помощи фиксаторов 9.

3.1.3 Отрегулировать положение страховочных ремней 5 и 6.

3.1.4 Отрегулировать подголовник с помощью маховиков 8.

Стульчик готово к использованию по назначению.

3.2 Работа

3.2.1 При посадке ребёнка в стульчик, а также, во время использования стульчика по назначению, рекомендуется затормаживать его не менее, чем на два колеса (на выбор потребителя).

3.2.2 Во избежание поломки тормозных рычагов на колёсных опорах рекомендуется затормаживать и растормаживать колеса рукой, не допуская при этом механических ударов.

4.2.3 При необходимости фиксации положения ребёнка использовать страховочные ремни.

4 Меры безопасности

4.1 Перед размещением пользователя на стульчике необходимо убедиться в том, что стояночные тормоза находятся в исправном состоянии и каждое колесо зафиксировано тормозным механизмом.

Внимание! Эксплуатацию изделия производить вдали от открытого огня. Изделие пожароопасное.

4.2 Соблюдать осторожность при использовании стульчика на влажном полу или незакрепленном ковровом покрытии.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

4.3 Систематически проверять надежность фиксаторов, болтовых соединений.

4.4 Перед каждым использованием проверяйте стульчик на наличие повреждений. Не используйте повреждённое изделие.

4.5 Ремонт должен производиться только специалистами производителя.

4.6 Запрещается подвергать стульчик ударам.

5 Техническое обслуживание

5.1 Перед использованием стульчика мягкие элементы необходимо протирать дезинфицирующим раствором и вытирать насухо.

5.2 Остальные части стульчика протираются влажной ветошью и затем вытираются насухо.

5.3 Не использовать для обработки растворители, абразивные вещества.

6 Комплектность

- стульчик	1 шт.
- руководство по эксплуатации	1 шт.

7 Маркировка

Маркировка стульчика должна иметь следующую информацию:

- наименование, товарный знак и местонахождение изготовителя (юридический адрес, включая страну);
- наименование и обозначение изделия в соответствии с КД;
- обозначение СТБ;
- идентификационный порядковый номер по системе нумерации изготовителя (заводской номер);
- гарантийный срок (месяцев);

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

- дату изготовления (месяц, год);
- отметку о приёмке (штамп ОТК);
- сведения о государственной регистрации (номер и дата регистрационного удостоверения);
- идентификационный штриховой код (для серийных изделий).
- информация о сертификации СМК (Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям СТБ ISO 9001 и ГОСТ ISO 13485»;

8 Свидетельство о приемке

Стульчик напольный (рост пользователя до 130 см) ПД-СЭ-ПЭ
наименование изделия

ЦСИЕ.30.580.00.00.00 _____
обозначение *зав. номер*

изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями СТБ 1594-2005, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации. Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям ГОСТ ISO 13485-2017 и СТБ ISO 9001-2015.

МП

_____
должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

_____
число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

9 Свидетельство об упаковывании

Стульчик напольный (рост пользователя до 130 см) ПД-СЭ-ПЭ
наименование изделия

ЦСИЕ.30.580.00.00.00 _____
обозначение *зав. номер*

упаковано на РУП БПОВЦ
наименование или код изготовителя

согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

начальник участка _____
должность *личная подпись* *расшифровка подписи*

_____
число, месяц, год

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

10 Гарантии изготовителя

10.1 Гарантийный срок эксплуатации стульчика – 12 месяцев со дня продажи (ввода в эксплуатацию).

10.2 При выходе из строя стульчика во время гарантийного срока, стульчик принимается в ремонт при наличии настоящего РЭ и при условии соблюдения потребителем указанных в нем правил эксплуатации.

10.3 Гарантия не распространяется на стульчики, имеющие нарушения правил, изложенных в настоящем руководстве.

10.4 Гарантийный ремонт не производится при наличии явных механических повреждений.

10.5 Послегарантийный ремонт производится на РУП БПОВЦ по адресу: **220073, г. Минск, ул. Одоевского, 10, тел. (+375 17) 308-14-85**

По вопросам послегарантийного ремонта и обслуживания можно также обращаться на филиалы РУП БПОВЦ по адресам:

г. Барановичи, ул. Царюка, 39;
г. Витебск, ул. Лазо, 113;
г. Гомель, ул. Владимирова, 8а; 220003,
г. Гродно, ул. Белуша, 47А;
г. Могилев, пер. Базный, 8.

11 Сведения о государственной регистрации

Стульчик является изделием медицинского назначения.
Номер регистрационного удостоверения в Государственном реестре изделий медицинского назначения и медицинской техники: ИМ-7.110130, действительно до 24.06.2026.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Изготовитель: РУП «Белорусский протезно-ортопедический восстановительный центр»
220073, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Одоевского, 10

Просим информировать обо всех замечаниях и предложениях по качеству производимых изделий. Учтем Ваши предложения в будущем.

Телефон для справок (+375 17) 308 14 34; отдел маркетинга и сбыта (+375 17) 308 14 79; сайт: www.bpovc.by.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru