ТНПА на способы дезинфекции в медицинских учреждениях. При обработке поверхностей шкафов не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Шкафы транспортируют в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.4 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98%.

7 ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафов требованиям технических условий при соблюдении условий их транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

7.2 **Гарантийный срок эксплуатации шкафов – 18 месяцев со дня получения потребителем.**

7.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт шкафа или его замену.

7.4 Срок службы составляет 15 лет.

8 ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

8.1 В случае неисправности изделия его в период гарантийного срока, а также обнаружения некомплектности при его первичной приемке, потребитель сообщает об этом изготовителю, осуществляющему гарантийное обслуживание.

8.2 Для уведомления изготовителя о выявленных неисправностях, потребитель может воспользоваться следующими удобными для него способами:

- путем обратной связи на сайте http://vitkult.by/kontakty;
- по e-mail: info@vitkult.by;
- по телефону тел./факс: (0212) 67 12 98 - Отдел снабжения и сбыта;
- путем отправки письменного уведомления по адресу: 210009 Республика Беларусь, г. Витебск, ул. Мира, 11.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОАО «Витебск – Белпромкультура»

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Шкафы металлические медицинские

ТУ BY 300000278.003-2015 изм.2

директор А.С. Атаманов

2023 г.

Открытое акционерное общество "Витебск-Белпромкультура"

1 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Шкафы металлические медицинские (далее-шкафы) предназначены для хранения в медицинских учреждениях номенклатуры предметов, по своим габаритам и весу, соответствующим назначению шкафа, а также для проведения различных манипуляций в вытяжных шкафах.

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Обозначение модели	Габаритные размеры*, мм			Конструктивные характеристики
	L	B	H	
ШММ-01	от 350 до 1200 с шагом 50	от 350 до 650 с шагом 50	от 1600 до 2000 с шагом 50	количество секций: от 1 до 4 шт. количество дверей: от 1 до 4 шт. количество замков: от 1 до 4 шт.
ШМВМ-01	1200	700	2250	основание, рабочая часть с двумя подъемными экранами, тумба

* - габаритные размеры согласовываются с потребителем.




Рис.1 Схемы шкафов для измерения габаритных размеров

3 КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Шкаф (в сборе)	1
Количество наборов ключей	от 1 до 4
Ключей в наборе	2
Паспорт (на партию)	1

4 ОСОБЕННОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ

4.1 Шкафы изготавливаются в климатическом исполнении У3 по ГОСТ 20790 и могут эксплуатироваться при температуре от +10 до +40°С

4.2 После поставки, шкафы извлекают из транспортной упаковки и проверяют комплектность, а также отсутствие погнутых и изношенных деталей, вмятин, коррозии металла, надежность всех видов соединений и креплений. После транспортирования шкафов в условиях отрицательных температур, во избежание заклинивания замковых устройств, перед эксплуатацией изделий, необходимо их выдержать в помещении при комнатной температуре в течение 4 часов.

4.3 Перед вводом в эксплуатацию провести проверку и подтяжку всех видов резьбовых соединений. Запрещается использование неисправного изделия.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Шкафы должны устанавливаться на горизонтальной площадке с уклоном не более 2°.

5.2 При эксплуатации шкафов запрещается отклонять их от вертикального положения.

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкафы не требуют технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов шкафов, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

8. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технических условий при соблюдении условий транспортирования, хранения, сборки и эксплуатации.

8.2 Гарантийный срок на шкаф составляет 18 месяцев с момента поставки потребителю.

8.3 В течение гарантийного срока эксплуатации потребитель имеет право на ремонт шкафа или его замену.

8.4 Изготовитель не несет ответственности и не возмещает ущерб за дефекты, возникшие по вине потребителя, при нарушении правил транспортирования и хранения, несоблюдения требований настоящего паспорта.

8.5 Срок службы составляет 15 лет.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ОАО «Витебск – Белпромкультура»

ПАСПОРТ

Шкаф металлический медицинский ШММ-01

ТУ BY 300000278.003-2015 изм.2

директор А.С. Атаманов

2023 г.

Открытое акционерное общество "Витебск-Белпромкультура"

1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1 Шкаф металлический медицинский ШММ-01 предназначен для хранения в медицинских учреждениях номенклатуры предметов, по своим габаритам и весу, соответствующим назначению шкафа.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Наименование параметра	Значение параметра
Габаритные размеры, LxBxH, мм:	
Количество секций, шт.	
Количество дверей, шт.	
Количество замков, шт.	

3. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Наименование	Кол-во, шт.
Шкаф (в сборе)	1
Количество наборов ключей	
Ключей в наборе	2
Паспорт (на партию)	1

Количество шкафов в партии: _____ шт.

4. УСТРОЙСТВО

4.1 Шкаф металлический медицинский поставляется в собранном виде и представляет собой металлический корпус, состоящий из двух модулей, каждый из которых имеет дверь с замком.

5. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ

5.1 Шкаф должен устанавливаться на горизонтальной площадке с уклоном не более 2°.

5.2 При эксплуатации шкафа запрещается отклонять его от вертикального положения.

6. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ, ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

6.1 Шкаф не требует технического обслуживания в процессе эксплуатации.

6.2 Покрытие, нанесенное на внешние поверхности элементов шкафа, устойчиво к дезинфекции средствами, установленными в ТНПА на способы дезинфекции медицинских учреждениях. При обработке поверхностей шкафа не допускается применение органических растворителей и моющих средств, содержащих абразивы.

6.3 Шкафы транспортировать в упакованном виде всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах, а также контейнерах, в соответствии с правилами перевозок грузов, действующими на каждом виде транспорта.

6.4 Изделия хранить в упакованном виде при температуре воздуха от -50°С до +40°С и относительной влажности воздуха не более 98%.

7. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

7.1 Шкаф металлический медицинский ШММ-01 соответствует техническим условиям ТУ BY 300000278.003–2015 изм.2 и признан годным для эксплуатации.

Дата выпуска _____20__г.

М.П. _____

Подпись лица , ответственного за приемку

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru