ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Изделия для укупорки медицинских банок, флаконов и бутылок однократного применения ТУ BY 600012098.032-2020

ИСЖЕ.942849.01ИП Дата выпуска ___.___.202_. Рев. 02

НАЗНАЧЕНИЕ: Изделия для укупорки медицинских банок, флаконов и бутылок однократного применения предназначены для укупорки стеклянной тары (флаконов, бутылок и т.д.) с лекарственными средствами.
Область применения – фармакология и медицина.

ФОРМА ВЫПУСКА: Изделия для укупорки одного наименования и типоразмера упакованы насыпью в полиэтиленовый пакет. Изделия для укупорки изготовлены из материалов, отвечающих требованиям действующих технических нормативных правовых актов и имеющих документы, подтверждающие их качество и безопасность в соответствии с областью применения.

Гарантийный срок хранения – 3 года от даты изготовления.

ПЕРЕЧЕНЬ И ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЙ:

Перечень изделий	Описание изделия
Крышка навинчиваемая тип 1.1-20	Комплектуется пробкой ППВ-12 либо пробкой с уплотнительным элементом тип 1.2. Назначение: для укупорки флаконов с винтовой горловиной наружным диаметром 20 мм.
Крышка навинчиваемая тип 1.1-20(В)	Комплектуется пробкой-капельницей ПКП-12. Назначение: для укупорки флаконов с винтовой горловиной наружным диаметром 20 мм.
Пробка капельница ПКП-12	Комплектуется крышкой навинчиваемой тип 1.1-20(В). Устройство изделия имеет два отверстия - основное и компенсационное, которое позволяет измерить количество капель препарата.
Пробка ППВ-12	Предназначены для «глухой» укупорки стеклянных медицинских флаконов с винтовой горловиной наружным диаметром 20 мм и внутренним диаметром 12 мм.
Пробка с уплотнительным элементом тип 1.2 (гален)	
Пробка с уплотнительным элементом тип 1.2	

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:

Крышки навинчиваемой тип 1.1-20:

1) Пробкой ППВ-12 либо пробкой с уплотнительным элементом тип 1.2 укупорить флакон с винтовой горловиной наружным диаметром 20 мм;
2) Навинтить крышку.

Крышки навинчиваемой тип 1.1-20(В):

1) Пробкой-капельницей ПКП-12 укупорить флакон с винтовой горловиной наружным диаметром 20 мм;

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

2) Навинтить крышку.

Пробки-капельницы ПКП-12:

1) Укупорить пробкой-капельницей флакон с винтовой горловиной наружным диаметром 20 мм;

2) Навинтить крышку тип 1.1-20(В).

Пробки ППВ-12, пробки с уплотнительным элементом тип 1.2 (гален), пробки с уплотнительным элементом тип 1.2:

1) Укупорить пробкой флакон с винтовой горловиной наружным диаметром 20 мм;

2) Навинтить крышку тип 1.1-20.

ВНИМАНИЕ: Не применять не по назначению. Запрещается использовать поврежденные крышки и пробки.

СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ: Утилизацию производить в соответствии с требованиями Санитарных норм и правил «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 07.02.2018 г. № 14 и инструкции о правилах и методах обезвреживания отходов лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники, утвержденной Министерством здравоохранения Республики Беларусь 22 ноября 2002 г. № 81.


ОПИСАНИЕ СИМВОЛОВ:

 Дата изготовления

 Использовать до



Код партии



Ограничение температуры

 Хрупкое. Осторожно

 Беречь от влаги



Предел по количеству ярусов в штабеле

ХРАНЕНИЕ: Изделия для укупорки должны храниться в упаковке изготовителя при температурах от плюс 5 °С до плюс 40 °С. Беречь от солнечных лучей.

При соблюдении условий хранения гарантийный срок – 3 года от даты изготовления.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ: Производственное унитарное предприятие «ФреБор» (Унитарное предприятие «ФреБор»).

Республика Беларусь, 222518, г. Борисов, Минская обл., ул. Чапаева, 64, 6 этаж.

Телефон: + 375 177 734265, факс + 375 177 732471

Адрес электронной почты: info@frebor.by

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru