
Instruction for Use
(Safety Lancet)

Intended Use:
Safety lancets are used to obtain capillary blood samples needed for blood glucose monitoring or for other tests requiring one or two drops of blood.

Instructions for use
Clean the incision site with an alcohol prepad and allow skin to air dry

1. Twist off the cap.
2. Push to activate.
3. Dispose of the lancet in a sharps container.

Model Number
09-2122, 09-2322
09-2618, 09-2818
09-3015



Precautions and cautions:

- For single use.
- Discard all Safety lancets appropriately.
- Safety lancets have to be used immediately after removing the cap.
- Do not use Safety lancets if protective cap has been previously removed from lancet.
- Do not use Safety Lancets after their expiry date.

Shelf life:
Valid period of product is 5 years.

Symbols:
Keep dry/ Consult instructions for use/ Do not reuse
MD Medical device/ STERILE R Sterilization by irradiation
Manufacture date/ LOT Batch code/ Use by/ Manufacturer
EC REP EU-representative

Manufacturer:
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Address: No.1, Shuangshan Sanjian road, zhangqiu, Jinan city, Shandong, China

EC REP
Linkfar Healthcare GmbH
Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf, Germany
TEL: +49-21130036618

The copy is correct
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd

CEO Fang,Xiao

SIZE: 60*95mm

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Копия верна
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Генеральный директор Фан Сяо <*Подпись*>
Печать компании

РАЗМЕР: 60*95 мм

Инструкция по применению
(Ланцет безопасный)
Назначение:
Ланцеты безопасные используются для получения образцов капиллярной крови, необходимых для контроля уровня глюкозы в крови или в рамках других анализов, для проведения которых требуется одна или две капли крови.
Способ применения:
Протрите место разреза спиртовым тампоном и дайте коже высохнуть.
1. Открутите колпачок.
2. Нажмите для приведения механизма в действие.
3. Поместите ланцет в контейнер для острых отходов.
Номер модели
09-2122, 09-2322
09-2618, 09-2818
09-3015
Меры предосторожности и предостережения:
- Для одноразового использования.
- Все ланцеты безопасные должны быть утилизированы надлежащим образом.
- Ланцеты безопасные необходимо использовать сразу же после снятия колпачка.
- Не используйте ланцет безопасный, если с него предварительно был снят защитный колпачок.
- Не используйте ланцеты безопасные по истечении срока их годности.

Срок годности:
Срок годности продукта составляет 5 лет.
Символы:
Хранить в сухом месте/Обратитесь к инструкции по применению/Не использовать повторно
Медицинское изделие/Стерилизация облучением
Дата производства/Код партии/Срок годности/Производитель
Представитель в ЕС

Производитель:
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Адрес: №1, Шуаншань Саньцзянь роуд, Чжанцю, город Цзинань, Шаньдун, Китай

Представитель в ЕС: Linkfar Healthcare GmbH
ул. Нидеррайнштрассе 71, 40474 Дюссельдорф, Германия
ТЕЛ.: +49-21130036618

Я, переводчик Бурак Анастасия Михайловна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Instruction for Use
(Safety Lancet)

Intended Use:

Safety lancets are used to obtain capillary blood samples needed for blood glucose monitoring or for other tests requiring one or two drops of blood.


Instructions for use

Clean the incision site with an alcohol prepad and allow skin to air dry

1. Rotate the regulating wheel to select the puncture depth.
   To select the best depth:
2. Twist off the protective cap.
3. Press firmly on the fingertip to get a blood sample and then dispose of it in a proper waste container.

Model Number

10-1823,
10-1826,
10-1828



Precautions and cautions:

- For single use.
- Discard all Safety lancets appropriately.
- Safety lancets have to be used immediately after removing the cap.
- Do not use Safety lancets if protective cap has been previously removed from lancet.
- Do not use Safety Lancets after their expiry date.

Shelf life:

Valid period of product is 5 years.

Symbols:

Keep dry/ Consult instructions for use/ Do not reuse
MD Medical device/ STERILE R Sterilization by irradiation
Manufacture date/ LOT Batch code/ Use by/ Manufacturer
EC REP EU-representative

Manufacturer:

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Address: No.1, Shuangshan Sanjian road, zhangqiu, Jinan city, Shandong, China

EC REP

Linkfar Healthcare GmbH
Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf, Germany
TEL: +49-21130036618

The copy is correct
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd

CEO Fang,Xiao

370114751208

SIZE: 60*95mm

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Копия верна
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Генеральный директор Фан Сяо <*Подпись*>
Печать компании

РАЗМЕР: 60*95 мм

Инструкция по применению
(Ланцет безопасный)
Назначение:
Ланцеты безопасные используются для получения образцов капиллярной крови, необходимых для контроля уровня глюкозы в крови или в рамках других анализов, для проведения которых требуется одна или две капли крови.
Способ применения:
Протрите место разреза спиртовым тампоном и дайте коже высохнуть.
1. Поверните регулировочное колесо, чтобы выбрать глубину прокола.
Выберите оптимальную глубину:
2. Открутите защитный колпачок.
3. Плотно прижмите устройство к кончику пальца, чтобы получить образец крови, а затем поместите ланцет в соответствующий контейнер для отходов.
Номер модели
10-1823,
10-1826,
10-1828
Меры предосторожности и предостережения:
- Для одноразового использования.
- Все ланцеты безопасные должны быть утилизированы надлежащим образом.
- Ланцеты безопасные необходимо использовать сразу же после снятия колпачка.
- Не используйте ланцет безопасный, если с него предварительно был снят защитный колпачок.
- Не используйте ланцеты безопасные по истечении срока их годности.

Срок годности:
Срок годности продукта составляет 5 лет.
Символы:
Хранить в сухом месте/Обратитесь к инструкции по применению/Не использовать повторно
Медицинское изделие/Стерилизация облучением
Дата производства/Код партии/Срок годности/Производитель
Представитель в ЕС

Производитель:
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Адрес: №1, Шуаншань Саньцзянь роуд, Чжанцю, город Цзинань, Шаньдун, Китай

Представитель в ЕС: Linkfar Healthcare GmbH
ул. Нидеррайнштрассе 71, 40474 Дюссельдорф, Германия
ТЕЛ.: +49-21130036618

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Instruction for Use
(Safety Lancet)

Intended Use:

Safety lancets are used to obtain capillary blood samples needed for blood glucose monitoring or for other tests requiring one or two drops of blood.


Instructions for use

Clean the incision site with an alcohol prepad and allow skin to air dry

1. Twist off the cap.
2. Push to activate.
3. Dispose of the lancet in a sharps container.

Model Number

11-2122, 11-2322,
11-2618, 11-2818,
11-3015



Precautions and cautions:

- For single use.
- Discard all Safety lancets appropriately.
  Safety lancets have to be used immediately after removing the cap.
- Do not use Safety lancets if protective cap has been previously removed from lancet.
- Do not use Safety Lancets after their expiry date.

Shelf life:

Valid period of product is 5 years.

Symbols:

Keep dry/ Consult instructions for use/ Do not reuse
MD Medical device/ STERILE R Sterilization by irradiation
Manufacture date/ LOT Batch code/ Use by/ Manufacturer
EC REP EU-representative

Manufacturer:
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Address: No.1, Shuangshan Sanjian road, zhangqiu,
Jinan city, Shandong, China

EC REP Linkfar Healthcare GmbH
Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf, Germany
TEL: +49-21130036618

LF-2305-01

CE 0123

The copy is correct
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd

CEO Fang,Xiao

SIZE: 60*95mm

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Копия верна
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Генеральный директор Фан Сяо <*Подпись*>
Печать компании

РАЗМЕР: 60*95 мм

Инструкция по применению
(Ланцет безопасный)
Назначение:
Ланцеты безопасные используются для получения образцов капиллярной крови, необходимых для контроля уровня глюкозы в крови или в рамках других анализов, для проведения которых требуется одна или две капли крови.
Способ применения:
Протрите место разреза спиртовым тампоном и дайте коже высохнуть.
1. Открутите колпачок.
2. Нажмите для приведения механизма в действие.
3. Поместите ланцет в контейнер для острых отходов.
Номер модели
11-2122, 11-2322,
11-2618, 11-2818,
11-3015
Меры предосторожности и предостережения:
- Для одноразового использования.
- Все ланцеты безопасные должны быть утилизированы надлежащим образом.
- Ланцеты безопасные необходимо использовать сразу же после снятия колпачка.
- Не используйте ланцет безопасный, если с него предварительно был снят защитный колпачок.
- Не используйте ланцеты безопасные по истечении срока их годности.

Срок годности:
Срок годности продукта составляет 5 лет.
Символы:
Хранить в сухом месте/Обратитесь к инструкции по применению/Не использовать повторно
Медицинское изделие/Стерилизация облучением
Дата производства/Код партии/Срок годности/Производитель
Представитель в ЕС

Производитель:
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Адрес: №1, Шуаншань Саньцзянь роуд, Чжанцю, город Цзинань, Шаньдун, Китай

Представитель в ЕС: Linkfar Healthcare GmbH
ул. Нидеррайнштрассе 71, 40474 Дюссельдорф, Германия
ТЕЛ.: +49-21130036618

LF-2305-01 знак соответствия CE 0123

Я, переводчик Бурак Анастасия Михайловна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Instruction for Use
(Safety Lancet)

Intended Use:

Safety lancets are used to obtain capillary blood samples needed for blood glucose monitoring or for other tests requiring one or two drops of blood.


Instructions for use

Clean the incision site with an alcohol prepad and allow skin to air dry

1. Twist off the protective cap.
2. Hold the safety lancet against the patient's fingertip and press down gently to draw blood.

Model Number

12-2118, 12-2318,
12-2816



Precautions and cautions:

- For single use.
- Discard all Safety lancets appropriately.
- Safety lancets have to be used immediately after removing the cap
- Do not use Safety lancets if protective cap has been previously removed from lancet.
- Do not use Safety Lancets after their expiry date.

Shelf life:

Valid period of product is 5 years.

Symbols:

Keep dry/ Consult instructions for use/ Do not reuse
MD Medical device/ STERILE R Sterilization by irradiation
Manufacture date/ LOT Batch code/ Use by/ Manufacturer
EC REP EU-representative

Manufacturer:
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Address: No.1, Shuangshan Sanjian road, zhangqiu,
Jinan city, Shandong, China

EC REP
Linkfar Healthcare GmbH
Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf, Germany
TEL: +49-21130036618

The copy is correct
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd

CEO Fang,Xiao

SIZE: 60*95mm

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Копия верна
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Генеральный директор Фан Сяо <*Подпись*>
Печать компании

РАЗМЕР: 60*95 мм

Инструкция по применению
(Ланцет безопасный)
Назначение:
Ланцеты безопасные используются для получения образцов капиллярной крови, необходимых для контроля уровня глюкозы в крови или в рамках других анализов, для проведения которых требуется одна или две капли крови.
Способ применения:
Протрите место разреза спиртовым тампоном и дайте коже высохнуть.
1. Открутите защитный колпачок.
2. Прижмите безопасный ланцет к кончику пальца пациента и слегка надавите, чтобы взять образец крови.
Номер модели
12-2118, 12-2318,
12-2816
Меры предосторожности и предостережения:
- Для одноразового использования.
- Все ланцеты безопасные должны быть утилизированы надлежащим образом.
- Ланцеты безопасные необходимо использовать сразу же после снятия колпачка.
- Не используйте ланцет безопасный, если с него предварительно был снят защитный колпачок.
- Не используйте ланцеты безопасные по истечении срока их годности.

Срок годности:
Срок годности продукта составляет 5 лет.
Символы:
Хранить в сухом месте/Обратитесь к инструкции по применению/Не использовать повторно
Медицинское изделие/Стерилизация облучением
Дата производства/Код партии/Срок годности/Производитель
Представитель в ЕС

Производитель:
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Адрес: №1, Шуаншань Саньцзянь роуд, Чжанцю, город Цзинань, Шаньдун, Китай

Представитель в ЕС: Linkfar Healthcare GmbH
ул. Нидеррайнштрассе 71, 40474 Дюссельдорф, Германия
ТЕЛ.: +49-21130036618

Я, переводчик Бурак Анастасия Михайловна, подтверждаю достоверность совершенного мною перевода текста документа с английского языка на русский язык.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Instruction for Use
(Safety Lancet)

Intended Use:

Safety lancets are used to obtain capillary blood samples needed for blood glucose monitoring or for other tests requiring one or two drops of blood.

Instructions for use

Clean the incision site with an alcohol prepad and allow skin to air dry

1. Twist off the cap.
2. Hold the safety lancet against the patient's fingertip and press down gently to draw blood.
3. Push the cap into the used safety lancet reversely until the cap is fully secured and then dispose of it to a proper waste container.

Model Number

04-1818, 04-2118, 04-2120, 04-2122, 04-2318, 04-2320, 04-2322, 04-2518, 04-2618, 04-2818, 04-3015, 04-1822 Blade, 04-1815 Blade, 04-1720 Blade,
04-1716 Blade,
04-1712 Blade



Precautions and cautions:

- For single use.
- Discard all Safety lancets appropriately.
- Safety lancets have to be used immediately after removing the cap.
- Do not use Safety lancets if protective cap has been previously removed from lancet.
- Do not use Safety Lancets after their expiry date.

Shelf life:

Valid period of product is 5 years.

Symbols:

Keep dry/ Consult instructions for use/ Do not reuse
MD Medical device/ STERILE R Sterilization by irradiation
Manufacture date/ LOT Batch code/ Use by/ Manufacturer
EC REP EU-representative

Manufacturer:

Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
No.1, Shuangshan Sanjian road, zhangqiu, Jinan city, Shandong, China

EC REP
Linkfar Healthcare GmbH
Niederrheinstraße 71, 40474 Düsseldorf, Germany
Tel: +49-21130036618

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

The copy is correct
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd.
CEO Fang, Xiao

SIZE: 60*95mm

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Копия верна
/подписано/
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Фан Сяо (Fang Xiao), Генеральный директор
Печать компании

РАЗМЕР: 60*95 мм

Инструкция по применению
(Ланцет безопасный)
Назначение:
Ланцеты безопасные используются для получения образцов капиллярной крови, необходимых для контроля уровня глюкозы в крови, или в рамках других анализов, для проведения которых требуется одна или две капли крови.
Способ применения:
Протрите место разреза спиртовым тампоном и дайте коже высохнуть.
1. Открутите колпачок.
2. Прижмите ланцет безопасный к кончику пальца пациента и слегка надавите, чтобы взять образец крови.
3. Вставьте колпачок в использованный ланцет безопасный путем вращения против часовой стрелки до тех пор, пока колпачок не будет полностью закреплен, а затем поместите ланцет в соответствующий контейнер для отходов.
Номер модели
04-1818, 04-2118, 04-212-, 04-2122, 04-2318, 04-2320, 04-2322, 04-2518, 04-2618, 04-2818, 04-3015, 04-1822 (Blade), 04-1815 (Blade),
04-1720 (Blade),
04-1716 (Blade),
04-1712 (Blade)
Надпись на рисунке: ДВОЙНАЯ ЗАЩИТА
Меры предосторожности и предостережения:
- Для одноразового использования.
- Все ланцеты безопасные должны быть утилизированы надлежащим образом.
- Ланцеты безопасные необходимо использовать сразу же после снятия колпачка.
- Не используйте ланцет безопасный, если с него предварительно был снят защитный колпачок.
- Не используйте ланцеты безопасные по истечении срока их годности.

Срок годности:
Срок годности продукта составляет 5 лет.
Символы:
Хранить в сухом месте/Обратитесь к инструкции по применению/Не использовать повторно
Медицинское изделие/Стерилизация облучением
Дата производства/Код партии/Срок годности/Производитель
Представитель в ЕС

Производитель:
Shandong Lianfa Medical Plastic Products Co., Ltd
Адрес: №1, Шуаншань Саньцзянь роуд, Чжанцю, город Цзинань, Шаньдун, Китай

Представитель в ЕС: Linkfar Healthcare GmbH
ул. Нидеррайнштрассе 71, 40474 Дюссельдорф, Германия
ТЕЛ.: +49-21130036618

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru