rivex
www.rivex.by
info@rivex.by
Республика Беларусь, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень" проспект Минский, 28
+375 (17) 591-11-80
+375 (33) 358-16-61

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
(для всех вариантов исполнения)

ТУПФЕРЫ МЕДИЦИНСКИЕ
ТУ BY 790762789.011–2024

НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
Тупферы применяются в учреждениях здравоохранения, процедурных кабинетах, стоматологии. Тупферы предназначены для остановки кровотечения, тампонады и дренирования, осушения ран и операционного поля, для впитывания биологических жидкостей и дезинфекции больших участков кожи.
Тупферы предназначены для одноразового использования.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
Не применять в случае индивидуальной непереносимости отдельных компонентов изделия.

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
Проверить целостность упаковки.
Вскрыть упаковку. Извлечь Тупферы из упаковки.
Использовать по назначению.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тупферы выпускаются в вариантах исполнения:
- Тупферы стерильные: (Tupfer A) Тупфер А; (Tupfer AR) Тупфер АР; (Tupfer B) Тупфер Б; (Tupfer BR) Тупфер БР; (Tupfer C) Тупфер Ц; (Tupfer CR) Тупфер ЦР; (Tupfer D) Тупфер Д; (Tupfer DR) Тупфер ДР; (Seton) Сетон; (Seton R) Сетон Р.
- Тупферы нестерильные: (Tupfer A) Тупфер А; (Tupfer AR) Тупфер АР; (Tupfer B) Тупфер Б; (Tupfer BR) Тупфер БР; (Tupfer C) Тупфер Ц; (Tupfer CR) Тупфер ЦР; (Tupfer D) Тупфер Д; (Tupfer DR) Тупфер ДР; (Seton) Сетон; (Seton R) Сетон Р.

ОБОЗНАЧЕНИЕ ТУПФЕРОВ

Обозначение 1	Обозначение 2	Форма	Характеристика
Tupfer A	Тупфер А	Шарик	-
Tupfer AR	Тупфер АР	Шарик	с рентгеноконтрастной нитью
Tupfer B	Тупфер Б	Фасолька	-
Tupfer BR	Тупфер БР	Фасолька	с рентгеноконтрастной нитью
Tupfer C	Тупфер Ц	Усик	-
Tupfer CR	Тупфер ЦР	Усик	с рентгеноконтрастной нитью
Tupfer D	Тупфер Д	Треугольник	-
Tupfer DR	Тупфер ДР	Треугольник	с рентгеноконтрастной нитью
Seton	Сетон	-	-
Seton R	Сетон Р	-	с рентгеноконтрастной нитью

Способ стерилизации – в соответствии с инструкцией, устанавливающей метод, средства и режим стерилизации.

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ СИМВОЛЫ НА УПАКОВКЕ:

STERILE	изделия стерильно	NON STERILE	изделия нестерильно
LOT	номер партии		хранить в сухом месте
	не использовать повторно		использовать до
	дата изготовения		производитель
	не использовать при поврежденной упаковке	ISO 13485-2016	знак соответствия системы менеджмента качества
	хранить в защищенном от солнечных лучей месте		обратитесь к руководству по эксплуатации

ПРАВИЛА ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ

Тупферы должны храниться в картонных коробках, в сухих проветриваемых помещениях при температуре от 0^0С до + 30^0С., на расстоянии не менее 1м от отопительных приборов. Тупферы должны быть защищены от попадания влаги, прямых солнечных лучей, ультрафиолетового света и атмосферных воздействий. Тупферы могут транспортироваться всеми видами крытых транспортных средств в соответствии с требованиями и правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Изготовитель гарантирует соответствие качества Тупферов требованиям ТУ BY 790762789.011–2024 при соблюдении условий транспортирования и хранения, а также при соблюдении потребителем условий эксплуатации.
Срок годности стерильных Тупферов – 5 лет с даты стерилизации.
Срок годности нестерильных Тупферов– 5 лет с даты изготовления.

ПОРЯДОК ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ И УНИЧТОЖЕНИЯ

Утилизация Тупферов после истечения срока годности или использования в быту, а также клинических, поликлинических и иных учреждениях системы здравоохранения осуществляется в соответствии с действующими нормативными документами. Очистка, повторное использование, повторная санитарная обработка и стерилизация не допускается.

На территории Республики Беларусь по вопросам, касающимся качества Тупферов медицинских, изготовленных по ТУ BY 790762789.011–2024, изготовитель ООО «Ривекс», обращаться по тел. + 375 17 591 11 80
Адрес производства: Республика Беларусь, Минская область, Смолевичский район, Китайско-Белорусский индустриальный парк "Великий камень", проспект Минский, 28

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru