




«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ООО «НКФ Омега-Дент»


Г.Г. Ростиашвили
09 марта 2023 г.

Инструкция по применению

Материал стоматологический для антисептической обработки кариозных полостей

«Гваяфен Форте»

по ТУ 9391-047-49908538-2009

РУ № ФСР 2009/06549 от 30.12.2009

Показания

- антисептическая обработка перед пломбированием кариозных полостей;
- обработка полостей перед девитализацией пульпы зуба;
- антисептическая обработка корневых каналов после ампутации и экстирпации пульпы;
- в качестве жидкости для затвердевающей пасты на основе окиси цинка для пломбирования корневых каналов.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к одному из компонентов материала. Не использовать не по назначению.

Состав

Фенол	45 %
Гваякол	7 %
Формальдегид	18 %
Дексаметазон	0,125 %
Глицерин	до 100 %

Свойства и способ применения

«Гваяфен Форте» – маслянистая жидкость, состоит из сильнодействующих бактерицидных и кортикостероидных веществ, обладает совокупностью качеств, особенно полезных для антисептической обработки каналов и кариозных полостей, широко используется в настоящее время при эндодонтических вмешательствах.

Гваякол (производный фенола) – один из основных компонентов креозота – является активным антисептиком местного действия с присущим бактерицидным и фунгицидным эффектом, обладающий местным анальгезирующим действием. Фенол обладает антисептическим и мумифицирующим эффектом.

Благодаря дексаметазону – кортикостероиду, который в несколько раз активнее кортизона, уменьшается вероятность проявления воспалительных и аллергических явлений.

1. *Лечение в одно посещение.* После экстирпации пульпы расширить канал с использованием эндодонтических инструментов. Промыть водой, затем бумажным штифтом или турундой тщательно просушить. Ввести в корневой канал 1 каплю жидкости на 1-2 мин. Затем бумажной или ватной турундой удалить остатки жидкости и запломбировать канал.

2. *Отсроченное лечение.* После удаления пораженной инфекцией пульпы провести расширение канала химическим и эндодонтическим методами. Затем тщательно

просушить канал, поместить в него турунду, пропитанную жидкостью, и оставить на 1-3 дня, герметично закрыв полость временной повязкой. Во время следующего посещения пациента проверить стерильность канала. При необходимости повторить лечение и только после окончательного купирования воспалительного процесса запломбировать канал.

Только для профессионального использования в лечебно-профилактических учреждениях. Не использовать в домашних условиях.

Побочные воздействия

При правильном хранении, транспортировании и соблюдении инструкции по применению побочные воздействия отсутствуют.

Форма выпуска и комплектация

Жидкость (флакон) 13 мл – 1 шт.;

Насадка-капельница – 1 шт.;

Инструкция по применению – 1 шт.

Условия хранения

Хранить в сухом защищенном от света месте при температуре от +5°C до +40°C.

Срок годности – 3 года. Дата окончания срока годности указана на упаковке.

Условия транспортировки

Всеми видами крытых, сухих, чистых и без посторонних запахов транспортных средств в соответствии с требованиями ГОСТ 17768 и правилами перевозки грузов, действующих на данном виде транспорта.

Гарантийные обязательства

Производитель гарантирует качество медицинского изделия до истечения его срока годности при соблюдении условий эксплуатации, транспортировании и хранения.

Утилизация

Утилизация материала должна проводиться согласно общих правил организации системы сбора, временного хранения и транспортирования отходов в ЛПУ для отходов класса А (неопасные) по СанПиН 2.1.7.2790.

Сведения о производителе медицинского изделия

ООО «НКФ Омега-Дент»

Россия, 115088, г. Москва, ул. Угрешская, д.31, корп.3, оф.211-212

Тел.: +7 (800) 500-51-92

Тел./факс: +7 (495) 679-80-53

E-mail: info@omegadent.ru

www.omegadent.ru