Инструкция по применению
винтов ортодонтических.

Винты ортодонтические:
3005/7; 3005/12; 3005/14; 1005/7; 1005/12; 1005/14; 3009 KG; 3009 KS;
3009 KSO; 3009 G; 3009 S; 3009 SO; 1009 KG; 1009 KS; 1009 KSO; 1009 G; 1009 S; 1009 SO; 1009 LG; 1009 LS; 1009 LSO; 2005/7; 2009 G; 2040 ZG; 3040 ZG; 3020 ZG; 1040 ZG; 1020 ZG; 3041 ZS; 3021 ZS; 1041 ZS; 1021 ZS; 1005 T-12; 1006 T-12; 1006 A-10; 1006 A-12; 1006 A-14; 1006 C-10; 1006 C-14; 1006 C-15; 1006 B-10; 1006 B-12; 1006 B-14; 1006 D-10; 1006 D-12; 1006 D-14; 1001 N-10; 1001 N-12; 1001 N-14A; 1001 N-14B; 4005/11; 4005/13; 4009 G; 4009 S; 4009 SO; 4040 ZG; 4041 ZS; 5005/11; 5005/13; 5005/15; 4050 VDP; 4060 UK; 1003 K-14; 1002 K-12; 1002 K-10; 1002 K-14; 1003 K-10; 1003 K-12; 3016/2; 3015/3; 4016/2; 4015/3; 4019; 1016; 1017; 1018 FA; 1019 FA; 1844; 1845; 1110 D-9; 1110 C-10; 1110 B-13; 1080; 1090; 1110 A-15; 1110 E-17; 1110 M-15; 1110 M-17; 1110 M-22; 0100 B-10; 0100 A-13; 2004; 2006; 2008; 2009; 2010; 2012; 2013; 1120; 1120 R; 1121;
1121 R; 1122; 1122 R; 1114/10; 1114/13; 1114/15; 1114/17; 1114/22; 1214/13; 1214/15
являются частью съемных ортодонтических конструкций. Применяются при изготовлении съёмных ортодонтических пластинок. В зависимости от клинического случая могут использоваться для расширения боковых или фронтальных участков зубной дуги, перемещения одного зуба или отдельного сегмента, закрытия промежутков как на верхней, так и на нижней челюсти. Желтая стрелка на винте указывает направление резьбы.

! Меры предосторожности:
- Изготовление ортодонтических конструкций с использованием винтов ортодонтических допускается только профильными специалистами.
- Не допускается использование винтов ортодонтических при изготовлении ортодонтических конструкций в нелабораторных условиях.
- Повторное использование винтов не допускается.

Срок годности:
- не ограничен.
Условия хранения:
- не требуют особых условий хранения.
Не стерильны.

CE
0483

Lewa-Dental Feinmechanik GmbH&Co.KG.,
Darmsbacher Str. 3, 75196, Remchingen, Германия

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru

Инструкция по применению
проволоки ортодонтической.

Проволока ортодонтическая:
L 704; L 705; L 706; L 707; L 708; L 709; L 710; L 711; L 712; L 804; L 805; L 806; L 807; L 808; L 809; L 810; L 811; L 812; L 904; L 905; L 906; L 907; L 908; L 909; L 910; L 911; L 912; V 704; V 705; V 706; V 707; V 708; V 709; V 710; V 711; V 712; V 804; V 805; V 806; V 807; V 808; V 809; V 810; V 811; V 812; V 904; V 905; V 906; V 907; V 908; V 909; V 910; V 911; V 912
используется при изготовлении несъемных и съемных ортодонтических конструкций, кламмеров и для изгибания индивидуальных проволочных форм.

! Меры предосторожности:
- Изготовление ортодонтических конструкций с использованием проволоки ортодонтической допускается только профильными специалистами.
- Не допускается использование проволоки ортодонтической при изготовлении ортодонтических конструкций в нелабораторных условиях.
- Повторное использование проволоки не допускается.

Срок годности:
- не ограничен.
Условия хранения:
- не требует особых условий хранения.
Не стерильно.

CE
0483

Lewa-Dental Feinmechanik GmbH&Co.KG.,
Darmsbacher Str. 3, 75196, Remchingen, Germany

Регистрация МИ в Росздравнадзоре
www.nevacert.ru | info@nevacert.ru