



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-01, -02

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-01, -02 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а также описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”

223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35

Республика Беларусь.

Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.

med@medin.by

Содержание

Введение	4
1. Меры безопасности	6
2. Символы	6
3. Маркировочная табличка	7
4. Использование изделия по назначению	7
5. Общее описание.....	7
6. Состав изделия и устройство	8
7. Комплект поставки.....	9
8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования.....	9
9. Технические характеристики	10
10. Уход и обслуживание.....	10
11. Сведения об утилизации.....	11
12. Сведения об упаковывании	12
13. Гарантии Изготовителя.....	12
14. Свидетельство об упаковывании	12
15. Свидетельство о приемке	13
Информация для потребителя.....	13
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</i>	14
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 2</i>	16

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем Паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается устанавливать шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-1-02.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая; 4 – Усиленная полка; 5 – Регулируемая полка (450x350x20 мм); 6 – Выдвижной столик; 7 – Замок с поворотной штангой; 8 – Лотки; 9 – Сейф (для шкафа МШ-1-02).

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Ключи от замка сейфа (для шкафа МШ-1-02)	2
Паспорт	1
Корзина**	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Сейф (для шкафа МШ-1-02)	1
Полка	5
Полкодержатель	20
Ручка	1
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	2
** Поставляется по желанию Заказчика по отдельному заказу	

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования.

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до +40°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более:

– (глубина × ширина × высота), мм (460×455×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 110

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на выдвижной столик, кг, не более 5

Масса шкафа, кг, не более

МШ-1-01 50

МШ-1-02 60

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически сортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа изготовлены из углеродистой стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковке

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковке

Шкаф медицинский МШ-1-0___ зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-1-0 ____ зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-0

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-03

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-03 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения рабочей одежды медицинских работников и т.п. в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из нержавеющей и оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпокси-полиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Шкаф медицинский МШ-1-03.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая;
4 – Полка с перекладиной для одежды; 5 – Полка (450x350x20 мм);
6 – Замок с поворотной штангой.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	1
Полка с перекладиной для одежды	1
Полкодержатель	8
Ручка	1
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	2

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10°C до +35°C, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина × ширина × высота), мм (460×455×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 55

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на перекладину, кг, не более 10

Масса шкафа, кг, не более 42

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксид, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой или нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковке

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковке

Шкаф медицинский МШ-1-03 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-1-03 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

ООО «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-03

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-04

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-04 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	2
1 Меры безопасности.....	4
2 Символы.....	4
3 Маркировочная табличка	5
4 Использование изделия по назначению	5
5 Общее описание	5
6 Состав изделия и устройство.....	6
7 Комплект поставки.....	7
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	7
9 Технические характеристики.....	8
10 Уход и обслуживание	8
11 Сведения об утилизации	9
12 Сведения об упаковывании.....	10
13 Гарантии Изготовителя	10
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	11
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящем паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-1-04.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая со стеклом; 3 – Панель боковая;
4 – Усиленная полка; 5 – Регулируемая полка (450x350x20 мм);
6 – Замок с поворотной штангой.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Корзина**	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	5
Полкодержатель	20
Ручка	1
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	2
** Поставляется по желанию Заказчика по отдельному заказу	

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина× ширина× высота), мм (460×455×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 105

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

Масса шкафа, кг, не более 50

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации.

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-1-04 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-1-04 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+37517) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-04

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.



Линия отреза



АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-05

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-05 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а также описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	2
1 Меры безопасности.....	4
2 Символы.....	4
3 Маркировочная табличка	5
4 Использование изделия по назначению	5
5 Общее описание	5
6 Состав изделия и устройство.....	6
7 Комплект поставки.....	7
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	7
9 Технические характеристики.....	8
10 Уход и обслуживание	8
11 Сведения об утилизации	9
12 Сведения об упаковывании.....	10
13 Гарантии Изготовителя	10
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	11
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно

	Верх
---	------

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1 – Шкаф медицинский МШ-1-05.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая со стеклом; 3 – Панель боковая;
4 – Усиленная полка; 5 – Регулируемая полка (450x350x20 мм);
6 – Замок с поворотной штангой; 7 – Выдвижной столик.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Количество, шт
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Корзина**	1
Примечания: *В состав шкафа входят:	
Полка	5
Полкодержатель	20
Ручка	1
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	2
** Поставляется по желанию Заказчика по отдельному заказу	

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.

 Температура хранения от -50°С до +40°С, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

 Температура эксплуатации от +10°С до +35°С, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.

 Температура при транспортировании от -50°С до +50°С, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более:

– (глубина × ширина × высота), мм (460×455×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 110

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на выдвижной столик, кг, не более 5

Масса шкафа, кг, не более 50

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений.

11. Сведения об утилизации.

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковке

Шкаф медицинский МШ-1-05 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-1-05 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»
(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35, Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-05
(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.



Линия отреза



АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-06

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-06 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон.....	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно

	Верх
---	------

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения инвентаря, хозяйственных принадлежностей и т.п. в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-1-06.

1—Регулируемые опоры; 2 — Дверь металлическая; 3 — Панель боковая; 4 — Полка;
5 — Замок с поворотной штангой.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	2
Полкодержатель	8
Ручка	1
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	2

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина × ширина × высота), мм (460×455×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 45

в том числе:

на полку, кг, не более 15

Масса шкафа, кг, не более 42

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов НЕ СОДЕРЖИТ.

10. Уход и обслуживание.

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.


11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой или нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали.

Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-1-06 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-1-06 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+37517) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____
ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-06
(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-07

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-07 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Подготовка изделия к использованию	8
8 Комплект поставки	9
9 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования.....	9
10 Технические характеристики.....	10
11 Уход и обслуживание	10
12 Сведения об утилизации	11
13 Сведения об упаковывании.....	12
14 Гарантии Изготовителя	12
15 Свидетельство об упаковывании.....	13
16 Свидетельство о приемке	13
Информация для потребителя.....	13
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон.....	15
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	17

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается устанавливать шкаф на наклонных поверхностях пола.


2. Символы

Особенно важная информация в настоящем паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 11, без ущерба качеству изделий.

Двери 2 и боковые панели шкафа 3 изготовлены из двухсторонних металлических панелей (Рисунок 1). Металлическая усиленная полка 4 жестко закреплена на панелях 3. Металлические регулируемые полки 5 установлены на переставляемых полкодержателях (Рисунок 3). Шкаф имеет выдвижные ящики 7. На двери шкафа имеется замок 6 с поворотной штангой. Шкаф имеет опоры 1, регулируемые по высоте для обеспечения устойчивости.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-1-07.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая со стеклом;
3 – Панель боковая; 4 – Усиленная полка; 5 – Регулируемая полка;
6 – Замок с поворотной штангой; 7 – Выдвижной ящик.

7. Подготовка изделия к использованию

1. Полученный шкаф распакуйте, ознакомьтесь с его устройством по паспорту.
2. Протрите наружные и внутренние поверхности чистой ветошью.
3. Отрегулируйте опоры, обеспечив устойчивость шкафа на поверхности пола (Рисунок 1).
4. Установите полкодержатели в пазы на панелях и положите на них полки (Рисунок 2).
5. Установите ограничители раскрытия дверей, обеспечив необходимый угол открытия двери (при необходимости) (Рисунок 3).

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.




Рис. 3. Установка ограничителя раскрытия двери.

1 – Дверь шкафа; 2 – Верхняя полка; 3 – Ограничитель раскрытия двери.

8. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	3
Полкодержатель	12
Ручка	5
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	10

9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

10. Технические характеристики.

Габаритные размеры, не более :

– (глубина × ширина × высота), мм (460×450×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 80

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на выдвижной ящик, кг, не более 5

Масса шкафа, кг, не более 80

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

11. Уход и обслуживание

11.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

ВНИМАНИЕ! Дверные петли Regula HÄFELE 344.21.000 состоят из 2-х деталей: чашка и шарнирная тяга. Данная конструкция является надежной и обеспечивает быстрый монтаж дверей. При этом шарнирная тяга плотно насаживается на чашку и фиксируется после регулировки положения двери винтом.

В процессе эксплуатации шкафа нужно периодически подтягивать фиксирующий винт петли (Рисунок 4) и при необходимости производить дополнительную регулировку.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений.




Рис. 4 – Подтяжка фиксирующего винта петли.

12. Сведения об утилизации.

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

12.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

12.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

12.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



13. Сведения об упаковывании.

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

14. Гарантии Изготовителя.

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

14.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

14.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

15. Свидетельство об упаковывании.

Шкаф медицинский МШ-1-07 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

16. Свидетельство о приемке.

Шкаф медицинский МШ-1-07 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запираение высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-07

(наименование, тип и марка изделия)

(число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО«Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail:

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-08

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-08 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	12
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя.....	13
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон.....	15
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	17

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения рабочей одежды медицинских работников и т.п. в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-1-08.

1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая; 4 – Перегородка;
5 – Полка; 6 – Замок с поворотной штангой; 7 – Кронштейн с крючками.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	4
Полкодержатель	16
Ручка	1
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	2

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина × ширина × высота), мм (460×455×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 98

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на кронштейн с крючками, кг, не более 4

Масса шкафа, кг, не более 45

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ .
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически сортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой или нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-1-08 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-1-08 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-08

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-09

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-09 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 504-80-12, 504-80-25.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон.....	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения инвентаря, хозяйственных принадлежностей и т.п. в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-1-09.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая; 4 – Перегородка;
5 – Полка стационарная; 6 – Полка регулируемая; 7 – Кронштейн с крючками;
8 – Замок с поворотной штангой.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1.

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	3
Кронштейн с крючками	2
Полкодержатель	12
Ручка	1
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	2

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина×ширина×высота), мм (460×455×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 83

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на кронштейн с крючками, кг, не более 4

Масса шкафа, кг, не более 45

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксидед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически сортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой или нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковке

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковке

Шкаф медицинский МШ-1-09 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-1-09 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25.

Гарантийный талон № _____ ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-09

(наименование, тип и марка изделия)

(год, месяц, число выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата

приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: service@medin.by


Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-10

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-1-10 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь
Тел/факс.: +375 17 504-80-12, 504-80-25
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон.....	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для складирования материалов, инструментов, лекарственных средств, белья и т.д. и является основой для непрерывных санитарно – безопасных процедур в логистической структуре клиник, больниц и других медицинских учреждений.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство.

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-1-10.

1 – Регулируемые опоры; 2 – Панель боковая; 3 – Усиленная полка;
4 – Регулируемая полка.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя

7. Комплект поставки.

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	5
Полкодержатель	20

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина×ширина×высота), мм (440×455×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 105

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

Масса шкафа, кг, не более 50

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически сортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

11.3 Пластмассы

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-1-10 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-1-10 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП _____

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,

Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-1-10

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (год, месяц, число выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям

ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата

приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-01, -02

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-02 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а также описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение	2
1. Меры безопасности	4
2. Символы	4
3. Маркировочная табличка	5
4. Использование изделия по назначению	5
5. Общее описание	5
6. Состав изделия и устройство	6
7. Комплект поставки	7
8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	7
9. Технические характеристики	8
10. Уход и обслуживание	8
11. Сведения об утилизации	9
12. Сведения об упаковывании	10
13. Гарантии Изготовителя	10
14. Свидетельство об упаковывании	11
15. Свидетельство о приемке	11
ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ	12
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 1</i>	13
<i>ПРИЛОЖЕНИЕ 2</i>	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкаф предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-02.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая;
4 – Усиленная полка; 5 – Регулируемая полка (895x350x20 мм);
6 – Замок с поворотной штангой; 7 – Лотки; 8 – Сейф (для шкафа МШ-2-02);
9 – Выдвижной столик.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Ключи от замка сейфа (для шкафа МШ-2-02)	2
Паспорт	1
Корзина**	1
Примечания: *В состав шкафа входят:	
Сейф (для шкафа МШ-2-02)	1
Полка	5
Полкодержатель	20
Ручка	2
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	4
** Поставляется по желанию Заказчика по отдельному заказу	

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°С до +40°С, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10°С до +35°С, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более:

– (глубина × ширина × высота), мм (460×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 110

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на выдвижной столик, кг, не более 5

Масса шкафа, кг, не более

МШ-2-01 80

МШ-2-02 90

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ.**

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений.

11. Сведения об утилизации.

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-2-0___ зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке.

Шкаф медицинский МШ-2-0___ зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПОТРЕБИТЕЛЯ

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-0

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-03

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-03 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению.....	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем Паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения рабочей одежды медицинских работников и т.п. в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из нержавеющей и оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпокси-полиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-03.

1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая;
4 – Полка с перекладиной для одежды; 5 – Полка; 6 – Замок с поворотной штангой.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2+2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	2
Полка с перекладиной для одежды	2
Полкодержатель	16
Ручка	2
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	4

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина × ширина × высота), мм (460×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 110

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на перекладину, кг, не более 10

Масса шкафа, кг, не более 70

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание.

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта по эксплуатации и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений.

11. Сведения об утилизации.

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

11.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически сортируйте.


11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой или нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали.

Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-2-03 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-2-03 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-03

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.



Линия отреза



АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-04

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-04 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно

	Верх
---	------

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-04.

1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая со стеклом; 3 – Панель боковая; 4 – Усиленная полка; 5 – Регулируемая полка; 6 – Замок с поворотной штангой.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Корзина**	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	5
Полкодержатель	20
Ручка	2
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	4
** Поставляется по желанию Заказчика по отдельному заказу	

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина × ширина × высота), мм (460×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 105

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

Масса шкафа, кг, не более 80

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание.

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 90% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

11.3 Пластмассы

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании.

Шкаф медицинский МШ-2-04 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке.

Шкаф медицинский МШ-2-04 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-04

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-05

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-05 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

	Введение.....	3
1	Меры безопасности.....	5
2	Символы.....	5
3	Маркировочная табличка	6
4	Использование изделия по назначению	6
5	Общее описание	6
6	Состав изделия и устройство.....	7
7	Комлект поставки.....	8
8	Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9	Технические характеристики.....	9
10	Уход и обслуживание	9
11	Сведения об утилизации	10
12	Сведения об упаковывании.....	11
13	Гарантии Изготовителя	11
14	Свидетельство об упаковывании.....	11
15	Свидетельство о приемке	11
	Информация для потребителя.....	12
	<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон	13
	<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно

	Верх
---	------

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-05.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая со стеклом; 3 – Панель боковая;
4 – Усиленная полка; 5 – Регулируемая полка; 6 – Замок с поворотной штангой;
7 – Выдвижной столик.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.
Таблица 1.

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Корзина**	1
Примечания: *В состав шкафа входят:	
Полка	5
Полкодержатель	20
Ручка	2
Винт мебельный, для крепления ручки М4×8	4
** Поставляется по желанию Заказчика по отдельному заказу	

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более:

– (глубина× ширина× высота), мм (460×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 110

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на выдвижной столик, кг, не более 5

Масса шкафа, кг, не более 80

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции **НЕ ДОПУСКАЕТСЯ**:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-2-05 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-2-05 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-05

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
 ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
 (месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.



Линия отреза



АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-06

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-06 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

	Введение.....	3
1	Меры безопасности.....	5
2	Символы.....	5
3	Маркировочная табличка	6
4	Использование изделия по назначению	6
5	Общее описание	6
6	Состав изделия и устройство.....	7
7	Комлект поставки.....	8
8	Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9	Технические характеристики.....	9
10	Уход и обслуживание	9
11	Сведения об утилизации	10
12	Сведения об упаковывании.....	11
13	Гарантии Изготовителя	11
14	Свидетельство об упаковывании.....	11
15	Свидетельство о приемке	12
	Информация для потребителя.....	12
	<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон	13
	<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно

	Верх
---	------

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения инвентаря, хозяйственных принадлежностей и т.п. в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из нержавеющей и оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпокси-полиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-06.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая; 4 – Полка;
5 – Полка с перекладиной для одежды; 6 – Замок с поворотной штангой.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	4
Полкодержатель	16
Ручка	2
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	4

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина × ширина × высота), мм (460×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 100

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на перекладину, кг, не более 10

Масса шкафа, кг, не более 70

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп

соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

11.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.


11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой или нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали.

Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя.

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-2-06 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-2-06 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-06

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

_____ (а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию

*Дата выхода из строя

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

*2. Неисправность изделия

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-07

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-07 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а также описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь.
Тел/факс.: +375 17 543-19-19, 543-19-21.
med@medin.by

Содержание

Введение.....	2
1 Меры безопасности.....	4
2 Символы.....	4
3 Маркировочная табличка	5
4 Использование изделия по назначению	5
5 Общее описание	5
6 Состав изделия и устройство.....	6
7 Подготовка изделия к использованию	7
8 Комплект поставки.....	8
9 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
10 Технические характеристики.....	8
11 Уход и обслуживание	9
12 Сведения об утилизации	10
13 Сведения об упаковывании.....	11
14 Гарантии Изготовителя	11
15 Свидетельство об упаковывании.....	11
16 Свидетельство о приемке	11
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.


2. Символы

Особенно важная информация в настоящем Паспорте обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для размещения инструментов, расходных медицинских материалов и медикаментов в перевязочных, операционных и других кабинетах лечебных учреждений.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 11, без ущерба качеству изделий.

Двери 2 и боковые панели шкафа 3 изготовлены из двухсторонних металлических панелей (Рисунок 1). Металлическая усиленная полка 4 жестко закреплена на панелях 3. Металлические регулируемые полки 5 установлены на переставляемых полкодержателях (Рисунок 3). Шкаф имеет выдвижные ящики 7. На двери шкафа имеется замок 6 для замыкания в закрытом положении. Шкаф имеет опоры 1, регулируемые по высоте для обеспечения устойчивости.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-07.

1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая со стеклом; 3 – Панель боковая;
4 – Усиленная полка; 5 – Регулируемая полка; 6 – Замок с поворотной штангой;
7 – Выдвижной ящик.

7. Подготовка изделия к использованию

1. Полученный шкаф распакуйте, ознакомьтесь с его устройством по паспорту.
2. Протрите наружные и внутренние поверхности чистой ветошью.
3. Отрегулируйте опоры, обеспечив устойчивость шкафа на поверхности пола (Рисунок 1).
4. Установите полкодержатели в пазы на панелях и положите на них полки (Рисунок 2).
5. Установите ограничители раскрытия дверей, обеспечив необходимый угол открытия двери (при необходимости) (Рисунок 3).

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.




Рис. 3. Установка ограничителя раскрытия двери.

1 – Дверь шкафа; 2 – Верхняя полка; 3 – Ограничитель раскрытия двери.

8. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество, шт
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	3
Полкодержатель	12
Ручка	10
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	20

9. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+35^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

10. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина × ширина × высота), мм (460×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 80

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на выдвижной ящик, кг, не более 5

Масса шкафа, кг, не более 115

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

11. Уход и обслуживание

11.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксид, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

11.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

ВНИМАНИЕ! Дверные петли Regula HÄFELE 344.21.000 состоят из 2-х деталей: чашка и шарнирная тяга. Данная конструкция является надежной и обеспечивает быстрый монтаж дверей. При этом шарнирная тяга плотно насаживается на чашку и фиксируется после регулировки положения двери винтом.

В процессе эксплуатации шкафа нужно периодически подтягивать фиксирующий винт петли (Рисунок 4) и при необходимости производить дополнительную регулировку.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений.




Рис. 4. Подтяжка фиксирующего винта петли.

12. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки.

12.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически сортируйте.

12.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

12.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



13. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

14. Гарантии Изготовителя

14.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

14.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

14.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

14.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

15. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-2-07 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

16. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-2-07 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

число, месяц, год

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+375 17) 543-19-19, 543-19-21.

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-07

(наименование, тип и марка изделия)

_____ (число, месяц, год выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

_____ (дата ввода изделия в эксплуатацию)

_____ (Ф.И.О., должность)

_____ (подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:
Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы

*2. Неисправность изделия

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее:

5. Место ремонта изделия

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика)

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (+375 17) 543-19-19, 543-19-21 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-08

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-08 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь
Тел/факс.: +375 17 504-80-12, 504-80-25
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон.....	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения рабочей одежды медицинских работников и т.п. в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ ВУ 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-08.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая; 4 – Перегородка;
5 – Перегородка меж секционной; 6 – Полка; 7 – Замок с поворотной штангой;
8 – Кронштейн с крючками.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2+2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	8
Кронштейн с крючками	2
Полкодержатель	32
Ручка	2
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	4

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10°C до +40°C, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина×ширина×высота), мм (460×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 196

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на кронштейн с крючками, кг, не более 4

Масса шкафа, кг, не более 80

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации.

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой или нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании.

Шкаф медицинский МШ-2-08 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-2-08 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-08

(наименование, тип и марка изделия)

(год, месяц, число выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата

приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-09

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-09 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь
Тел/факс.: +375 17 504-80-12, 504-80-25
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон.....	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно

	Верх
---	------

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для хранения инвентаря, хозяйственных принадлежностей и т.п. в медицинских пунктах, больничных отделениях, поликлиниках, аптеках.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-09.

- 1 – Регулируемые опоры; 2 – Дверь металлическая; 3 – Панель боковая; 4 – Перегородка меж секционной; 5 – Перегородка; 6 – Полка стационарная; 7 – Полка регулируемая; 8 – Кронштейн с крючками; 9 – Замок с поворотной штангой.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Ключи от замка двери	2+2
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	6
Кронштейн с крючками	4
Полкодержатель	24
Ручка	2
Винт мебельный для крепления ручки М4×8	4

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до +40°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от +10°C до +40°C, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более :

– (глубина×ширина×высота), мм (460×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 166

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

– на кронштейн с крючками, кг, не более 4

Масса шкафа, кг, не более 78

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой.

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений;

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.


Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически сортируйте.

11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой или нержавеющей стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали. Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковывании

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковывании

Шкаф медицинский МШ-2-09 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Свидетельство о приемке

Шкаф медицинский МШ-2-09 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,

Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-09

(наименование, тип и марка изделия)

(год, месяц, число выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата

приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения



ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-10

ТУ ВУ 800003039.031 – 2014

ПАСПОРТ



Введение

ВНИМАНИЕ! Для безопасности при использовании Шкафа медицинского МШ-2-10 (далее – шкаф), по назначению все пользователи должны внимательно изучить данный Паспорт до начала использования изделия. Паспорт написан для ознакомления потребителя с конструкцией медицинского изделия, его функциями, установкой, а так же описывает условия и правила эксплуатации. Паспорт предназначен для медицинского персонала, ответственного за использование шкафа во время проведения процедур, ремонта и обслуживания.

- Всегда действуйте согласно данному Паспорту.
- Паспорт следует хранить в непосредственной близости от изделия.

Контактная Информация Производитель:

Общество с ограниченной ответственностью
“Мединдустрия Сервис”
223043, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», кабинет №35
Республика Беларусь
Тел/факс.: +375 17 504-80-12, 504-80-25
med@medin.by

Содержание

Введение.....	3
1 Меры безопасности.....	5
2 Символы.....	5
3 Маркировочная табличка	6
4 Использование изделия по назначению	6
5 Общее описание	6
6 Состав изделия и устройство.....	7
7 Комплект поставки.....	8
8 Условия хранения, эксплуатации и транспортирования	8
9 Технические характеристики.....	9
10 Уход и обслуживание	9
11 Сведения об утилизации	10
12 Сведения об упаковывании.....	11
13 Гарантии Изготовителя	11
14 Свидетельство об упаковывании.....	11
15 Свидетельство о приемке	12
Информация для потребителя.....	12
<i>Приложение 1</i> Гарантийный талон.....	13
<i>Приложение 2</i> Акт-рекламация.....	15

1. Меры безопасности

	Для обеспечения безопасной работы обслуживающий персонал должен тщательно изучить устройство шкафа, назначение составных частей и строго соблюдать меры безопасности, изложенные в настоящем паспорте.
	При обнаружении неисправности, не приступайте к работе до ее устранения, во избежание травмирования пациента или обслуживающего персонала.
	Запрещается нагружать шкаф грузом, превышающим указанный в пункте 9.
	Запрещается уставлять шкаф на наклонных поверхностях пола.

2. Символы

Особенно важная информация в настоящей инструкции обозначена следующими символами:

Пиктограмма	Значение
	Изготовитель
	Дата изготовления
	Серийный номер
	Ограничение температуры
	Беречь от влаги
	Штабелировать запрещается
	Не катить
	Хрупкое. Осторожно
	Верх

3. Маркировочная табличка

На шкафу предусмотрена маркировочная табличка следующего вида:



Табличка включает информацию об изготовителе, наименование изделия, дату изготовления, серийный номер и другое.

4. Использование изделия по назначению

Шкаф предназначен для складирования материалов, инструментов, лекарственных средств, белья и т.д. и является основой для непрерывных санитарно – безопасных процедур в логистической структуре клиник, больниц и других медицинских учреждений.

Шкаф не предназначен для любого иного использования. Производитель не несет ответственности за неисправность или ущерб имуществу и здоровью, которые являются результатом ненадлежащего использования или применения изделия не по назначению.

5. Общее описание

Шкаф изготавливают в соответствии конструкторской документацией и требованиями ТУ BY 800003039.031-2014.

Шкаф соответствует требованиям ГОСТ 20790.

Детали шкафа выполнены из оцинкованной углеродистой стали и окрашены эпоксиполиэфирными порошковыми красками, что позволяет производить многократную обработку и дезинфекцию шкафа растворами, согласно требований раздела 10, без ущерба качеству изделий.

6. Состав изделия и устройство

Внешний вид шкафа представлен на рисунке 1.




Рисунок 1. Шкаф медицинский МШ-2-10.

1 – Регулируемые опоры; 2 – Панель боковая; 3 – Усиленная полка;
4 – Регулируемая полка.

Последовательность установки полкодержателей показана на рисунке 2.




Рисунок 2. Установка полкодержателя.

7. Комплект поставки

Комплект поставки шкафа должен соответствовать указанному в таблице 1.

Таблица 1

Наименование	Количество
Шкаф*	1
Паспорт	1
Примечания	
*В состав шкафа входят:	
Полка	5
Полкодержатель	20

8. Условия хранения, эксплуатации и транспортирования

Шкаф должен храниться в закрытом помещении.



Температура хранения от -50°C до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.



Температура эксплуатации от $+10^{\circ}\text{C}$ до $+40^{\circ}\text{C}$, относительная влажность воздуха от 30 до 75%.

Шкаф следует транспортировать в крытых транспортных средствах всех видов в соответствии с правилами перевозок, действующими на транспорте данного вида.



Температура при транспортировании от -50°C до +50°C, относительная влажность воздуха от 30 до 98%.

9. Технические характеристики

Габаритные размеры, не более:

– (глубина×ширина×высота), мм (440×900×1850)

Общая допустимая нагрузка на шкаф, кг, не более 105

в том числе:

– на полку, кг, не более 15

Масса шкафа, кг, не более 70

Шкаф драгоценных металлов и их сплавов **НЕ СОДЕРЖИТ**.

10. Уход и обслуживание

10.1 Чистка и Дезинфекция:

	При нарушении правил дезинфекции претензии к внешнему виду изделия производителем НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.
	Применение механических (абразивных) методов очистки не допускается. Применение растворителей (нитрорастворителей или ацетона) не допускается.

Для очистки следует применять слабощелочные чистящие средства общего назначения (мыльная вода или пена). Для очистки также возможно применение дезинфицирующих средств с моющим действием, таких как: Пероксимед, нейтральных анолитов, Лизетол АФ, Септодор-Форте, Виркон.

Дезинфекцию следует производить протиранием открытых поверхностей смоченной дезинфицирующим раствором отжатой салфеткой.

После обработки изделия дезинфицирующими растворами **обязательно** протереть поверхность изделия с использованием чистой воды, а затем удалить все остатки жидкости сухой салфеткой

Для дезинфекции изделий разрешены к применению дезинфицирующие средства отечественного и зарубежного производства из следующих основных химических групп соединений: катионных поверхностно-активных веществ (ПАВ), окислителей, хлорсодержащих средств, средств на основе перекиси водорода, спиртов, альдегидов.

При проведении дезинфекции НЕ ДОПУСКАЕТСЯ:

- применять растворы, концентрация которых превышает величину, установленную в инструкции по применению;
- превышать рекомендуемое время выдержки дезинфицирующего раствора на обрабатываемых поверхностях.

10.2 Техническое обслуживание.

	При тщательном соблюдении требований настоящего Паспорта и при выполнении технического обслуживания в срок, предполагаемый допустимый срок службы изделия составляет 10 лет. При нарушении условий эксплуатации или несоблюдении указанных выше мер, предполагаемый срок службы сокращается.
	Техническое обслуживание проводится с целью обеспечения продолжительной и безотказной эксплуатации шкафа.

Не реже одного раза в месяц выполните следующие операции:

- проверьте комплектность изделия и при необходимости производите подтяжку крепежа ручки;
- проверьте составные части изделия на отсутствие механических повреждений.

11. Сведения об утилизации

	Шкаф не содержит компонентов, создающих вредные для окружающей среды факторы.
	Утилизацию компонентов шкафа производят только специализированные организации по переработке промышленных отходов.

Список материалов поможет определить правильную процедуру переработки

11.1 Упаковка.

Упаковка изделия изготовлена из материалов, которые не наносят вреда окружающей среде. Упаковочные материалы экологически рассортируйте.


11.2 Металл.

Металл составляет 99% от общего веса шкафа. Все металлические детали шкафа сделаны из углеродистой стали.

11.3 Пластмассы.

Определите тип материала для переработки пластмассовых частей. Ниже приведены условные обозначения, касающиеся переработки, нанесенные на пластмассовые детали.

Изделия, отмеченные нижеперечисленными символами, могут использоваться в качестве вторсырья.



12. Сведения об упаковке

Перед транспортированием шкаф упаковывают в ящик из гофрированного картона по ГОСТ 7376 и обвязывают полипропиленовой лентой.

13. Гарантии Изготовителя

13.1 Изготовитель гарантирует соответствие шкафа требованиям технической документации при соблюдении потребителем условий транспортирования, хранения, и эксплуатации.

13.2 Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

Гарантийный срок исчисляется со дня ввода изделия в эксплуатацию, но не позднее 8 месяцев со дня изготовления.

13.3 Гарантийный ремонт изделия осуществляется ООО "Мединдустрия Сервис" за счет предприятия-изготовителя.

13.4 Если в период гарантийного срока изделие вышло из строя в результате неправильной его эксплуатации, транспортирования или хранения стоимость ремонта оплачивает учреждение-владелец изделия.

14. Свидетельство об упаковке

Шкаф медицинский МШ-2-10 зав. № _____ упакован в ООО «Мединдустрия Сервис» согласно требованиям, предусмотренным в действующей технической документации.

должность

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

15. Свидетельство о приемке.

Шкаф медицинский МШ-2-10 зав. № _____ изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документации и признан годным для эксплуатации.

Контролер ОТК

МП

личная подпись

расшифровка подписи

год, месяц, число

Информация для потребителя

Предприятие «Мединдустрия Сервис» выпускает широкую гамму медицинских шкафов, предназначенных для хранения медикаментов, лекарственных препаратов, инструмента, перевязочных материалов, медицинского инвентаря и одежды (спецодежды) медицинского персонала в медицинских пунктах, больничных отделениях, аптеках и других учреждениях системы здравоохранения.

Шкафы изготавливаются из листовой оцинкованной углеродистой стали и покрываются экологически чистыми полимерными красками. Покрытие устойчиво к дезинфицирующим растворам, ударам, царапинам и другим механическим воздействиям, к влиянию влаги и колебаниям температуры, не воспламеняется и безопасно для обслуживающего персонала.

Шкафы имеют как одностворчатую, так и двухстворчатую конструкцию, обеспечивающую хороший доступ к внутреннему объему. Двери шкафов закрываются замком с захватывающими крюками и поворотной штангой, что обеспечивает запирание высоких дверей в трех точках. На внутренней стороне двери могут быть установлены съемные пластмассовые лотки. Шкафы могут быть снабжены встроенным сейфом, запирающимся дополнительным замком, для хранения медикаментов группы А и Б, а также выдвижным столиком для работы с лекарственными препаратами. По отдельному заказу шкаф может быть укомплектован дополнительными корзинами.

При помощи ножек, снабженных винтовыми упорами, шкаф легко выставляется в горизонтальном положении.

Шкаф медицинский рекомендован Минздравом Республики Беларусь к применению в медицинской практике и выпускается по техническим условиям, утвержденным в установленном порядке.

Конструкция шкафа постоянно совершенствуется с целью соответствия возрастающим требованиям, и право на возможные изменения в конструкции, вводимые всегда в пользу Потребителя, разработчик оставляет за собой.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Общество с ограниченной ответственностью «Мединдустрия Сервис»

(предприятие-изготовитель, его адрес, телефон, расчетный счет)

223043, Республика Беларусь, Минский район, Папернянский с/совет, район д. Дубовляны,
Производственная база ООО «Датума», каб. №35. Тел./факс: (+37517) 504-80-15, 504-80-25

Гарантийный талон № _____

ШКАФ МЕДИЦИНСКИЙ МШ-2-10

(наименование, тип и марка изделия)

(год, месяц, число выпуска)

Изделие полностью соответствует чертежам и техническим условиям
ТУ ВУ 800003039.031 - 2014.

Гарантируется исправность изделия в течение 24 месяца
(месяцев, дней, часов и т.д.),

(а также другие гарантийные обязательства)

Контролер ОТК

(подпись)

М.П.

(дата получения изделия на складе предприятия-изготовителя)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата продажи (поставки) изделия продавцом (поставщиком))

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

(дата ввода изделия в эксплуатацию)

(Ф.И.О., должность)

(подпись)

М.П.

АКТ-РЕКЛАМАЦИЯ

*Место составления акта

(наименование субъекта хозяйствования, его почтовый адрес и телефон)

*Дата «__» _____ 20__ г.

*Составлен комиссией в составе:

Представителя приобретателя

(должность, Ф.И.О.)

представителя изготовителя, продавца (поставщика)

(должность, Ф.И.О.)

*на изделие _____

(полное наименование, тип, марка)

*Заводской номер изделия _____

Предприятие-изготовитель ООО «Мединдустрия Сервис»

*Дата выпуска _____, дата

приобретения _____

Дата ввода в эксплуатацию _____

*Дата выхода из строя _____

Изделие проработало со времени ввода в эксплуатацию _____

(месяцев, дней, часов, километров пробега и т.д.)

1. Вид и условия работы _____

*2. Неисправность изделия _____

(указать конкретные дефекты и причины, вызвавшие поломку)

3. Виновная сторона _____

4. В изделии следует заменить, отремонтировать следующее: _____

5. Место ремонта изделия _____

6. Расходы по восстановлению изделия подлежат оплате _____

(указать кем: изготовителем, продавцом (поставщиком) или приобретателем)

7. Причина составления акта без участия представителя продавца (поставщика) _____

Подписи членов комиссии:

*Представитель приобретателя

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

*Представитель продавца (поставщика)

*

(Ф.И.О., подпись)

М.П.

Заполнить и выслать по факсу (017) 504-80-15, 504-80-25 или на e-mail: service@medin.by

Поля, отмеченные *, являются обязательными для заполнения.